



ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL LP-919044992-I60-2018 "SERVICIO DE OSTEOSÍNTESIS, ENDOPRÓTESIS Y ARTROSCOPIA"

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:00 horas del día 08 de Enero del 2019, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. Piso, del inmueble sito en la calle Matamoros No. 520 Oriente, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos miembros del comité de Adquisiciones, licitante e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-I60-2018** referente a la Contratación del **"Servicio de Osteosíntesis, Endoprótesis y Artroscopía"**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León en adelante la Ley y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley, en adelante el Reglamento; así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *C.P. Aarón Serrato Araoz*, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el *Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lastra*, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, **Miembros del Comité con Voz:** representante de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de Contraloría y Transparencia Gubernamental, la *C.P. Erika Yadira González Gómez*, **como área usuaria:** el *Dr. Samuel Casas Espinoza*, representante del Hospital Metropolitano "Dr. Bernardo Sepúlveda" y los *Drs. Jorge Garza Martínez* y *Marco Antonio Ascacio Solís* representantes del Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil; **Invitados Permanentes, todos de este Organismo:** el *Lic. Fidel Moctezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales; la *Lic. Leyla Esthela Montalván Tueme*, Jefa del Departamento de Control de Insumos y Almacén y el *C.P. Felipe Manuel Flores Martínez*, Representante del Titular de la Dirección de Contraloría Interna.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto asiste el *C. Rodolfo Aguirre Avalos* en calidad de observador.

En uso de la palabra el *C.P. Aarón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes estando presentes: **ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.**, representada por la *C. María de la Luz López Hernández*.

Acto seguido se procedió a la lectura de las dudas presentadas por los licitantes las cuales son las siguientes:



LICITANTE: ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.							
DUDAS TÉCNICAS:							
PREGUNTA NO. 1	ANEXO 1-A.- INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO. - PARA LOS RENGLONES 32, 33 Y 34 PLACAS BLOQUEADAS Y LAS PARTIDAS 83, 84 Y 85, TORNILLOS, LA CONVOCANTE SOLICITA EN MATERIAL DE TITANIO. ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE TAMBIEN NOS PERMITA COTIZAR EN ACERO INOXIDABLE, SE ACEPTA?						
RESPUESTA:	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER OBLGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES						
PREGUNTA NO. 2	ANEXO 1-A.- INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO. - SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONSIDERAR SUSTITUIR EL RENGLON 125 PROTESIS DE THOMPSON, POR EL RENGLON 110 CLAVE 5049950001, ESTO DEBIDO AQUE EL RENGLON 110 OFRECE MAYOR SEGURIDAD Y BIOCMPATIBILIDAD PARA EL PACIENTE, OTORGA MAYOR ESTABILIDAD PARA EVITAR LUXACIONES POSTQUIRURGICAS Y EL RENGLON 125 ES UNA PROTESIS ANTIGUA EN PROCESO DE OBSOLENCIA Y QUE PRODUCE UNA CONDROLISIS ACETABULAR EN ALTO PORCENTAJE ADEMAS CON DOLOR RESIDUAL PARA EL PACIENTE. SE ACEPTA SUSTITUIR POR EL RENGLON 110?						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RENGLON</th> <th>CLAVE</th> <th>DESCRIPCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110</td> <td>5049950001</td> <td>ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA CEMENTADA DERECHA IZQUIERDA CONFORMADA POR COMPONENTES FEMORALES, VASTAGO RECTO PERFIL NORMAL DE TITANIO + CR-CO, LISO VASTAGO MEDIDAS 2-8 INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. CABEZAS INTERCAMBIABLESMODULARES DE TITANEO+ CR-CO, 28,32mm INTERCAMBIABLES DIAMETRO, CONO 12-14 PARA VASTAGOS. CUELLO CORTO, ESTANDAR, LARGO O EXTRALARGO. CABEZAS INTERCAMBIABLES MODULARES DE COBALTO-CROMO DE 28 MM O 32 MM DE DIAMETRO, CONO 12-14 PARA VASTAGOS. CUELLO CORTO, ESTANDAR, LARGO, EXTRALARGO O ULTRALARGO. ACETABULOS DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACION, CON ALAMBRES RADIO OPACOS ECUATORIALES Y/O POLARES, DE FORMA SEMIESFERICA, DIAMETRO, INTERNO DE 28 MM, ESTERIL. DIAMETRO EXTERNO DE: 36.0 MM A 64.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. ACETÁBULOS DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CON ENLACES ESPECIFICADAS PROTESIS TOTAL DE CADERA CEMENTADA. CONFORMADA POR COMPONENTES FEMORALES UNIVERSAL DE CR-CO EN EL TERCIO PROXIMAL DEL VASTAGO Y LISO EN LOS 2/3 DISTALES DEL VASTAGO. CABEZAS INTERCAMBIABLES MODULARES DE CR-CO, MEDIDAS 28, 32MM CON CUELLO Y CONO 12/14MM, COMPONENTES ACETABULARES CON INSERTO INTEGRADO, CIRCULO TRAPEZOIDAL 50° DE COLLAR.</td> </tr> </tbody> </table>	RENGLON	CLAVE	DESCRIPCION	110	5049950001	ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA CEMENTADA DERECHA IZQUIERDA CONFORMADA POR COMPONENTES FEMORALES, VASTAGO RECTO PERFIL NORMAL DE TITANIO + CR-CO, LISO VASTAGO MEDIDAS 2-8 INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. CABEZAS INTERCAMBIABLESMODULARES DE TITANEO+ CR-CO, 28,32mm INTERCAMBIABLES DIAMETRO, CONO 12-14 PARA VASTAGOS. CUELLO CORTO, ESTANDAR, LARGO O EXTRALARGO. CABEZAS INTERCAMBIABLES MODULARES DE COBALTO-CROMO DE 28 MM O 32 MM DE DIAMETRO, CONO 12-14 PARA VASTAGOS. CUELLO CORTO, ESTANDAR, LARGO, EXTRALARGO O ULTRALARGO. ACETABULOS DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACION, CON ALAMBRES RADIO OPACOS ECUATORIALES Y/O POLARES, DE FORMA SEMIESFERICA, DIAMETRO, INTERNO DE 28 MM, ESTERIL. DIAMETRO EXTERNO DE: 36.0 MM A 64.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. ACETÁBULOS DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CON ENLACES ESPECIFICADAS PROTESIS TOTAL DE CADERA CEMENTADA. CONFORMADA POR COMPONENTES FEMORALES UNIVERSAL DE CR-CO EN EL TERCIO PROXIMAL DEL VASTAGO Y LISO EN LOS 2/3 DISTALES DEL VASTAGO. CABEZAS INTERCAMBIABLES MODULARES DE CR-CO, MEDIDAS 28, 32MM CON CUELLO Y CONO 12/14MM, COMPONENTES ACETABULARES CON INSERTO INTEGRADO, CIRCULO TRAPEZOIDAL 50° DE COLLAR.
RENGLON	CLAVE	DESCRIPCION					
110	5049950001	ARTROPLASTIA TOTAL DE CADERA CEMENTADA DERECHA IZQUIERDA CONFORMADA POR COMPONENTES FEMORALES, VASTAGO RECTO PERFIL NORMAL DE TITANIO + CR-CO, LISO VASTAGO MEDIDAS 2-8 INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. CABEZAS INTERCAMBIABLESMODULARES DE TITANEO+ CR-CO, 28,32mm INTERCAMBIABLES DIAMETRO, CONO 12-14 PARA VASTAGOS. CUELLO CORTO, ESTANDAR, LARGO O EXTRALARGO. CABEZAS INTERCAMBIABLES MODULARES DE COBALTO-CROMO DE 28 MM O 32 MM DE DIAMETRO, CONO 12-14 PARA VASTAGOS. CUELLO CORTO, ESTANDAR, LARGO, EXTRALARGO O ULTRALARGO. ACETABULOS DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CON ENLACES CRUZADOS POR MULTIRRADIACION, CON ALAMBRES RADIO OPACOS ECUATORIALES Y/O POLARES, DE FORMA SEMIESFERICA, DIAMETRO, INTERNO DE 28 MM, ESTERIL. DIAMETRO EXTERNO DE: 36.0 MM A 64.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. ACETÁBULOS DE POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR, CON ENLACES ESPECIFICADAS PROTESIS TOTAL DE CADERA CEMENTADA. CONFORMADA POR COMPONENTES FEMORALES UNIVERSAL DE CR-CO EN EL TERCIO PROXIMAL DEL VASTAGO Y LISO EN LOS 2/3 DISTALES DEL VASTAGO. CABEZAS INTERCAMBIABLES MODULARES DE CR-CO, MEDIDAS 28, 32MM CON CUELLO Y CONO 12/14MM, COMPONENTES ACETABULARES CON INSERTO INTEGRADO, CIRCULO TRAPEZOIDAL 50° DE COLLAR.					
RESPUESTA:	Se elimina el renglón 125 y se modifica la cantidad solicitada para el renglón 110, quedando en 46.						
PREGUNTA NO. 3	ANEXO 1-B.- EQUIPO DE ARTROSCOPIA QUE DEBE SER INCLUIDO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO. - - SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE INCLUIR TAMBIEN EQUIPO DE NEUROMONITOREO, EQUIPO DE ABORDAJE Y SERVICIO DE DRIL NEUMATICO O ELECTRICO PARA LA MAYOR SEGURIDAD DEL PACIENTE Y DEL MEDICO.						
RESPUESTA:	EN CASO DE REQUERIRSE EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE NEUROMONITOREO, EQUIPO DE ABORDAJE O SERVICIO DE DRIL NEUMATICO O ELECTRICO SERÁ CONTRATADO POR LA CONVOCANTE						

[Handwritten signatures and initials]



DE MANERA INDEPENDIENTE A LA PRESENTE LICITACIÓN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

GENERALES

1. Para los Hospitales Metropolitano "Dr. Bernardo Sepúlveda" y Regional de Alta Especialidad Materno Infantil, adicionalmente aplicará una pena convencional de \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N) por evento, al licitante que resulte adjudicado cuando habiendo sido notificado de la programación diaria de cirugías convencionales (mínimo 24 Hrs antes de la primera cirugía), y para las cirugías de revisión deberá ser con un período mínimo de 5 días hábiles de anticipación por parte de la Unidad y exista constancia por escrito o medios electrónicos de recibido de la misma, no se presente con 30 min previos a la hora programada o no acuda el personal o los insumos y equipos presentados no correspondan a lo solicitado.

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas y generales, se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, habiendo solicitado el licitante presente aclaración respecto al plasmado de la sanción establecida en generales, habiéndose plasmado en la presente acta.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 15 de Enero del 2019 a las 10:00 horas, en esta misma sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de la hora programada.

De esta manera se da por concluida la junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminada esta primera y única junta de aclaraciones a las 10:18 horas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	




REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA	
--	--------------------------------------	--


MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	C.P. ERIKA YADIRA GONZÁLEZ GÓMEZ	
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPÚLVEDA" (ÁREA USUARIA)	DR. SAMUEL CASAS ESPINOZA	
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL (ÁREA USUARIA)	DR. JORGE GARZA MARTÍNEZ	
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL (ÁREA USUARIA)	DR. MARCO ANTONIO ASCACIO SOLÍS	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN	LIC. LEYLA ESTHELA MONTALVÁN TUEME	



REPRESENTANTE DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA	C.P. FELIPE MANUEL FLORES MARTÍNEZ	
---	------------------------------------	---

LICITANTES		
	NOMBRE	FIRMA
ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.	C. MARÍA DE LA LUZ LÓPEZ HERNÁNDEZ.	

OBSERVADOR		
	NOMBRE	FIRMA
	C. RODOLFO AGUIRRE AVALOS	