



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL LP-919044992-149-2021 "EQUIPO MÉDICO"

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 11:00 horas del día 30 de Julio del 2021, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso, del inmueble sito en la calle Matamoros No. 520 Oriente, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos miembros del comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-149-2021** referente a la Adquisición del **"EQUIPO MÉDICO"**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (en adelante la Ley) y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley, (en adelante el Reglamento); así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *C.P. Aarón Serrato Araoz*, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el *Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lostra*, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo y la Lic. Ma. Alicia Leal Pérez, Representante de la Secretaría de Administración; **Miembros del Comité con Voz:** la Representante de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, *C.P. Patricia Graciela Torres Gauna*, como **área usuaria:** el *Dr. Ernesto García Martínez* como representante de la Dirección de Hospitales, **Invitados Permanentes, todos de este Organismo:** el *Lic. Fidel Mactezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales, la Jefa del Departamento de Control de insumos y Almacén, *Lic. Leyla Esthela Montalván Tueme* y el *C.P. Felipe Manuel Flores Martínez*, Representante del Titular del Órgano Interno de Control.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

En uso de la palabra el *C.P. Aarón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes estando presente: **SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.**, representada por la C. Virginia Cardona Acosta, **MAGNA DEL NORTE, S.A. DE C.V.**, representada por el C. Benjamín Ubaldo Salazar Guajardo.



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN


Acto seguido se procedió a la lectura de las dudas presentadas por los licitantes las cuales son las siguientes:

DUDAS ADMINISTRATIVAS

NO. DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	MAGNA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	INCISO C PUNTO 2. IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DE QUIEN FIRMA LAS PROPOSICIONES		¿SE DEBE PRESENTAR LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA QUE REPRESENTO?	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
2	MAGNA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	INCISO C PUNTO 10. PARA LOS FABRICANTES NACIONALES:		DE NO APLICAR ESTE NUMERAL, ¿ES NECESARIO REALIZAR UN DOCUMENTO CON LA LEYENDA "NO APLICA"?	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
3	MAGNA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	3.1. CARTAS DE: ACEPTACIÓN DE BASES, JUNTA DE ACLARACIONES, VALIDEZ DE LA PROPOSTA Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESTATALES Y FEDERALES.		¿SE TIENE QUE LLEVAR ADICIONALMENTE FUERA DE SOBRE, EL PODER NOTARIAL QUE ACREDITA MI PERSONALIDAD?	SOLO EN CASO DE QUE COMPAREZCA EN LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS, ASÍ COMO DE FALLO TÉCNICO, APERTURA ECONÓMICA Y FALLO, PERSONA DISTINTA A LA QUE FIRMA LAS PROPOSICIONES, BASTARÁ CON QUE PRESENTE UN ESCRITO (CARTA PODER) EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR LA PERSONA QUE REPRESENTA..
4	DURFA, S.A. DE C.V.	NUMERAL 1.2 "PERIODO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS MÉDICOS", INCISO 1.2.1 "PERIODO Y SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS" SUB-INCISO B) "EL PERIODO Y SUMINISTRO DEL EQUIPO MÉDICO SERÁ DEL 12 DE AGOSTO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021"	2 ESTERILIZADOR DE 250 LTS DOBLE COMPUERTA	DADO QUE EL EQUIPO QUE OFERTAMOS ES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, Y EN ESTOS MOMENTOS LOS TIEMPOS EN LOS TRAMITES DE IMPORTACIÓN A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA A NIVEL MUNDIAL SARS-COV2 ESTÁN DEMORANDO MÁS DE LO NORMAL, PROPONEMOS NOS PERMITA ENTREGAR, INSTALAR, PONER EN MARCHA Y CAPACITAR EL BIEN OFERTADO COMO TIEMPO MÁXIMO 21 DE DICIEMBRE 2021.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. LA CONVOCANTE REQUIERE CONTAR CON LOS EQUIPOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO DEL 12 DE AGOSTO AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2021.
5	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	2. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN	2. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUÁL ES LA FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, EN EL NUMERAL 2, ASÍ COMO DOMICILIO, HORARIO Y NOMBRE DE LA PERSONA ENCARGADA PARA RECIBIR LA INFORMACIÓN	LOS INTERESADOS DEBERÁN ACUDIR CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN CON LA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN UBICADO EN MATAMOROS 520 ORIENTE, PRIMERA PISO, CENTRO DE LA CIUDAD, MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 64000, TEL.: 81 81 30 70 49, DESDE EL DÍA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y HASTA INCLUSIVE 24 HORAS HÁBILES

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-913044992-149-2021

PÁGINA 2 de 16




Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

					<p>PREVIAS AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE 9:00 A 14:00 HORAS</p>
6	<p>COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.</p>	<p>2. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN</p>	<p>MONTO DE VENTAS TOTALES DEL EJERCICIO FISCAL 2020: DEBERÁ ACREDITARSE CON LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 2020; O CON LOS ESTADOS FINANCIEROS</p>	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO BASTARÁ CON PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO 2020 CON SU ACUSE DE RECIBO, LA CUAL SOLO SE PUEDE OBTENER EN COPIA A TRAVÉS DEL PORTAL DEL SAT ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
7	<p>COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.</p>	<p>2. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN</p>	<p>CONSTANCIA DEL CURSO DE PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN.</p>	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUAL ES EL PROCESO PARA OBTENER ESA CONSTANCIA, Y SI DEPENDIENDO DEL TIEMPO QUE LLEVE EL TRÁMITE, PERMITIRÁ QUE SE ENTREGUE A LA FIRMA DEL CONTRATO, FAVOR DE PRECISAR.</p>	<p>SE DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIA DEL CURSO DE PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN O POR SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN, O.P.D., ESTA ÚLTIMA SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE CUALQUIER INTERESADO EN LA DIRECCIÓN HTTP://TELESALUD.SALUDNL.GOB.MX/TEL.SALUD/CURSOS/ MISMO QUE SE PUEDE OBTENER EN UN DÍA O EN HORAS Y SE DEBERÁ PRESENTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN AL PRESENTE PROCEDIMIENTO.</p>
8	<p>COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.</p>	<p>3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO.</p>	<p>B. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:</p>	<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL SOBRE ECONÓMICO SOLO CONTENDRÁ LA PROPUESTA ECONÓMICA, Y EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DEBERÁN VENIR DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>TAL COMO SE SEÑALA EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN SE DEBERÁN PRESENTAR DOS SOBRES CERRADOS, ROTULADOS CON EL NOMBRE DEL LICITANTE, PROPUESTA QUE CONTIENE (TÉCNICA O ECONÓMICA) Y CON LA INDICACIÓN DE LA LICITACIÓN EN QUE PARTICIPA. EN LA PROPUESTA ECONÓMICA</p>


Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-149-2021



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

					DEBERÁ INCLUIRSE LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 3, INCISO B) E INCISO D), DE LAS BASES.
9	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO.	B. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUUESTAS:	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI REQUIERE QUE LOS DOCUMENTOS SE ENTREGUEN EN CARPETA LEFORT, PERFORADOS, O SI BASTARÁ CON PRESENTARLOS EN HOJA SUELTA DENTRO DEL SOBRE. FAVOR DE PRECISAR	SE DEBERÁN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS EN LA FORMA QUE PREFERIRAN LOS LICITANTES DE LA FORMA MÁS ORDENADA POSIBLE PERO DENTRO DEL SOBRE.
10	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO.	B. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUUESTAS:	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI REQUIERIRÁ LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES PARA COTEJO, O NO. EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA, FAVOR DE INDICAR QUE DOCUMENTOS REQUIERIRÁN EN ORIGINAL.	EN EL SOBRE DE PROPUUESTA TÉCNICA NO SE REQUIERE NINGÚN DOCUMENTO ORIGINAL, LA CONVOCANTE SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITARLOS EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN O DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO.
11	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO.	B. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUUESTAS: A. ASPECTOS GENERALES DE LAS PROPUUESTAS: II. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUUESTAS: - EL LICITANTE PRESENTARÁ EN ORIGINAL SUS PROPUUESTAS TÉCNICA Y ECONOMICA, EN PAPEL MEMBRETADO DE SU EMPRESA, LLENADO A MÁQUINA O COMPUTADORA Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN EL FORMATO ANEXO A LAS BASES EXPEDIDO POR LA CONVOCANTE. CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUELLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBERÁN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN; ASÍ MISMO LAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUE QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁN IR FUERA DEL SOBRE SON LOS DEL PUNTO 3.1, TAL COMO LO SEÑALAN LAS BASES: AL MOMENTO DE ENTREGAR SUS SOBRES, EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR LAS CARTAS A QUE HACE REFERENCIA EN EL PUNTO 3.1 DE LAS BASES, FUERA DE LOS SOBRES.	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
12	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO.	A. ASPECTOS GENERALES DE LAS PROPUUESTAS: II. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUUESTAS: - EL LICITANTE PRESENTARÁ EN ORIGINAL SUS PROPUUESTAS TÉCNICA Y ECONOMICA, EN PAPEL MEMBRETADO DE SU EMPRESA, LLENADO A MÁQUINA O COMPUTADORA Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN EL FORMATO ANEXO A LAS BASES EXPEDIDO POR LA CONVOCANTE. CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUELLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBERÁN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN; ASÍ MISMO LAS	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI REQUIERE QUE TODAS LAS HOJAS VENGAN DEBIDAMENTE FIRMADAS O SOLO AQUELLAS DONDE SOLICITE EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, ASIMISMO SOLICITAMOS NOS INDIQUEN CON QUÉ COLOR DE TINTA REQUIEREN LA FIRMA O SI ES INDISTINTO.	DEBERÁ CONTENER FIRMA O ANTERFIRMA EN TODAS LAS HOJAS QUE INTEGREN SUS PROPUUESTAS Y FIRMA AUTÓGRAFA COMPLETA EN DONDE APAREZCA EL NOMBRE EN AMBAS PROPUUESTAS, Y FIRMADA PREFERENTEMENTE EN AZUL.




Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

NO. DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA	PREGUNTA	RESPUESTA	
1	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 1, PUNTO 8.1	DICE "PROCESADOR 15 8ª GENERACIÓN O SUPERIOR", DADA LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS Y DESARROLLO DE SOFTWARE Y HARDWARE DE LOS DIFERENTES FABRICANTES LOS CUALES PUEDEN TENER REQUERIMIENTOS DIFERENTES PARA UN MISMO FIN Y/O APLICACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR PROCESADOR DESDE LOS 3 GHZ O MAYOR, SIEMPRE Y CUANDO EL EQUIPO CUBRA A CABALIDAD LAS FUNCIONES SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, PUESTO QUE NO ESPECIFICA LAS CARACTERÍSTICAS COMPLETAS DEL PROCESADOR QUE PRETENDE OFERTAR POR LO QUE DEJA A LA CONVOCANTE IMPOSIBILITADA PARA EVALUAR LO QUE PRETENDE OFERTAR..	
13	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO.	DUDAS TÉCNICAS	C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERA CONTENER: IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DE QUIEN FIRMA LAS PROPOSICIONES, QUIEN DEBERÁ CONTAR CON FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN Y/O DOMINIO, O PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI COMO IDENTIFICACIÓN OFICIAL ACEPTARÁ LA PRESENTACIÓN DE PASAPORTE.	SÍ, SE PUEDE PRESENTAR EL PASAPORTE VIGENTE COMO IDENTIFICACIÓN OFICIAL
				PROPUESTAS DEBERÁN SER FIRMADAS AUTÓGRAFAMENTE EN LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE CONFORMEN CADA UNA DE DICHAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 74, FRACCIÓN XIV Y XV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN		

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-149-2021




Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

2	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 1, PUNTO 8.2	DICE "DISCO DURO DE 1TB O SUPERIOR" DADA LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS Y DESARROLLO DE SOFTWARE Y HARDWARE DE LOS DIFERENTES FABRICANTES LOS CUALES PUEDEN TENER REQUERIMIENTOS DIFERENTES PARA UN MISMO FIN Y/O APLICACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 500 GB DE HD SIEMPRE Y CUANDO EL EQUIPO CUMPLA A CABALIDAD LAS FUNCIONES SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA? DICE "MEMORIA RAM DE AL MENOS 8GB" DADA LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS Y DESARROLLO DE SOFTWARE Y HARDWARE DE LOS DIFERENTES FABRICANTES LOS CUALES PUEDEN TENER REQUERIMIENTOS DIFERENTES PARA UN MISMO FIN Y/O APLICACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 4 GB DE RAM SIEMPRE Y CUANDO EL EQUIPO CUMPLA A CABALIDAD LAS FUNCIONES SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
3	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 1, PUNTO 8.3	DICE "CON IMPRESORA LASER A COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN", DADA LA APLICACIÓN, DURABILIDAD Y POTENCIAL GASTO POR PARTE DEL INSTITUTO PARA RESURTIR "TONER", SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA PARA ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, PUESTO QUE EN LA ACTUALIDAD LOS SISTEMAS OPERATIVOS PUEDEN CONSUMIR HASTA 2.8GB DE MEMORIA LO CUAL AL TENER SOLO 4GB DE MEMORIA SERÍA UN EQUIPO MUY LIMITADO.
4	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 1, PUNTO 8.9	DICE "POLISOMNOGRAFIA" DEBEMOS ENTENDER QUE ESTA HERRAMIENTA Y LAS FUNCIONES Y/O ACCESORIOS SOLICITADOS INHERENTES A ESTA, DEBERÁN DE SER OPCIONES A FUTURO, ES DECIR, QUE EL EQUIPO OFERTADO TENGA LA CAPACIDAD DE ADICIONAR DE MANERA POSTERIOR, ¿ES ESTO CORRECTO?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
5	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 1, PUNTO 13		SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.


Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. Lp-919044992-149-2021



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

<p>6</p> <p>MAGNA DEL NORTE, S.A. DE C.V.</p>	<p>DICE PUNTO 8 - PLATAFORMA DE CÓMPUTO QUE SOPORTE EL SOFTWARE SEGÚN PROVEEDOR. LAS CARACTERÍSTICAS SE DETERMINARÁN AL MOMENTO DE LA ADQUISICIÓN:</p> <p>1.1. PROCESADOR 15 8ª GENERACIÓN O SUPERIOR 1.2. DISCO DURO DE 1TB O SUPERIOR 1.3. MEMORIA RAM DE AL MENOS 8GB</p> <p>1.4. UNIDAD CD-RW / DVD 1.5. SISTEMA OPERATIVO DE USO COMERCIAL 1.6. TECLADO Y MOUSE.</p>	<p>PARTIDA 1 EQUIPO ELECTROENCEFALÓGRAFO</p>	<p>DEBIDO A QUE LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTE EQUIPO DE CÓMPUTO REBASA LAS NECESARIAS, PEDIMOS A LA CONVOCANTE SEA ADMITIDA UN EQUIPO DE CÓMPUTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 1.1. PROCESADOR 13 GENERACIÓN O SUPERIOR 1.2. DISCO DURO DE 1TB O SUPERIOR 1.3. MEMORIA RAM DE AL MENOS 4GB 1.4. UNIDAD CD-RW / DVD 1.5. SISTEMA OPERATIVO DE USO COMERCIAL 1.6. TECLADO Y MOUSE.</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN SU PREGUNTA COMPRENDEN A UN EQUIPO DE GAMA BAJA EL CUAL PODRÁ CUMPLIR AL MÍNIMO CON LO NECESARIO PARA CORRER LA VERSIÓN ACTUAL DEL SOFTWARE QUE PRETENDA OFERTAR, SIN EMBARGO, NO PERMITE TENER CERTEZA QUE DICHO EQUIPO PUEDA SOPORTAR LAS FUTURAS ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE, ASÍ COMO DEL SISTEMA OPERATIVO</p>
<p>7</p> <p>MAGNA DEL NORTE, S.A. DE C.V.</p>	<p>DICE PUNTO 10- JUEGO COMPLETO DE 40 ELECTRODOS REUSABLES CON DISCO O COPA DE CLORURO PLATA CON BAÑO DE ORO DE 24 KILATES DE 10 MM, PARA ELECTROENCEFALOGRAFÍA. QUE CUMPLAN CON EL ESTÁNDAR DIN Y LONGITUD DEL CABLE DE 1 METRO COMO MÍNIMO</p> <p>DENTRO DE LOS ACCESORIOS SOLICITAN LAS SIGUIENTES GORRRAS: 15.2 GORRA TAMAÑO ADULTO CON 32 ELECTRODOS, ADAPTADOR PARA CABEZAL Y ARNÉS. 15.3 GORRA TAMAÑO PEDIÁTRICO CON 32 ELECTRODOS, ADAPTADOR PARA CABEZAL Y ARNÉS. 15.4 GORRA TAMAÑO NEONATO CON 32 ELECTRODOS, ADAPTADOR PARA CABEZAL Y ARNÉS</p>	<p>PARTIDA 1 EQUIPO ELECTROENCEFALÓGRAFO</p>	<p>DEBIDO A QUE LA PRECISIÓN DEL ESTUDIO ES MUCHO MAYOR AL ADQUIRIR CON LOS ELECTRODOS DE COPA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE LAS GORRRAS NO SEAN INCLUIDAS EN ESTA CONFIGURACIÓN.</p>	<p>SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES</p>




Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

8	MAGNA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	DICE PUNTO 14- SOFTWARE DE ACUERDO CON EL FABRICANTE, PARA ANÁLISIS DE SUEÑO QUE INCLUYA PARÁMETROS CONFIGURABLES PARA CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA EN PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS, PROGRAMA PARA LA DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE APNEAS/ HIPOAPNEAS, ESTADIOS DE SUEÑO, POSICIÓN CORPORAL, MOVIMIENTOS, FRECUENCIA CARDÍACA, ESPIGAS, SATURACIÓN DE OXÍGENO (SPO2), ELECTROOCULOGRAFÍA, ELECTROCARDIOGRAFÍA, RONQUIDO Y ESTUDIOS DE LATENCIA MÚLTIPLES DEL SUEÑO, COMO MÍNIMO.	PARTIDA 1 EQUIPO ELECTROENCEFALÓGRAFO	ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO ES OPCIÓN DE CRECIMIENTO A FUTURO Y QUE SÓLO DEBEREMOS REFERENCIARLO COMO CAPACIDAD DE REALIZARLO, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
9	MAGNA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	DICE PUNTO 14- SOFTWARE DE ACUERDO CON EL FABRICANTE, PARA ANÁLISIS DE SUEÑO QUE INCLUYA PARÁMETROS CONFIGURABLES PARA CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA EN PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICOS, PROGRAMA PARA LA DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE APNEAS/ HIPOAPNEAS, ESTADIOS DE SUEÑO, POSICIÓN CORPORAL, MOVIMIENTOS, FRECUENCIA CARDÍACA, ESPIGAS, SATURACIÓN DE OXÍGENO (SPO2), ELECTROOCULOGRAFÍA, ELECTROCARDIOGRAFÍA, RONQUIDO Y ESTUDIOS DE LATENCIA MÚLTIPLES DEL SUEÑO, COMO MÍNIMO.	PARTIDA 1 EQUIPO ELECTROENCEFALÓGRAFO	SI SU RESPUESTA FUE AFIRMATIVA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, ENTENDEMOS QUE TODOS LOS ACCESORIOS Y CONSUMIBLES INDICADOS EN LOS PUNTOS : 15.6 PARA POLISOMNOGRAFÍA: 15.6.1 ELECTRODOS REUSABLES ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL PARA ELECTROCARDIOGRAFÍA. 15.6.2 SENSOR DE OXIMETRÍA PARA PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO, Y NEONATAL, DEDAL REUSABLE O MULTISITO. 15.6.3 SENSOR PARA RONQUIDOS 15.6.4 SENSOR DE POSICIÓN CORPORAL. 15.6.5 SENSOR PARA MOVIMIENTO EN PIERNAS. 15.6.6 SENSOR PARA MOVIMIENTO EN BRAZOS. 15.6.7 SENSOR PARA MOVIMIENTO OCULAR. 15.6.8 SENSOR DE ESFUERZO RESPIRATORIO ADULTO/ PEDIÁTRICO. 15.6.9 SENSOR DE FLUJO DE AIRE. 15.6.10 TERMISTORES NASAL Y ORAL, ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL. 15.6.11 BANDAS PARA RESPIRACIÓN PARA TÓRAX Y ABDOMEN, ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL. PARA LA APLICACIÓN DE ANÁLISIS DE SUEÑO, NO DEBERÁN SER INCLUIDOS, ES ESTO CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, DEBERÁ REFERENCIAR LA CAPACIDAD DEL EQUIPO PARA UTILIZAR DICHS ACCESORIOS
10	MAGNA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	DICE PUNTO 19- COLLIDIÓN	PARTIDA 1 EQUIPO ELECTROENCEFALÓGRAFO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, ESTE CONSUMIBLE SEA SUSTITUIDO POR LA PASTA ECG.	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES


Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-149-2021



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN


11	MAGNA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	DICE PUNTO 1 ELECTROENCEFALÓGRAFO DE 32 CANALES	PARTIDA 1 EQUIPO ELECTROENCEFALÓGRAFO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL AMPLIFICADOR AL EQUIPO SEA POR MEDIO DE CONEXIÓN TIPO UTP YA QUE ES PERMITE LAS SIGUIENTES VENTAJAS AL EQUIPO: EL AMPLIFICADOR SE CONECTA DIRECTAMENTE A LA RED DE ÁREA LOCAL DEL HOSPITAL. LOS CABLES PUEDEN SER SUSTITUIDOS DE MANERA LOCAL. LA RED DE ADQUISICIÓN SERÁ UNA RED DE ENLACE ASCENDENTE FULL DUPLEX CON UNA VELOCIDAD DE 100/1000 MBPS, CON LA FUNCIÓN DE MULTIDIFUSIÓN ACTIVADA.	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
12	MAGNA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	DICE PUNTO 3.2.3- NIVEL DE RUIDO INTERNO MENOR A 1.5 MICROYOLTS PICO-PICO EN EL RANGO DE 0.1 A 100 HZ.	PARTIDA 1 EQUIPO ELECTROENCEFALÓGRAFO	ENTENDEMOS QUE EL AMPLIFICADOR DEBE CONTAR CON UN NIVEL DE RUIDO INTERNO DE RANGO DE 0.1 A 100 HZ	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
13	MAGNA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	DICE PUNTO 3.2.6- FRECUENCIA DE MUESTREO DE 1000 HZ O MAYOR POR CANAL	PARTIDA 1 EQUIPO ELECTROENCEFALÓGRAFO	PEDIMOS A LA CONVOCANTE SE SOLICITE UNA FRECUENCIA DE MUESTREO MAYOR 2000 HZ POR CANAL.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN EMBARGO, PODRÁ OFERTAR DICHA CARACTERÍSTICA SIN SER OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES
14	MAGNA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	DICE PUNTO 11- DISCOS DE SOFTWARE DE INSTALACIÓN DE PROGRAMAS DEL EEG Y PLATAFORMA DE COMPUTO.	PARTIDA 1 EQUIPO ELECTROENCEFALÓGRAFO	DEBIDO A QUE EL SOFTWARE ACTUALMENTE VIENEN EN MEMORIA USB O UNIDAD DE ALMACENAMIENTO, PEDIMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR EL SOFTWARE EN ESTE FORMATO.	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
15	DURFA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	2 ESTERILIZADOR DE 250 LTS DOBLE COMPUERTA	PUNTO 1.2 DICE " CAPACIDAD DE 6 UNIDADES ESTÉRILES" PREGUNTA: YA QUE LA CAPACIDAD QUE SOLICITA LA CONVOCANTE DE LA ESTERILIZADORA ES DE 250 LITROS LE COMENTO QUE ESTA CAPACIDAD SOLICITADA ES SOLAMENTE PARA SOLO 1 UNIDAD ESTÉRIL, POR LO CUAL ENTENDEMOS QUE ES UN ERROR DE REDACCIÓN SOLICITAR "CAPACIDAD DE 6 UNIDADES ESTÉRILES ", ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?, FAVOR DE ACLARAR.	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ OFERTAR AL MENOS CAPACIDAD DE 3 UNIDADES ESTÉRILES
16	DURFA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	2 ESTERILIZADOR DE 250 LTS DOBLE COMPUERTA	PUNTO 1.1 Y PUNTO 2 PREGUNTA: SOLICITAMOS OFERTAR LOS BIENES CON UN RANGO DE TOLERANCIA DE +- 10% EN LAS MEDIDAS SOLICITADAS.	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

17	DURFA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	2 ESTERILIZADOR DE 250 LTS DOBLE COMPUERTA	PUNTO 3.2 DICE: "PUERTA 316L, AISLADO CON LANA MINERAL BAJA EN CLORO Y PROTEGIDA CON PANELES FRONTALES DE ACERO INOXIDABLE" PREGUNTA: DADO QUE LA TECNOLOGÍA VA AVANZANDO EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS Y CADA VEZ TENEMOS MAS OPCIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN, SOLICITAMOS OFERTAR: PUERTA 316L AISLADO CON LANA DE VIDRIO DE ALTA DENSIDAD, AGLOMERADO CON RESINAS TERMOENDURECIBLES Y PROTEGIDA CON PANELES FRONTALES DE ACERO INOXIDABLE.	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
18	DURFA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	2 ESTERILIZADOR DE 250 LTS DOBLE COMPUERTA	PUNTO 6 DICE: "SISTEMA DE DETECCIÓN DE FALLAS Y DIAGNÓSTICO POR MEDIO DE UN MICROPROCESADOR, QUE CANCELE AUTOMÁTICAMENTE EL PROCESO POR MAL FUNCIONAMIENTO" PREGUNTA: PROPONEMOS QUE EL EQUIPO PARA UNA MAYOR SEGURIDAD Y OPERACIÓN CUENTE TAMBIÉN CON EL SISTEMA DE "BOTÓN DE PARO DE EMERGENCIA ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD" PARA QUE EL PERSONAL Y LOS INSUMOS ESTÉN PROTEGIDOS ANTE UNA EMERGENCIA.	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
19	DURFA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	2 ESTERILIZADOR DE 250 LTS DOBLE COMPUERTA	PUNTO 7.1.1 DICE: "TECNOLOGÍA TFT CON RESOLUCIÓN VGA 480 X 640, CON UN TAMAÑO DE 86.4MM X 115.2MM CON ILUMINACIÓN LED, RESOLUCIÓN DE COLOR A 24 BIT PREGUNTA: DADOS LOS AVANCES EN LA TECNOLOGÍA SOLICITAMOS OFERTAR PANTALLA A COLOR LED CON TECNOLOGÍA TOUCHSCREEN DE 5.0" (125 MM)	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
20	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERÍA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 2, ESTERILIZADORES MEDICO QUIRURGICOS	1.- PARA LA PARTIDA 2 RENGLÓN 1.1, ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO SE PUEDEN TOMAR EN CUENTA LAS DIMENSIONES EXTERNAS: 183 X 94 X 130 CM (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) +/- 5%	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA EL PUNTO 1.1 DEBERÁ REFERENCIAR LAS MEDIDAS DE LA CÁMARA Y PARA EL PUNTO 2 PODRÁ REFERENCIAR DIMENSIONES EXTERNAS: 183 X 94 X 130 CM (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) +/- 5%
21	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERÍA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 2, ESTERILIZADORES MEDICO QUIRURGICOS	2.- PARA LA PARTIDA 2 RENGLÓN 1 PUNTO 1.3.- ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO PODRÍA EXISTIR UN ERROR Y DEBE DECIR 1 UNIDAD. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ OFERTAR AL MENOS CAPACIDAD DE 3 UNIDADES ESTERILES



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

22	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 2, ESTERILIZADORES MEDICO QUIRURGICOS	3.- PARA LA PARTIDA 2 RENGLÓN 1 PUNTO 2.1.- SOLICITAMOS PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE SE LE PUEDA DAR SERVICIO AL FRENTE, EN LA PARTE TRASERA Y A UN LADO DEL EQUIPO, Y QUE DE EL LADO CONTRARIO AL QUE SE LE DARÁ SERVICIO SE PUEDA RECARGAR EL EQUIPO A UN MURO SIN QUE ESTO IMPIDA DARLE EL SERVICIO NECESARIO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
23	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 2, ESTERILIZADORES MEDICO QUIRURGICOS	4.- PARA LA PARTIDA 2 RENGLÓN 1 PUNTO 3.1.- ENTENDEMOS QUE SE REFIERE A ACERO INOXIDABLE TIPO 316L. ¿ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
24	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 2, ESTERILIZADORES MEDICO QUIRURGICOS	5.- PARA LA PARTIDA 2 RENGLÓN 1 PUNTO 3.3.- ENTENDEMOS QUE HAY UN ERROR DE ESCRITURA Y DEBERÍA DECIR CHAQUETA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 316L. ¿ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
25	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 2, ESTERILIZADORES MEDICO QUIRURGICOS	6.- PARA LA PARTIDA 2 RENGLÓN 1 PUNTO 3.5.2.- PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS QUE EL SELLO HERMÉTICO SEA POR MEDIO DE VAPOR. ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
26	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 2, ESTERILIZADORES MEDICO QUIRURGICOS	7.- PARA LA PARTIDA 2 RENGLÓN 1 PUNTO 3.5.2.- PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SELLO CON TIEMPO DE VIDA DE 800 LOTES. ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
27	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 2, ESTERILIZADORES MEDICO QUIRURGICOS	8.- PARA LA PARTIDA 2 RENGLÓN 1 PUNTO 4.1.- ENTENDEMOS POR ISO/EN285 A QUE EL EQUIPO DEBE CUMPLIR CON CERTIFICADOS Y ESTÁNDAR DE FABRICACIÓN EUROPEO. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PARA EQUIPO FABRICADO EN EL EXTRANJERO DEBERÁ PRESENTAR CERTIFICADO DE LA FDA O CE EN LOS BIENES QUE ASÍ LO REQUIERAN, CERTIFICADO DE LIBRE VENTA DEL PAÍS DE ORIGEN, DONDE HAGA CONSTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, ASÍ COMO ISO 9001:2015 O ISO 13485 Y EL REGISTRO SANITARIO EXPEDIDO POR LA COFEPRIS EN MÉXICO
28	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 2, ESTERILIZADORES MEDICO QUIRURGICOS	9.- PARA LA PARTIDA 2 RENGLÓN 1 PUNTO 4.5.- ENTENDEMOS QUE PUEDE EXISTIR UN ERROR DE ESCRITURA Y DEBERÍA DECIR 121 °C Y CARGAS POROSAS SE REFIERE A CARGAS QUE NO SON DE ACERO INOXIDABLE. ¿ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-149-2021




Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

29	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 2, ESTERILIZADORES MEDICO QUIRURGICOS	10.- PARA LA PARTIDA 2 RENGLÓN 1 PUNTO 4.9.- ENTENDEMOS QUE LOS MANÓMETROS PUEDEN ESTAR ALGUNOS AL FRENTE Y OTROS EN EL AREA DE SERVICIO. ¿SE ACEPTA? 12.- PARA LA PARTIDA 2 RENGLÓN 1 PUNTO 5.2.- SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE EL SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS SEA POR MEDIO DE UN PISTÓN NEUMÁTICO YA QUE ESTE NECESITA MENOS SERVICIO QUE UNA CADENA Y MOTOR. ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
30	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 2, ESTERILIZADORES MEDICO QUIRURGICOS	13.- PARA LA PARTIDA 2 RENGLÓN 1 PUNTO 5.3.- SOLICITAMOS QUE EL EMBRAGUE DE SEGURIDAD A 150N, PARA EVITAR DAÑOS A PERSONAL Y/O MATERIAL PUEDIERA SER OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
31	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 2, ESTERILIZADORES MEDICO QUIRURGICOS	14.- PARA LA PARTIDA 2 RENGLÓN 1 PUNTO 7.1.1.- PARA ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 5.5" MÍNIMO. ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
32	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 2, ESTERILIZADORES MEDICO QUIRURGICOS	15.- PARA LA PARTIDA 2 RENGLÓN 1 PUNTO 7.1.4.- PARA ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 5.5" MÍNIMO. ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
33	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 2, ESTERILIZADORES MEDICO QUIRURGICOS	16.- PARA LA PARTIDA 2 RENGLÓN 1 PUNTO 7.2.1.- PARA ESTE PUNTO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 3.5" MÍNIMO. ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
34	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 2, ESTERILIZADORES MEDICO QUIRURGICOS	17.- PARA LA PARTIDA 2 RENGLÓN 1 PUNTO 7.2.4.- ENTENDEMOS QUE PARA ESTE PUNTO EL TECLADO SE REFIERE A QUE LA PUERTA SE PUDE ABRIR Y CERRAR ACTIVANDOLA DESDE LA PANTALLA. ¿ES CORRECTO?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
35	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 2, ESTERILIZADORES MEDICO QUIRURGICOS	18.- PARA LA PARTIDA 2 RENGLÓN 1 PUNTO 10.1.- ¿ENTENDEMOS QUE LA VÁLVULA DE ESCAPE SE REFIERE A LA VÁLVULA QUE DEJA SALIR EL VAPOR DE LA CÁMARA O SE REFIERE A LAS TRAMPAS QUE ELIMINAN EL CONDENSADO DE CHAQUETA Y CÁMARA?	SE REFIERE A LA VÁLVULA QUE REGULA LA SALIDA DE VAPOR DE LA CÁMARA.
36	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 2, ESTERILIZADORES MEDICO QUIRURGICOS		

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-149-2021



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

37	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 2 RENGLÓN 2, CARRO PARA MATERIAL ESTÉRIL	19.- PARA LA PARTIDA 2 RENGLÓN 2 PUNTO 2.- ENTENDEMOS QUE ESTE CARRO PUEDE SER FABRICADO DE ACUERDO AL FABRICANTE EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304. ¿ES CORRECTO?	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
38	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 2 RENGLÓN 2, CARRO PARA MATERIAL ESTÉRIL	20.- PARA LA PARTIDA 2 RENGLÓN PUNTO 3.- ENTENDEMOS QUE SE PUEDE CONTAR CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES DE CARRO DE CARGA DE 120 CM X 47 CM X 120 CM (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) +/- 5%.	LAS DIMENSIONES DEL CARRO DEBERÁN SER DE ACUERDO AL ESTERILIZADOR OFERTADO EN LA PARTIDA 2 RENGLÓN 1
39	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 2 RENGLÓN 2, CARRO PARA MATERIAL ESTÉRIL	21.- PARA LA PARTIDA 2 RENGLÓN 2.- QUE SE PUEDE CONTAR CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES DE RACK DE 44 CM X 42 X 97.5 CM (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) +/- 5%.	LAS DIMENSIONES DEL RACK DEBERÁN SER DE ACUERDO AL ESTERILIZADOR OFERTADO EN LA PARTIDA 2 RENGLÓN 1


----- **GENERALES** -----

1. De conformidad al Artículo 22, segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, los licitantes deberán incluir en su propuesta técnica un documento en el que manifiesten estar plenamente conscientes de la prevención y sanción de las faltas administrativas y hechos de corrupción.
2. Para efecto de la agilidad del procedimiento durante el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, se precisa que las Partes de las Propuestas que será suscritas tanto por los Servidores Públicos que designa la Convocante y los Licitantes presentes, serán únicamente las que se contengan en el formato de propuesta Técnica y el Formato de Oferta Económica, lo anterior en términos de lo previsto en el artículo 35 fracción II de la Ley.

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas y los generales se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formulara las preguntas que estimaran convenientes en relación con las respuestas recibidas, sin que se hubiere formulado ninguna pregunta al respecto.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 09 de Agosto del 2021 a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de la hora programada.

(Handwritten signatures and marks)




Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

De esta manera se da por concluida la junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 14:00 p.m.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminada esta primera y única junta de aclaraciones a las 11:29 horas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MA. ALICIA LEAL PÉREZ	




Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	C.P. PATRICIA GRACIELA TORRES GAUNA	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES (ÁREA USUARIA)	DR. ERNESTO GARCÍA MARTÍNEZ	

DELANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN	LIC. LEYLA ESTHELA MONTALVÁN TUEME	
REPRESENTANTE DEL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	C.P. FELIPE MANUEL FLORES MARTÍNEZ	



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

LICITANTES		
	NOMBRE	FIRMA
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	C. VIRGINIA CARDONA ACOSTA	
MAGNA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	C. BENJAMÍN UBALDO SALAZAR GUJARDO	