

**Servicios  
de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL

LP-919044992-119-2021

"EQUIPO DE MÉDICO"

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:30 horas del día 20 de Abril del 2021, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso del inmueble sito en la calle Matamoros No. 520 oriente, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos miembros del comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presenta Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-119-2021** referente a la Adquisición de "**Equipo de Médico**", de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León en adelante la Ley y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley, en adelante el Reglamento; así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *C.P. Aarón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el *Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lastra*, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo; **Miembros del Comité con Voz:** como representante de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de la Contraloría y Transparencia Gubernamental la *Lic. Yadira Faz Cedillo*; como área usuaria: la *Q.F.B. Leslie Korina Martínez Segovia*, en representación de la Dirección de Jurisdicciones Sanitarias; **Invitados Permanentes:** de este Organismo, el *Lic. Fidel Moctezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales la *Lic. Leyla Esthela Montalván Tueme*, Jefa del Departamento de Control de Insumos y Almacén y el *C.P. Felipe Manuel Flores Martínez*, representante del Órgano Interno de Control.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.


Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-119 2021

PÁGINA 1 de 16

Matamoros 520 Ote.  
Zona Centro, Monterrey, N.L.  
C.P. 64000

tel. gob. mx  
(81) 8130.7000

Nuevo León



**Servicios de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

**"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"**

En uso de la palabra el *C.P. Aarón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes estando presente la Compañía **Absten Diagnostik, S.A. de C.V.**, representada por la *C. Haydee Rodríguez Carreón*.

Acto seguido se procedió a la lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes las cuales son las siguientes:

| DUDAS ADMINISTRATIVAS |   |                            |  |   |   |
|-----------------------|---|----------------------------|--|---|---|
| PREGUNTA NO.          | COMPAÑÍA  | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA | PARTIDA Y DESCRIPCIÓN                    | PREGUNTA  | RESPUESTA   |
| 1                     | SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C. V. | 1.2.3 (INCISO C)           | CONDICIONES DE ENTREGA DEL EQUIPO MÉDICO | 1.2.3 CONDICIONES DE ENTREGA DEL EQUIPO MÉDICO C) INSTALACIÓN DICE: LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS HARÁN ENTREGA A LA CONVOCANTE DE LAS GUÍAS MECÁNICAS, PLANOS Y DISEÑOS DE DISPOSICIÓN DEL EQUIPO QUE REQUIEREN ADECUACIÓN O PREPARACIÓN DEL ÁREA DE MANERA PREVIA A LA INSTALACIÓN, EN UN PERIODO MÁXIMO DE 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO. PREGUNTA: A FIN DE CONOCER LAS CONDICIONES ACTUALES EN LAS QUE SE ENCUENTRA EL SITIO EN EL QUE SE PRESUME QUEDARÁ INSTALADO EL EQUIPO Y CON ELLO PODER REALIZAR LAS GUÍAS MECÁNICAS QUE SOLICITA LA CONVOCANTE, SOLICITAMOS SE PERMITA HACER UNA VISITA A SUS INSTALACIONES ¿SE ACEPTA? | LAS GUÍAS MECÁNICAS, PLANOS Y DISEÑOS DE DISPOSICIÓN SE SOLICITAN SOLO PARA EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, EL CUAL PODRÁ ACUDIR A LAS INSTALACIONES AL CONCLUIR EL FALLO CORRESPONDIENTE, SI ALGUN LICITANTE DESEA REALIZAR VISITA PREVIA AL ÁREA DONDE SE INSTALARÁ EL EQUIPO DEBERÁ PRESENTAR OFICIO DONDE ASÍ LO SOLICITE EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LA CONVOCANTE A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL PRESENTE EVENTO Y HASTA EL JUEVES 22 DE ABRIL A LAS 14:00 HRS PARA QUE SEA AGENDADA EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA |
| 2                     | SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C. V. | 1.2.3 (INCISO C)           | CONDICIONES DE ENTREGA DEL EQUIPO MÉDICO | 1.2.3 CONDICIONES DE ENTREGA DEL EQUIPO MÉDICO C) INSTALACIÓN DICE: LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS HARÁN ENTREGA A LA CONVOCANTE DE LAS GUÍAS MECÁNICAS, PLANOS Y DISEÑOS DE DISPOSICIÓN DEL EQUIPO QUE REQUIEREN ADECUACIÓN O PREPARACIÓN DEL ÁREA DE MANERA PREVIA A LA INSTALACIÓN, EN UN PERIODO MÁXIMO DE 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO. PREGUNTA: EN CASO DE SER FAVORABLE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, Y CON MOTIVO DE LA VISITA SE REPORTA QUE EN EL ÁREA SE DEBERÁN LLEVAR A CABO TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE OBRA, ELÉCTRICAS O DE COMUNICACIÓN DE RED. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE QUIEN LLEVARÁ A CABO | EN CASO DE REQUERIRSE, DICHAS ADECUACIONES SERÁN A CARGO DE LA CONVOCANTE.  |

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-119 2021

PÁGINA 2 de 16



**Servicios de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

**"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"**

|   |  |          |          |   |   |  |          |          |   |   |                                 |  |                       |  |  |  |  |  |   |
|---|--|----------|----------|---|---|--|----------|----------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|---|
| 3 | SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V. | 1.2.3 F) | GARANTÍA | ESTOS TRABAJOS. FAVOR DE ACLARAR.<br><br>1.2.3 F) GARANTÍA DICE: EL PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES. OBJETO DE ESTE CONCURSO ESTARÁ SUJETA, COMO MÍNIMO A 12 MESES, EN CASO DE QUE EL FABRICANTE OFREZCA GARANTÍA DISTINTA A LA SOLICITADA, ESTA NO PODRÁ SER MENOR A LA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE. CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA E INSTALACIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE, POR LO QUE DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES, SIN PERJUICIO DE QUE SE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SI SE LLEGARA A PRESENTAR ALGÚN INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL LICITANTE. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA GARANTÍA QUE AMPARE AL BIEN OFERTADO ESTARÁ SUJETA A DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/ O VICIOS OCULTOS DEL PROPIO EQUIPO Y QUEDARÁ SIN EFECTO CUANDO EL EQUIPO SUFRA DAÑOS FÍSICOS O FUNCIONALES PRODUCTO DE UN MAL USO ¿ES CORRECTO? | 4 | SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V. | 1.2.3 F) | GARANTÍA | 1.2.3 F) GARANTÍA DICE: EL PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES. OBJETO DE ESTE CONCURSO ESTARÁ SUJETA, COMO MÍNIMO A 12 MESES, EN CASO DE QUE EL FABRICANTE OFREZCA GARANTÍA DISTINTA A LA SOLICITADA, ESTA NO PODRÁ SER MENOR A LA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE. CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA E INSTALACIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE, POR LO QUE DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES, SIN PERJUICIO DE QUE SE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SI SE LLEGARA A PRESENTAR ALGÚN INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL LICITANTE. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA GARANTÍA QUE AMPARE AL BIEN OFERTADO ESTARÁ SUJETA A DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/ O VICIOS OCULTOS DEL PROPIO EQUIPO Y QUEDARÁ SIN EFECTO CUANDO EL EQUIPO SUFRA DAÑOS FÍSICOS O FUNCIONALES PRODUCTO DE FALLAS EN LA RED ELÉCTRICA DEL HOSPITAL ¿ES CORRECTO? | 5 | ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V. | 1.2.3.<br>CONDICIONES DE ENTREGA DEL EQUIPO MÉDICO | INCISO C) INSTALACIÓN | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE TENGA A BIEN FACILITAR PLANOS DEL ÁREA DESTINADA PARA EL EQUIPO DE MASTOGRAFÍA, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE NO SE TIENE PROGRAMADA VISITA A SITIO Y ES NECESARIA ESTA INFORMACIÓN PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE OFERTAR UN EQUIPO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ÁREA REQUERENTE |  |  |  |  | SI DESEA REALIZAR VISITA PREVIA AL ÁREA DONDE SE INSTALARÁ EL EQUIPO DEBERÁ PRESENTAR OFICIO DONDE ASÍ LO SOLICITE EN LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE LA CONVOCANTE A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL PRESENTE EVENTO Y HASTA EL JUEVES 22 DE ABRIL A LAS 14:00 HRS PARA QUE SEA AGENDADA EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA |
|---|--|----------|----------|---|---|--|----------|----------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|---|

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-119 2021

PÁGINA 3 de 16



**Servicios de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

**"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"**

|   |                                    |  |                      |   |   |
|---|------------------------------------|--|----------------------|---|---|
| 6 | ABSTEN DIAGNOSTIK,<br>S.A. DE C.V. | 3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO | INCISO C, NUMERAL 5  | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE CUMPLIRÁ CON ESTE PUNTO PRESENTADO UNA CARTA EN FORMATO LIBRE.   | SÍ, ES CORRECTA SU APPRECIACIÓN Y EL CONTENIDO DEBERÁ SER DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL REFERIDO.  |
| 7 | ABSTEN DIAGNOSTIK,<br>S.A. DE C.V. | 3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO | INCISO C, NUMERAL 8  | ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO Y EN CASO DE QUE NO APLIQUE PARA MI REPRESENTADA, SE PODRÁ PRESENTAR EL ANEXO 15 CON LA LEYENDA "NO APLICA" ¿SE ACEPTA?  | SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD.   |
| 8 | ABSTEN DIAGNOSTIK,<br>S.A. DE C.V. | 3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO | INCISO C, NUMERAL 11 | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA LA CARTA DE COMPROMISO RESPECTO A LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES, SI SE CUMPLIRÁ CON ESTE PUNTO PRESENTADO UNA CARTA COMPROMISO EN FORMATO LIBRE ¿ES CORRECTO? | SÍ, ES CORRECTA SU APPRECIACIÓN Y DEBERÁ INCLUIR EL COMPROMISO RESPECTO A LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS BIENES, DE BRINDAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE DESIGNE LA CONVOCANTE, Y DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA A PARTIR DE LA INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN EQUIPO QUE ASÍ LO REQUIERA. PARA EL MANTENIMIENTO: ALTA O APERTURA DE ESTABLECIMIENTO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON DOMICILIO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY, N.L.; ASÍ COMO ESCRITO EN EL CUAL DETALLE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO Y LOS NOMBRES DEL PERSONAL DEL STAFF DE INGENIERÍA; ASÍ COMO SUS TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES PARA SU LOCALIZACIÓN, ADEMÁS DEBERÁ |


Acto de Junta de Adaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-119 2021

PÁGINA 4 de 16

Matamoros 520 Ote,  
Zona Centro, Monterrey, N.L.  
C.P. 64000

tel.gob.mx  
(81) 81307000

**Nuevo León**



**Servicios de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

**"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"**

|    |                                    |  |                      |   |  |
|----|------------------------------------|--|----------------------|---|--|
|    |                                    |  |                      |   | ANEXAR DIPLOMAS Y CURRÍCULUMS DE ESTOS.  |
| 9  | ABSTEN DIAGNOSTIK,<br>S.A. DE C.V. | 3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO | INCISO C, NUMERAL 16 | ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO Y EN CASO DE QUE NO APLIQUE PARA MI REPRESENTADA ALGUNO DE LOS ANEXOS, SE PODRÁ PRESENTAR EL ANEXO O LOS ANEXOS CON LA LEYENDA "NO APLICA" ¿SE ACEPTA? | SÍ, SE ACEPTA SU PROPUESTA.  |
| 10 | ABSTEN DIAGNOSTIK,<br>S.A. DE C.V. | 3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO | INCISO C, NUMERAL 19 | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE CUMPLIRÁ CON ESTE PUNTO PRESENTADO UN ESCRITO EN FORMATO LIBRE.  | SÍ, ES CORRECTA SU APPRECIACIÓN Y EL CONTENIDO DEBERÁ SER DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL REFERIDO. |
| 11 | ABSTEN DIAGNOSTIK,<br>S.A. DE C.V. | 3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO | INCISO C, NUMERAL 20 | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE CUMPLIRÁ CON ESTE PUNTO PRESENTADO UN ESCRITO EN FORMATO LIBRE.  | SÍ, ES CORRECTA SU APPRECIACIÓN Y EL CONTENIDO DEBERÁ SER DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL REFERIDO. |
| 12 | ABSTEN DIAGNOSTIK,<br>S.A. DE C.V. | 3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO | INCISO C, NUMERAL 22 | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE CUMPLIRÁ CON ESTE PUNTO PRESENTADO UNA CARTA EN FORMATO LIBRE.   | SÍ, ES CORRECTA SU APPRECIACIÓN Y EL CONTENIDO DEBERÁ SER DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL REFERIDO. |
| 13 | ABSTEN DIAGNOSTIK,<br>S.A. DE C.V. | 3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO | INCISO C, NUMERAL 23 | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE CUMPLIRÁ CON ESTE PUNTO PRESENTADO UN ESCRITO EN FORMATO LIBRE.  | SÍ, ES CORRECTA SU APPRECIACIÓN Y EL CONTENIDO DEBERÁ SER DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL NUMERAL REFERIDO. |
| 14 | ABSTEN DIAGNOSTIK,                 | ANEXO 2  | FORMATO DE           | ES CORRECTO ENTENDER QUE EN EL ANEXO 2, EN EL APARTADO DE   | SÍ, ES CORRECTA SU APPRECIACIÓN  |


Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-119 2021

PÁGINA 5 de 16

Mataamoros 520 Ote.,  
Zona Centro, Monterrey, N.L.  
C.P. 64000

tel: 81 508 7000  
fax: 81 8130 7000

Nuevo León



**Servicios de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

**"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"**

|    |                                 |   |  |   |   |
|----|---------------------------------|---|--|---|---|
|    | S.A. DE C.V.                    |   | PROPOSICIÓN TÉCNICA  | DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SE COLOCARÁ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON SU REFERENCIA EN FOLLETOS, CATALOGOS Y/O MANUALES.  |   |
| 15 | ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V. | ANEXO 2   | FORMATO DE PROPOSICIÓN TÉCNICA   | EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA DE LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL PUNTO   | NO FUÉ NEGATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR.  |
| 16 | ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V. | ANEXO 4   | HOJA DE RESUMEN DE PROPUESTA ECONÓMICAS  | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A CUÁL DE LAS COLUMNAS DEL ANEXO 1 HACE REFERENCIA COMO PARTIDA.   | PARTIDA 1   |
| 17 | ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V. | 3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO              | INCISO C, NUMERAL 7  | ES CORRECTO ENTENDER QUE LA TRADUCCIÓN SIMPLE SERÁ ÚNICAMENTE DE LOS PUNTOS REFERENCIADOS EN LA PROPUESTA ¿ES CORRECTO?   | SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN  |
| 18 | ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V. | 3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO              | INCISO C, NUMERAL 24   | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER SI ALGÚN LICITANTE PARTICIPA EN EL PRESENTE PROCESO POR MEDIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, CUALQUIERA DE LAS PARTES QUE INTEGRAN LA MISMA PODRÁ SER LA QUE ESTE DADA DE ALTA ANTE EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE NUEVO LEÓN, SIN NECESIDAD DE QUE TODAS LAS PARTES TENGAN EL PADRÓN. ¿ES CORRECTO?             | NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA TODOS Y CADA UNO DE LOS LICITANTES DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 2 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y REGISTRAR SU INSCRIPCIÓN. |
| 19 | ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V. | 3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO              | INCISO C, NUMERAL 24   | SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER SI ALGÚN LICITANTE PARTICIPA EN EL PRESENTE PROCESO POR MEDIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA, CUALQUIERA DE LAS PARTES QUE INTEGRAN LA MISMA PODRÁ SER LAS QUE CUENTEN CON INSTALACIONES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, SIN NECESIDAD DE QUE TODAS LAS PARTES TENGAN DOMICILIO FISCAL EN EL ESTADO. ¿ES CORRECTO? | SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN  |
| 20 | ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V. | 2. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR QUIEN DESEE INSCRIBIRSE Y PARTICIPAR EN EL CONCURSO | PRIMER PUNTO. INFORMACIÓN SOBRE LA COMPAÑÍA ANEXO 8 DE LAS BASES. SE DEBERÁ ANEXAR COPIA SIMPLE LEGIBLE DE TODAS | ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLO SE DEBERÁ ANEXAR PODER DE LA PERSONA QUE FIRMA LA PROPUESTA. ¿ES CORRECTO?  | NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, E DEBERÁ ANEXAR COPIA SIMPLE LEGIBLE DE TODAS LAS ACTAS, REFORMAS Y PODERES.   |

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-119 2021

Página 6 de 16



**Servicios de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

**"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"**

| PREGUNTA NO.          | COMPañIA   | NUMERAL DE LA CONVOCATORIA  | PARTIDA Y DESCRIPCIÓN                           | PREGUNTA  | RESPUESTA   |
|-----------------------|--|---|---|---|---|
| 21                    | ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V.                                    | 3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO              | INCISO C, NUMERAL 24                            | EN CASO DE OPTAR POR LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE PROPUUESTA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUALES SON LOS REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y PROPUUESTAS QUE DEBEN PRESENTAR LAS PARTES DE LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA. O SI BIEN, SERÁ SUFICIENTE CUMPLIR POR TODAS LAS PARTES CON CADA UNO DE LOS PUNTOS SOLICITADOS EN ESTE NUMERAL Y EL RESTO DE LA PROPUUESTA O REQUISITOS, CON QUE SEA CUBIERTO SOLO POR UNA DE LAS PARTES. | NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. EN CASO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA TODOS Y CADA UNO DE LOS LICITANTES DEBERÁN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 2 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y REGISTRAR SU INSCRIPCIÓN, RESPECTO A LOS REQUISITOS TÉCNICOS DEBERÁN COMPROBARSE DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES O CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA. |
| 22                    | ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V.                                    | 2. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR QUIEN DESEE INSCRIBIRSE Y PARTICIPAR EN EL CONCURSO | SEGUNDO PUNTO.                                  | CONFORME AL ART. 32-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN MI REPRESENTADA NO ESTÁ OBLIGADA A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS SIN DICTAMINAR Y FIRMADOS POR CONTADOR PÚBLICO CON CÉDULA PROFESIONAL.  | SI NO CUENTA CON ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DEBERÁ PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANTE EL SAT DEL EJERCICIO FISCAL 2020.  |
| <b>DUDAS TÉCNICAS</b> |  |   |   |   |   |
| 1                     | SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V. | ANEXO 1   | PARTIDA 1 MASTOGRAFIA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO | PARTIDA 1 MASTOGRAFIA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO PUNTO: 2.2.2. SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE FILTROS PARA MASTOGRAFIA DE: PLATA. PREGUNTA: DEBIDO A QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁN ORIENTADAS AL FABRICANTE IMS GIOTTO Y CON ESTO SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR FILTROS PARA MASTOGRAFIA DE RHODIO Y ALUMINIO O PLATA. ¿SE ACEPTA?  | SE ACEPTA SU PROPUUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES   |
| 2                     | SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V. | ANEXO 1   | PARTIDA 1 MASTOGRAFIA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO | PARTIDA 1 MASTOGRAFIA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO PUNTO: 2.2.4. DISTANCIA FOCO-OBJETIVO O SID O FFD DE 69 CM O MAYOR PREGUNTA: DEBIDO A QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁN ORIENTADAS AL FABRICANTE IMS GIOTTO Y CON ESTO SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR SID DE 65 CM O MAYOR, YA QUE ESTA DIFERENCIA NO DEMERITA LA CALIDAD DE LAS   | SE ACEPTA SU PROPUUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES   |

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-119 2021

PÁGINA 7 de 16



**Servicios de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN


**"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"**

|   |  |         |   |   |  |
|---|--|---------|---|---|--|
| 3 | SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V. | ANEXO 1 | PARTIDA 1 MASTOGRAFIA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO | IMÁGENES OBTENIDAS. ¿SE ACEPTA?<br>PARTIDA 1 MASTOGRAFIA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO PUNTO: 2.3.1. ROTACIÓN 180°/180° (360°) PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO OFERTAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ROTACIÓN DE 190°/190° (380°). ¿SE ACEPTA?  | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PODRÁ OFERTAR UNA ROTACIÓN DE 190°/190° (380°), SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES                |
| 4 | SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V. | ANEXO 1 | PARTIDA 1 MASTOGRAFIA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO | PARTIDA 1 MASTOGRAFIA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO PUNTO: 2.3.2. VERTICAL DE 63 CM PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO OFERTAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE 81 CM (69 CM-150 CM). ¿SE ACEPTA?  | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PODRÁ OFERTAR DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE 81 CM (69 CM-150 CM), SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES |
| 5 | SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V. | ANEXO 1 | PARTIDA 1 MASTOGRAFIA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO | PARTIDA 1 MASTOGRAFIA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO PUNTO: 2.3.3. CON CRECIMIENTO A FUTURO DE CONTAR CON INCLINACIÓN DE -15°/+90 GRADOS PARA MEJOR ACCESIBILIDAD PARA PACIENTES EN SILLA DE RUEDAS PREGUNTA: DEBIDO A QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁN ORIENTADAS AL FABRICANTE IMS GIOTTO Y CON ESTO SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR ROTACIÓN DE 190°/190° (380°) PARA MEJOR ACCESIBILIDAD DE PACIENTES EN SILLA DE RUEDAS. ¿SE ACEPTA?   | SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES   |
| 6 | SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V. | ANEXO 1 | PARTIDA 1 MASTOGRAFIA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO | PARTIDA 1 MASTOGRAFIA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO PUNTO: 2.9. INTERFACE DE RED ETHERNET 100/1000 BASE T PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE RED ETHERNET 10/100/1000, CUMPLE CON LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?  | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.  |
| 7 | SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V. | ANEXO 1 | PARTIDA 1 MASTOGRAFIA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO | PARTIDA 1 MASTOGRAFIA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO PUNTO: 2.13.3. 11 DISPAROS O PROYECCIONES PARA TOMOSINTESES O MENOR. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE NO SERÁ MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO OFERTAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES, POR LO QUE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR LA OPCIÓN DE CRECIMIENTO A FUTURO DE 15 DISPAROS O PROYECCIONES PARA TOMOSINTESES. ¿SE ACEPTA?   | NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DERIVADO QUE MIENTRAS MAYOR SEA LA CANTIDAD DE DISPAROS MAYOR ES LA DOSIS DE RADIACIÓN ENTREGADA AL PACIENTE  |
| 8 | SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V. |         | PARTIDA 1 MASTOGRAFIA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO | PARTIDA 1 MASTOGRAFIA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO PUNTO: 2.14. CAPACIDAD A FUTURO DE REALIZAR BIOPSIA ESTEREOTÁXICA EN POSICIÓN VERTICAL Y MEDIANTE MESA EN POSICIÓN PRONA PREGUNTA: DEBIDO A QUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁN ORIENTADAS AL FABRICANTE IMS GIOTTO Y CON ESTO SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CAPACIDAD A FUTURO DE REALIZAR BIOPSIA ESTEREOTÁXICA EN POSICIÓN VERTICAL Y LATERAL MEDIANTE SILLA DE BIOPSIA. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES  |
| 9 | SERVICIO Y VENTA DE  | ANEXO 1 | PARTIDA 1 MASTOGRAFIA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO | PARTIDA 1 MASTOGRAFIA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO PUNTO: 3.1.5.   | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.  |

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-119 2021

Página 8 de 16





**Servicios de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

**"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"**

|    |  |                                     |   |  |   |
|----|--|-------------------------------------|---|--|---|
|    | INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V. |                                     | MASTOGRAFIA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO     | INTERFASE DE RED ETHERNET 100/1000 BASE T PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE RED ETHERNET 1000 BASE T, CUMPLE CON LO SOLICITADO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APROXIMACIÓN?  | NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DERIVADO QUE EXISTEN TÉCNICAS PARA MAMAS DENSAS DONDE SE OCUPAN PARÁMETROS DE 120 MA X 35 KV LO QUE REQUIERE UNA POTENCIA DE 4.2 KW, POR LO ANTERIOR UN GENERADOR DE 4 KW NO ES SUFICIENTE Y LA MANERA EN LA QUE OTROS EQUIPOS PUEDEN SOLVENTAR DICHO IMPEDIMENTO ES AUMENTANDO EL TIEMPO DE EXPOSICION DEL PACIENTE |
| 10 | ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.                    | ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PARTIDA 1. DESCRIPCIÓN: EQUIPO DE RAYOS X | PUNTO 2.1.1. DICE: 2.1.1. POTENCIA DE 5 KW O MAYOR SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN PODAMOS OFERTAR UN GENERADOR DE RAYOS X DE ALTA FRECUENCIA DE 4 KW QUE PRODUCE UNA SEÑAL CONSTANTE Y LIBRE DE FLUCTUACIONES DE ESTA FORMA SE REDUCE LA DOSIS GLANDULAR CON TIEMPOS DE EXPOSICIÓN CORTOS. ¿SE ACEPTA?                                   |   |
| 11 | ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.                    | ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PARTIDA 1. DESCRIPCIÓN: EQ UIPO DE RAYOS  | PUNTO 2.2.2. DICE: 2.2.2. SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE FILTROS PARA MASTOGRAFIA DE: PLATA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EVALÚE ADICIONAL COMO REQUERIMIENTO MÁS DE 1 MATERIAL DE FILTRADO, DE ESTA FORMA SE PODRÍA LOGRAR UNA MEJOR CALIDAD DE HAZ. SE HA COMPROBADO QUE AL CONTAR CON 1 SOLO MATERIAL DE FILTRAJE LA RELACIÓN CALIDAD – IMAGEN/DOSES ES DEFICIENTE. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES  |
| 12 | ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.                    | ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PARTIDA 1. DESCRIPCIÓN: EQ UIPO DE RAYOS  | PUNTO 2.2.4. DICE: 2.2.4. DISTANCIA FOCO-OBJETIVO O SID O FFD DE 69 CM O MAYOR SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE CONSIDERE PERMITIR UNA VARIACIÓN DE +/- 5% EN ESTA DISTANCIA FOCO-OBJETIVO CON LA INTENCIÓN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?  | SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES  |
| 13 | ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.                    | ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PARTIDA 1. DESCRIPCIÓN: EQ UIPO DE RAYOS  | PUNTO 2.3.1. DICE: 2.3.1. ROTACIÓN 180°/180° (360°) SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS OTORQUE UNA TOLERANCIA DEL +/- .15% EN LA SUMA TOTAL DE LOS GRADOS DE ROTACIÓN, YA QUE EL EQUIPO EN ESTE RANGO SIGUE CONTANDO CON UN AMPLIO MOVIMIENTO PARA LOS DIFERENTES ESTUDIOS QUE SE REALIZAN ¿SE ACEPTA?                                   | NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DERIVADO DE QUE SE REQUIERE UN MINIMO DE ROTACIÓN DE 360 GRADOS, PARA TÉCNICAS EN PACIENTES POLITRAUMATIZADOS DONDE SE REQUIEREN TOMAS LATERALES EN POSICIÓN CRANEO CAUDAL Y CAUDO CRANEAL, POR LO QUE SE REQUIERE UNA ROTACIÓN DE 180 GRADOS EN AMBOS LADOS  |
| 14 | ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.                    | ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PARTIDA 1. DESCRIPCIÓN: EQ                | PUNTO 2.3.2. DICE: 2.3.2. VERTICAL DE 63 CM SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE CONSIDERE PERMITIR UNA VARIACIÓN DE +/- .10% YA   | SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS   |

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-119 2021

PÁGINA 9 de 16



**Servicios de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

**"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"**

|    | TÉCNICAS   | LIPO DE RAYOS                               | QUE ES DE IGUAL FORMA ÚTIL PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MAMA A PACIENTES DONDE SE REQUIERE UNA ALTURA MINIMA AL USAR SILLA DE RUEDAS. ¿SE ACEPTA?  | LICITANTES  |
|----|--|---|---|---|
| 15 | ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.<br><br>ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PARTIDA 1.<br>DESCRIPCIÓN: EQ LIPO DE RAYOS | PUNTO 2.3.3 DICE: 2.3.3. CON CRECIMIENTO A FUTURO DE CONTAR CON INCLINACIÓN DE -15/+90 GRADOS PARA MEJOR ACCESIBILIDAD PARA PACIENTES EN SILLA DE RUEDAS SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SEA OPCIONAL ESTE CRECIMIENTO YA QUE HAY LICITANTES QUE CONTAMOS DESDE EL INICIO CON LA FACILIDAD DE POSICIONAMIENTO A PACIENTES EN SILLAS DE RUEDAS SIN LA NECESIDAD DE UNA "INCLINACIÓN". ¿SE ACEPTA?   | SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES  |
| 16 | ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.<br><br>ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PARTIDA 1.<br>DESCRIPCIÓN: EQ LIPO DE RAYOS | PUNTO 2.5 DICE: 2.5. PLATO O PLAÇA O PALETA DE COMPRESIÓN DE 18 X 24 CM Y DE 24 X 30 CM. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA MAYOR ÁREA DE COMPRESIÓN QUE FACILITA EL POSICIONAMIENTO DE LA MAMA PERMITIENDO ABARCAR UNA SUPERFICIE MAYOR DE CONTACTO NO SOLO EN LAS PROYECCIONES BÁSICAS SINO EN PROYECCIONES AT, SIO, LM, ML, LMO Y XCL. DE ESTA FORMA SE TIENE MEJOR CALIDAD EN LA IMAGEN PARA UN CORRECTO DIAGNÓSTICO. ¿SE ACEPTA?  | SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES  |
| 17 | ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.<br><br>ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PARTIDA 1.<br>DESCRIPCIÓN: EQ LIPO DE RAYOS | PUNTO 2.7.1 DICE: 2.7.1. DE SELENIO AMORFO (A-SE) SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFERTAR UN DETECTOR DE SILICIO AMORFO QUE, EN CONJUNTO CON NUESTRO PROCESAMIENTO DE IMAGEN, SISTEMA PATENTADO FLEX-AEC Y NUESTRO TAMAÑO DE PIXEL SON IDEALES PARA UNA IMAGEN DE CALIDAD Y UNA RESOLUCIÓN OPTIMA EN ESPECIAL PARA LA DETECCIÓN DE MICROCALCIFICACIONES. ADEMÁS, ES ULTRADELIGADO, LO CUAL PERMITE UN POSICIONAMIENTO DE MAMA SIN DIFICULTAD ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. |
| 18 | ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.<br><br>ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PARTIDA 1.<br>DESCRIPCIÓN: EQ LIPO DE RAYOS | PUNTO 2.7.6 DICE: 2.7.6. DQE DE 65% O RESOLUCIÓN DE 3.5 LP/MM PARA 2D Y 3D (CRECIMIENTO). SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERE SOLICITAR A TODOS LOS LICITANTES UNA MAYOR RESOLUCIÓN DE AL MENOS 5 LP/MM YA QUE LA QUE SOLICITAN ES MENOR AL ESTÁNDAR DE CALIDAD QUE SE NECESITA DENTRO DEL DIAGNÓSTICO DE MAMA 2D Y 3D. ¿SE ACEPTA?   | SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES  |
| 19 | ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.<br><br>ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PARTIDA 1.<br>DESCRIPCIÓN: EQ LIPO DE RAYOS | PUNTO 2.13.2 DICE: 2.13.2. TIEMPO DE RECORRIDO O ESCANEADO DE 10 SEG O MENOR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RETIRE ESTE PUNTO YA QUE SE TRATA DE UNA CARACTERÍSTICA ESPECIFICA DE LA TOMOSINTESIS DE UNA MARCA. CABE ACLARAR QUE EN ESTA CÉDULA NO SE ESTÁ  | SE ACEPTA SU PROPUESTA  |

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-119 2021

PÁGINA 10 de 16



**Servicios de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

**"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"**

|    |                                 |                                     |  |  |  |
|----|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| 20 | ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.     | ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PARTIDA 1. DESCRIPCIÓN: EQ LIPO DE RAYOS   | REQUIRIENDO LA COMPRA DE DICHA CARACTERÍSTICA. ¿SE ACEPTA?<br>PUNTO 2.13.3 DICE: 2.13.3. 11 DISPAROS O PROYECCIONES PARA TOMOSINTESIS O MENOR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RETIRE ESTE PUNTO YA QUE SE TRATA DE UNA CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA DE LA TOMOSINTESIS DE UNA MARCA, CABE ACLARAR QUE EN ESTA CÉDULA NO SE ESTÁ REQUIRIENDO LA COMPRA DE DICHA CARACTERÍSTICA. ¿SE ACEPTA?   | NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DERIVADO QUE MIENTRAS MAYOR SEA LA CANTIDAD DE DISPAROS MAYOR ES LA DOSIS DE RADIACIÓN ENTREGADA AL PACIENTE  |
| 21 | ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.     | ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PARTIDA 1. DESCRIPCIÓN: EQ LIPO DE RAYOS   | PUNTO 2.14 DICE: 2.14. CAPACIDAD A FUTURO DE REALIZAR BIOPSIA ESTEREO-TÁXICA EN POSICIÓN VERTICAL Y MEDIANTE MESA EN POSICIÓN PRONA. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NOS PERMITA OFRECER NUESTRA CAPACIDAD A FUTURO DE REALIZAR BIOPSIA ESTEREO-TÁXICA EN POSICIÓN VERTICAL Y MEDIANTE SILLA Y MESA CON LA PACIENTE EN DIVERSAS POSICIONES (DECÚBITO LATERAL, VERTICAL Y PRONA). ¿SE ACEPTA?                                    | SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES   |
| 22 | ELECTRONICA Y MEDICINA S.A.     | ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | PARTIDA 1. DESCRIPCIÓN: EQ LIPO DE RAYOS   | PUNTO 1 DICE: 1. DESCRIPCIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE DEBA INCLUIR EN LA PROPUESTA UN KIT DE CALIBRACIÓN PROPIO DE LA MARCA DEL MASTÓGRAFO OFERTADO ASÍ COMO UN PHANTOM DE ACREDITACIÓN ACR QUE EN CONJUNTO SON USADOS POR EL ÁREA USUARIA PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE CALIDAD DIARIAS, SEMANALES Y MENSUALES CON EL FIN DE CUMPLIR LA CALIDAD DE LA IMAGEN Y LA NOMI 229-SSA1-2002. DE NO INCLUIRLO ES UN GASTO CONSIDERABLE PARA EL SITIO. ¿SE ACEPTA? | PODRÁ OFERTARLO DE ACUERDO A SU MARCA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES   |
| 23 | ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V. | ANEXO 1                             | 53101MASTOGRAFIA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO | 2.1.2 "RANGO DE MAS DE 2 A 600. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE 2 A 630 MAS, LO CUAL ES MAYOR A LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?"  | SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES   |
| 24 | ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V. | ANEXO 1                             | 53101MASTOGRAFIA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO | 2.1.3 "RANGO DE KV DE 22 O MENOR A 49 O MAYOR, CON INCREMENTOS DE 1KV O MENOR. PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE 23 A 35 KV CON INCREMENTOS DE 1KV, LO CUAL, GRACIAS A NUESTRA TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE IMAGEN (PRIMEI), NOS PERMITE ENTREGAR IMÁGENES DE ALTA CALIDAD MIENTRAS SE REDUCE LA DOSIS AL MÁXIMO ¿SE ACEPTA?"   | NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBIDO A QUE SE PRETENDE OFERTAR UN RANGO MENOR A LO SOLICITADO, LÍMITA LA OBTENCIÓN DE UNA IMAGEN ÚTIL Y DE CALIDAD EN PACIENTES CON MAMA DENSA YA QUE SE LLEGA A REQUERIR UN RANGO EN KV QUE ES LO QUE TE DA LA PENETRACIÓN DE TEJIDO DE HASTA 38 O 40 KV |
| 25 | ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V. | ANEXO 1                             | 53101MASTOGRAFIA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO | 2.2 TUBO DE RAYOS "X" DE TUNGSTENO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN TUBO DE MOULBDENO/TUNGSTENO YA QUE CUMPLE CON EL ALCANCE SOLICITADO.  | SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES   |

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-119 2021

PÁGINA 11 de 16



**Servicios de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

**"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"**

|    |                                    |         |  |  |   |
|----|------------------------------------|---------|--|--|---|
|    |                                    |         |  | ¿SE ACEPTA?  |   |
| 26 | ABSTEN DIAGNOSTIK,<br>S.A. DE C.V. | ANEXO 1 | 53101MASTOGRAFIA<br>DIGITAL DE CAMPO<br>COMPLETO | 2.2.1 CAPACIDAD CALORIFICA DEL ÁNODO DE 300,000 HU O MAYOR. PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA CAPACIDAD CALORIFICA DEL ÁNODO DE 162,000 HU, YA QUE GRACIAS A NUESTRA TECNOLOGÍA NUESTRO SISTEMA NO REQUIERE UNA CAPACIDAD MAYOR PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO DEL EQUIPO SIN PRESENTAR PROBLEMAS DE CALENTAMIENTO. ¿SE ACEPTA?   | NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA REQUIERE CONTAR UN EQUIPO CON UNA ALTA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TÉRMICO EN EL ÁNODO PARA QUE SE PUEDAN REALIZAR UN ALTA CANTIDAD DE ESTUDIOS SIN TIEMPOS DE ESPERA POR SOBRECALENTAMIENTO DEL TUBO |
| 27 | ABSTEN DIAGNOSTIK,<br>S.A. DE C.V. | ANEXO 1 | 53101MASTOGRAFIA<br>DIGITAL DE CAMPO<br>COMPLETO | 2.2.2 SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE FILTROS PARA MASTOGRAFÍA DE: PLATA. PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR FILTROS CON COMBINACIONES DE MOLIBDENO/MOLIBDENO, MOLIBDENO/RODIO, Y RODIO/TUNGSTENO. ¿SE ACEPTA?   | SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES  |
| 28 | ABSTEN DIAGNOSTIK,<br>S.A. DE C.V. | ANEXO 1 | 53101MASTOGRAFIA<br>DIGITAL DE CAMPO<br>COMPLETO | 2.2.4 DISTANCIA FOCCO-OBJETIVO O SID O FED DE 69 CM O MAYOR. PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN SID DE 55CM. YA QUE ESTA ES LA DISTANCIA IDEAL PARA OBTENER EL MEJOR DESEMPEÑO EN IMÁGENES NUESTRO SISTEMA POR EL DISEÑO GEOMÉTRICO DEL MISMO. ¿SE ACEPTA?   | SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES  |
| 29 | ABSTEN DIAGNOSTIK,<br>S.A. DE C.V. | ANEXO 1 | 53101MASTOGRAFIA<br>DIGITAL DE CAMPO<br>COMPLETO | 2.3.3 CON CRECIMIENTO A FUTURO DE CONTAR CON INCLINACIÓN DE -15/+90 GRADOS PARA MEJOR ACCESIBILIDAD PARA PACIENTES EN SILLAS DE RUEDAS. ENTENDEMOS QUE ESTA ANGUACIÓN SE REFIERE AL ÁNGULO DE ROTACIÓN DEL GANTRY. NUESTRO SISTEMA TIENE UN RANGO DE ROTACIÓN DE +/- 180 MOTORIZADO E ISOCÉNTRICO Y UNA ALTURA VARIABLE EN UN RANGO DE 69CM A 150CM, PERMITIENDO ACCESIBILIDAD A PACIENTES EN SILLA DE RUEDAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?   | SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES  |
| 30 | ABSTEN DIAGNOSTIK,<br>S.A. DE C.V. | ANEXO 1 | 53101MASTOGRAFIA<br>DIGITAL DE CAMPO<br>COMPLETO | 2.14. CAPACIDAD A FUTURO DE REALIZAR BIOPSIA ESTERIOIOTÁXICA EN POSICIÓN VERTICAL Y MEDIANTE MESA EN POSICIÓN PRONA. PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA OPCIÓN DE BIOPSIA ESTEREOIOTÁXICA PARA PACIENTES DE PIE O SENTADOS, OFRECIENDO EN NUESTRA PROPUESTA UNA SILLA DEDICADA PARA BIOPSIA ALTAMENTE FLEXIBLE EN SU POSICIONAMIENTO Y CON MOVIMIENTO MOTORIZADO. YA QUE NUESTRA TECNOLOGÍA NO CUENTA CON UN SISTEMA DE MESA EN POSICIÓN PRONA. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES  |
| 31 | ABSTEN DIAGNOSTIK,<br>S.A. DE C.V. | ANEXO 1 | 53101MASTOGRAFIA<br>DIGITAL DE CAMPO<br>COMPLETO | 2.8.2. MATRIZ DE 2MP SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA PANTALLA CON MATRIZ DE 3MP LO QUE SUPERA LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?   | SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES  |

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-119 2021

PÁGINA 12 de 16



**Servicios  
de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

**"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"**

|    |                                    |         |  |   |  |
|----|------------------------------------|---------|--|---|--|
| 32 | ABSTEN DIAGNOSTIK,<br>S.A. DE C.V. | ANEXO 1 | 53101MASTOGRAFÍA<br>DIGITAL DE CAMPO<br>COMPLETO | 2.13.2. TIEMPO DE RECORRIDO O ESCANEADO DE 10 SEG O MENOR. PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITAN OFERTAR UN TIEMPO DE ESCANEADO DE 25 SEGUNDOS A MENOR, YA QUE ESTE TIEMPO NOS PERMITE HACER UN RECORRIDO DE 50 GRADOS Y OBTENER UNA MAYOR CANTIDAD DE INFORMACIÓN DIAGNÓSTICO POR BARRIDO, MEJORANDO LA RESOLUCIÓN. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES |
| 33 | ABSTEN DIAGNOSTIK,<br>S.A. DE C.V. | ANEXO 1 | 53101MASTOGRAFÍA<br>DIGITAL DE CAMPO<br>COMPLETO | 2.13.3. 11 DISPAROS O PROYECCIONES PARA TOMOSINTESIS O MENOR. PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA DE TOMOSINTESIS CON 25 EXPOSICIONES O PROYECCIONES EN UN RANGO DE +/- 25 GRADOS, YA QUE ES SUPERIOR A LO SOLICITADO Y PERMITE TENER MAYOR INFORMACIÓN DIAGNÓSTICA. ¿SE ACEPTA?                                       | SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES |
| 34 | ABSTEN DIAGNOSTIK,<br>S.A. DE C.V. | ANEXO 1 |  | 3.1.3. HERRAMIENTAS DEDICADAS PARA MASTOGRAFÍA PARA 2D Y 3D. POR CONCEPTO, ENTENDEMOS QUE MASTOGRAFÍA 2D SE REFIERE A IMÁGENES CONVENCIONALES Y 3D A IMÁGENES DE TOMOSINTESIS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?   | ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.  |

**GENERALES**

Único. Para efecto de la agilidad del procedimiento durante el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, se precisa que las Partes de las Propuestas que será suscritas tanto por los Servidores Públicos que designa la Convocante y los Licitantes presentes, serán únicamente las que se contengan en el formato de propuesta Técnica, lo anterior en términos de lo previsto en el artículo 35 fracción II de la Ley.

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas, se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularán las preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, sin que hubieran formulado ninguna pregunta al respecto.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 29 de Abril del 2021 a las 11:00 horas, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er piso de este mismo inmueble, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de la hora programada.


Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. 1P-919044992-119 2021

PÁGINA 13 de 16

Matamoros 520 Ote.,  
Zona Centro, Monterrey, N.L.  
C.P. 64000

tel gub.mx  
(81) 8130.7000

Nuevo León



**Servicios  
de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

**"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"**


De esta manera se da por concluida la junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

No habiendo otro asunto se da por terminado el presente evento siendo las 10:59 horas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

| MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO   |                                      |       |
|--|--------------------------------------|-------|
|  | NOMBRE                               | FIRMA |
| DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES | C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ             |       |
| REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA   | LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA |       |

| MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ   |                         |       |
|---|-------------------------|-------|
|   | NOMBRE                  | FIRMA |
| REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL | LIC. YADIRA FAZ CEDILLO |       |

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-119 2021



**Servicios  
de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>DIRECCIÓN DE JURISDICCIONES<br/>SANITARIAS<br/>(COMO ÁREA USUARIA)</b> | Q.F.B. LESLIE KORINA<br>MARTÍNEZ SEGOVIA |  |
|---|--|--|

SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

| INVITADOS PERMANENTES                                    |                                       |       |
|--|---------------------------------------|-------|
|  | NOMBRE                                | FIRMA |
| SUBDIRECTOR DE RECURSOS<br>MATERIALES                    | LIC. FIDEL MOCTEZUMA<br>CARRILLO      |       |
| JEFA DEL DEPARTAMENTO DE<br>CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN | LIC. LEYLA ESTHELA<br>MONTALVÁN TUEME |       |
| REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE<br>CONTRALORÍA INTERNA  | C.P. FELIPE MANUEL FLORES<br>MARTÍNEZ |       |



**Servicios  
de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

**"2021, CENTENARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA"**

| LICITANTES |                                 |                                |
|------------|---------------------------------|--------------------------------|
|            | NOMBRE                          | FIRMA                          |
|            | ABSTEN DIAGNOSTIK, S.A. DE C.V. | C. HAYDEE RODRÍGUEZ<br>CARREÓN |

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-119 2021