

Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN
**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA**

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
LP-919044992-136-2021**

“REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE CARGA VIRAL Y EQUIPO EN COMODATO”

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 11:00 horas del día 4 de junio del 2021, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso, del inmueble sito en la calle Matamoros No. 520 oriente, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos miembros del comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presenta Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-136-2021** referente a la adquisición de **“Reactivo para la Determinación de Carga Viral y Equipo en Comodato”**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León en adelante la Ley y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley, en adelante el Reglamento; así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *C.P. Aaron Serrato Araoz*, Director Administrativo y representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el *Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lostra*, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, **Miembros del Comité con Voz:** como representante de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la *Lic. Yadira Faz Cedillo*, como **área usuaria:** la *Q.C.B. Yadira Hilerio García*, representante del Laboratorio Estatal, **Invitados Permanentes, todos de este Organismo:** el *Lic. Fidel Moctezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales; la *Lic. Leyla Esthela Montalván Tueme*, Jefa del Departamento de Control de Insumos y Almacén y el *C.P. Felipe Manuel Flores Martínez*, representante del Órgano Interno de Control.


Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-136-2021

PÁGINA 1 de 6

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

nl.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

En uso de la palabra el *C.P. Aragón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y representante del presidente del Comité, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes, no estando presente ninguno.

Acto seguido se procedió a la lectura a las dudas presentadas por el licitante **Jaime Flores Sánchez** las cuales son las siguientes:


DUDAS ADMINISTRATIVAS:

No. DE PREGUNTA	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCION	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ANEXO 1-A	<p>PARTIDA 1 CARACTERISRICAS Y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO EN COMODATO PARA CARGA VIRAL LA CONVOCANTE SOLICITA EN EL ANEXO 1-A APARTADO DE DESCRIPCION Sistema automático integral que contemple la extracción, amplificación y detección de ácidos nucleicos para la cuantificación de carga viral del Virus De La Inmunodeficiencia Humana Tipo 1 (VIH-1), basado en RT-PCR que utilice las tecnologías de 5'-nucleasa o de Sonda Lineal de Doble Cadena Parcial. Deberá contar con un sistema de preparación de muestra integrado, diseñado para procesar muestras clínicas de forma secuencial Deberá contar con un sistema que asegure que la plataforma de trabajo esté libre de contaminación.</p>	<p>SE LE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR Sistema de preparación de muestras automatizado, diseñado para procesar muestras clínicas de forma secuencial en flujo continuo. Es posible cambiar las bandejas de muestras finalizadas y de reactivos terminados por nuevos sin necesidad de interrumpir el proceso. Sistema totalmente automatizado de PCR en tiempo real para amplificación y detección de ácidos nucleicos basado en la tecnología de la 5'-nucleasa. Contiene múltiples sistema de control Enzima Amperasa y formato de tubos individuales cerrados que reducen riesgo de contaminación y aseguran integridad de la muestra y de los resultados Control de contaminación y amplificación integrado en equipo Determinación cuantificación y doble objetivo eliminar subcuantificación reactivo. Los reactivos no requieran congelación. ¿Se acepta?</p>	<p>Si, se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás licitantes.</p>

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-136-2021

Matamoros S20 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ni.gob.mx
 (81) 8130.7000



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

2	<p>ANEXO 1-A</p> <p>CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO EN COMODATO PARA CARGA VIRAL LA CONVOCANTE SOLICITA EN EL ANEXO 1-A APARTADO DE CAPACIDAD ANALÍTICA LO SIGUIENTE: Capacidad para procesar simultáneamente un mínimo de 90 muestras diarias (que se puedan distribuir en bandejas) y hasta dos pruebas diferentes en el o los termocicladores (no más de dos termocicladores)</p>	<p>Se le solicita amablemente a la convocante ofertar equipo con capacidad analítica de 72 determinaciones cargadas simultáneamente. escalable hasta 90 determinaciones. SE ACEPTA?</p>	<p>Si, se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás licitantes.</p>
3	<p>ANEXO 1-A</p> <p>CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO EN COMODATO PARA CARGA VIRAL LA CONVOCANTE SOLICITA EN EL ANEXO 1-A APARTADO DE ESPECIFICACION DE LA MUESTRA LO SIGUIENTE: Deberá procesar muestras extraídas con anticoagulante EDTA Volumen de la muestra a analizar no mayor de 1000 µl.</p>	<p>Se le solicita amablemente a la convocante ofertar equipo con volumen de muestra de 1100 µl.. SE ACEPTA?</p>	<p>Si, se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás licitantes.</p>
4	<p>ANEXO 1-A</p> <p>LA CONVOCANTE SOLICITA EN EL ANEXO 1-A APARTADO DE CONTROLES Y CALIBRACIÓN, LO SIGUIENTE: Positivos bajos, positivos altos y negativos para cada corrida analítica. Estándares de cuantificación para cada muestra y/o control interno NO competitivo para cada muestra. Calibración mediante curva teórica y/o calibración externa de 2 puntos.</p>	<p>Se le solicita amablemente a la convocante ofertar equipo con Controles positivos altos, positivos bajos y negativos para cada serie analítica, además de estándar de cuantificación interno incluido en cada muestra. Que no requiera calibración. Que contenga Control de contaminación SE ACEPTA?</p>	<p>Si, se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás licitantes.</p>
5	<p>ANEXO 1-A</p> <p>LA CONVOCANTE SOLICITA EN EL ANEXO 1-A APARTADO DE LIMITE DE DETECCIÓN, LO SIGUIENTE: s40 copias de ARN /ml</p>	<p>Se le solicita amablemente a la convocante ofertar equipo con limite de detección Menor a 20 COPIAS. SE ACEPTA?</p>	<p>Si, se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás licitantes.</p>

[Handwritten mark]

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-136-2021

PÁGINA 3 de 6


Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

ml.gob.mx
 (81) 8130.7000

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Nuevo León



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN
GENERALES

Para efecto de la agilidad del procedimiento durante el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, se precisa que las Partes de las Propuestas que será suscritas tanto por los Servidores Públicos que designa la Convocante y los Licitantes presentes, serán únicamente las que se contengan en el formato de propuesta Técnica y el Formato de Oferta Económica, lo anterior en términos de lo previsto en el artículo 35 fracción II de la Ley.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 17 de junio del 2021 a las 10:00 horas, en esta misma Sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de la hora programada.

De esta manera se da por concluida la junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

No habiendo otro asunto se da por terminado el presente evento siendo las 11:08 horas de la fecha indicada el inicio de esta acta, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	


Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-136-2021

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.,
C.P. 64000

nl.gob.mx
☎ (81) 81307000


PÁGINA 4 de 6


Nuevo León



**Servicios
de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN


<p>REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA</p>	<p>LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA</p>	
--	---	---

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
<p>REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL</p>	<p>LIC. YADIRA FAZ CEDILLO</p>	
<p>REPRESENTANTE DEL LABORATORIO ESTATAL (ÁREA USUARIA)</p>	<p>Q.C.B. YADIRA HILERIO GARCÍA</p>	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL







Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

INVITADOS PERMANENTES

	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN	LIC. LEYLA ESTHELA MONTALVÁN TUEME	
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	C.P. FELIPE MANUEL FLORES MARTÍNEZ	

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-136-2021

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C. P. 64000

nl.gob.mx
 (81) 8130.7000

PÁGINA 6 de 6

Nuevo León