



**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA  
 JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS INTERNACIONALES  
 PRESENCIAL No. LP-919044992-I13-2017  
 "MATERIAL DE CURACIÓN PARA DIVERSAS UNIDADES, 2ª VUELTA"**

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 11:00 horas del día 25 de Enero del 2017, se reunieron en la sala de juntas de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario, ubicada en la calle Matamoros No. 520 Oriente, planta baja, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, habiéndose modificado el lugar de reunión original por disponibilidad de los espacios físicos estando todos los presentes de acuerdo, se reunieron los Servidores Públicos miembros del comité de Adquisiciones, proveedores e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presenta Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Internacionales Presencial No. LP-919044992-I13-2017** referente a la Adquisición de "Material de Curación para Diversas Unidades, 2ª Vuelta", de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León en adelante la Ley y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley, en adelante el Reglamento; así como lo señalado en el punto 11 de la convocatoria de la Licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *C.P. Aarón Serrato Araoz*, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el *Lic. Luis Gerardo Ibarra Cortinas*, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, como Representante del Área Usuaria de este Organismo, **Miembros del Comité con Voz:** de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de Contraloría y Transparencia Gubernamental, la *C.P. Rosa María Montes Salas*, como área usuaria: el Dr. Noé Enrique Pérez Anguiano, Representante de la Dirección de Hospitales, la *Lic. Ma. Guadalupe Almaguer Martínez*, la *Lic. Adriana Guadalupe González Rodríguez* y la *Lic. Elena Uribe Beltrán*, Representantes del Hospital Metropolitano "Dr. Bernardo Sepúlveda"; **Invitados Permanentes, todos de este Organismo:** el *Lic. Fidel Moctezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales; la *Lic. Martha Patricia Gámez Hernández*, Jefa del Departamento de Adquisiciones; y la *Lic. Nancy Natale de León Rodríguez*, Representante del Titular de la Dirección de Contraloría Interna.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

En uso de la palabra el *C.P. Aarón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de proveedores estando presentes: **Comercializadora Médica Alvasan, S.A. de C.V.**, representada por el *C. José Teodoro Alcalá*; **Artimédica, S. A. de C. V.**, representada por la *C. Nancy*

Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature at the top right, a signature on the right margin, and several signatures at the bottom of the page.



Guillermina Valdés Lara; Hisa Farmaceutica, S.A. de C.V., representada por el C. Marco Antonio Romo Domínguez, Proclimed, S.A. de C.V., representada por el C. Fernando Israel Romero Martínez y Equipo Médico y Mantenimiento Equimem, S.A. de C.V., representada por el C. Octavio Dario Rivera Arreola.

Acto seguido se procedió a la lectura a las dudas presentadas por los proveedores participantes las cuales son las siguientes:

LICITANTE: COMERCIALIZADORA MÉDICA ALVASAN, S.A. DE C.V.													
DUDAS ADMINISTRATIVAS:													
PREGUNTA NO. 1	<p><b>1.1 OBJETO Y ALCANCE. DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL MATERIAL DE CURACIÓN</b></p> <p>1.1.2 EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR EN SU OFERTA ECONÓMICA EL COSTO GLOBAL DEL PAQUETE INCLUIDO EN EL ANEXO 1, CONSIDERANDO LAS DESCRIPCIONES Y CANTIDADES DE CADA UNO DE LOS RENGLONES QUE INTEGRAN LA PARTIDA, LOS CUALES SE MENCIONAN EN EL ANEXO 1ª</p> <p>FAVOR DE CONFIRMAR AMABLEMENTE LA CONVOCANTE QUE EN ANEXO NO. 3 SE APLICARÁ EL PRECIO UNITARIOS ANTES DE IVA DEL PARTIDA NO. 1(COSTO GLOBAL COMO PAQUETE )</p> <p style="text-align: center;">ANEXO 3 FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>PARTIDA</th> <th>CANTIDAD COTIZADA</th> <th>PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1 ( PAQUETE )</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">\$1,000,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>SUBTOTAL ANTES DE I.V.A.</th> <th>I.V.A.</th> <th>TOTAL INCLUYENDO I.V.A.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">\$ 1,000,000.00</td> <td style="text-align: center;">\$ 160,000.00</td> <td style="text-align: center;">\$ 1,160,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">¿ ES CORRECTA NUESTRAS APRECIACION</p>	PARTIDA	CANTIDAD COTIZADA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	1 ( PAQUETE )	1	\$1,000,000.00	SUBTOTAL ANTES DE I.V.A.	I.V.A.	TOTAL INCLUYENDO I.V.A.	\$ 1,000,000.00	\$ 160,000.00	\$ 1,160,000.00
PARTIDA	CANTIDAD COTIZADA	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA											
1 ( PAQUETE )	1	\$1,000,000.00											
SUBTOTAL ANTES DE I.V.A.	I.V.A.	TOTAL INCLUYENDO I.V.A.											
\$ 1,000,000.00	\$ 160,000.00	\$ 1,160,000.00											
RESPUESTA	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.												
PREGUNTA NO.2	<p><b>1.1. OBJETO Y ALCANCE. DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL MATERIAL DE CURACIÓN</b></p> <p>1.1.1. 1.1.8. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE COMPLETA (ANVERSO Y REVERSO) Y LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO DEL 70% DE LOS MATERIALES DE CURACIÓN INCLUIDOS EN EL ANEXO 1A EN EL CUAL SE MENCIONE EL NOMBRE DEL FABRICANTE Y LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL INSUMO OFERTADO, REFERENCIANDO EL NÚMERO DE RENGLÓN Y CLAVE. DEBERÁN INCLUIR UNA CARTA COMPROMISO DE QUE SI RESULTAN ADJUDICADOS CUMPLIRÁN CON LA ENTREGA DEL 30% RESTANTE DE LOS REGISTROS SANITARIOS. LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA, SIEMPRE Y CUANDO SE IDENTIFIQUEN TODOS Y CADA UNO DE LOS RENGLONES A QUE CORRESPONDE.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI PARA EL CASO DE LOS REGISTROS SANITARIOS QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE DE PRORROGA SERA CORRECTO ENTREGAR:</p> <p>1: COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO SOMETIDO A PRORROGA          2: COPIA SIMPLE DEL RECIBO DEL TRAMITE DE PRORROGA ANTE COFEPRIS          3: CARTA PROTESTA DE DECIR VERAD DONDE SE MANIFIESTE QUE EL TRAMITE DE PRORROGA DEL REGISTRO SANITARIO DEL CUAL SE PRESENTA COPIA FUE SOMETIDO EN TIEMPO Y FORMA Y QUE EL ACUSE DE RECIBO PRESENTADO CORRESPONDE AL PRODUCTO SOMETIDO A TRAMITE DE PRORROGA</p> <p>¿ SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD</p>												

Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the right side and several initials at the bottom.



RESPUESTA -	SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL RECIBO DE TRÁMITE DE PRÓRROGA ANTE COFEPRIS, ACOMPAÑANDO AL REGISTRO CORRESPONDIENTE.
PREGUNTA NO. 3	<p><b>1.1.OBJETO Y ALCANCE. DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL MATERIAL DE CURACIÓN</b></p> <p>1.1.8. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE COMPLETA (ANVERSO Y REVERSO) Y LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO DEL 70% DE LOS MATERIALES DE CURACIÓN INCLUIDOS EN EL ANEXO 1A EN EL CUAL SE MENCIONE EL NOMBRE DEL FABRICANTE Y LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL INSUMO OFERTADO, REFERENCIANDO EL NÚMERO DE RENGLÓN Y CLAVE. DEBERÁN INCLUIR UNA CARTA COMPROMISO DE QUE SI RESULTAN ADJUDICADOS CUMPLIRÁN CON LA ENTREGA DEL 30% RESTANTE DE LOS REGISTROS SANITARIOS. LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA, SIEMPRE Y CUANDO SE IDENTIFIQUEN TODOS Y CADA UNO DE LOS RENGLONES A QUE CORRESPONDE</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR PARA LAS PARTIDAS QUE APLIQUEN EL LISTADO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EN SU EDICIÓN DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014 SI BIEN ESTE NO CONTIENE FIRMA AUTOGRAFA, MENCIONA QUE RUBRICA MIKE ANDONI ARRIOLA PEÑALOSA CON CARGO DE COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS REPRESENTADO ASI LA MISMA VALIDEZ OFICIAL. PUES EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION ES UN INSTRUMENTO DE CARÁCTER OFICIAL CON CARÁCTER FEDERAL. EN EL CUAL HAY UN COMUNICADO OFICIAL POR PARTE DE LA COFEPRIS, MISMO QUE CONTEINE " PRODUCTOS QUE, POR SU NATURALEZA, CARACTERISTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR EN DE NO REQUIEREN REGISTROS SANITARIOS " ¿ SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD</p>
REPUESTA-	<u>SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD.</u>
PREGUNTA NO.4	<p><b>B PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: II PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS</b> LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO TODOS LOS ANEXOS INCLUIDOS DENTRO DEL SOBRE TÉCNICO Y ECONÓMICO, DEBERÁN ESTAR DIRIGIDAS AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN, CONTENER FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA EN EL FRENTE DE TODOS LOS DOCUMENTOS; LA FALTA DE PRESENTACIÓN, OMISIÓN O INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS ANTES SEÑALADOS SERÁ MOTIVO DE RECHAZO DE SUS PROPUESTAS.</p> <p><u>FAVOR DE CONFIRMAR QUE TODOS LOS ANEXOS Y ESCRITOS DEBERÁN ESTAR DIRIGIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA COMO MÍNIMO REDACCIÓN :</u>        C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ        DIRECTOR ADMINISTRATIVO        DE SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN, O.P.D.</p>
RESPUESTA -.	<u>SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</u>
PREGUNTA NO. 5	<p><b>B.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: II PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS</b> LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO TODOS LOS ANEXOS INCLUIDOS DENTRO DEL SOBRE TÉCNICO Y ECONÓMICO, DEBERÁN ESTAR DIRIGIDAS AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN, CONTENER FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA EN EL FRENTE DE TODOS LOS DOCUMENTOS; LA FALTA DE PRESENTACIÓN, OMISIÓN O INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS Y DOCUMENTOS ANTES SEÑALADOS SERÁ MOTIVO DE RECHAZO DE SUS PROPUESTAS.</p> <p>SOLICITAMOS AL CONVOCANTE AMABLEMENTE CONFIRMAR QUE SOLAMENTE TODOS LOS ANEXO Y CARTAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERAD, PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICAS SON LOS QUE REQUIEREN FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LAGAL DE LA COMPAÑÍA</p> <p>EL RESTO DE LA PAPELERIA NO ES REQUISITO QUE CONTENGA LA FIRMA DE REP LEGAL DE LA COMPAÑÍA ( ALGUNOS DE ELLOS : REGISTROS SANITARIOS , , CARTAS DE HOSPITALES, CARTA DE FABRICANTE Y DISTRIBUIDORES MAYORISTAS , CERTIFICADOS DE FUMIGACION, PAGO DE TENENCIAS , CERTIFICADOS ORIGINALES DE CALIDAD )</p>
RESPUESTA-	TODOS LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEBERÁN CONTENER FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL, A EXCEPCIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ORIGINALES Y/O COPIAS CERTIFICADAS.
PREGUNATA NO. 6	<p><b>C.- EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER 11.</b> DEBERÁ PRESENTAR COMO MÍNIMO CUATRO CARTAS, MEDIANTE LAS CUALES ESTIPULEN QUE HAN PRESTADO BUEN SERVICIO ANTE OTROS CLIENTES DEL ÁREA DE SALUD, MISMAS QUE LA CONVOCANTE SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE EVENTO.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE CON LA PRESENTACIÓN DE CUATRO CARTAS ORIGINALES DE HOSPITALES PRIVADOS DE CUALQUIER ESTADO DE LA REPÚBLICA MEXICANA CUMPLIMOS CON DICHO PUNTO ASI TAMBIÉN SOLICITAMOS ATENTAMENTE QUE SEA TOMADAS EN CUENTA LAS CARTAS DE BUEN SERVICIO DE SUS UNIDADES DE SALUD ¿ SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD</p>
RESPUESTA -.	LAS CANTIDAD DE CARTAS REQUERIDAS PODRÁN SER DE CUALQUIER CLIENTE DEL SECTOR SALUD.
PREGUNTA NO. 07	<p><b>C.- EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER 18.-</b> CD O USB QUE CONTENGA EL TOTAL DE LOS DOCUMENTOS INCLUIDOS EN EL SOBRE TÉCNICO EN FORMATO PDF, WORD O EXCEL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LOS DOCUMENTOS A LOS QUE SE REFIERE ESTA SOLICITUD SON LOS ANEXOS Y PROPUESTA TECNICAS Y CARTAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ¿ SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD</p>

Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.



RESPUESTA.-	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ PRESENTAR EN MEDIOS ELECTRÓNICOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN SU PROPUESTA TÉCNICA.
PREGUNTA NO.8	C. <u>EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER:</u> 27 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, TANTO FEDERALES COMO ESTATALES Y MUNICIPALES, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL <u>ARTÍCULO 33 BIS</u> DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, SIENDO LOS SIGUIENTES: EL DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL S.A.T., EN EL QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS 2.1.27 DE LA MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO 2016 PUBLICADA EN EL DOF EL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, COMPROBANTE DEL ÚLTIMO PAGO DE: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, REFRENDO Y/O TENENCIA DE LOS VEHÍCULOS DE SU PROPIEDAD E IMPUESTO PREDIAL DEL DOMICILIO FISCAL DEL LICITANTE. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LOS COMPROBANTES DE PAGO A LOS QUE SE REFIERE ESTA SOLICITUD PODREMOS PRESENTAR COPIA SIMPLES DE DICHO PAGOS ¿ SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD
RESPUESTA.-	<u>SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD Y SE PRECISA QUE LO CORRECTO ES REGLA 2.1.31 DE LA MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017.</u>
PREGUNTA 09.-	ANEXO 15 MODELO DE CONTRATO QUINTA: CONDICIONES DE ENTREGA.- PRESENTACIÓN. LOS INSUMOS ENTREGADOS DEBERÁN CUMPLIR LA PRESENTACIÓN Y ESPECIFICACIONES QUE MARCA EL CUADRO BÁSICO DE MATERIAL DE CURACIÓN VIGENTE AUTORIZADO POR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PUEDA CONFIRMAR QUE LOS INSUMOS LICITADOS DEBERÁN CUMPLIR LA PRESENTACIÓN Y ESPECIFICACIONES QUE MARCA EL CUADRO BÁSICO DE MATERIAL DE CURACIÓN VIGENTE AUTORIZADO POR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD Y/O CUADRO BASICO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD ; Y QUE CUENTEN CON REGISTRO SANITARIOS VIGENTES Y/O EN PRORROGA
RESPUESTAS.-	LOS INSUMOS ENTREGADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO 1-A, QUE CORRESPONDEN AL CUADRO BÁSICO DE MATERIAL DE CURACIÓN AUTORIZADO POR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, CUADRO BÁSICO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD O AL CATÁLOGO DE ARTÍCULOS DE LA CONVOCANTE Y DEBERÁN DE CONTAR CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE O EN LA PRÓRROGA CORRESPONDIENTE.
PREGUNTA 10-	ANEXO 15 MODELO DE CONTRATO QUINTA: CONDICIONES DE ENTREGA.- D) PRESENTACIÓN. LOS INSUMOS ENTREGADOS DEBERÁN CUMPLIR LA PRESENTACIÓN Y ESPECIFICACIONES QUE MARCA EL CUADRO BÁSICO DE MATERIAL DE CURACIÓN VIGENTE AUTORIZADO POR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE SER AFIRMATIVAMENTE LA PREGUNTA ANTERIOR PODREMOS CONSIDERAR QUE SE PUEDE COTIZAR MATERIAL DE CURACION QUE CUMPLA CON LA DESCRIPCION DE LA CLAVE DE CUADRO BASICO Y QUE CUENTE CON RESGITRO SANITARIO VIGENTES Y/O EN PRORROGA PARA SU VENTA Y COMERCIALIZACION EN TERRITORIO NACIONAL EN VIAS DE OFERTAR AL MEJOR PRECIO POSIBLE ¿ SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD
RESPUESTA.-	LOS INSUMOS OFERTADOS Y ENTREGADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO 1-A, QUE CORRESPONDEN AL CUADRO BÁSICO DE MATERIAL DE CURACIÓN AUTORIZADO POR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, CUADRO BÁSICO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD O AL CATÁLOGO DE ARTÍCULOS DE LA CONVOCANTE.
PREGUNTA NO. 11	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR BIENES FABRICADOS BAJO LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, COMO LAS NORMAS DE CALIDAD A NIVEL INTERNACIONAL QUE PROVENGAN DE PAÍSES QUE NO CUENTAN CON TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE CON MÉXICO, Y ASÍ MISMO PARA DEMOSTRAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS PRESENTAR CERTIFICADOS INTERNACIONALES DE CALIDAD, COMO ISO385. ¿ SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD
RESPUESTA .-	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, YA QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO ES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS INTERNACIONALES.
PREGUNTA NO. 12	C. <u>EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER:</u> 1. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, TANTO FEDERALES COMO ESTATALES Y MUNICIPALES, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL <u>ARTÍCULO 33 BIS</u> DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, SIENDO LOS SIGUIENTES: EL DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL S.A.T., EN EL QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 2.1.31 DE LA MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO 2017 PUBLICADA EN EL DOF EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016, COMPROBANTE DEL ÚLTIMO PAGO DE: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, REFRENDO Y/O TENENCIA DE LOS VEHÍCULOS DE SU PROPIEDAD E IMPUESTO PREDIAL DEL DOMICILIO FISCAL DEL LICITANTE. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE PARA CUMPLIMOS CON EL PUNTO NUESTRAS OBLIGACIONES FISCALES NOS PERMITA PRESENTAR EL DOCUMENTO DE OPINION 32 D COMO REFERENTA AL CUMPLIMIENTO DE DICHAS OBLIGACIONES ¿ SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD
RESPUESTA .-	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ PRESENTAR, ADEMÁS DEL DOCUMENTO DE OPINIÓN POSITIVA EMITIDO POR EL SAT, LOS COMPROBANTES DEL ÚLTIMO PAGO DE: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, REFRENDO Y/O TENENCIA DE LOS VEHÍCULOS DE SU PROPIEDAD E IMPUESTO PREDIAL DEL DOMICILIO FISCAL DEL LICITANTE. ESTE ULTIMO (IMPUESTO PREDIAL) EN CASO DE SER PROPIETARIO.
PREGUNTA NO. 13	C. <u>EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: 20. ANEXO 6. RECIBO DE PROPOSICIONES FAVOR DE CONFIRMAR AMABLEMENTE LA CONVOCANTE QUE EN ANEXO NO. 6</u>

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



SE APLICARA UNA (1) SOLA PARTIDA TÉCNICA Y ECONÓMICA ( GLOBAL COMO PAQUETE )		
ANEXO 6		
RECIBO DE PROPOSICIONES		
PROVEEDOR: XXXXXXX		
	PROPOSICIONES TÉCNICAS	PROPOSICIONES ECONÓMICAS
TOTAL DE PROPUESTAS	( 1 )	( 1 )
¿ ES CORRECTA NUESTRAS APRESACION		
RESPUESTA.-	PODRÁ PRESENTAR UNO O DOS FORMATOS DEL ANEXO 6, A SU ELECCIÓN.	
PREGUNTA NO. 14	<b>C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER:</b> 9. CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR MAYORISTA, DE TODOS LOS MATERIALES DE CURACIÓN QUE SE SOLICITAN EN EL ANEXO 1A DE ESTAS BASES EN LA CUAL DESCRIBAN LAS PARTIDAS, MARCAS Y CANTIDADES OFERTADAS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA PRESENTAR CARTA EMITIDA Y FIRMADA EN MÉXICO POR EL DISTRIBUIDOR PRIMARIO, EL TITULAR DE LOS REGISTROS SANITARIOS EN MEXICO , ANEXANDO COPIA SIMPLE DE LA CARTA APOSTILLE DEL PODER DE DISTRIBUCIÓN QUE LA CASA MATRIZ EN EL EXTRANJERO LE OTORGA. ¿ SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD	
RESPUESTA	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES. QUIENES PODRÁN PRESENTAR EL REQUISITO COMO SE SOLICITA ORIGINALMENTE EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.	
PREGUNTA NO. 15	SE SOLICITA A LA COVOCANTE SE EXCLUYA DE SOLICITAR MUESTRA Y REGISTRO SANITARIO EN LOS RENGLONES QUE SE SOLICITAN 1 PZAY NO SE TOMA EN CUENTA EN EL PORCENTAJE DEL 70% DE REGISTROS Y MUESTRAS PRESENTADAS ¿ SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD	
RESPUESTA	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE DEBERÁN CONSIDERAR TODOS Y CADA UNO DE LOS RENGLONES QUE INTEGRAN EL ANEXO 1-A, CON LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES. EN EL ENTENDIDO DE QUE LOS REGISTROS SANITARIOS SON EXIGIDOS POR LEY GENERAL DE SALUD DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 376.	
	<b>D. EL SOBRE DE PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ CONTENER:</b> 1. ANEXOS 3, 4 Y 10. 2. CD O USB QUE CONTENGA EL DESGLOSE DE LA OFERTA ECONÓMICA EN FORMATO EXCEL.	
	ANEXO 10	
	<b>AFIANZADORA</b>	
	<b>GARANTÍA DE BUEN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO</b>	
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LA ELIMINACION DE ENTREGA EN SOBRE PROPUESTA ECONOMICA EL ANEXO 10 Y/O PROPORCIONARNOS INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL "ANEXO 10 YA QUE SOLICITA INFORMACION DE CONTRATO ASIGNADO SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD	
RESPUESTA	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD.	
PREGUNTA 16	<b>1.1. OBJETO Y ALCANCE. DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL MATERIAL DE CURACIÓN</b> <b>1.1.1. 1.1.8. EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE COMPLETA (ANVERSO Y REVERSO) Y LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO DEL 70% DE LOS MATERIALES DE CURACIÓN INCLUIDOS EN EL ANEXO 1A EN EL CUAL SE MENCIONE EL NOMBRE DEL FABRICANTE Y LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL INSUMO OFERTADO, REFERENCIANDO EL NÚMERO DE RENGLÓN Y CLAVE. DEBERÁN INCLUIR UNA CARTA COMPROMISO DE QUE SI RESULTAN ADJUDICADOS CUMPLIRÁN CON LA ENTREGA DEL 30% RESTANTE DE LOS REGISTROS SANITARIOS. LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA, SIEMPRE Y CUANDO SE IDENTIFIQUEN TODOS Y CADA UNO DE LOS RENGLONES A QUE CORRESPONDE.</b> SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOTIFICARNOS EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES EL TOTAL DE PARTIDAS	

[Handwritten signature]  
 [Handwritten signature]  
 [Handwritten signature]

34

[Handwritten signature]



	CON NUMERO Y LETRA LA CANTIDAD DE PARTIDAS DE REGISTROS SANITARIOS QUE CON EL CUAL SE CUMPLIRA EL 70% SOLICITA EN BASES YA DESCONTANDO SI ALGUNA PARTIDA EN DICHA JUNTA ES ELIMINADA
	SE REQUIEREN REGISTRO SANITARIOS DE 511 (QUINIENTOS ONCE) RENGLONES INCLUIDOS EN EL ANEXO 1-A PARA CUMPLIR EL 70% REQUERIDO

LICITANTE: COMERCIALIZADORA MÉDICA ALVASAN, S.A. DE C.V.

DUDAS TÉCNICAS:

PREGUNTA NO. 1	RENGLON				
	336	604560649	GUANTES DE NITRIL O POLIBUTADINEACRYLONITRILLO, LIBRE DE LÁTEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTÉRIL. TAMAÑO: GRANDE	PAR	C/2

¿ACEPTAN QUE SE COTICE MATERIAL QUE NO CUENTA CON TRATADO

RESPUESTA.- NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE ELIMINA LE RENGLÓN 336.

PREGUNTA NO. 2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ELIMINE LAS SIGUIENTES RENGLONES 379 DE LA PRESENTE LICITACION, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN MERCADO EN MERCADO 79	605501014	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE EXCENTRICO DE VIDRIO REUTILIZABLE CAPACIDAD 50 ML. ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 10.0 Y SUBDIVISIONES DE 5.0	PIEZA	C/1	11

SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD??

RESPUESTA.- SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE ELIMINA LE RENGLÓN 379

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ELIMINE LAS SIGUIENTE RENGLONE 672 DE LA PRESENTE LICITACION, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN MERCADO MEXICANO EL CATALOGO ES MARCA BARD Y LOS INFORMA EL FABRICANTE

672	5043300055	ELECTRODO DE ANILLO P/.ELECTROMIOGRAFIA CAT # 6030 18" X 2MM.	PIEZA	C/1	1
-----	------------	---	-------	-----	---

¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD

RESPUESTA.- NO SE ACEPTA SU SOLICITUD.

PREGUNTA 3.-	17	600407605	AGUJA PARA BIOPSIA DESECHABLE TIPO TRUCUT, LONGITUD 15.20 CM. CALIBRE 14 G.
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AGUJA PARA BIOPSIA DESECHABLE TIPO TRUCUT, LONGITUD 16 CM CM. CALIBRE 14 G.MARCA BARD ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD		

RESPUESTA.- SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

PREGUNTA NO. 4	18	600407613	AGUJA PARA BIOPSIA, DESECHABLE, TIPO: TRUCUT. LONG. 9.65 CM. CAL. 14 G.
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AGUJA PARA BIOPSIA, DESECHABLE, TIPO: TRUCUT. LONG. 10 CM. CAL. 14 G. MARCA BARD¿ SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD		

RESPUESTA.- SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

PREGUNTA NO. 5	130	601663370	CÁNULA PARA BIOPSIA DE MAMA POR ESTEREOATAXIA G11. ENVASE CON 5 PIEZAS.
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CÁNULA PARA BIOPSIA DE MAMA POR ESTEREOATAXIA G10. ENVASE CON 5 PIEZAS. MARCA BARD ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD		

RESPUESTA SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

PREGUNTA NO. 6	737	5049500300	CONTENEDORES PARA PUNZO-CORTANTES CAP. 1.0 LTO.
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA ACEPTA CAPACIDAD DE 0.94 LTS A 1.90 LTS EN RENGLON NO. 737		

¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD

RESPUESTA.- SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

PREGUNTA	395	606030011	MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS A BASE DE POLIPROPILENO LIGERO CON CAPA DE CELULOSA
	¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD		

RESPUESTA.- SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

RESPUESTA.- SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

RESPUESTA.- SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

RESPUESTA.- SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Internacionales Presencial No. LP-919044992-113-2017

*[Handwritten signatures and marks]*



NO. 7			OXIDADADA REGENERADA PARA PONER CONTACTO CON VÍSCERAS ABDOMINALES. MEDIDA 30 X 30 CM. PIEZA.			
PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS, CUYA COMPOSICIÓN ES DE CPTFE LA CUAL ESTA DISEÑADA PARA EL CONTACTO CON VICERAS ABDOMINALES. MEDIDA 26X36CM ¿SE ACEPTA?						
RESPUESTA.- SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.						
PREGUNTA NO. 8	396	606030012	MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS A BASE DE POLIPROPILENO LIGERO CON CAPA DE CELULOSA OXIDADADA REGENERADA PARA PONER CONTACTO CON VÍSCERAS ABDOMINALES. MEDIDA 20 X 20 CM. PIEZA.	PIEZA	C/1	12
PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS, CUYA COMPOSICIÓN ES DE CPTFE LA CUAL ESTA DISEÑADA PARA EL CONTACTO CON VICERAS ABDOMINALES. MEDIDA 20X30 CM ¿SE ACEPTA?						
RESPUESTA.- SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.						
PREGUNTA NO. 9			SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA ACEPTA CAPACIDAD DE 4.75 LTS EN RENGLON NO. 255			
	255	602180093	CONTENEDORES DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: 3.70 A 4.75 LITROS. PIEZA.			
¿ SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD						
RESPUESTA.- SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.						
PREGUNTA NO. 10			SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA ACEPTA CAPACIDAD DE 7.5 LTS EN RENGLON NO. 256			
	256	602180119	DEPÓSITO DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CON CAPACIDAD DE 7.5 A 9.4 LITROSPUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: DE 7.50 A 9.40 LTS.			
¿ SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD						
RESPUESTA.- SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.						
PREGUNTA NO. 11			SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA ACEPTA CAPACIDAD DE 11.30 LTS EN RENGLON NO. 257			
	257	602180127	DEPÓSITO DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CON CAPACIDAD DE 11.30 A 13.25 LITROS.			
¿ SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD						
RESPUESTA.- SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.						
PREGUNTA NO. 12	308	603460015	ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5 FR Y 200 CM DE LONGITUD. TIPO TRI LOME ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE 25 MM	PIEZA		
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5.5 FR Y 200 CM DE LONGITUD. TIPO TRI LOME ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE 25 MM MARCA BOSTON SCIENTIFIC ¿ SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD						
RESPUESTA.- SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.						
PREGUNTA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA ACEPTA CAPACIDAD DE 22.70 LTS EN RENGLON NO. 258					

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



NO. 13	258	602180135	CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZO-CORTANTES DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE. Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE. CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECTIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: DE 15.00 A 22.70 LTS.
¿ SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD			
RESPUESTA.-	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.		
PREGUNTA NO. 14	309	603460023	ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5 FR Y 200 CM DE LONGITUD ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE 30 MM
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5.5 FR Y 200 CM DE LONGITUD ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE 30 MM MARCA BOSTON SCIENTIFIC ¿ SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD			
RESPUESTA.-	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.		
PREGUNTA NO. 15	342	604631838	CABLE GUÍA PARA VÍAS BILIARES CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, DIÁMETR 0.035 MM, LONGITUD 480 CM TIPO TRACER
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CABLE GUÍA PARA VÍAS BILIARES CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, DIÁMETR 0.035 MM, LONGITUD 200 CM TIPO TRACER MARCA BOSTON SCIENTIFIC ¿ SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD			
RESPUESTA.-	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.		
PREGUNTA 16	PARTIDA 146 CATETER PARA DRENAJE TORACICO, CON MARCA RADIOPACA, LONGITUD 45 CM, CALIBRE 28 FR. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE YA QUE LA DESCRIPCION ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA NOS PERMITA OFERTAR CATETER PARA DRENAJE TORACICO DE 51 CM CALIBRE 28 FR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA, SE ACEPTA ?		
RESPUESTA	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1-A		
PREGUNTA NO. 17	723	5049322790	VÁLVULA DE DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL PRESIÓN MEDIA TIPO BASE PLANA CONTORNEADA TAMAÑO NEONATAL
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR VÁLVULA PARA DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL PRESIÓN MEDIA TIPO HENDIDURA BASE PLANA TAMAÑO NEONATAL.			
RESPUESTA	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1-A		
PREGUNTA NO. 18	724	5049322797	VALVULA PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO DE DIAFRAGMA, PRESION MEDIA DE 60 A 80 MM. DE H2O. CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 13 CM. MINIMO LONGITUD, CATETER PERITONEAL DE 90 CM MINIMO DE LONGITUD TAMAÑO INFANTIL
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA SIG CARACTERISTICAS YA QUE LAS CARACTERISTICAS PROPORCIONADAS SON DE UNA VALVULA NEONATAL Y LAS CORRECTAS SON VALVULA PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO DE DIAFRAGMA, PRESION MEDIA DE 80 A 120 MM. DE H2O. CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15 CM. MINIMO LONGITUD, CATETER PERITONEAL DE 85 CM MINIMO DE LONGITUD TAMAÑO INFANTIL SE ACEPTA			
RESPUESTA	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.		
PREGUNTA NO. 19	60	600880793	APOSITOS DE HIDROPOLÍMERO, PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS. 10 A 11 CM X 11 A 16 CM. PIEZA.
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PERMITAN OFERTAR APOSITO DE HIDROPOLIMERO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS DE 10X10CM			
RESPUESTA	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.		
PREGUNTA NO. 20	79	601251895	:BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDROFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y PELICULA PLASTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE: 25.0 X 36 CM
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDROFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y PELICULA PLASTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE: 25.0 X 36 CM. ¿SE ACEPTA?			
RESPUESTA	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.		
PREGUNTA NO. 21	80	601251929	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDROFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y PELICULA PLÁSTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE: 40.0 X 58 CM.
SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO, CON POROSIDAD			

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*





	CONTROLADA, HIDROFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y PELICULA PLÁSTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE: 40.0 X 58 CM. ¿SE ACEPTA?	
RESPUESTA	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	
PREGUNTA NO. 22	82	601252653
	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA MEDIDAS: 7.5 X 23.0 X 4.0 CM.	
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA CON HILO MEDIDAS: 7.5 X 23.0 X 4.0 CM. ¿SE ACEPTA?	
RESPUESTA	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	
PREGUNTA NO. 23	83	601252679
	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS 12.0 X 26.0 X 4.0 CM.	
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA CON HILO. MEDIDAS 12.0 X 26.0 X 4.0 CM. ¿SE ACEPTA?	
RESPUESTA	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	
PREGUNTA NO. 24	84	601252711
	BOLSA PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA MEDIDAS: 7.5 X 48.0 X 4.0 CM.	
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA PARA ESTERILIZAR GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA MEDIDAS: 7.5 X 48.0 X 4.0 CM. ¿SE ACEPTA?	
RESPUESTA	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	
PREGUNTA NO. 25	85	601252760
	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDA 6.0 X 18.0 X 3.0 CM.	
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA POR HILO. MEDIDA 6.0 X 18.0 X 3.0 CM. ¿SE ACEPTA?	
RESPUESTA	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	
PREGUNTA NO. 26	86	601252836
	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 25 X 38 X 8 CM. ENVASE CON 250 A 500 PIEZAS	
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR :BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA POR HILO. MEDIDAS: 25 X 38 X 8 CM. ENVASE CON 500 PIEZAS ¿SE ACEPTA?	
RESPUESTA	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	
PREGUNTA NO.27	87	601252844
	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 32.0 X 62.0 X 12.0 CM.	
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA POR HILO. MEDIDAS: 32.0 X 62.0 X 12.0 CM. ¿SE ACEPTA?	
RESPUESTA	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	
PREGUNTA NO. 28	88	601252877
	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS 18.0 X 33.0 X 6.0 CM.	
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA POR HILO. MEDIDAS 18.0 X 33.0 X 6.0 CM ¿SE ACEPTA?	
RESPUESTA	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.	
PREGUNTA NO. 29	561	4041250310
	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO DE 38 X 12. 5 X 54.9 CM PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR O GAS DE ÓXIDO DE ETILENO. CON INDICADOR	
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO DE (ANCHO X LARGO X FUELLE) 38 CM X 51 CM X 12.5 CM PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR O GAS DE ÓXIDO DE ETILENO. CON INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR SISTEMA DE APERTURA POR HILO. PAPEL GRADO MÉDICO CON GRAMAJE DE MÍNIMO 60 G/M2. CAJA CON 250 BOLSAS ¿SE	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



	ACEPTA?					
RESPUESTA	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.					
PREGUNTA NO. 30	562	4041250311	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO DE 11 X 3 X 19.6 CM PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR O GAS DE ÓXIDO DE ETILENO. CON INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR. CON PAPEL GRADO MÉDICO CON GRAMAJE DE MÍNIMO 60 G/M2. CAJA CON 1000 BOLSAS			
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO DE (11 CM DE ANCHO X 18 CM DE LARGO X 4 CM DE FUELLE) PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR O GAS DE ÓXIDO DE ETILENO. CON INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR, SISTEMA DE APERTURA POR HILO. PAPEL GRADO MÉDICO CON GRAMAJE DE MÍNIMO 60 G/M2. CAJA CON 1000 BOLSAS ¿SE ACEPTA?					
RESPUESTA	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.					
PREGUNTA NO. 31	658	5042331036	HOJA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA ESTERILIZACIÓN MEDIANTE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO Y GAS PLASMA A BAJA TEMPERATURA. MEDIDA 110 X 110 CMS. ENVASE CON 250 HOJAS.			
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR HOJA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA ESTERILIZACIÓN MEDIANTE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO Y GAS PLASMA A BAJA TEMPERATURA. CON GRAMAJE DE 50 GMS. MEDIDA 110 X 110 CMS. ENVASE CON 250 HOJAS ¿SE ACEPTA?					
RESPUESTA	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.					
PREGUNTA NO. 32	659	5042331037	HOJA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA ESTERILIZACIÓN MEDIANTE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO Y GAS PLASMA A BAJA TEMPERATURA. MEDIDA 75 X 75 CMS. ENVASE CON 250 HOJAS.			
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR HOJA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, PARA ESTERILIZACIÓN MEDIANTE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO Y GAS PLASMA A BAJA TEMPERATURA. CON GRAMAJE DE 50 GMS. MEDIDA 75 X 75 CMS. ENVASE CON 250 HOJAS. ¿SE ACEPTA?					
RESPUESTA	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.					
PREGUNTA NO. 33	742	5049500353	CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE UN LUMEN, DE ELASTOMERO DE SILICON, RADIOPACO, CON AGUJA INTRODUCTORA PERCUTANEA. ESTERIL Y DESECHABLE. NEONATAL CALIBRE 1.9 FR.			
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE UN LUMEN, DE ELASTOMERO DE SILICON, RADIOPACO, CON AGUJA INTRODUCTORA PERCUTANEA. ESTERIL Y DESECHABLE. NEONATAL CALIBRE 2 FR ¿SE ACEPTA?					
RESPUESTA	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.					
PREGUNTA NO. 34	679	5043451401	EQUIPO (KIT) PARA MONITOREO DE GASTO CARDIACO POR TERMODILUCION, CONSUMIBLE PARA CENTRAL DE MONITOREO PARA MÚLTIPLES CAMAS DE TERAPIA INTENSIVA.			
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE MODELO Y MARCA DE EQUIPO DE PARTIDA 679 YA QUE ES CONSUMIBLE DE MONITOR DE MONITORIZACION CONTINUA					
RESPUESTA	MARCA EDWARD					
PREGUNTA NO. 35	644	5042331004	CIRCUITO CON DIAFRAGMA PARA VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. TAMAÑO NEONATAL. CONSUMIBLE DE LA CLAVE 531.941.1012 VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICO-NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL. PIEZA.			
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE YA QUE ES CONSUMIBLE DE UN EQUIPO DE VENTILACION ESPECIFICACIONES DE MARCA Y MODELO DE LA CLAVE 531.941.1012					
RESPUESTA	VENTILADOR SENSOR MEDIC 3100-A					
PREGUNTA 36	299	603452467	EQUIPO PARA DRENAJE VENTRICULAR EXTERNO, INCLUYE: CATÉTER VENTRICULAR DE ELASTÓMERO DE SILICÓN RADIOPACO, LONGITUD DE 20 A 40 CM. UN ESTILETE DE ACERO INOXIDABLE PARA COLOCACIÓN DEL CATÉTER VENTRICULAR. UN TUBO DE PLÁSTICO CON DOS PINZAS PARA AJUSTE DE GOTEY Y CON SITIO DE INYECCIÓN. UNA BOLSA DE RECOLECCIÓN, DE VINIL DE 500 A 700 ML GRADUADA Y CON ASA PARA COLGAR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. EQUIPO	PIEZA	C/1	2
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE LOS PERMITA COTIZAR EQUIPO PARA DRENAJE VENTRICULAR EXTERNO, INCLUYE: CATÉTER VENTRICULAR DE ELASTÓMERO DE SILICÓN RADIOPACO, LONGITUD DE 20 A 40 CM. UN ESTILETE DE ACERO INOXIDABLE PARA COLOCACIÓN DEL CATÉTER VENTRICULAR. UN TUBO DE PLÁSTICO CON DOS PINZAS PARA AJUSTE DE BLOQUEO Y CON SITIO DE INYECCIÓN. UNA BOLSA DE RECOLECCIÓN, DE VINIL DE 500 A 700 ML GRADUADA Y CON ASA PARA COLGAR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. EQUIPO ¿SE ACEPTA?					
RESPUESTA	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.					
PREGUNTA 37	766	5049500565	CAMPOS DESECHABLES ESTERIL DE 90 X 90 CON ADHESIVO SIN YODOPOBIDONA	PIEZA	C/1	51

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CAMPO QUIRÚRGICO ESTÉRIL DE POLIURETANO CON ADHESIVO 84X56 CM ¿SE ACEPTA?					
RESPUESTA	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.					
PREGUNTA 38	57	600880744	HIDROGEL CON ALANTOÍNA AL 0.6% Y COLÁGENO PARA HUMECTACIÓN Y REGENERACIÓN DE TEJIDO. ENVASE CON 90 GR.	ENVASE	C/1	4
	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CON EL MISMO FIN TERAPEUTICO, HIDROGEL DE ACCION LIMPIADORA Y REGENERADORA DE TEJIDO COMPUESTO DE POLIMERO DE CARBOXIMETILCELULOSA SODICA, PROPILENGLICOL Y AGUA PURIFICADA ENVASE DE 25 GR. SE ACEPTA?					
RESPUESTA	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1-A					
PREGUNTA 39	58	600880769	APÓSITO DE HIDROGEL CON ALGINATO SÓDICO PARA GRANULACIÓN Y EPITELIZACIÓN. TAMAÑO 15 X 20 CM. PIEZA.	ENVASE	C/1	67
	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR CON EL MISMO FIN TERAPEUTICO, APOSITO DE TELA NO TEJIDA IMPREGNADO CON HISROGEL TRANSPARENTE Y AMORFO FORMADO POR CADENAS POLIMERICAS ENTRELAZADAS DE CARBOCIMETILCELULOSA PARCIALMENTE HIDRATADAS DE PROPILENGLICOL MEDIDA 10 X 20 SE ACEPTA?					
	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.					
PREGUNTA 40	436	608330270	HIDROGEL DE MANOSA ACETILADA. (EXTRACTO DE ALOE VERA 0.2%) PARA LIMPIEZA Y HUMECTACIÓN DE HERIDAS. TUBO CON 85 G.	ENVASE	C/1	1
	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA COTIZAR UNGÜENTO TOPICO ENZIMATICO PARA TRATAMIENTO DE LESIONES DÉRMICAS POSTRAUMATICAS Y TROFICAS COMPUESTO POR CLOSTRIDIOPEPTIDASA A Y CLORANFELICOL TUBO DE 15 GR					
RESPUESTA	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.					
PREGUNTA 41	789	5377740211	REGLAS. CINTA MÉTRICA. METÁLICA O DE PLÁSTICO. ESCALA EN CENTÍMETROS. LONGITUD: 200 CM. PIEZA.	PIEZA	C/1	51
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR CINTA METRICA AHULADA 1.5 M ¿SE ACEPTA?					
RESPUESTA	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.					
PREGUNTA 42	351	604830166	HOJA PARA BISTURI NO. 22, DE ACERO INOXIDABLE ESTERIL Y DESECHABLE,	CAJA	C/100	5045
	352	604830174	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE ESTERIL Y DESECHABLE, NUMERO 23, EMPAQUE INDIVIDUAL	ENVASE	C/100	5464
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI ES LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL EVENTO ANTERIOR DICHAS PARTIDAS LAS CONVIRTIERON A CAJAS PERO NO SE MODIFICO LA CANTIDAD DE PZA					
RESPUESTA	SE SOLICITAN 5045 CAJAS CON 100 PIEZAS PARA EL RENGLÓN 351 Y 5464 CAJAS CON 100 PIEZAS PARA EL RENGLÓN 352					
PREGUNTA 43	471	608410890	SUTURA, SINTETICA ABSORBIBLE POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO. TRENZADA CON AGUJA. 1/2 CIRCULO AHUSADA (35-37 MM), LONGITUD DE LA HEBRA 67-70 CM, CALIBRE 1/0	ENVASE	C/12	5645
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI ES LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL EVENTO ANTERIOR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS INTERNACIONALES PRESENCIAL NO. LP-919044992-134 SOLICITAN 121 CAJAS C/12 PZA DE DICHAS PARTIDA					
RESPUESTA	SE REQUIEREN 5645 CAJAS CON 12 PIEZAS.					
PREGUNTA 44	469	608410866	SUTURA, SINTETICA ABSORBIBLE POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO. TRENZADA CON AGUJA. 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-26 MM), LONGITUD DE LA HEBRA 67-70 CM, CALIBRE 2/0.	ENVASE	C/12	5696
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI ES LA CANTIDAD REQUERIDA EN EL EVENTO ANTERIOR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS INTERNACIONALES PRESENCIAL NO. LP-919044992-134 SOLICITAN 169 CAJAS C/12 PZA DE DICHAS PARTIDA					
RESPUESTA	SE REQUIEREN 5696 CAJAS CON 12 PIEZAS.					

LICITANTE: ARTIMÉDICA, S.A. DE C.V.	
DUDAS ADMINISTRATIVAS:	
PREGUNTA 1:	CON RESPECTO A LO SOLICITADO EN EL NUMERO 3 INCISO C) NUMERAL 11 DONDE SOLICITAN PRESENTAR COMO MINIMO 04 CARTAS MEDIANTE LAS CUALES ESTIPULEN QUE HAN PRESTADO BUEN SERVICIO ANTE OTROS CLIENTES DEL AREA DE SALUD, SOLICITAMOS MUY ATENTAMENTE NOS ACEPTEN CARTAS DE LAS UNIDADES DE SALUD DE SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON O.P.D. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?
RESPUESTA:	LAS CANTIDAD DE CARTAS REQUERIDAS PODRÁN SER DE CUALQUIER CLIENTE DEL SECTOR SALUD.

LICITANTE: ARTIMÉDICA, S.A. DE C.V.	
DUDAS TÉCNICAS:	

*[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the right side and several initials at the bottom.]*



PREGUNTA 1:	REGLON 62 CLAVE 600880835 APOSITO CON BARRERA ANTIMICROBIANA. ESTERIL Y DESECHABLE. 40 CM X 20 CM A 40 CM ENVASE C/6 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR PRESENTACION CAJA CON 5 PIEZAS. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1-A
PREGUNTA 2:	REGLON 67 CLAVE: 600880892 APÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO EN FORMA DE SACRO, CON ESTRUCTURA TRILAMINAR COMPUESTO POR UNA CAPA NO ADHESIVA MICRO PERFORADA EN CONTACTO CON LA HERIDA, OTRA CAPA HIDROCELULAR CENTRAL ALTAMENTE ABSORBENTE Y LIBERADORA DE PRESIÓN , Y UNA EXTERNA IMPERMEABLE A BACTERIAS Y AGUA CON ADHESIVO O PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, ESTÉRIL Y DESECHABLE MEDIDA 22 X22 CMS. ENVASE C/1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR MEDIDA 20X16.9 CMS ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1-A
PREGUNTA 3:	REGLON 68 CLAVE 600880900 APÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO EN FORMA DE TALÓN CON ESTRUCTURA TRILAMINAR COMPUESTA CON ESTRUCTURA TRILAMINAR COMPUESTO POR UNA CAPA NO ADHESIVA MICRO PERFORADA EN CONTACTO CON LA HERIDA, OTRA CAPA HIDROCELULAR CENTRAL ALTAMENTE ABSORBENTE Y LIBERADORA DE PRESIÓN, Y UNA EXTERNA IMPERMEABLE A BACTERIAS Y AGUA CON ADHESIVO O PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, ESTÉRIL Y DESECHABLE MEDIDAS 10.5 X 13.5 CMS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR APOSITO HIDROCELULAR PARA MANEJO DE EXUDADO EN FORMA DE TALÓN CON ADHESIVO MEDIDA 19.8X14 CMS. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA:	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
PREGUNTA 4:	REGLON 543 CLAVE 609533302 VENDAJE FABRICADO CON UN TEJIDO ABIERTO DE ALGODÓN IMPREGNADO DE UN PASTA QUE CONTIENE 10% DE OXIDO DE ZINC PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ULCERAS VENOSAS, EN PIERNA CON ÍNDICE TOBILLO BRAZO (ITB) > 0.8 MMHG, PROVEE UNA COMPRESIÓN MEDIA A LA PIERNA DE ENTRE 15 Y 25 MMHG. MEDIDAS: 7.5 CMS. X 6 MTS. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR, VENDA ELÁSTICA COMPUESTA 70% DE POLIÉSTER Y 30% DE ALGODÓN, IMPREGNADA CON PASTA NO SOLIDIFICABLE DE OXIDO DE ZINC, ACACIA, GLICERINA, ACEITE DE RESINA Y VASELINA. MEDIDA 3X10 (9 MTS X 7.6 CMS). ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA:	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
PREGUNTA 5:	REGLON 44 CLAVE: 600880017 APOSITOS TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLES, ESTERILE Y DESECHABLE. MEDIDAS: 7.0 A 8.5 X 5. 08 A 6.0 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR APÓSITO TRANSPARENTE EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL, CON CAJA DE 100 PIEZAS. SE ACEPTA?
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1-A
PREGUNTA 6:	REGLON 46 CLAVE 600880060 APÓSITO AUTO ADHERIBLE ESTÉRIL DESECHABLE CON ALMOHADILLA DE ALGODÓN DE 9 X 20 CMS SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR APÓSITO CON BORDES ADHESIVOS, CENTRO CON CAPA DE CONTACTO CON LA HERIDA DE POLIESTER PERFORADA Y CENTRO DE 100% ALGODÓN ABSORBENTE, IMPREGNADO CON POLIHEXAMETILENO DE BIGUANIDA AL 0.2% COMO AGENTE ANTIMIROBIANO, MEDIDA (4X8") 10.2X20.3CM, SE ACEPTA?
RESPUESTA:	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
PREGUNTA 7:	REGLON 48 CLAVE 600880504 APOSITOS CON PETROLATO. MEDIDAS: 10 X 10 CM. ENVASE INDIVIDUAL. PIEZA. SE SOLICITA A LA LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR APÓSITO IMPREGNADO CON PETROLATO (EMULSIÓN DE ACEITE) MEDIDAS 7.6 X 7.6 CM. SE ACEPTA?
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1-A
PREGUNTA 8:	REGLON 49 CLAVE 600880652 APOSITO HIDROCOLOIDE PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS EXTRADELGADO, AUTOADHERIBLE, ESTERIL, TAMAÑO DE 10.0 CM, 0.6 CM X 10.0 CM 0.6 CM SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR PRESENTAR APÓSITO HIDROCOLOIDE DE 10.16 CM X 10.16 CM EN EMPAQUE INDIVIDUAL, SE ACEPTA)
RESPUESTA:	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
PREGUNTA 9:	REGLON 52 CLAVE 600880686 APOSITOS ABSORBENTES, A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 9.0 CM ± 2.0 CM X 10.0 CM ± 2.0 CM. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR PRESENTAR APÓSITO DE ALGINADO DE CALCIO DE 10.16 CM X 10.16 CM
RESPUESTA:	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
PREGUNTA 10:	REGLON 58 CLAVE 600880769 APÓSITO DE HIDROGEL CON ALGINATO SÓDICO PARA GRANULACIÓN Y EPITELIZACIÓN. TAMAÑO 15 X 20 CM. PIEZA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR PRESENTAR APÓSITO DE GASA IMPREGNADA EN HIDROGEL TRANSPARENTE COMPUESTO POR GLICERINA, AGUA PURIFICADA, POLIMETACRILATO DE GLICERINA, CONSERVANTE GERMABEN II (PROPYLENGLICOL, DIAZOLIDINIL UREA, METILPARABENO Y PROPILPARABENO) Y CARBOMER SÓDICO QUE PROMUEVE UN AMBIENTE HÚMEDO EN LAS HERIDAS ADEMÁS DE FAVORECER EL DESBRIDAMIENTO AUTOLÍTICO. APÓSITO DE 10 X 10 CM
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1-A
PREGUNTA 11:	REGLON 78 CLAVE 601251879 BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA, RECTANGULAR ELABORADA A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO CON GRADUACIONES CADA 100ML. Y LECTURA CADA 200ML. SISTEMA CERRADO CAPACIDAD: 2000 ML. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR PRESENTAR BOLSA EN FORMA DE ROMBO
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1-A
PREGUNTA 12:	REGLON 124 CLAVE 601662158 CATÉTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL, DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO DE SILICÓN, CON DOS COJINETES DE POLIÉSTER O DACRÓN, CON CONECTOR, TAPÓN Y SEGURO, CON BANDA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: COLA DE COCHINO. TAMAÑO: PEDIÁTRICO. PIEZA. SE SOLICITA AL LICITANTE OFRECER EL CATÉTER PARA

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten signature 'Martín']*



	DIÁLISIS PERITONEAL, DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO DE SILICÓN, UN COJINETE DE POLIÉSTER O DACRÓN, CON CONECTOR, TAPÓN Y SEGURO, CON BANDA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: COLA DE COCHINO. TAMAÑO: PEDIÁTRICO. PIEZA.
RESPUESTA:	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
PREGUNTA 13:	RENGLON 187 CLAVE: 601684277 SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. TIPO: LEVIN CALIBRE 12 FR. SE SOLICITA LA CONVOCANTE PERMITIR PRESENTAR SONDA NASOGÁSTRICA TIPO SALEM, ESTÉRIL, FLEXIBLE, DE PVC, TERMOSENSIBLE, TRANSPARENTE, CON LÍNEA RADIOPACA DE 12 FR. SE ACEPTA?
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1-A
PREGUNTA 14:	RENGLON 188 CLAVE 601684418 SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. TIPO: LEVIN CALIBRE 18 FR. SE SOLICITA LA CONVOCANTE PERMITIR PRESENTAR SONDA NASOGÁSTRICA TIPO SALEM, ESTÉRIL, FLEXIBLE, DE PVC, TERMOSENSIBLE, TRANSPARENTE, CON LÍNEA RADIOPACA DE 18 FR. SE ACEPTA?
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1-A
PREGUNTA 15:	RENGLON 238 CLAVE 601689896 SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. TIPO: LEVIN CALIBRE 14 FR. SE SOLICITA LA CONVOCANTE PERMITIR PRESENTAR SONDA NASOGÁSTRICA TIPO SALEM, ESTÉRIL, FLEXIBLE, DE PVC, TERMOSENSIBLE, TRANSPARENTE, CON LÍNEA RADIOPACA DE 14 FR. SE ACEPTA?
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1-A
PREGUNTA 16:	RENGLON 239 CLAVE 601689904 SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. TIPO: LEVIN, CALIBRE 16 FR SE SOLICITA LA CONVOCANTE PERMITIR PRESENTAR SONDA NASOGÁSTRICA TIPO SALEM, ESTÉRIL, FLEXIBLE, DE PVC, TERMOSENSIBLE, TRANSPARENTE, CON LÍNEA RADIOPACA DE 16 FR. SE ACEPTA?
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1-A
PREGUNTA 17:	RENGLON 297 CLAVE 603452301 EQUIPO (CATÉTER) PARA HEMODIÁLISIS DE INSERCIÓN EN SUBCLAVIA, YUGULAR O FEMORAL DOBLE LUMEN, INCLUYE: UNA CÁNULA. UNA JERINGA DE 5 ML. UNA GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. UN CATÉTER DOBLE LUMEN CALIBRE DE 11 A 12 FR, LONGITUD 185 A 205 MM CON OBTURADOR Y UN DILATADOR CON EXTENSIONES CURVAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: MAHURKAR. ADULTO. EQUIPO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR: EQUIPO (CATÉTER) PARA HEMODIÁLISIS DE INSERCIÓN EN SUBCLAVIA, YUGULAR O FEMORAL DOBLE LUMEN, INCLUYE: UNA CÁNULA. UNA GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. UN CATÉTER DOBLE LUMEN CALIBRE DE 11.5 FR, LONGITUD 19.5MM CON OBTURADOR Y UN DILATADOR CON EXTENSIONES CURVAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: MAHURKAR. ADULTO. EQUIPO.
RESPUESTA:	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
PREGUNTA 18:	RENGLON 432 CLAVE 608307187 SONDA PARA NUTRICIÓN ENTERAL CON ESTILETE PUNTA DE TUNGSTENO Y GUIA DE ALAMBRE CON ADAPTADOR. LONGITUD 114 CM. CALIBRE 12 FR. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR OFERTAR SONDA NASOGÁSTRICA, CON GUÍA METÁLICA, PESO EN LA PUNTA, CALIBRE 12FR Y LONGITUD DE 109 CM. SE ACEPTA?
RESPUESTA:	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
PREGUNTA 19:	RENGLON 571 CLAVE 4043300003 ELECTRODO NEONATAL DESECHABLE CON CABLE CONECTOR SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR PRESENTAR ELECTRODO NEONATAL PRE-ALAMBRADO
RESPUESTA:	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
PREGUNTA 20:	RENGLON 629 CLAVE 5041680517 BOTON DE RECAMBIO DE BAJO PERFIL 14 F.R. 1.5 MM SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOTON DE GASTROSTOMIA, MISMA MEDIDA QUE SE SOLICITA
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1-A
PREGUNTA 21:	RENGLON 630 CLAVE 5041680518 BOTON DE RECAMBIO DE BAJO PERFIL 14 F.R. 1.7 MM SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOTON DE GASTROSTOMIA, MISMA MEDIDA QUE SE SOLICITA
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1-A
PREGUNTA 22:	RENGLON 631 CLAVE 5041680519 BOTON DE RECAMBIO DE BAJO PERFIL 16 F.R. 1.2 MM SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOTON DE GASTROSTOMIA, MISMA MEDIDA QUE SE SOLICITA
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1-A
PREGUNTA 23:	RENGLON 632 CLAVE 5041680521 BOTON DE RECAMBIO DE BAJO PERFIL 16 F.R. 1.5 MM SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOTON DE GASTROSTOMIA, MISMA MEDIDA QUE SE SOLICITA
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1-A
PREGUNTA 24:	RENGLON 6 33 CLAVE 5041680522 BOTON DE RECAMBIO DE BAJO PERFIL 16 F.R. 1.7 MM SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOTON DE GASTROSTOMIA, MISMA MEDIDA QUE SE SOLICITA
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1-A
PREGUNTA 25:	RENGLON 634 CLAVE 5041680523 BOTON DE RECAMBIO DE BAJO PERFIL 18 F.R. 1.2 MM SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOTON DE GASTROSTOMIA, MISMA MEDIDA QUE SE SOLICITA
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1-A
PREGUNTA 26:	RENGLON 635 CLAVE 5041680524 BOTON DE RECAMBIO DE BAJO PERFIL 18 F.R. 1.5 MM SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOTON DE GASTROSTOMIA, MISMA MEDIDA QUE SE SOLICITA
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1-A
PREGUNTA 27:	RENGLON 636 CLAVE 5041680526 BOTON DE RECAMBIO DE BAJO PERFIL 18 F.R. 1.7 MM SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOTON DE GASTROSTOMIA, MISMA MEDIDA QUE SE SOLICITA

Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.



RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1-A
PREGUNTA 28:	RENGLON 637 CLAVE 5041680527 BOTON DE RECAMBIO DE BAJO PERFIL 20 F.R. 1.5 MM SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOTON DE GASTROSTOMIA, MISMA MEDIDA QUE SE SOLICITA
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1-A
PREGUNTA 29:	RENGLON 638 CLAVE 5041680528 BOTON DE RECAMBIO DE BAJO PERFIL 20 F.R. 1.7 MM SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOTON DE GASTROSTOMIA, MISMA MEDIDA QUE SE SOLICITA
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1-A
PREGUNTA 30:	RENGLON 737 CLAVE 5049500300 CONTENEDORES PARA PUNZO-CORTANTES CAP. 1.0 LTO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITIR PRESENTAR CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZOCORTANTES DE 0,94 L
RESPUESTA:	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
PREGUNTA 31:	RENGLON 336 C LAVE 604560649 GUANTES DE NITRIL O POLIBUTADINEACRYLONITRIL, LIBRE DE LÁTEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTÉRIL. TAMAÑO: GRANDE SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ELIMINE ESTE RENGLO Y QUE ESTE MATERIAL NO SE FABRICA EN PAISES CON TRATADOS.
RESPUESTA:	SÍ SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE ELIMINA EL RENGLO 336.
PREGUNTA 32:	RENGLON 375 CLAVE 605500800 JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO REUTILIZABLE, CAPACIDAD 5 ML. ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE ELIMINE ESTE RENGLO YA QUE EL UNICO FABRICANTE A A NIVEL MUNDIAL QUE LAS PRODUCE LO REALIZA EN UN PAIS QUE NO TIENE TRATADO CON MEXICO
RESPUESTA:	SÍ SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE ELIMINA EL RENGLO 375.
PREGUNTA 33:	RENGLON 376 CLAVE 605500826 JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO REUTILIZABLE, CAPACIDAD 10 ML. ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2 SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SE ELIMINE ESTE RENGLO YA QUE EL UNICO FABRICANTE A A NIVEL MUNDIAL QUE LAS PRODUCE LO REALIZA EN UN PAIS QUE NO TIENE TRATADO CON MEXICO
RESPUESTA:	SÍ SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE ELIMINA EL RENGLO 376.

LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.

DUDAS ADMINISTRATIVAS:	
PREGUNTA 1:	PUNTO 1.1.7. MUESTRAS.- SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA PRESENTAR LAS MUESTRAS POR FAMILIA.
RESPUESTA:	COMO SE SEÑALA EN EL NUMERAL 1.1.7 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, PODRÁ PRESENTAR LAS MUESTRAS POR FAMILIA, IDENTIFICANDO EL RENGLO A QUE CORRESPONDEN.
PREGUNTA 2:	ES CORRECTO ENTENDER QUE TODOS LOS ANEXOS Y ESCRITOS DEBERÁN ESTAR DIRIGIDOS A: C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN, O.P.D.
RESPUESTA:	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
PREGUNTA 3:	INCISO C PUNTO 3.- ES CORRECTO ENTENDER QUE EN ESTE PUNTO PARA COMPROBAR RELACIÓN EN LAS PRINCIPALES OPERACIONES DE VENTAS DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES, ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE FACTURAS DE VENTAS DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN.
RESPUESTA:	NO ES NECESARIO PRESENTAR COPIA DE LAS FACTURAS DE VENTAS, SERÁ SUFICIENTE CON UNA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL.
PREGUNTA 4:	INCISO C PUNTO 13.- SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ME PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA.
RESPUESTA:	COMO SE SEÑALA EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, PODRÁ PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA, IDENTIFICANDO EL NÚMERO DE RENGLO, CLAVE, NOMBRE DEL LICITANTE Y NÚMERO DE LICITACIÓN QUE CORRESPONDE
PREGUNTA 5:	INCISO C PUNTO 13.- SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ME PERMITA PRESENTAR EL 50% DE LOS REGISTROS SANITARIOS EN UN USB Y CARTA DE COMPROMISO DE QUE SI RESULTAMOS ADJUDICADOS CUMPLIREMOS CON LA ENTREGA DEL 50% RESTANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO.
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ INCLUIR EN SU SOBRE DE PROPUESTA TÉCNICA, COPIAS DE REGISTROS SANITARIOS, LEGIBLES Y POR AMBOS LADOS DE CUANDO MENOS 70% DE LOS INSUMOS OFERTADOS Y DEBERÁ INCLUIR UNA CARTA COMPROMISO DE QUE SI RESULTAN ADJUDICADOS CUMPLIRÁN CON LA ENTREGA DEL 30% RESTANTE A LA FIRMA DEL CONTRATO
PREGUNTA 6:	ES CORRECTO ENTENDER QUE TODOS LOS CAMBIOS QUE SE REALICEN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEBEN SER PLASMADOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA.
RESPUESTA:	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
PREGUNTA 7:	INCISO C PUNTO 20.- ES CORRECTO ENTENDER QUE EL ANEXO 6 SE DEBERÁ LLENAR PARA AMBAS PROPUESTAS
RESPUESTA:	PODRÁ PRESENTAR, A SU ELECCIÓN, UNO O DOS FORMATOS DEL ANEXO 6.
PREGUNTA 8:	REFERENTE AL PUNTO 8.1 FORMA DE PAGO SOLICITO A LA CONVOCANTE ME CONFIRME SI ES CORRECTO EL PUNTO.
RESPUESTA:	SÍ, CORRESPONDE A LAS CONDICIONES DE PAGO.

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



LICITANTE: EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	
DUDAS ADMINISTRATIVAS:	
PREGUNTA 1:	INCISO 1.1.4 LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR AVISO DE FUNCIONAMIENTO A NOMBRE DEL PARTICIPANTE EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE SALUD CON AUTORIZACIÓN PARA COMERCIALIZAR MATERIAL DE CURACIÓN E INSUMOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y CONTAR CON ALMACÉN EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MONTERREY, N. L. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA UTILIZAR NUESTROS ALMACENES QUE ESTÁN ESTRATÉGICAMENTE DISTRIBUIDOS EN LA REPÚBLICA MEXICANA PARA BRINDAR EL SERVICIO AL ESTADO Y NO NECESARIAMENTE TENER ALMACÉN DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MONTERREY YA QUE AUN ASÍ PODEMOS CUMPLIR CON LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEL ESTADO Y DEL PRESENTE CONCURSO. SE ACEPTA?
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LA CONVOCANTE REQUIERE QUE LOS LICITANTES CUENTEN CON ALMACÉN DENTRO DE CUALQUIER ZONA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ABASTO A LAS UNIDADES MÉDICAS EN LOS PERÍODOS ESTABLECIDOS Y EN LOS CASOS DE URGENCIA.
PREGUNTA 2:	APARTADO 3 INCISO C, SUB APARTADO 3 CURRÍCULUM DE LA EMPRESA COMO PROVEEDOR DE MATERIAL DE CURACIÓN, DONDE MANIFIESTE LA CAPACIDAD TÉCNICA, DESCRIBIENDO LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, LA DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y DEMÁS ELEMENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA EL OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, ASÍ COMO UNA RELACIÓN DE LAS PRINCIPALES OPERACIONES DE VENTAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES. INCLUIR MANIFESTACIÓN DE SER PROVEEDOR DE MATERIAL DE CURACIÓN QUE DEMUESTRE EXPERIENCIA EN EL SECTOR SALUD, ENFATIZANDO SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA, CAPACIDAD DE DISTRIBUCIÓN Y DE RECURSOS HUMANOS; PRESENTANDO POR LO MENOS 2 (DOS) CONTRATOS CELEBRADOS CON ORGANISMOS DE SALUD ESTATALES O MUNICIPALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y EL LISTADO DE VEHÍCULOS CON QUE CUENTA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PUEDAN PRESENTAR LOS CONTRATOS QUE SOLICITA NO NECESARIAMENTE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUEDAN SER DE CUALQUIER ESTADO Y ESTE PUNTO NO SEA UNA CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN YA QUE NO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SE ACEPTA?
RESPUESTA:	PODRÁ PRESENTAR LOS CONTRATOS SOLICITADOS CON CLIENTES DE OTROS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, SIEMPRE Y CUANDO PERTENEZCAN AL SECTOR SALUD.
PREGUNTA 3:	APARTADO 3 INCISO C, SUB APARTADO 7 CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTAN CON LA CAPACIDAD DE DISTRIBUCIÓN PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES, INDICANDO EL EQUIPO ACTUAL DE DISTRIBUCIÓN, ASIMISMO DEBERÁ INCLUIR COPIAS DE LAS TARJETAS DE CIRCULACIÓN DE TODA LA FLOTA PROPIA O ARRENDADA (SI ES EL CASO, INCLUIR COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO) Y CERTIFICADO DE FUMIGACIÓN DE LOS VEHÍCULOS, LO CUAL LA CONVOCANTE SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR, VERIFICAR Y EVALUAR. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE EL REQUISITO DE LOS CERTIFICADOS DE FUMIGACIÓN SEA OPCIONAL Y QUE ESTE PUNTO NO SEA CAUSAL DE DESCALIFICACIÓN. SE ACEPTA?
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE FUMIGACIÓN DE LOS VEHÍCULOS.
PREGUNTA 4:	APARTADO 1 DATOS GENERALES, 1.2.1 PERIODO DE SUMINISTRO DEL MATERIAL DE CURACIÓN. INCISO C, EL MATERIAL DE CURACIÓN SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS 7 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE ENVÍO POR PARTE DEL PROVEEDOR QUE RESULTE CON ADJUDICACIÓN. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERÍODO DE ENTREGA DE 15 DÍAS COMO MÁXIMO YA QUE EN OCASIONES LOS FABRICANTES NO CUENTAN CON EL MATERIAL DE INMEDIATO, EL TIEMPO DE ENTREGA SE PUEDE IR MINIMIZANDO CON UNA ADECUADA PLANEACIÓN ENTRE LA CONVOCANTE Y EL PROVEEDOR ADJUDICADO, SE ACEPTA ¿
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LAS UNIDADES MÉDICAS DE LA CONVOCANTE REQUIEREN CONTAR CON LOS INSUMOS, MATERIAL DE CURACIÓN, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 7 DÍAS HÁBILES, SALVO LOS CASOS DE URGENCIA EN LOS QUE SE REQUIERE ENTREGA INMEDIATA.
PREGUNTA 5:	1.2.3 CONDICIONES DE ENTREGA DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN, INCISO B PRESENTACIÓN LOS INSUMOS ENTREGADOS DEBERÁN CUMPLIR LA PRESENTACIÓN Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS; LOS CUALES SE RELACIONAN EN LOS ANEXOS 1 Y 1A. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EN PRESENTACIONES DIFERENTES A LAS DE LAS BASES SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS YA QUE EN OCASIONES EL EMPAQUE SECUNDARIO DE LOS PRODUCTOS ES DIFERENTE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE Y NO AFECTA LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO, SE ACEPTA?
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ OFERTAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIONES SEÑALADAS EN EL ANEXO 1-A.
PREGUNTA 6:	3.3. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ACTO DE APERTURA ECONÓMICAS, INCISO IV AQUELLAS PROPUESTAS QUE NO CONTENGAN LOS DOCUMENTOS Y DATOS RELEVANTES QUE HAYAN SIDO FIJADOS COMO ESENCIALES PARA SU REVISIÓN CORRESPONDIENTE, SERÁN RECHAZADAS, SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE CUALES SON LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE HAS DE SER ESENCIALES.
RESPUESTA:	DICHOS DOCUMENTOS SON LOS PRECISADOS EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y EN ESPECÍFICO EN EL NUMERAL 3.
PREGUNTA 7:	ENTREGA DE MUESTRAS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE INDICAR SI LAS MUESTRAS SON REPRESENTATIVAS O NECESARIAMENTE EN LA PRESENTACIÓN QUE SE SOLICITA EN EL ANEXO 1-A DE LAS PRESENTES BASES.
RESPUESTA:	LAS MUESTRAS DEBERÁN COINCIDIR CON LA MARCA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIONES ESPECIFICADAS EN EL ANEXO 1-A, Y LAS MODIFICACIONES DE LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, Y CON EL FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA, ANEXO 2.

Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left side and several initials on the right side, some of which are circled.



PREGUNTA 8:	ENTREGA DE MUESTRAS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CUMPLIR CON UN MÍNIMO DE 80% DE LAS MUESTRAS SOLICITADAS.
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ PRESENTAR COMO MÍNIMO MUESTRAS DEL 90% DE LOS MATERIALES DE CURACIÓN OFERTADOS.
PREGUNTA 9:	APARTADO 3, INCISO C, PUNTO 12 .ESCRITO EN EL CUAL GARANTICEN QUE SE COMPROMETEN A CUMPLIR CON LOS HORARIOS DE ENTREGA DE MATERIALES DE CURACIÓN, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 1.2 DE ESTAS BASES; ADEMÁS DEBERÁ DE COMPROBAR MEDIANTE EL ALTA DE HACIENDA QUE CUENTA CON ALMACÉN DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA EN UN LAPSO DE NO MAYOR A 30 DÍAS UNA VEZ ADJUDICADO EL CONCURSO, DEMOSTRAR QUE SE CUENTA CON EL ALMACÉN DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA DE NUEVO LEÓN, NO OBSTANTE SE SOLICITA EL PODER UTILIZAR ALMACENES CERCA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN YA QUE CON LA RED LOGÍSTICA CON QUE SE CUENTA SE PUEDE OTORGAR EL SERVICIO SIN NINGÚN INCONVENIENTE.
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LA CONVOCANTE REQUIERE QUE LOS LICITANTES CUENTEN CON ALMACÉN DENTRO DE CUALQUIER ZONA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ABASTO A LAS UNIDADES MÉDICAS EN LOS PERÍODOS ESTABLECIDOS Y EN LOS CASOS DE URGENCIA.

LICITANTE: EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO EQUIMEM, S.A. DE C.V.	
DUDAS TÉCNICAS:	
PREGUNTA 1:	EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, EN LAS PARTIDAS 409, 410 Y 411 SE PODRÁ ENTREGAR, EMPAQUE COLECTIVO DE 20 PIEZAS; O EN SU DEFECTO LA PRESENTACIÓN EN EMPAQUE COLECTIVO DE ACUERDO AL FABRICANTE QUE NOS APOYE EN DICHAS CLAVES?
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LOS INSUMOS OFERTADOS Y ENTREGADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO 1-A, QUE CORRESPONDEN AL CUADRO BÁSICO DE MATERIAL DE CURACIÓN AUTORIZADO POR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, CUADRO BÁSICO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD O AL CATÁLOGO DE ARTÍCULOS DE LA CONVOCANTE.

LICITANTE: PROCLIMED, S.A. DE C.V.	
DUDAS ADMINISTRATIVAS:	
PREGUNTA 1:	PUNTO 1.1.4 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DICE: LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR AVISO DE FUNCIONAMIENTO A NOMBRE DEL PARTICIPANTE EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE SALUD CON AUTORIZACIÓN PARA COMERCIALIZAR MATERIAL DE CURACIÓN E INSUMOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y CONTAR CON ALMACÉN EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MONTERREY, N. L. PREGUNTA: SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS CUMPLIR CON ESTE PUNTO EN UN TIEMPO NO MAYOR A 20 DIAS, SE ACEPTA?
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LA CONVOCANTE REQUIERE QUE LOS LICITANTES CUENTEN CON ALMACÉN DENTRO DE CUALQUIER ZONA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ABASTO A LAS UNIDADES MÉDICAS EN LOS PERÍODOS ESTABLECIDOS Y EN LOS CASOS DE URGENCIA.
PREGUNTA 2:	PUNTO 1.1.6 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DICE: LA CONVOCANTE EN BASE A LA DISPOSICIÓN PRESUPUESTAL AUTORIZADA Y A LAS CANTIDADES ENVIADAS POR LAS UNIDADES Y AVALADAS POR LOS DIRECTORES DE LAS MISMAS, DETERMINARÁ LOS MONTOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE SURTIDO. LA CONVOCANTE SE COMPROMETE A ERogar COMO MÍNIMO EL 60% DEL MONTO ADJUDICADO. EL 60% DEL MONTO COMPROMETIDO POR LA CONVOCANTE, SE EJERCERÁ DE ACUERDO A LOS ANEXOS NO. 1 Y 1A Y EN BASE A LAS PARTIDAS Y RENGLONES Y CANTIDADES ESTABLECIDAS POR LA CONVOCANTE, ESTAS CANTIDADES SON REFERENCIALES Y PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES APLICATIVAS Y PRESUPUESTOS AUTORIZADOS. PREGUNTA: SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA PROPUESTA ECONÓMICA SE DEBERA OFERTAR AL 60% DE LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS QUE APARECEN EN EL ANEXO 1A, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? DE SER NEGATIVA LA ACLARACIÓN SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ESPECIFIQUE SI SERA POR LA TOTALIDAD DE INSUMOS QUE APARECEN EN EL ANEXO 1A
RESPUESTA:	EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR EN SU OFERTA ECONÓMICA EL COSTO GLOBAL DEL PAQUETE INCLUIDO EN EL ANEXO 1, CONSIDERANDO LAS DESCRIPCIONES Y CANTIDADES DE CADA UNO DE LOS RENGLONES QUE INTEGRAN LA PARTIDA, LOS CUALES SE MENCIONAN EN EL ANEXO 1A.
PREGUNTA 3:	PUNTO 1.1.7 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DICE: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL DÍA 1 DE FEBRERO DEL 2017 CUANDO MENOS EL 90% DE MUESTRAS DE MATERIAL DE CURACIÓN SOLICITADOS EN EL ANEXO 1A PREGUNTA: SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE PODER CONTAR CON AL MENOS EL 70% DEL MATERIAL SOLICITADO EN EL ANEXO 1A DEBIDO A QUE EL ORIGEN DE ALGUNOS DE LOS MATERIALES SON IMPORTADOS, SE ACEPTA?
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ PRESENTAR, COMO MÍNIMO, MUESTRAS DEL 90% DE LOS MATERIALES DE CURACIÓN OFERTADOS.
PREGUNTA 4:	PUNTO 1.1.7 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DICE: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL DÍA 1 DE FEBRERO DEL 2017 CUANDO MENOS EL 90% DE MUESTRAS DE MATERIAL DE CURACIÓN SOLICITADOS EN EL ANEXO 1A, EN DONDE SE VISUALICE CLARAMENTE LA IMPRESIÓN DEL CONTENIDO, CÓDIGO DE BARRAS Y EL REGISTRO SANITARIO DE LA CLAVE, LAS MUESTRAS DEBERÁN PRESENTARSE

Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left, a signature on the right, and several initials in circles and lines at the bottom.





	ETIQUETADAS INDIVIDUALMENTE, IDENTIFICANDO MEDIANTE EL NÚMERO DE RENGLÓN, CLAVE, NOMBRE DEL LICITANTE Y NÚMERO DE LICITACIÓN. LAS MUESTRAS DEBERÁN ENTREGARSE UN DÍA ANTES DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS, EN EL ALMACÉN CENTRAL UBICADO EN PROLONGACIÓN DÍAZ ORDAZ NO. 204, COL. DÍAZ ORDAZ, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N. L., EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS. LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR LAS MUESTRAS POR FAMILIA, SIEMPRE Y CUANDO SE ETIQUETEN TODOS Y CADA UNO DE LOS RENGLONES A QUE CORRESPONDE. PREGUNTA: SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE COMO SE CATALOGA POR FAMILIA LAS ENTREGA DE MUESTRAS
RESPUESTA:	LA CLASIFICACIÓN PUEDE HACERSE DE TAL MODO QUE AL CONSIDERAR ARTÍCULOS EN FAMILIA FACILITE SU IDENTIFICACIÓN CUANDO ESTOS ARTÍCULOS SEAN SIMILARES VARIANDO EXCLUSIVAMENTE EN MEDIDAS Y/O FRENCH.
PREGUNTA 5:	PUNTO 1.2.3 CONDICIONES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO MATERIAL DE CURACIÓN: INCISO F DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DICE: FACTURAS. LAS FACTURAS QUE RESULTEN DE LA RECEPCIÓN DEL MATERIAL DE CURACIÓN, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES APLICATIVAS, DEBERÁN CONTENER LO SIGUIENTE: SELLO DE ALMACÉN CON LA FECHA CORRESPONDIENTE, NOMBRE Y FIRMA DEL ALMACENISTA QUE REALIZÓ LA RECEPCIÓN Y LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD APLICATIVA (SE ANEXARÁ A LA FACTURA COPIA DE LA ORDEN DE ENVÍO, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITÓ LA MERCANCÍA); ADEMÁS DEBERÁ INVARIABLEMENTE DESCRIBIR EN CADA FACTURA EL NÚMERO DE LICITACIÓN, CONTRATO, MARCA DEL INSUMO Y ORDEN DE ENVÍO Y ESTARÁN DISPONIBLES LAS FACTURAS EN LAS UNIDADES APLICATIVAS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 2 DÍAS HÁBILES. PREGUNTA: SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PODER ENTREGAR EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DÍAS HÁBILES LA FACTURA SE ACEPTA?
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LA FACTURA DEBERÁ ENTREGARSE EN LA UNIDAD APLICATIVA AL MOMENTO EN QUE SE ENTREGAN LOS INSUMOS, MATERIALES DE CURACIÓN.
PREGUNTA 6:	PUNTO 1.2.3 CONDICIONES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO MATERIAL DE CURACIÓN: INCISO G DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DICE: FACTURAS A REVISIÓN. EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES, EN ORIGINAL Y COPIA DEBIDAMENTE SELLADAS DE RECIBIDO Y DE MERCANCÍA REVISADA Y FIRMADAS POR EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD, EN EL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS PARA SU PAGO POSTERIOR. PREGUNTA: SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE EN CASO DE NO CONTAR CON LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR SE VALIDE LA FACTURA CON LA FIRMA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD SE ACEPTA?
RESPUESTA:	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, LAS FACTURAS QUE RESULTEN DE LA RECEPCIÓN DEL MATERIAL DE CURACIÓN, EN CADA UNA DE LAS UNIDADES APLICATIVAS, DEBERÁN CONTENER LO SIGUIENTE: SELLO DE ALMACÉN CON LA FECHA CORRESPONDIENTE, NOMBRE Y FIRMA DEL ALMACENISTA QUE REALIZÓ LA RECEPCIÓN Y LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR Y/O DIRECTOR DE LA UNIDAD APLICATIVA (SE ANEXARÁ A LA FACTURA COPIA DE LA ORDEN DE ENVÍO, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITÓ LA MERCANCÍA); ADEMÁS DEBERÁ INVARIABLEMENTE DESCRIBIR EN CADA FACTURA EL NÚMERO DE LICITACIÓN, CONTRATO, MARCA DEL INSUMO Y ORDEN DE ENVÍO Y ESTARÁN DISPONIBLES LAS FACTURAS EN LAS UNIDADES APLICATIVAS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 2 DÍAS HÁBILES
PREGUNTA 7:	PUNTO 1.2.3 CONDICIONES DE ENTREGA DEL SUMINISTRO MATERIAL DE CURACIÓN: INCISO J DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DICE: LOTES. NO SE ACEPTARÁN ENTREGAS DE MÁS DE TRES LOTES EN CADA PRODUCTO. PREGUNTA: SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA 5 LOTES COMO MÁXIMO DEL PRODUCTO A ENTREGAR YA QUE EL CAMBIO DE LOTE NO AFECTA EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO, SE ACEPTA?
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, NO SE ACEPTARÁN ENTREGAS DE MÁS DE TRES LOTES DE CADA PRODUCTO.
PREGUNTA 8:	PUNTO 2.1 REQUISITOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS INTERESADOS AL MOMENTO DE SU INSCRIPCIÓN: INCISO D DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DICE: REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE GOBIERNO DEL ESTADO; EN CASO DE NO PRESENTAR ESTE REQUISITO, SUS PROPOSICIONES ESTARÁN CONDICIONADAS AL REGISTRO EN EL PADRÓN A MÁS TARDAR A LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE. PREGUNTA: SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA PODER COMPROBAR MEDIANTE DOCUMENTO EXPEDIDO POS LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE NUEVO LEON QUE EL ALTA ESTA EN PROCESO, SE ACEPTA?
RESPUESTA:	SE ACEPTA SU SOLICITUD PARA LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SIN EMBARGO, SUS PROPOSICIONES ESTARÁN CONDICIONADAS AL REGISTRO EN EL PADRÓN A MÁS TARDAR A LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE
PREGUNTA 9:	APARTADO 3 FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER PUNTO NUMERO 3 DICE: "INCLUIR MANIFESTACIÓN DE SER PROVEEDOR DE MATERIAL DE CURACIÓN QUE DEMUESTRE EXPERIENCIA EN EL SECTOR SALUD, ENFATIZANDO SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA, CAPACIDAD DE DISTRIBUCIÓN Y DE RECURSOS HUMANOS; PRESENTANDO POR LO MENOS 2 (DOS) CONTRATOS CELEBRADOS CON ORGANISMOS DE SALUD ESTATALES O MUNICIPALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y EL LISTADO DE VEHÍCULOS CON QUE CUENTA". PREGUNTA: EN BASE A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN SU ARTÍCULO 29 INCISO V Y CON EL FIN DE FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA REFERENCIAR EXPERIENCIA EN EL SECTOR SALUD EN CUALQUIER ESTADO DE LA REPUBLICA MEXICANA SE ACEPTA?
RESPUESTA:	PODRÁ PRESENTAR LOS CONTRATOS SOLICITADOS CON CLIENTES DE OTROS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, SIEMPRE Y CUANDO PERTENEZCAN AL SECTOR SALUD
PREGUNTA 10:	APARTADO 3 FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER PUNTO NUMERO 12 DICE: ESCRITO EN EL CUAL GARANTICEN QUE SE COMPROMETEN A CUMPLIR CON LOS HORARIOS DE ENTREGA DE MATERIALES DE CURACIÓN, DE ACUERDO A LO SOLICITADO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten marks]*

*[Handwritten signature]*



	EN EL PUNTO 1.2 DE ESTAS BASES; ADEMÁS DEBERÁ DE COMPROBAR MEDIANTE EL ALTA DE HACIENDA QUE CUENTA CON ALMACÉN DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA. PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO PODER CUMPLIR CON ESTE PUNTO EN UN PLAZO NO MAYOR AL DE 20 DÍAS NATURALES UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO.
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LA CONVOCANTE REQUIERE QUE LOS LICITANTES CUENTEN CON ALMACÉN DENTRO DE CUALQUIER ZONA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ABASTO A LAS UNIDADES MÉDICAS EN LOS PERÍODOS ESTABLECIDOS Y EN LOS CASOS DE URGENCIA.
PREGUNTA 11:	APARTADO 3 FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER PUNTO NUMERO 14 DICE : "AVISO DE FUNCIONAMIENTO A NOMBRE DEL PARTICIPANTE EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE SALUD CON AUTORIZACIÓN PARA COMERCIALIZAR LOS INSUMOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MONTERREY, N. L." PREGUNTA: SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA ENTREGAR AVISO DE FUNCIONAMIENTO EXPEDIDO POR COFEPRIS QUE CUMPLE CON LAS REGULACIONES PARA PODER PARTICIPAR A NIVEL NACIONAL EN PROCESOS DE LICITACIÓN SE ACEPTA?
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ PRESENTAR AVISO DE FUNCIONAMIENTO PRENTADO POR EL LICITANTE ANTE LA SECRETARIA DE SALUD (COFEPRIS) PARA COMERCIALIZAR LOS INSUMOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN DENTRO ESTADO DE NUEVO LEÓN.
PREGUNTA 12:	APARTADO 3 FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER PUNTO NUMERO 17 DICE: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ISO 9001-2008. PREGUNTA: SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE EL NO CONTAR CON ISO 9001-2008 NO SEA LIMITANTE PARA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO ISO 9001-2008
PREGUNTA 13:	APARTADO 3 FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO D PUNTO 3.1. CARTAS DE: ACEPTACIÓN DE BASES, JUNTA DE ACLARACIONES, VALIDEZ DE LA PROPUESTA Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESTATALES Y FEDERALES. DICE:• Y OTRA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESTATALES Y FEDERALES, EN LO RELATIVO AL PAGO DE IMPUESTOS. PREGUNTA: SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL PUNTO QUE HACE REFERENCIA A OBLIGACIONES ESTATALES Y FEDERALES
RESPUESTA:	SE REFIERE AL PAGO DE IMPUESTOS (OBLIGACIONES) DE CARÁCTER ESTATAL Y FEDERAL.

LICITANTE: PROCLIMED, S.A. DE C.V.	
DUDAS TÉCNICAS:	
PREGUNTA 1	ANEXO 1A TODOS LOS RENGLONES PREGUNTA: SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ANTENA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EL TOTAL DE LA CANTIDAD REQUERIDA PARA CADA BENGLOEN EN LA PRESENTACIÓN QUE EL FABRICANTE MANEJE, DEBIDO A QUE NO TODOS LOS FABRICANTES TRABAJAN LAS MISMAS PRESENTACIONES, SE ACEPTA?
RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LOS INSUMOS OFERTADOS Y ENTREGADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESENTACIONES CONTENIDAS EN EL ANEXO 1-A, QUE CORRESPONDEN AL CUADRO BÁSICO DE MATERIAL DE CURACIÓN AUTORIZADO POR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, CUADRO BÁSICO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD O AL CATÁLOGO DE ARTÍCULOS DE LA CONVOCANTE.

..... G E N E R A L E S . . . . .

1. Se informa a los interesados que se agregan las siguientes unidades al numeral 1.2.2. Lugar de entrega del material de curación:

Centro Estatal de Transfusión Sanguínea	Hermosillo No. 3363, Col. Mitras Centro, Monterrey N.L.
Laboratorio Estatal de Salud Pública	Serafín Peña No.2211, Col. Valles de la Silla, Guadalupe, N. L.
Centro de Rehabilitación Física y Ortopedia	Ave. Lázaro Cárdenas No. 450 Col. Vivienda Popular, Guadalupe, N.L.
Centro de Especialidades Dentales	Baja California No. 356, Col. Independencia, Monterrey, N.L.

2. Se solicita a los licitantes interesados en presentar propuestas para la presente licitación que identifiquen con sello o manuscrito su razón social en los registros sanitarios que formen parte de su propuesta técnica.

3. Se hace del conocimiento de los interesados que se corrige la denominación de la presente licitación Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en el periódico ABC y en la

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN  
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

página de Servicios de Salud de Nuevo León, OPD, aclarando que la presente licitación corresponde al número LP-919044992-I13-2017.

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas y generales, se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las preguntas que estimarán pertinentes en relación con las respuestas recibidas, habiendo dos aclaraciones por parte de los representantes de Comercializadora Médica Alvasán, S. A. de C. V. y Artimédica, S. A. de C. V., no habiéndose modificado ninguna de las respuestas proporcionadas.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 2 de Febrero del 2017 a las 8:30 hrs, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, sito en el tercer piso del inmueble ubicado en la calle Matamoros No. 520 Ote., Zona Centro en Monterrey, N.L. C.P. 64000, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de la hora programada. Asimismo se informa a todos los interesados que los actos subsecuentes de este procedimiento licitatorio se llevaran a cabo en ese mismo sitio.

De esta manera se da por concluida la junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de la calle Matamoros oriente No 520, Zona Centro, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminada esta primera y única junta de aclaraciones a las 12:22 horas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. LUIS GERARDO IBARRA CORTINAS	

2









MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORIA DEL SECTOR PARAESTATAL DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	C.P. ROSA MARÍA MONTES SALAS	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES	DR. NOÉ ENRIQUE PÉREZ ANGUIANO	
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL METROPOLITANO (ÁREA USUARIA)	LIC. MA. GUADALUPE ALMAGUER MARTÍNEZ	
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL METROPOLITANO (ÁREA USUARIA)	LIC. ADRIANA GUADALUPE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL METROPOLITANO (ÁREA USUARIA)	LIC. ELENA URIBE BELTRAN	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	LIC. MARTHA PATRICIA GAMEZ HERNÁNDEZ	



<b>REPRESENTANTE DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA</b>	LIC. NANCY NATALE DE LEÓN RODRÍGUEZ	
---	-------------------------------------	---

<b>PROVEEDORES</b>		
	<b>NOMBRE</b>	<b>FIRMA</b>
<b>COMERCIALIZADORA MÉDICA ALVASÁN, S.A. DE C.V.</b>	C. JOSÉ TEODORO ALCALÁ	
<b>ARTIMEDICA, S. A. DE C. V.</b>	C. NANCY GUILLERMINA VALDÉS LARA	
<b>HISA FARMACÉUTICA, S. A. DE C. V.</b>	C. MARCO ANTONIO ROMO DOMÍNGUEZ	
<b>PROCLIMED, S.A. DE C.V.</b>	C. FERNANDO ISRAEL ROMERO MARTÍNEZ	
<b>EQUIPO MÉDICO Y MANTENIMIENTO, S. A. DE C. V.</b>	C. OCTAVIO RIVERA ARREOLA	

*X*

*X*

*Eden y... B*  
*Eden...*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*