



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-158-2021 EQUIPO MÉDICO

En la Ciudad de Monterrey, N. L., siendo las 10:00 horas del día 07 de *septiembre del 2021*, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso del inmueble sito en la calle Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos, miembros del Comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-158-2021** referente a la adquisición de **Equipo Médico**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (en adelante la Ley) y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley (en adelante el reglamento); así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el C.P. *Aarón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el Lic. *Roberto Carlos Rodríguez Lastra*, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo y la Lic. *Ma. Alicia Leal Pérez*, representante de la Secretaría de Administración, **Miembros del Comité con Voz:** la representante de la Dirección de Seguimiento de Concursos y Licitaciones de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la C.P. *Patricia Graciela Torres Gauna*, **como área usuaria**, el Dr. *Ernesto García Martínez*, representante de la Dirección de Hospitales, **Invitados Permanentes:** todos de este Organismo, el Lic. *Fidel Moctezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales, la Lic. *Leyla Esthela Montalván Tueme*, *Jefa del Departamento de Control de Insumos y Almacén* y el C.P. *Felipe Manuel Flores Martínez*, representante del Órgano Interno de Control.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

En uso de la palabra el C.P. *Aarón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes, estando presente: **Servicios**

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-158-2021 PÁGINA 1 de 17



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

de Ingeniería en Medicina, S.A. de C.V., representada por la C. Virginia Cardona Acosta, Médica Siller, S.A. de C.V., representada por el C. Carlos Piña Garcia y Dispositivos Médicos del Norte, S. de R.L., representada por el C. Carlos Molina González.

Acto seguido se procedió a dar lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes las cuales son las siguientes:

DUDAS ADMINISTRATIVAS

PREGUNTA NO.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.		DOCUMENTO 8, 18, 24-	DICHOS PUNTOS NO APLICAN PARA MI REPRESENTADA, PARA CUMPLIR CON ELLOS BASTARA CON PRESENTAR ESCRITO/ANEXO CON LA LEYENDA NO APLICA? ¿ES CORRECTO?	SÍ ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA CONVOCANTE SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR SU APLICACIÓN.
2	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.		DOCUMENTO 11	PARA EL MANTENIMIENTO: ALTA O APERTURA DE ESTABLECIMIENTO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON DOMICILIO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY, N.L.; ASÍ COMO ESCRITO EN EL CUAL DETALLE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO Y LOS NOMBRES DEL PERSONAL DEL STAFF DE INGENIERÍA; ASÍ COMO SUS TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES PARA SU LOCALIZACIÓN; ADEMÁS DEBERÁ ANEXAR DIPLOMAS Y CURRÍCULUMS DE ÉSTOS. AUNQUE NO CONTAMOS COMO TAL CON UN ESTABLECIMIENTO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SI CONTAMOS CON PERSONAL ESPECIALIZADO DEL STAFF DE INGENIERÍA DE LA MARCA QUE RADICA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY, N. L., POR LO QUE SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PARA CUBRIR CON ESTE PUNTO PODER PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE NOS COMPROMETEMOS A DAR RESPUESTA EN TIEMPO Y FORMA A LAS SOLICITUDES DE SERVICIO Y QUE CONTAMOS CON PERSONAL ESPECIALIZADO DEL STAFF DE INGENIERÍA EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY, N. L.; INCLUYENDO NOMBRE, TELÉFONO MÓVIL, CORREO ELECTRÓNICO, DIPLOMA	SÍ SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTE CARTA DEL FABRICANTE O DE LA MARCA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE SE CUENTA CON CENTRO DE SERVICIO ESTABLECIDO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L., DEMOSTRABLE CON ALTA O APERTURA DE ESTABLECIMIENTO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y LOS NOMBRES DEL PERSONAL DEL STAFF DE INGENIERÍA; ASÍ COMO SUS TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES PARA SU LOCALIZACIÓN; ADEMÁS DEBERÁ ANEXAR DIPLOMAS Y CURRÍCULUMS DE ÉSTOS DONDE CONSTE QUE SE ENCUENTRA CERTIFICADOS POR EL MISMO FABRICANTE.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-158-2021 PÁGINA 2 de 17

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

tel.gob.mx
 (51) 8130.7000

Nuevo León



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

		<p>3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER:</p>	<p>SOLICITAN EN EL PUNTO 7 PARA TODAS LAS PARTIDAS: CATALOGOS DEL EQUIPO A OFERTAR EN IDIOMA ESPAÑOL O EN INGLÉS SIEMPRE Y CUANDO SE ACOMPAÑE DE SU TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL EN LA CUAL SE REFERENCE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.</p>	<p>Y CURRÍCULUM, ADEMÁS DE INCLUIR DATOS DE NUESTRO CENTRO DE SERVICIO SEDE, CONTACTO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO. ¿SE ACEPTA?</p> <p>SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR POR MEDIO DE CARTA DEL FABRICANTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, AQUELLOS PUNTOS QUE CUMPLIMOS Y QUE DEBIDO A LA NOMENCLATURA DE NUESTRA CASA COMERCIAL NO SE MUESTRAN Y A SU VEZ NO SE PUEDEN REFERENCIAR TEXTUALMENTE EN LOS CATALOGOS. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>
4	<p>DISPOSITIVOS MEDICOS DEL NORTE S, DE R.L.</p>	<p>NUMERAL 1.1.7 Y NUMERAL INCISO C PUNTO 10</p>	<p>TODAS</p>	<p>PARA EL CASO DE LOS BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS SE CLASIFICAN DE ACUERDO A SU NIVEL DE RIESGO Y CONTACTO CON PACIENTE, EN PARTICULAR LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS QUE SE CLASIFICAN COMO CLASE I DE BAJO RIESGO, LA NORMATIVA CE NO OBLIGA A REALIZAR LA CERTIFICACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE DICHA NORMA Y ES SUFICIENTE CON LA DECLARACION DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE DEL CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL NORMA CE. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS EQUIPOS QUE SON DE CLASIFICACIÓN I DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, SE PERMITA PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CE DEL FABRICANTE PARA LOS EQUIPOS MÉDICOS QUE SEAN DE BAJO RIESGO CLASE I. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD.</p>
5	<p>DISPOSITIVOS MEDICOS DEL NORTE S, DE R.L.</p>	<p>NUMERAL B. INCISO II</p>	<p>TODAS</p>	<p>DEBEMOS ENTENDER QUE LA FIRMA AUTÓGRAFA SOLICITADA EN TODOS LOS DOCUMENTOS SE COLOCARÁ DONDE SE SOLICITE SEGÚN LA CARTA O ANEXO, Y AL INICIO DE CADA FOLLETO, MANUAL O CATALOGO. ¿ES CORRECTO?</p>	<p>SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-158-2021 PÁGINA 3 de 17

Matamoros 520 Ote.
Zona Centro. Monterrey, N.L.
C.P. 64000

ni.gob.mx
(81) 8130.7000

(Handwritten signatures and initials)

Nuevo León



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

TECNICAS

PREGUNTA NO.	LICITANTE	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 1, PUNTO 1.1.6	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO "GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA" YA QUE ASI SE MENCIONA EN LA LITERATURA DE NUESTRO FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE EL AUMENTO O LA APLICACIÓN EN PORCENTAJE PUEDA AUMENTAR O MAGNIFICAR LA IMAGEN EN 3X
2	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 1, PUNTO 1.1.7.2	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO "AUMENTO O APLICACIÓN EN PORCENTAJE" YA QUE ES LA MISMA FUNCION SOLICITADA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
3	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 1, PUNTO 1.1.7.5	LA ESPECIFICACIÓN MENCIONADA, ES PROPIA DE UNA MARCA ESPECIFICA Y NO REPRESENTA UNA VENTAJA SOBRE OTRAS TECNOLOGÍAS, TALES COMO LA NUESTRA. POR LO QUE SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFERTAR "COLIMADOR MANUAL CON INDICADOR DE CAMPO LUMINOSO, MULTICAPAS DE CAMPO CUADRADO" PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
4	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 1, PUNTO 1.1.8	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE NOS PERMITA OFRECER GENERADOR CON MÁS DE 600 TÉCNICAS O PROGRAMAS ANATÓMICOS PROGRAMADOS, PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, PERMITIR UNA DISTANCIA DE 40 CM O MENOR AYUDA EN APLICACIONES DE EMERGENCIA DONDE SE REQUIERE TOMAR PLACAS DE EXTREMIDADES INFERIORES Y ASÍ ASEGURAR UN MEJOR POSICIONAMIENTO DE PACIENTE
5	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 1, PUNTO 1.3.2	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN PESO DE 575 KG O MENOR, CONSIDERANDO QUE EL EQUIPO QUE OFERTARÁ MI REPRESENTADA ES UN EQUIPO MOTORIZADO, LO CUAL HARÁ MÁS FÁCIL SU TRASLADO Y MANEJO.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, YA QUE AL TRATARSE DE UN EQUIPO PORTAL SU TRASLADO POR LA UNIDAD IMPLICA RIESGOS PARA EL PERSONAL, PACIENTES, EQUIPOS Y LAS INSTALACIONES
6	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 1, PUNTO 1.5	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA LCD O TFT DE 17 PULGADAS O MÁS FÁCIL SU TRASLADO Y MANEJO.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
7	HEALTHCARE SYSTEMS DE	ANEXO 1	PARTIDA 1, PUNTO 2.3		

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-158-2021 PÁGINA 4 de 17

Matamoros S20 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P 64000

nl.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León



**Servicios
de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN


	MÉXICO S.A. DE C.V.			MAYOR CON INTERFAZ TOUCH-SCREEN PARA PODER CUMPLIR CON ESTE PUNTO. ¿SE ACEPTA?	
8	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 1, PUNTO 2.4	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR DETECTOR DIGITAL DE 2350 X 2850 PÍXELES O MAYOR, LO ANTERIOR PARA NO LIMITARNOS LA PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE REQUIERE ASEGURAR LA MEJOR RESOLUCIÓN ESPACIAL Y CALIDAD DE LAS IMÁGENES QUE GENERAN UNA MATRIZ COMO LA SOLICITADA
9	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 1, PUNTO 2.4.1	LA ESPECIFICACIÓN MENCIONADA ES PROPIA DE LA MARCA FUJI, POR LO QUE SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE, PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SE NOS PERMITA OFERTAR TAMAÑO DE PIXEL DE 150 MICRONES O MENOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, EL TAMAÑO DE PIXEL PERMITE MEJORAR LA RESOLUCIÓN ESPACIAL Y LA NITIDEZ DE LAS IMÁGENES POR LO QUE SE DEBERÁ OFERTAR UN TAMAÑO DE PIXEL DE 140 MICRONES O MENOR
10	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 1, PUNTO 2.4.3	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR PARA ESTE PUNTO RESOLUCIÓN DE IMAGEN DE 3.35 IP/MMI TODA VEZ QUE ASÍ ES COMO NUESTRO FABRICANTE HACE REFERENCIA A LA RESOLUCIÓN DE LA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
11	MEDICA SILLER S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 1 - UNIDAD PORTÁTIL RAYOS X EN EL PUNTO 1.1.3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITAN: "CORRIENTE DE 450 MA O MAYOR".	PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO QUE UTILICE UNA CORRIENTE DE 400 MA YA QUE NUESTRA TECNOLOGÍA NOS PERMITE OBTENER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD CON UNA CORRIENTE BAJA, NO AFECTANDO EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, MIENTRAS MAYOR SEA LA CORRIENTE DE MEJOR CALIDAD SERÁ LA RESOLUCIÓN Y CALIDAD DE LA IMAGEN POR LO QUE DEBERÁ OFERTAR UNA CORRIENTE DE 450 MA O MAYOR
12	MEDICA SILLER S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 1 - UNIDAD PORTÁTIL RAYOS X EN EL PUNTO 1.1.7.2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SOLICITAN: "ZOOM CON LENTES DE AUMENTO HASTA 3X"	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO NOS PERMITA REFERENCIAR QUE EL EQUIPO QUE OFERTAMOS CUENTA CON HERRAMIENTA DE ZOOM EN BASE A LA NOMENCLATURA DE NUESTRA CASA COMERCIAL YA QUE LA CARACTERÍSTICA QUE SOLICITAN ES EXCLUSIVA DE UNA SOLA CASA COMERCIAL, LO ANTERIOR PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE QUE LAS HERRAMIENTAS DE ZOOM PERMITEN UNA MAGNIFICACIÓN DE HASTA 3X O MAYOR
13	MEDICA SILLER S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 1 - UNIDAD PORTÁTIL RAYOS X EN EL PUNTO 1.5 - ESPECIFICACIONES	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CUYO PESO ES DE 558 KG EL CUAL NO INTERFIERE O AFECTA EN EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO, YA QUE LA ESPECIFICACIÓN QUE	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, YA QUE AL TRATARSE DE UN EQUIPO PORTAL SU TRASLADO POR LA UNIDAD IMPLICA RIESGOS PARA EL PERSONAL, PACIENTES, EQUIPOS Y LAS INSTALACIONES

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-158-2021. PÁGINA 5 de 17

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

ml.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

		TÉCNICAS. SOLICITAN: "PESO DE 190 KG O MENOR".	USTEDES MENCIONAN PERTENECE A UNA SOLA CASA COMERCIAL, POR LO TANTO SOLICITAMOS LA APERTURA PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR CONTROL REMOTO ALÁMBRICO O INALÁMBRICO, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
14	MEDICA SILLER S.A. DE C.V. ANEXO 1	PARTIDA 1 - UNIDAD PORTÁTIL RAYOS X EN EL PUNTO 1.5 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ CONTAR CON CONTROL REMOTO INALÁMBRICO PARA EXPOSICIÓN ¿SE ACEPTA?	PODRÁ OFERTAR EQUIPO CON BATERÍAS O SIN BATERÍAS, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
15	MEDICA SILLER S.A. DE C.V. ANEXO 1	PARTIDA 1 - UNIDAD PORTÁTIL RAYOS X EN EL PUNTO 1.5 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ CONTAR CON BATERÍAS PARA MOVIMIENTO (MOTORIZADO) Y EXPOSICIÓN (RADIOGRAFÍA). ¿SE ACEPTA?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE MEDIANTE FOLLETOS, CATALOGOS O MANUALES DEL FABRICANTE QUE DICHAS CARACTERISTICAS SON EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS
16	LIFETEC SA DE CV	PARTIDA 2 LÁMPARA CIRUGÍA	SUPONEMOS QUE OFRECER CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES SE ACEPTAN POR SER BENEFICIO PARA LA INSTITUCIÓN, ¿ES CORRECTO?	NO SE ACEPTA, SE DEBERA OFERTAR CABLE DE PACIENTE CON 6 LATIGUILLOS, CON LA FINALIDAD DE OBTENER UNA MEJOR PRECISION EN LA ADQUISICION DE LAS DERIVADAS PRECORDIALES
17	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V. ANEXO 1	PARTIDA 3.-	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTE QUE EL CABLE DE 6 PUNTAS SEA DE 5 PUNTAS ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
18	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. ANEXO 1	PARTIDA 3, PUNTO 7.2 ECG, QUE PERMITA EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS 2 CURVAS A ELEGIR DE ENTRE 7 DERIVACIONES, CON CAPACIDAD A FUTURO DE ANÁLISIS DEL SEGMEN TO ST DE POR LO MENOS 3 DERIVACIONES Y MONITOREO DE HASTA 12 DERIVACIONES MEDIANTE CABLE DE 6 PUNTAS.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN OFERTAR TECNOLOGÍA DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE PARA MEDICIÓN DE 12 DERIVACIONES CON 10 PUNTAS. ¿SE ACEPTA?	

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. 1P-919044992-158-2021 PÁGINA 6 de 17

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

ml.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN


19	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S. A. DE C. V.	ANEXO 1	PARTIDA 3, PUNTO 7.5.5.- PRESIÓN SANGUÍNEA ARTERIAL NO INVASIVA CONTINUA, CON DESPLIEGUE DE LA CURVA DE PRESIÓN Y VALOR NUMÉRICO DE LA PRESIÓN: SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE ACLARE SI SE REFIERE A LA CURVA DE LA PRESIÓN INVASIVA CONTINUA YA QUE LAS TECNOLOGÍAS DE MONITORIZACIÓN NO PERMITEN LAS MEDICIONES NO INVASIVAS CONTINUAS.	SE CONFIRMA QUE SE REQUIERE CAPACIDAD A FUTURO DE PRESION SANGUINEA ARTERIAL NO INVASIVA CONTINUA CON DESPLIEGUE DE LA CURVA DE PRESION NO INVASIVA CONTINUA Y VALOR NUMERICO DE LA PRESION: SISTOLICA, DIASTOLICA Y MEDICA
20	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S. A. DE C. V.	ANEXO 1	PARTIDA 3, PUNTO 12 CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS 240 MINUTOS, CON CARGADOR INTER CONSTRUÍDO E INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE NOS PERMITA OFERTAR LA TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE OFERTANDO 90 MINUTOS E INDICADOR DE BATERÍA EN PANTALLA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DADA LA FUNCION CRITICA QUE TIENE DICHO EQUIPO SE DEBERA OFERTAR BATERIA RECARGABLE CON AL MENOS 180 MINUTOS DE DURACION, CON CARGADOR INTER CONSTRUÍDO E INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA.
21	LIFETEC SA DE CV		PARTIDA 4 MESA HIDRÁULICA CIRUGÍA	SUPONEMOS QUE OFRECER CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES SE ACEPTAN POR SER BENEFICIO PARA LA INSTITUCIÓN, ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE MEDIANTE FOLLETOS, CATALOGOS O MANUALES DEL FABRICANTE QUE DICHAS CARACTERÍSTICAS SON EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS
22	DIAGNOSTICS SOLUTIONS S.A.P.I. DE C.V.	PUNTO 1.1.1.1	PARTIDA 9	SE SOLICITA AMBABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CARRO PARA EQUIPO DE LAPAROSCOPIA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
23	DIAGNOSTICS SOLUTIONS S.A.P.I. DE C.V.	1.1.2.3	PARTIDA 9	DADO QUE LOS SISTEMAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN SON DIGITALES, SE SOLICITA AMBABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ELIMINE ESTE PUNTO DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA CÁMARA OFERTAR. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
24	DIAGNOSTICS SOLUTIONS S.A.P.I. DE C.V.	1.1.2.5.1	PARTIDA 9	EN VIRTUD DE QUE LOS EQUIPOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN YA NO MANEJAN SEÑALES ANALÓGICAS, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ELIMINE ESTE TIPO DE SALIDA Ó POR LO MENOS SE CONSIDERE DE MANERA OPCIONAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICIÓN?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. 1P-919044992-158-2021 PÁGINA 7 de 17

Matamoros 520 Ote.
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

nl.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

25	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 10, PUNTO 2.2	DEBEMOS ENTENDER QUE EN LAS DIMENSIONES MENCIONADAS SE ACEPTARÁ UNA TOLERANCIA DE +/- 10%. ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SU SOLICITUD PARA LAS MEDIDAS FÍSICAS DEL EQUIPO.
26	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 10, PUNTO 2.4	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR RUEDAS GIRATORIAS DE 12.7 CM DE DIÁMETRO, YA QUE SE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
27	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 10, PUNTO 6.2	SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR SELECTOR DE ENERGÍA DE 2 A 200 JULIOS EN AL MENOS 14 PASOS, CONSIDERANDO QUE LA TECNOLOGÍA BIFÁSICA NO REQUIERE DE MAYOR ENERGÍA PARA DESFIBRILAR CORRECTAMENTE A UN PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	SE REQUIERE UN EQUIPO CON SELECCIÓN DE ENERGÍA PARA DESCARGA BIFÁSICA SELECCIONABLE DE 5 A 360 JOULES PARA GARANTIZAR UNA REANIMACIÓN DE PACIENTES QUE PRESENTAN UNA ALTA IMPEDANCIA TRANSTORÁCICA, CON LA FINALIDAD DE NO REALIZAR MÚLTIPLES DESCARGAS EN PACIENTES DE ALTA IMPEDANCIA
28	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 10, PUNTO 11.4	CREEMOS QUE EXISTE UN ERROR, YA QUE UN REGISTRADOR PARA ESTE EQUIPO NO REQUIERE DE 6 CANALES DE IMPRESIÓN. POR LO QUE SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR 2 CANALES COMO MÍNIMO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE QUE CUENTE CON CAPACIDAD DE REGISTRO DE AL MENOS 6 CANALES DE ECG, PARA EL CORRECTO DIAGNÓSTICO ELECTROCARDIOGRÁFICO DEL PACIENTE
29	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 10,	YA QUE NO SE MENCIONA EN LA DESCRIPCIÓN, PERO SIENDO UN PARÁMETRO BÁSICO PARA LA MONITORIZACION/EVALUACIÓN DE EL PACIENTE, DEBEMOS ENTENDER QUE SE REQUIERE QUE EL MONITOR- DESFIBRILADOR MONITORECE TAMBIÉN EL PARÁMETRO DE LA PRESIÓN INVASIVA. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO PODRÁ OFERTAR UN EQUIPO CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE MENCIONA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DENAS LICITANTES
30	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S. A. DE C. V.	ANEXO 1	PARTIDA 10, PUNTO 6.2 CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGÍA PARA DESCARGA BIFÁSICA SELECCIONABLE 5 A 360 JULIOS COMO MÍNIMO EN CUANDO MENOS 9 PASOS;	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE SI EL REQUERIMIENTO ES CORRECTO YA QUE PIDE UN DESFIBRILADOR BIFÁSICO CON CARGA MÁXIMA DE 360 J SIENDO QUE SOLO LOS DESFIBRILADORES MONOFÁSICOS TIENEN ESA CAPACIDAD. LOS DESFIBRILADORES BIFÁSICOS TIENEN COMO CARGA MÁXIMA 270 J. SE SOLICITA SE ACLARE ESE PUNTO.	SE REQUIERE UN EQUIPO CON SELECCIÓN DE ENERGÍA PARA DESCARGA BIFÁSICA SELECCIONABLE DE 5 A 360 JOULES PARA GARANTIZAR UNA REANIMACIÓN DE PACIENTES QUE PRESENTAN UNA ALTA IMPEDANCIA TRANSTORÁCICA, CON LA FINALIDAD DE NO REALIZAR MÚLTIPLES DESCARGAS EN PACIENTES DE ALTA IMPEDANCIA
31	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN	ANEXO 1	PARTIDA 10, PUNTO 6.2 CON SELECTOR DE NIVEL DE ENERGÍA PARA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE PERMITA OFERTAR DESFIBRILADORES BIFÁSICOS DE RANGO MÍNIMO DE 2 J Y CON CARGA MÁXIMA	SE REQUIERE UN EQUIPO CON SELECCIÓN DE ENERGÍA PARA DESCARGA BIFÁSICA SELECCIONABLE DE 5 A 360 JOULES PARA GARANTIZAR UNA REANIMACIÓN DE

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-158-2021 PÁGINA 8 de 17

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

nl.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

	MEDICINA, S. A. DE C. V.		DESCARGA BIFÁSICA SELECCIONABLE 5 A 360 JULIOS COMO MÍNIMO EN CUANDO MENOS 9 PASOS.	DE 270 J SIENDO JUSTIFICADO CON EL BAJO CONSUMO DE ENERGÍA REQUERIDA PARA LA CARGA/DESCARGA Y EVITANDO QUE CON NIVELES MÁS ALTOS DE ENERGÍA SE ARRIESGA A UN MAYOR GRADO DE LESIÓN MIOCÁRDICA ADEMÁS DE EVITAR QUEMADURAS EN LA PIEL DEL PACIENTE; EL BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR ES MÁS COMÚN CON NIVELES MÁS ALTOS DE ENERGÍA MONOFÁSICOS. ¿SE ACEPTA?	PACIENTES QUE PRESENTAN UNA ALTA IMPEDANCIA TRANSTORÁCICA, CON LA FINALIDAD DE NO REALIZAR MÚLTIPLES DESCARGAS EN PACIENTES DE ALTA IMPEDANCIA
32	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S. A. DE C. V.	ANEXO 1	PARTIDA 10, PUNTO 2.2 DIMENSIONES: LONGITUD DE 92 CM. 62 CMS DE FONDO Y 108 CMS DE ALTO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR UN CARRO ROJO CON DIMENSIONES 110 CM X 61 CM X 79 CM YA QUE NO AFECTA EN LA FUNCIONALIDAD Y PROPÓSITO DEL CARRO ROJO Y ESTAS DENTRO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-016 Y CON ESPECIFICACIONES CENETEC. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
33	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S. A. DE C. V.	ANEXO 1	PARTIDA 10, PUNTO 7.5. ACTIVACIÓN POR MODOS: FIOJO (O ASINCRÓNICO) Y A DEMANDA (O SINCRÓNICO) Y OVERDRIVE.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE TECNOLOGÍAS SE OFERTE ÚNICAMENTE LA ACTIVACIÓN POR MODOS FIOJO Y A DEMANDA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. SE REQUIERE MARCAPASOS TRANSCUTÁNEO CON LOS MODOS DE ACTIVACION: FIOS Y A DEMANDA Y OVERDRIVE, PARA ATENDER TODO TIPO DE ARRITMIAS EN DIFERENTES TIPO DE PACIENTES
34	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S. A. DE C. V.	ANEXO 1	PARTIDA 10, PUNTO 13.3. QUE PERMITA DAR AL MENOS 160 DESFIBRILACIONES A 200J O 5 HORAS DE MONITOREO CONTINUO COMO MÍNIMO.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE OFERTE TECNOLOGÍA DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE CON AL MENOS 100 DESCARGAS DE 270 J POR MINUTO Y MONITORIZACIÓN CONTINUA DE 180 MINUTOS. ¿SE ACEPTA?	SE REQUIERE QUE LA BATERÍA PERMITA MONITOREO CONTINUO DE 5 HORAS, PARA GARANTIZAR EL TRATAMIENTO DE PACIENTES EN SITIO Y TRASLADOS EN AMBULANCIA CON EL MONITOREO CONTINUO DE ELECTROCARDIOGRAFÍA
35	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S. A. DE C. V.	ANEXO 1	PARTIDA 10, PUNTO 11.4 6 CANALES COMO MÍNIMO.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE OFERTE TECNOLOGÍA DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE OFERTAR IMPRESIÓN DE REGISTROS DE UN SOLO CANAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE QUE CUENTE CON CAPACIDAD DE REGISTRO DE AL MENOS 6 CANALES DE ECG, PARA EL CORRECTO DIAGNOSTICO ELECTROCARDIOGRAFICO DEL PACIENTE
36	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA NO. 11CARRO MONITOR	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLAREN SI EL NOMBRE DE ESTA PARTIDA CARRO MONITOR O MONITOR DE SIGNOS VITALES ADULTO PEDIÁTRICO. FAVOR DE ACLARAR.	EL NOMBRE DE LA PARTIDA ES CARRO MONITOR, LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA CORRESPONDE A UN MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO ADULTO PEDIÁTRICO
37	HEALTHCARE SYSTEMS DE	ANEXO 1	PARTIDA NO. 11CARRO MONITOR	PUNTO NO. 1, DERIVADO DE QUE SE SOLICITA MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO, AL OFERTAR 12 PULGADAS LOS	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-158-2021 PÁGINA 9 de 17

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.,
C.P. 64000

tel.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

	MÉXICO S.A. DE C.V.			PARÁMETROS MONITORIZADOS ESTARÍAN SATURADO EN ESE TAMAÑO DE PANTALLA. POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE ACEPTE PANTALLA DE 15 PULGADAS PARA EL DESPLIEGUE SIMULTANEO DE TODOS LOS PARÁMETROS SOLICITADOS, Y TENER UNA MEJOR VISUALIZACIÓN DE DICHO PARÁMETROS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
38	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA NO. 11CARRO MONITOR	PUNTO NO. 7.2.- SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS ACEPTE OFERTAR DESPLIEGUE SIMULTANEO DE LAS 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 5 LATIGUILLOS, ESTO CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y EN EL ENTENDIDO DE QUE EL DESPLIEGUE DE LAS 12 DERIVACIONES CON 5 O 6 LATIGUILLOS SON CALCULADOS NO DIAGNÓSTICOS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE DEBERA OFERTAR CABLE DE PACIENTE CON 6 LATIGUILLOS, CON LA FINALIDAD DE OBTENER UNA MEJOR PRECISION EN LA ADQUISICION DE LAS DERIVADAS PRECORDIALES
39	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA NO. 11CARRO MONITOR	PUNTO NO. 7.3. SOLICITAN MONITOREO Y DESPLIEGUE SIMULTANEO DEL SEGMENTO ST EN TODAS LAS DERIVACIONES MONITORIZADAS (TRES CANALES SIMULTÁNEOS) AL TRATARSE DE QUE SE SOLICITA MONITOR AVANZADO DEBEMOS DE ENTENDER QUE EL DESPLIEGUE DEL SEGMENTO ST SERÁ DE LAS 12 DERIVACIONES, ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE DEBERÁ OFERTAR EL MONITERO Y DESPLIEGUE DEL SEGMENTO ST EN TODAS LAS DERIVACIONES Y AL MENOS TRES CANALES SIMULTÁNEOS
40	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA NO. 11CARRO MONITOR	PUNTO NO. 7.4. DETECCIONES 12 ARRITMIAS, DERIVADO DE QUE SE SOLICITA MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO DEBEMOS DE ENTENDER QUE TAMBIÉN SE DEBERÁ DE SOLICITAR LA DETECCIÓN DE POR LO MENOS 22 ARRITMIAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
41	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA NO. 11CARRO MONITOR	PUNTO NO. 7.11. PANTALLA EN FORMATO GRANDE ZOOM, DEBEMOS DE ENTENDER QUE ESTE PUNTO SE REFERE A QUE EN CASO DE QUE SE REQUIERA, EL EQUIPO DESPLEGARA UNA VENTANA ADICIONAL A LA DE MONITORIZACIÓN PARA EL DESPLIEGUE DEL SEGMENTO ST DE LA DERIVACIÓN ¿ES ESTO CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO PODRA OFERTAR LAS CARACTERISTICAS MENCIONADAS
42	HEALTHCARE SYSTEMS DE	ANEXO 1	PARTIDA NO. 11CARRO MONITOR	PUNTO NO. 7.1.- EN CASO DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS	NO FUE NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-158-2021 PÁGINA 10 de 17

Matainoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

ni.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León



**Servicios
de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

	MÉXICO S.A. DE C.V.			ACLARE A QUE SE REFIERE CON "PANTALLA EN FORMATO GRANDE ZOOM" FAVOR DE ACLARAR	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
43	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA NO. 11CARRO MONITOR	PUNTO NO. 8.4. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR ÚNICAMENTE CAPACIDAD DE PODER CONFIGURAR 3 TECNOLOGIA DIFERENTES YA QUE POR CUESTIONES DE FABRICA Y PATENTE LAS TECNOLOGIAS TIENEN DIFERENTES CONECTORES, POR LO QUE CADA TECNOLOGIA REQUIERE DE HARDWARE Y SOFTWARE DIFERENTES ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE MEDIANTE FOLLETOS, MANUALES O CATALOGOS DEL FABRICANTE QUE DICHAS CARACTERISTICAS SON EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS
44	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA NO. 11CARRO MONITOR	PUNTO NO. 8.4. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN. SE NOS PERMITA OFERTAR ESTA TECNOLOGIA SEGUN LAS ETIQUETAS QUE NUESTRO FABRICANTE MANEJA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACLARA QUE SE SOLICITA MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL, AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO, CÍCLICA CON NUMERO DE MEDICIONES E INTERVALOS DE TIEMPO CONFIGURABLES POR EL USUARIO
45	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA NO. 11CARRO MONITOR	PUNTO NO. 11.2. EN ESTE PUNTO SE SOLICITA "CLÍNICA CON NUMERO DE MEDICIONES", SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE A QUE SE REFIERE CON LO SOLICITADO ¿FAVOR DE ACLARAR?	SE REFIERE A UN MODO DE MEDICIÓN DE LA PRESION NO INVASIVA
46	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA NO. 11CARRO MONITOR	PUNTO NO. 11.4. SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARA A QUE SE REFIERE LO SOLICITADO EN ESTE PUNTO ¿FAVOR DE ACLARAR?	NO SE ACEPTA, SE DEBERA OFERTAR CABLE DE PACIENTE CON 6 LATIGUILLOS, CON LA FINALIDAD DE OBTENER UNA MEJOR PRECISION EN LA ADQUISICION DE LAS DERIVADAS PRECORDIALES
47	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S. A. DE C. V.	ANEXO 1	PARTIDA 11, PUNTO 7.2 FUNCIÓN DE DESPLIEGUE SIMULTANEO DE HASTA 12 DERIVACIONES A PARTIR DE 6 LATIGUILLOS.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN OFERTAR TECNOLOGÍA DE ACUERDO CON CADA FABRICANTE PARA MEDICIÓN DE 12 DERIVACIONES CON 10 PUNTAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
48	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S. A. DE C. V.	ANEXO 1	PARTIDA 11, PUNTO 14. CON BATERÍA CON TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE 4 HORAS.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE NOS PERMITA OFERTAR LA TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE OFERTANDO 3 HORAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
49	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 12.-	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR CONTROL DE TEMPERATURA DEL PACIENTE DE 34.0°C A 38.0°C Y RESOLUCIÓN DE TEMPERATURA 0.1°C	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL NO. IP-919044992-158-2021 PÁGINA 11 de 17

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

nl.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

50	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 12	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFRECER UNA TECNOLOGÍA AVANZADA, CON LA PANTALLA TÁCTIL DE ACUERDO AL FABRICANTE Y CON ELLO EVITAR CAMBIOS INVOLUNTARIOS EN LA PROGRAMACIÓN	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
51	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 12.-	DEBEMOS ENTENDER EL BIENESTAR DEL BEBE, POR LO QUE EL CALEFACTOR REQUIERE MANTENER ENFOQUE CONTINUO SOBRE EL NEONATO, AUN CUANDO A ESTE SE LE VAYA A PRACTICAR ALGÚN PROCEDIMIENTO MÉDICO O DE RAYOS X. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIENDO OBLIGATORIO
52	MAGNA DEL NORTE, S.A. DE C.V.		PARTIDA 12 CARRO CUNA TERMICO CON RESUCITADOR CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA	NUESTRO EQUIPO OFECE LA TECNOLOGÍA EN LÁMPARA DE FOTOTERAPIA POR LUZ LED, QUE ES DE MEJOR EFICIENCIA Y MAYOR DURABILIDAD QUE LA LUZ HALÓGENA, SIN QUE PUEDA CAUSAR DOLOR DE CABEZA AL USUARIO POR EL RANGO DE LUZ, SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LUZ LED, ES ESTO CORRECTO?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
53	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 13.-	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFRECER UN RANGO DE CONTROL DE TEMPERATURA DEL AIRE QUE VAYA DE 20.0°C A 39.0°C ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
54	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 13	EL USO CONTINUO DE ESTE CARRO PROVOCA UN DESGASTE A MEDIANO PLAZO. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFRECER UN CARRO DE ACERO INOXIDABLE; EL CUAL TENDRÁ UNA MAYOR DURACIÓN.	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
55	MAGNA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PUNTO 9.- LÁMPARA DE LUZ DE EXPLORACIÓN O EXAMINACIÓN DE 376 LUXES.	PARTIDA 13 INCUBADORA DE TRASLADO	1.1. NUESTRO EQUIPO OFECE LA TECNOLOGÍA EN LÁMPARA DE EXAMINACIÓN POR LUZ LED, QUE ES DE MEJOR EFICIENCIA Y MAYOR DURABILIDAD ASÍ COMO MAYOR ESPECTRO DE LUZ QUE LA LUZ HALÓGENA, SIENDO QUE ES LUZ DE ILUMINACIÓN, SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR LUZ LED, ES ESTO CORRECTO?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
56	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA NO. 14 CARRO MONITOR	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLAREN SI EL NOMBRE DE ESTA PARTIDA CARRO MONITOR O MONITOR DE SIGNOS VITALES ADULTO DE TRASLADO. FAVOR DE ACLARAR.	EL NOMBRE DE LA PARTIDA ES CARRO MONITOR, LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA CORRESPONDE A UN MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRASLADO
57	HEALTHCARE SYSTEMS DE	ANEXO 1	PARTIDA NO. 14 CARRO MONITOR	PUNTO NO. 1.- SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS PERMITA REFERENCIARA PANTALLA DE 6.1 PULGADAS	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL NO. LP-919044992-158-2021 PÁGINA 12 de 17

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

nl.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León



**Servicios
de Salud O.P.D.**

Gobierno del Estado de Nuevo León
 Servicios de Salud de Nuevo León
 Organismo Público Descentralizado
 Dirección Administrativa
 Subdirección de Recursos Materiales
 Departamento de Control de Insumos y Almacén

	MÉXICO S.A. DE C.V.			COMO MÍNIMO ESTO CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
58	HEALTHCARE SYSTEMS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA NO. 14CARRO MONITOR	PUNTO NO. 4.- SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON PESO NO MAYOR A 1,400 GRAMOS (1.4 KG), ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	ES CORRECTA SU APRECIACION, SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE MEDIANTE FOLLETOS, CATALOGOS O MANUALES DEL FABRICANTE QUE DICHAS CARACTERISTICAS SON EQUIVALENTES O SUPERIORES A LAS SOLICITADAS
59	LIFETEC SA DE CV		PARTIDA 14 CARRO MONITOR	SUPONEMOS QUE OFRECER CARACTERISTICAS SIMILARES O SUPERIORES SE ACEPTAN POR SER BENEFICIO PARA LA INSTITUCIÓN, ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
60	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S. A. DE C. V.	ANEXO 1	PARTIDA 14, PUNTO 4. CON UN PESO NO MAYOR A 1,200 GRAMOS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE OFERTE MONITOR CON PESO DE 3.5 KG ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
61	SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S. A. DE C. V.	ANEXO 1	PARTIDA 14, PUNTO 11 CON BATERIA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS 240 MINUTOS, CON INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE SE NOS PERMITA OFERTAR LA TECNOLOGÍA PROPIA DEL FABRICANTE OFERTANDO 3 HORAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN EMBARGO PARA LAS MEDIDAS FISICAS DEL EQUIPO SE OTORGA UN ±10% DE TOLERANCIA.
62	LIFETEC SA DE CV		PARA TODAS LAS PARTIDAS	SE ACEPTA UNA TOLERANCIA EN MEDIDAS, DIMENSIONES, ANGULACIONES, PARÁMETROS, ETC. ¿ES CORRECTO?	

GENERALES

1.- Para efecto de la agilidad del procedimiento durante el acto de presentación y apertura de propuestas, se precisa que las partes de las propuestas que serán suscritas tanto por los Servidores Públicos que designe la convocante como por los licitantes presentes serán únicamente las que contengan el formato de propuesta técnica, lo anterior en términos de lo previsto en el artículo 35 fracción II de la ley.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-158-2021 PÁGINA 13 de 17

Matamoros 520 Ote.
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

nl.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas y generales se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las re-preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, sin que se hubiere formulado ninguna pregunta al respecto.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 14 de septiembre del 2021, a las 11:00 horas, en esta misma Sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de esa hora.

De esta manera se da por concluida la presente junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado esta primera y única junta de aclaraciones, siendo las 10:30 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ		
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA		



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MA. ALICIA LEAL PÉREZ	
--	----------------------------	--

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONCURSOS Y LICITACIONES DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	C.P. PATRICIA GRACIELA TORRES GAUNA	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES (COMO ÁREA USUARIA)	DR. ERNESTO GARCIA MARTÍNEZ	


DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-158-2021 PÁGINA 15 de 17

Matamoros 520 Ote.
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000

ni.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León



**Servicios
de Salud O.P.D.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

INVITADOS PERMANENTES

	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN	LIC. LEYLA ESTHELA MONTALVÁN TUENME	
REPRESENTANTE DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL	C.P. FELIPE MANUEL FLORES MARTÍNEZ	
LICITANTE		
	NOMBRE	FIRMA
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.	C. VIRGINIA CARDONA ACOSTA	

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-158-2021 PÁGINA 16 de 17

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 640000


nl.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León



Servicios de Salud O.P.D.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

DISPOSITIVOS MÉDICOS DEL NORTE, S. DE R.L.	C. CARLOS MOLINA GONZÁLEZ	
MEDICA SILLER, S.A. DE C.V.	C. CARLOS PIÑA GARCÍA	