



**Servicios
de Salud O.P.D.**
Nuevo León - Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. LP-919044992-N36-2020**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD
MATERNO INFANTIL**

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 12:00 horas del día 12 de agosto del 2020, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso del inmueble sito en la calle Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos, miembros del Comité de Adquisiciones de este organismo, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones a la convocatoria de la **Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-919044992-N36-2020** referente a la contratación del **Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo Médico del Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (en adelante la Ley) y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley (en adelante el reglamento); así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el C.P. *Aarón Serrato Arcoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el *Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lastra*, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, **Miembros del Comité con Voz**, como área usuaria: el *Ing. Rafael Rivera Rodríguez* del Departamento de Biomédica del Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil, **Invitados Permanentes:** todos de este Organismo, el *Lic. Fidel Moctezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales, la *Lic. Leyla Esthela Montalván Tueme*, Jefa del Departamento de Control de Insumos y Almacén y el C.P. *Felipe Manuel Flores Martínez*, representante de la Dirección de Contraloría Interna.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto asiste la C. Eva Alejandra López Ruiz en calidad de observadora.


ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LP-919044992-N36-2020 PÁGINA 1 de 11

Matamoros 520 Ote.,
Zona Centro, Monterrey, N.L.
C. P. 64000

ml.gob.mx
(81) 8130.7000

Nuevo León

Siempre Ascendiendo



En uso de la palabra el C.P. *Aarón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Comité de Adquisiciones de este Organismo, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes, estando presentes: **Flomed Services, S.A. de C.V.**, representada por el C. *Carlos Balderas Mejorado* y **Comercializadora Tecnoeq-Mex, S.A. de C.V.**, representada por el C. *Rodrigo Alejandro Gutiérrez Castillo*.

Acto seguido se procedió a dar lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes las cuales son las siguientes:

DUDAS ADMINISTRATIVAS:

NO. DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCION	PREGUNTA	RESPUESTA
1	COMERCIALIZADORA TECNOEQ-MEX, S.A. DE C.V.	13	1, 2, 3 Y 4	1.1.9 EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO MÉDICO DEBERÁ INCLUIR LAS REFACCIONES Y CONSTAR DE LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1 DE ESTAS BASES. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REALIZAR UNA VISITA A LA UNIDAD MÉDICA, PARA PODER DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES DE LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN EL ANEXO 1-A, DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.	PREVIÓ A LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE LAS PROPOSICIONES, LOS LICITANTES DEBERÁN REALIZAR UNA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL Y DEBERÁN CONSTATAR EL ESTADO FÍSICO Y FUNCIONAL DE LOS QUIPOS MEDIANTE EL FORMATO "CONSTANCIA DE VISITA A LAS INSTALACIONES", QUE SERÁ ENTREGADO POR EL RESPONSABLE DEL ÁREA BIOMÉDICA DEL HOSPITAL, AL MOMENTO DE LA VISITA EL LLENADO DE DICHO FORMATO, SERÁ POR EQUIPO Y DEBERÁN PRESENTAR EN SU PROPUUESTA LA CONSTANCIA DE VISITA DE AL MENOS EL 85% DE LOS EQUIPOS LISTADOS EN EL ANEXO 1-A DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.


[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and marks]



2	COMERCIALIZADORA TECNOEQ-MEX, S.A. DE C.V.	13	1, 2, 3 y 4	C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: 3. CURRÍCULUM DE LA EMPRESA, DONDE MANIFIESTE LA CAPACIDAD TÉCNICA, DESCRIBIENDO LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, LA DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y DEMÁS ELEMENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA EL OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, SU METODOLOGÍA Y LA EXPERIENCIA COMPROBABLE EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS A LA PRESENTE CONVOCATORIA, DEMOSTRANDOLO MEDIANTE UNA RELACIÓN DE LAS PRINCIPALES OPERACIONES DE VENTAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES EN DONDE COMPRUEBE CONTAR COMO MÍNIMO POR DICHO TIEMPO REALIZANDO LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA PRESENTE CONVOCATORIA. PARA LOS SERVICIOS, ES NECESARIO PRESENTAR EQUIPOS CALIBRADOS?	LA CONVOCANTE REQUIERE QUE LOS LICITANTES PRESENTEN DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES A NOMBRE DE LA EMPRESA. LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN CALIBRACIONES, DEBERÁN SER TRAZABLES EL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA (CENAM) Y ACREDITACIÓN (EMA) O ESTAR ACREDITADO DENTRO DEL RECONOCIMIENTO MUTUO (ILAC-RMA).
3	COMERCIALIZADORA TECNOEQ-MEX, S.A. DE C.V.	13	1, 2, 3 y 4	1.1.15- EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO Y CON UN CENTRO DE ATENCIÓN ESTABLECIDO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, POR ASÍ REQUERIRLO EL TIPO DE SERVICIO A CONTRATAR. ¿PODEMOS ACREDITAR QUE CONTAMOS CON CENTRO DE SERVICIO EN EL ÁREA	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LP-919044992-N36-2020 PÁGINA 3 de 11



				METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MONTERREY, PRESENTANDO COPIA SIMPLE DEL CONTRATO ARRENDAMIENTO?	
4	COMERCIALIZADORA TECNOCOMEX, S.A. DE C.V.	13	1, 2, 3 Y 4	12.- CRITERIO DE ADJUDICACIÓN. LA CONVOCANTE, PREVIO ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS Y PRESUPUESTOS AUTORIZADOS, ELABORARÁ UN DICTAMEN QUE SERVIRÁ COMO FUNDAMENTO PARA EMITIR EL FALLO MEDIANTE EL CUAL SE ADJUDICARÁ EL ANEXO 1 POR PAQUETE QUE INCLUYE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MOTIVO DE ESTE CONCURSO, AL (LOS) LICITANTE (S) QUE DE ENTRE LOS PROPONENTES REÚNA LAS CONDICIONES MÁS CONVENIENTES EN TÉRMINOS DE PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y QUE GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO EN EL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONCURSO. EL ANEXO 1 ESTÁ CONFORMADO POR 4 PARTIDAS. ¿LAS CUATRO PARTIDAS CONFORMAN UN SOLO PAQUETE?	SI ES CORRECTO, LAS CUATRO PARTIDAS CONFORMAN UN SOLO PAQUETE.


ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LP-919044992-N36-2020 PÁGINA 4 de 11



DUDAS TÉCNICAS:

NO. DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	FLOWMED SERVICES, S.A. DE C.V.	1.1.12	DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SE DEBERÁ REALIZAR 1 (UN) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CADA UNO DE LOS EQUIPOS, Y DEBERÁ OTORGAR UNA GARANTÍA DE 60 DÍAS NATURALES PARA CUBRIR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DE LA VIGENCIA, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA LOS EQUIPOS CONTENIDOS EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.	LA GARANTÍA DE 60 DÍAS NATURALES SE REFIERE SÓLO A LA DE MANO DE OBRA DE LOS SERVICIOS REALIZADOS Y REFACCIONES UTILIZADAS DURANTE EL CONTRATO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
2	FLOWMED SERVICES, S.A. DE C.V.	1.1.12		EN CASO DE RESPONDER DE MANERA AFIRMATIVA, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA HACER LA ACLARACIÓN QUE EN CASO DE QUE LOS EQUIPOS GENEREN UNA FALLA DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA DE LOS 60 DÍAS Y FUERA UNA REFACCIÓN DIFERENTE O FALLA NUEVA DIAGNOSTICADA, SE PUEDA COTIZAR POR SEPARADO LA REFACCIÓN Y SÓLO LA MANO DE OBRA SEA INCLUIDA EN LA GARANTÍA, ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD.
3	FLOWMED SERVICES, S.A. DE C.V.	1.1.12		PARTIDA 3, RENGLÓN 7. DE ACUERDO A LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ESTOS EQUIPOS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA SEA REQUISITO EL USO DE ANALIZADOR DE UNIDADES DE ELECTROCIRUGÍA Y ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA,	SÍ SE ACEPTA SU SOLICITUD.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LP-919044992-N36-2020 PÁGINA 5 de 11



Servicios de Salud O.P.D.
 Nuevo León Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN


			COMPROBADO MEDIANTE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN VIGENTES, ¿SE ACEPTA?		
4	FLOWMED SERVICES, S.A. DE C.V.	1.1.13	EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE DEBERÁ PRESTAR CUANTAS VECES SEA NECESARIO, PREVIA SOLICITUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL.	DE ACUERDO A LA COMPLEJIDAD DE LOS SERVICIOS CORRECTIVOS QUE CONTEMPLAN LA INSTALACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LAS REFACCIONES SOLICITADAS EN EL ANEXO 1, PARTIDA 1, RENGLÓN 1. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA EVALÚE LA POSIBILIDAD DE PRESENTAR CARTA DE RESPALDO DE FABRICANTE MEDIANTE LA CUAL GARANTICE EL SUMINISTRO DE REFACCIONES ORIGINALES, ADEMÁS DE USO DE EQUIPO DE PRUEBA QUE CUENTE CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN VIGENTE, DE TAL MANERA QUE SE ASEGURE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE RESPALDO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR MAYORISTA MEDIANTE LA CUAL GARANTICE EL SUMINISTRO DE REFACCIONES ORIGINALES.
5	FLOWMED SERVICES, S.A. DE C.V.	1.1.13	EL TIEMPO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERÁ DE MÁXIMO 48 HRS, EL TIEMPO DE RECTIFICACIÓN PODRÁ EXTENDERSE SOLAMENTE EN EL CASO DE QUE SE REQUIERAN REFACCIONES.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACLARE LO SIGUIENTE, BASÁNDONOS EN LAS REFACCIONES SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 SUPONEMOS QUE LOS EQUIPOS NO SE ENCUENTRAN FUNCIONALES ACTUALMENTE, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, YA QUE LOS EQUIPOS SI SE ENCUENTRAN FUNCIONALES.
6	FLOWMED SERVICES, S.A. DE C.V.	1.1.14	EL TIEMPO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERÁ DE MÁXIMO 48 HRS, EL TIEMPO DE RECTIFICACIÓN PODRÁ EXTENDERSE SOLAMENTE EN EL CASO DE QUE SE REQUIERAN REFACCIONES.	CONSIDERANDO LA PANDEMIA COVID 19 ACTUALMENTE PRESENTADA, LAS REFACCIONES PARA LOS EQUIPOS EN LA PARTIDA 1, RENGLÓN 1 ESPECÍFICAMENTE PODRÍAN VARIAR EN EL TIEMPO DE ENTREGA. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA REALIZAR LOS CORRECTIVOS CONFORME A LA	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LP-919044992-N36-2020 PÁGINA 6 de 11

Matamoros 520 Ote.
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000






nl.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León
 Siempre Ascendiendo



Servicios de Salud O.P.D.
 Nuevo León | Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

			<p>EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO Y CON UN CENTRO DE ATENCIÓN ESTABLECIDO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, POR ASÍ REQUERIRLO EL TIPO DE SERVICIO A CONTRATAR.</p>	<p>DISPONIBILIDAD DE REFACCIÓNES RESPETANDO EL PERÍODO DE VIGENCIA DEL CONTRATO, ¿SE ACEPTA?</p> <p>CON RESPECTO AL PARTIDA 1, RENGLÓN 1. CON MOTIVO DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA SEA REQUISITO PRESENTAR CERTIFICADO DE ENTRENAMIENTO, OTORGADO POR EL FABRICANTE, DEL INGENIERO QUE REALIZARÁ LOS MANTENIMIENTOS SITUADO EN MONTERREY N.L., ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD.</p> 
<p>7</p> <p>FLOWMED SERVICES, S.A. DE C.V.</p>	<p>1.1.15</p>		<p>EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ GENERAR UN REPORTE DE SERVICIO POR EQUIPO, QUE DEBERÁ CONTENER CUANDO MENOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: EL NÚMERO DE CONTRATO, FECHA, NOMBRE DE LA UNIDAD, NOMBRE DEL EQUIPO, NÚMERO DE INVENTARIO, NÚMERO DE SERIE, MARCA, MODELO, Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO, ASÍ COMO REFACCIONES UTILIZADAS, EN CASO DE HABERLO HECHO, LOS CUALES DEBERÁN SER FIRMADOS POR EL TÉCNICO Y LOS RESPONSABLES DEL ÁREA USUARIA, ASÍ COMO UN INFORME QUINCENAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, Y EN CASO DE QUE SE HAYAN UTILIZADO REFACCIONES, CUALES SE UTILIZARON Y EL PRECIO DE LAS MISMAS.</p>	<p>CON EL MOTIVO DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE SERVICIO ME REFERIRÉ A LA PARTIDA 1, RENGLÓN 1. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA SE AGREGUE COMO REQUISITO QUE SE PRESENTEN ORDENES DE SERVICIO CON LAS CARACTERÍSTICAS MENCIONADAS DE SERVICIOS Y/O CONTRATOS ANTERIORES PRESTADOS DURANTE AÑO EN CURSO COMO EVIDENCIA DE LA EXPERIENCIA DE HABER TRABAJADO CON ESTOS EQUIPOS, ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ ANEXAR AL CURRÍCULUM DEL LICITANTE ORDENES DE SERVICIO Y/O CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO SIMILARES AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES.</p> 
<p>8</p> <p>FLOWMED SERVICES, S.A. DE C.V.</p>	<p>1.1.17</p>				  

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LP-919044992-N36-2020 PÁGINA 7 de 11

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

nl.gob.mx
 (81) 8130.7000

Nuevo León
 Siempre Ascendiendo




9	FLOWMED SERVICES, S.A. DE C.V.	NUMERAL C. PUNTO 6	6.- DETALLAR EL (LOS) NOMBRE (S) Y TELÉFONO (S) DEL PERSONAL QUE ATENDERÁ LAS SOLICITUDES DE SERVICIO, ASÍ COMO SUS CURRÍCULUMS Y CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN QUE GARANTICEN SU CAPACIDAD TÉCNICA.	PARTIDA 1, RENGLÓN 1. SE LE SOLICITA LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA SEA REQUISITO QUE CADA UNO DE LOS INGENIEROS PROPUESTOS PARA DAR EL SERVICIO TENGA ENTRENAMIENTO POR FABRICANTE, COMPROBANDO CON CERTIFICADO, ¿SE ACEPTA?	SÍ, SE ACEPTA SU SOLICITUD
10	FLOWMED SERVICES, S.A. DE C.V.	NUMERAL C. PUNTO 12	12.- ANEXO 9. ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y, ADEMÁS MANIFESTARÁ QUE LOS INSUMOS QUE OFERTA Y ENTREGARÁ EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, SERÁN PRODUCIDOS EN MÉXICO.	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA SI A LOS INSUMOS SE REFIERE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
11	FLOWMED SERVICES, S.A. DE C.V.			EN CASO DE NO SER CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN ANTERIOR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA ACLARE ESTE PUNTO Y/O LA OMISIÓN DEL ANEXO 9 YA QUE LAS REFACCIONES SUMINISTRADAS PARA LOS EQUIPOS TIENEN PROCEDENCIA EXTRANJERA POR SER ORIGEN DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	SI FUE CORRECTA LA APRECIACIÓN DE LA PREGUNTA ANTERIOR.

..... G E N E R A L E S
 1.- En este acto y de conformidad con el Artículo 59 fracción II inciso e) de la ley se indica que el o los contratos que se deriven de la presente licitación serán contratos abiertos.

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas y generales se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las re preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, sin que se hubiere formulado ninguna pregunta al respecto.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LP-919044992-N36-2020 PÁGINA 8 de 11





Servicios de Salud O.P.D.
 Nuevo León | Siempre Ascendiendo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 24 de agosto del 2020, a las 11:00 horas, en esta misma sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de esa hora.



De esta manera se da por concluido el presente evento, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de la calle Matamoros oriente No 520, Zona Centro, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado esta primera y única junta de aclaraciones, siendo las 12:15 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.




MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA	


ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LP-919044992-NS6-2020 PÁGINA 9 de 11

Matamoros 520 Ote.,
 Zona Centro, Monterrey, N.L.
 C.P. 64000

 nl.gob.mx
 (81) 81307000

Nuevo León
 Siempre Ascendiendo





Gobierno del Estado de Nuevo León
 Servicios de Salud de Nuevo León
 Organismo Público Descentralizado
 Dirección Administrativa
 Subdirección de Recursos Materiales
 Departamento de Control de Insumos y Almacén


MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ

	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE BIOMÉDICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL	ING. RAFAEL RIVERA RODRÍGUEZ	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES

	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN	LIC. LEYLA ESTHELA MONTALVÁN TUEME	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA	C.P. FELIPE MANUEL FLORES MARTÍNEZ	



LICITANTES		
NOMBRE	NOMBRE	FIRMA
FLOWMED SERVICES, S.A. DE C.V.	C. CARLOS BALDERAS MEJORADO	
COMERCIALIZADORA TECNOEQ-MEX, S.A. DE C.V.	C. RODRIGO ALEJANDRO GUTIÉRREZ CASTILLO	

OBSERVADOR		
NOMBRE	NOMBRE	FIRMA
	C. EVA ALEJANDRA LÓPEZ RUIZ	

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. LP-919044992-NS6-2020 PÁGINA 11 de 11