



**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA  
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA  
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS INTERNACIONALES  
PRESENCIAL**

**No. LP-919044992-I37-2017**

**"EQUIPO MÉDICO"**

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 12:00 horas del día 01 de septiembre del 2017, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso del inmueble sito en la calle Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos, miembros del comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presenta Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Internacionales Presencial No. LP-919044992-I37-2017** referente a la adquisición de **"Equipo Médico"**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León en adelante la Ley y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley, en adelante el Reglamento; así como lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la Licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *C.P. Aarón Serrato Araoz*, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el *Lic. Luis Gerardo Ibarra Cortinas*, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, **Miembros del Comité con Voz:** de la Dirección de Control y Auditoría del Sector Paraestatal de Contraloría y Transparencia Gubernamental, la *C.P. Erika Yadira González Gómez*, área usuaria, el *Ing. David Edel Pérez Garza*, Representante de la Dirección de Hospitales; **Invitados Permanentes, todos de este Organismo:** el *Lic. Fidel Moctezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales y la *Lic. Martha Patricia Gámez Hernández*, Jefa del Departamento de Adquisiciones.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

En uso de la palabra el *C.P. Aarón Serrato Araoz*, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes estando presente **Representaciones Médicas Radiológicas del Norte, S.A. de C.V.**, representada por el *C. Alejandro Lozano Rey* y **Electrónica y Medicina, S.A.**, representada por el *C. Jesús Enrique Flores Guerrero*.

Acto seguido se procedió a la lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes las cuales son las siguientes:



**DUDAS ADMINISTRATIVAS:**

No DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCION	PREGUNTA	RESPUESTA
1	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE, SA DE CV	Generales, Partida 2		Se solicita a la convocante de la manera más atenta con el fin de no limitar la libre participación se nos permita ofertar equipo con manufactura en un país distinto a los presentes en los Tratados Internacionales pero que cuenta con FDA y certificados de calidad y es de una marca reconocida que tiene su corporativo y parte de su producción en Estados Unidos, ¿se acepta?	No se acepta su solicitud, la presente licitación se convoca bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio en los que México tiene suscritos Títulos o Capítulos de Compras del Sector Público

**DUDAS TÉCNICAS:**

No DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCION	PREGUNTA	RESPUESTA
1	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE SA DE CV		Partida 1, "Accesorios", Puntos 19, 20, 21 y 22.	Se solicita a la convocante de la manera más atenta se nos permita referenciar este punto con una carta bajo protesta de decir verdad que manifieste que el equipo ofertado se entregara con los accesorios solicitados, ¿se acepta?	Sí, se acepta su solicitud.
2	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE SA DE CV		Partida 2, dice: "RANGO DE MAS: 0.025 – 500"	Se solicita a la convocante de la manera más atenta se nos permita ofertar y referenciar un rango de 0.025 a 600, lo cual supera las características que se solicitan en bases, ¿se acepta?	Sí, se acepta su solicitud sin ser obligatorio para los demás licitantes

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS INTERNACIONALES PRESENCIAL No. LP-919044992-137-2017 PÁGINA-2 de 6



No DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCION	PREGUNTA	RESPUESTA
3	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE SA DE CV		Partida 2, dice: "PUNTOS FOCALES DE 1.0/2.0 MM CON CAPACIDAD DE 150,000 HU"	Se solicita a la convocante de la manera más atenta se nos permita ofertar y referenciar puntos focales de 0.6/1.2 mm y capacidad de 300,000 HU, siendo estas características superiores a las solicitadas lo cual generaría una calidad de imagen mayor y reduciría el desgaste del tubo en comparación con las características solicitadas, ¿se acepta?	Sí, se acepta ofertar en los términos que plantea sin ser obligatorio para los demás licitantes
4	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE SA DE CV		Partida 2, dice: "MESA CON DISEÑO ESTACIONARIO"	Se solicita a la convocante de la manera más atenta se nos permita referenciar este punto como "Mesa no elevable sin plano deslizante en 4 direcciones", ¿se acepta?	Sí, se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás licitantes
5	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE SA DE CV		Partida 2, dice: "BANDEJA DE TRABAJO RUDO DE LUJO: ACEPTA CASSETES: 5" X 7" (13 X 18 CM) A 14" X 17" (35 X 43 CM)"	Se solicita a la convocante de la manera más atenta se nos permita ofertar un equipo que acepta formatos desde 8" x 10" hasta 14" x 17" ya que los formatos tan pequeños como 5" x 7" no son comunes ni de utilidad en aplicaciones radiológicas, ¿se acepta?	No se acepta su solicitud, se requieren todos los formatos para no limitar los estudios que se puedan realizar.
6	ELECTRONICA Y MEDICINA SA		Anexo 1, Partida 2 Equipo de Rayos X Analógico. Generador Radiográfico, Punto 1	Una Ultra Frecuencia de 120 KHz en un equipo de Rayos X no representa ningún beneficio clínico para la imagen diagnóstica ni para el área usuaria, ya que solicitan potencia de salida de 32 kW, y un rango de hasta 650 mA. Por lo cual, solicitamos amablemente a la convocante, y para no encarecer la propuesta, poder ofertar equipo de Alta frecuencia de 25 KHz controlada por microprocesadores, la cual es más que suficiente para poder emitir sin ningún problema los parámetros que solicitan. ¿Se acepta?	No se acepta, ya que a menor frecuencia existe mayor emisión de radiación principalmente secundaria la cual es más dañina para el área usuaria



No DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCION	PREGUNTA	RESPUESTA
7	ELECTRONICA Y MEDICINA SA		Anexo 1, Partida 2 Equipo de Rayos X Analógico. Generador Radiográfico, Punto 2	Con una corriente de 500 mA en un equipo de Rayos X, se asegura que el área usuaria pueda realizar todos los estudios, proyecciones (como Tele de Tórax que es la que técnica que mayor corriente necesita) y exámenes que la población requiere para la detección de alguna patología. Además, se pueden realizar estudios en pacientes con sobrepeso y obesidad, sin perder calidad en la imagen. Una corriente mayor solo encarecería la propuesta, por lo cual solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar equipo con un rango de 10 mA o menor hasta 500 mA o mayor. ¿Se acepta?	Sí, se acepta, oferte su propuesta sin ser obligatorio para los demás licitantes
8	ELECTRONICA Y MEDICINA SA		Anexo 1, Partida 2 Equipo de Rayos X Analógico. Punto Alimentación Trifásica	Por lo general, las salas de Rayos X y demás áreas de Imagenología tienen una alimentación de 220 VCA trifásica o incluso mayor. Por lo cual, solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar equipos con una alimentación de 220 VCA o mayor, y trifásica. Con ello se asegura que todos los componentes del equipo de Rayos X se alimenten correctamente. Asimismo, se asegura que si en un futuro se requiere la sustitución o actualización del equipo, la convocante pueda instalar cualquier marca o equipo, sin tener que cambiar la alimentación. ¿Se acepta?	Sí, se acepta su solicitud sin ser obligatorio para los demás licitantes
9	ELECTRONICA Y MEDICINA SA		Anexo 1, Partida 2 Equipo de Rayos X Analógico. Montaje a Piso, Punto 5.	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un Recorrido Vertical de 40 cm o mayor, hasta 180 cm o mayor. Con ello, se garantiza una mayor amplitud de movimientos del bucky vertical. ¿Se acepta?	Sí, se acepta, oferte su propuesta sin ser obligatorio para los demás licitantes
10	ELECTRONICA Y MEDICINA SA		Anexo 1, Partida 2 Equipo de Rayos X Analógico. Mesa Radiográfica, Punto 1	Con una capacidad de carga de 250 kg o mayor, el equipo puede ser utilizado en pacientes con sobrepeso y obesidad, por lo cual solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar dicha característica. ¿Se acepta?	Sí, se acepta su solicitud, sin ser obligatorio para los demás licitantes
11	ELECTRONICA Y MEDICINA SA		Anexo 1, Partida 2 Equipo de Rayos X Analógico. Colimador Manual "PROGENY MC150"	Debido a que el nombre de dicho colimador pertenece a una sola casa comercial, limitando la libre participación, se solicita amablemente a la convocante poder ofertar un colimador con el nombre y características de cada fabricante, sin ser una limitante en la calidad de imagen que solicitan. ¿Se acepta?	Sí, se acepta su solicitud



Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas, se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularán las preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, sin que hubieran formulado ninguna pregunta al respecto.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 11 de septiembre del 2017 a las 12:00 hrs, en la Sala de Juntas de la Subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso del inmueble sito en la calle Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de la hora programada.


De esta manera se da por concluida la junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de la calle Matamoros No. 520 Oriente, Zona Centro, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminada esta primera y única junta de aclaraciones a las 12:48 horas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. LUIS GERARDO IBARRA CORTINAS	


MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	C.P. ERIKA YADIRA GONZÁLEZ GÓMEZ	



<b>REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES (ÁREA USUARIA)</b>	<b>ING. DAVID EDEL PÉREZ GARZA</b>	
---	------------------------------------	---

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

<b>INVITADOS PERMANENTES</b>		
	<b>NOMBRE</b>	<b>FIRMA</b>
<b>SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES</b>	<b>LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO</b>	
<b>JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</b>	<b>LIC. MARTHA PATRICIA GAMEZ HERNÁNDEZ</b>	

<b>LICITANTES</b>		
	<b>NOMBRE</b>	<b>FIRMA</b>
<b>REPRESENTACIONES MÉDICAS RADIOLÓGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.</b>	<b>C. ALEJANDRO LOZANO REY</b>	
<b>ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.</b>	<b>C. JESÚS ENRIQUE FLORES GUERRERO</b>	