



**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA
 JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS INTERNACIONALES
 PRESENCIAL No. LP-919044992-I2-2016**

“MATERIAL DE CURACIÓN PARA DIVERSAS UNIDADES, 2ª VUELTA”

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 12:00 horas del día 19 de Enero del 2016, se reunieron en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en Matamoros No. 520 Oriente, Tercer piso, Centro de esta Ciudad, los Servidores Públicos miembros del comité de Adquisiciones, proveedores e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Internacionales Presencial No. LP-919044992-I2-2016 referente a la Adquisición de “Material de Curación para Diversas Unidades, 2ª Vuelta”, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León en adelante la Ley y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley, en adelante el Reglamento; así como lo señalado en el punto 11 de la convocatoria de la Licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *Lic. José de Jesús Garza Escamilla*, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás Miembros del Comité con Voz y Voto, siendo estos los siguientes, **Miembros del Comité con Voz y Voto:** El *Lic. Rafael Soto Briones*, Representante de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León; el *Lic. Luis Gerardo Ibarra Cortinas*, Representante de la Dirección Jurídica de este Organismo; **Miembro del comité con Voz:** como Representante del Área Usuaría de este Organismo, el *Dr. Marco Antonio Treviño Tamez*, del Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda”; **Invitados Permanentes de este Organismo:** el *Lic. Fidel Moctezuma Carrillo*, Subdirector de Recursos Materiales; la *C.P. Santiago Rodríguez Sandoval*, Jefa del Departamento de Adquisiciones; el *Lic. Roberto Carlos Almaguer Alanís*, Coordinador de Licitaciones y la *Lic. Nancy Natale de León Rodríguez*, Representante de la Dirección de Contraloría Interna.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

En uso de la palabra el *Lic. José de Jesús Garza Escamilla*, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de proveedores estando presentes: **Solo Productos Médicos Desechables, S. A. de C. V.**, representada por el *C. Alfonso del Bosque Bonilla*; **Artimedica, S. A. de C. V.**, representada por la *C. Nancy Valdes Lara*; **Hisa Farmacéutica, S. A. de C. V.**, representada por el *C. Eduardo Peña Hernández*; **ILS, Integradora Logística en Salud, S. A. de C. V.**, representada por el *C. Esteban José Madero Rodríguez*, **Comercializadora Medica Alvasan, S. A. de C. V.**, representada por el *C. José Teodoro Alcalá*,

854

X

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Distribuidora Sevi, S.A. de C.V., representada por la C. María de la Luz López Hernández, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V., representada por el C. Francisco Raúl Gómez Díaz Infante y Abastecedora de Fármacos, S.A. de C.V., representada por la C.P. Mariana Ibarra Vazquez.

Acto seguido se procedió a la lectura a las dudas presentadas por los proveedores participantes las cuales son las siguientes:

LICITANTE: SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES, S.A. DE C.V.								
DUDAS ADMINISTRATIVAS								
PREGUNTA 1	NUMERAL 1, 1.1 OBJETO Y ALCANCE. DESCRIPCION COMPLETA DEL MATERIAL DE CURACION, PUNTO 1.1.8 Solicitamos a la convocante nos confirme si el formato de entrega de muestras será Libre ya que no mencionan en que formato se presentaran.							
RESPUESTA:	Es necesario presentar para el formato de Acuse de Muestras el siguiente anexo:							
	Partida	Renglón	Clave	Descripción	Unidad De Medida	Presentación	Marca	Cantidad Entregada
PREGUNTA 2	NUMERAL 1, 1.1 OBJETO Y ALCANCE. DESCRIPCION COMPLETA DEL MATERIAL DE CURACION, PUNTO 1.1.8 Dice - El licitante deberá presentar el día 20 de Enero de 2016 cuando menos el 70% de muestras de Material de Curación solicitados en el anexo 1A en donde se visualice claramente la impresión del contenido, código de barras y el registro sanitario de la clave, las muestras deberán presentarse etiquetadas individualmente, identificando mediante el número de renglón, clave, nombre del licitante y número de licitación. Las muestras deberán entregarse en el Almacén Central ubicado en Prolongación Díaz Ordaz No. 204, Col. Díaz Ordaz, San Nicolás de los Garza, N. L., en un horario de 9:00 a 14:00 horas. Solicitamos a la convocante nos permita entregar las muestras por familia, haciendo referencia a los renglones que pertenece con etiquetas individuales sobre el mismo empaque, se acepta nuestra solicitud?							
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud y se modifica el porcentaje requerido, debiendo entregar el 90% de muestras por familia, ya que en virtud de la primera vuelta de la licitación de este procedimiento, se observó que la mayoría de los participantes tuvieron observaciones en las muestras presentadas tanto en cantidad, calidad y en algunos se abstuvieron de presentar dichas muestras para algunos renglones.							
PREGUNTA 3	NUMERAL 1, 1.1 OBJETO Y ALCANCE. DESCRIPCION COMPLETA DEL MATERIAL DE CURACION, PUNTO 1.1.9 Solicitamos amablemente a la convocante nos permita entregar copias simples completas (anverso y reverso) y legibles de los registros sanitarios por familia identificando los renglones que pertenece en							



	papel impreso, incluyendo la carta compromiso de que si resultamos adjudicados cumpliremos con la entrega del 30% restante de los registros sanitarios. Se acepta nuestra solicitud?															
RESPUESTA:	No se acepta, deberá entregar los registros sanitarios como se solicita en el punto 1.1.9 de la Convocatoria.															
PREGUNTA 4	<p>NUMERAL 3 INCISO C, PUNTO 21</p> <p>Solicito a la convocante nos confirme si el Anexo 6 que se refiere al Recibo de proposiciones se incluye dentro del sobre de la propuesta técnica como lo menciona en el numeral 3 -FORMA DE PRESENTACION Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE TECNICO, inciso C - EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TECNICA DEBERA CONTENER, punto 21, o fuera de los sobres técnico y económico como lo menciona en la parte posterior del anexo 6?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="text-align: center;">ANEXO 6</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">RECIBO DE PROPOSICIONES</p> <p>PROVEEDOR:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;"></th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Proposiciones Técnicas</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Proposiciones Económicas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total de propuestas</td> <td style="text-align: center;">()</td> <td style="text-align: center;">()</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">Dice contener en cada sobre las proposiciones técnicas y económicas.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;"></th> <th style="width: 33%;"></th> <th style="width: 33%;"></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">NOMBRE</th> <th style="text-align: center;">FIRMA</th> <th style="text-align: center;">FECHA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; font-size: x-small; margin-top: 10px;">*Fuera de los Sobres Técnico y Económico*</p> </div>		Proposiciones Técnicas	Proposiciones Económicas	Total de propuestas	()	()				NOMBRE	FIRMA	FECHA			
	Proposiciones Técnicas	Proposiciones Económicas														
Total de propuestas	()	()														
NOMBRE	FIRMA	FECHA														
RESPUESTA:	El anexo No. 6, de la Convocatoria es necesario que se presente fuera de los sobres.															
PREGUNTA 5	<p>NUMERAL 3, INCISCO C, PUNTO 18</p> <p>Solicito a la convocante para dar cumplimiento a lo solicitado en el punto 18.- inciso C). Manual de Calidad certificado por organismo autorizado, nos permita presentar en su sustitución el certificado ISO 9001-2008 para dar cumplimiento a lo solicitado. Se acepta nuestra solicitud?</p>															
RESPUESTA:	Si se acepta su solicitud															
PREGUNTA 6	<p>NUMERAL 3, FORMA DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERA DE CONTENER EL SOBRE TECNICO.</p> <p>Solicitamos a la convocante omitir la firma autógrafa del representante legal de la compañía en los registros sanitarios, el resto de los documentos deberán estar debidamente firmados por el representante legal. Se acepta nuestra solicitud?</p>															

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Handwritten initials 'SS' and a checkmark.

Handwritten signatures and initials at the bottom right.



RESPUESTA:	Si se acepta, cumpliendo cuando menos con lo previsto en el artículo 74 fracción XIV primer párrafo del Reglamento. Así como las cartas bajo protesta de decir verdad emitidas por el licitante y de forma autógrafa las propuestas técnicas y económicas son las que deberán ser firmadas por el representante legal.
PREGUNTA 7	NUMERAL 3, FORMA DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERA DE CONTENER EL SOBRE TECNICO, INCISO C, PUNTO 9 Referente a las Carta de apoyo del fabricante o distribuidor mayorista, de todos los materiales de curación que se solicitan en el anexo 1A de estas bases en la cual describan las partidas, marcas y cantidades ofertadas. Solicitamos a la convocante nos permita presentar el 70 % de las cartas en original y el 30% restante en copia fotostática. Se acepta nuestra solicitud.
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud, deberán presentarse todas las cartas en original.
PREGUNTA 8	NUMERAL 3, FORMA DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERA DE CONTENER EL SOBRE TECNICO, INCISO C, PUNTO 11. Dice -Se presentarán 3 cartas selladas y firmadas por 3 diferentes Administradores de las Unidades locales de la Convocante (Dos hospitales y una Jurisdicción) y deberán ser en original y 3 Unidades foráneas (fuera del área metropolitana de la ciudad de Monterrey) de la Convocante (Dos hospitales y una Jurisdicción), mediante la cual especifique que ha prestado un buen servicio en el abasto de Materiales de curación. Solicitamos a la convocante nos permita presentar las cartas foráneas firmadas y selladas por el administrador de los Hospitales y Jurisdicciones en copia simple. ¿Se acepta nuestra solicitud?
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud, y se elimina el punto 11 de la Convocatoria, y se modifica el punto 12, para quedar de la siguiente manera: "Para todos los licitantes que quieran participar en el presente concurso, deberán presentar como mínimo tres cartas, mediante las cuales estipulen que han prestado buen servicio ante clientes del área de salud en lo relativo a material de curación, mismas que la convocante se reserva el derecho de verificar dicha información, para su participación en el presente evento.

LICITANTE: SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESEGHABLES, S.A. DE C.V.

DUDAS TECNICAS:

PREGUNTA 1	Solicito a la convocante elimine los siguientes debido a que ya no se comercializan. Se acepta?					
	REGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	CANTIDAD
	351	605500784	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO, REUTILIZABLE CAP. 20 ML., ESCALA GRADUADA DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0	PIEZA	C/1	112
	357	605501014	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE EXCENTRICO DE VIDRIO REUTILIZABLE CAPACIDAD 50 ML. ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 10.0 Y SUBDIVISIONES DE 5.0	PIEZA	C/1	11
RESPUESTA:	Se acepta su solicitud, se eliminan los renglones 351 y 357, del anexo No. 1-A.					



PREGUNTA 2 Se solicita a la convocante que nos sea permitido ofertar en el renglón número 27 que menciona como presentación c/6, nos permita ofertar en presentación c/12. Se acepta nuestra solicitud?

REGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	CANTIDAD
27	600660872	DETERGENTE O LIMPIADOR MONOENZIMATICO, COMPUESTO DE CLORURO DE DODECIL O DIDETCIL DIMETILAMONIO, ENZIMAS PROTEOLITICAS, PH QUE ASEGURE LA ACCION OPTIMA DE LAS ENZIMAS,ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA, NO CORROSIVO. SOBRE CON 20 A 25 G.	ENVASE	C/6	1176

RESPUESTA: Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases a los demás concursantes.

PREGUNTA 3 Solicitamos a la convocante nos brinde más información sobre el renglón 589, a su vez revisar si esta correcta la unidad de medida (UM) "caja" presentación c/1, si es estéril o no estéril, o de lo contrario eliminar este renglón, favor de confirmar.

REGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	CANTIDAD
589	5044560002	GUANTES DE LATEX	CAJA	C/1	4997

RESPUESTA: Se elimina el renglón 589.

PREGUNTA 4 Solicitamos amablemente a la convocante elimine las siguientes partidas debido a que son de alta especialidad. Favor de confirmar.

REGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	CANTIDAD
374	605990027	MACHUELO CON ANCLAJE RÁPIDO. DIÁMETRO DE 2.0 MM A 6.5 MM. INCLUYE MEDIDAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	C/1	2
399	608200978	PLACAS DINAMICAS DE COMPRESION 3.5 MM, SISTEMA DE. LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN EL TIPO Y DIMENSIONES DEL MATERIAL, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD ENTRE SÍ DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL SISTEMA. PLACAS RECTAS, CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 3.5 Y 4.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 2 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. -TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	C/1	2

RESPUESTA: Se acepta su solicitud.

PREGUNTA 5 Solicitamos a la convocante nos permita cotizar Biberones de plástico en las presentaciones de 120ml. y 240ml, que cumpla con las mismas características, Se acepta nuestra solicitud?

REGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	CANTIDAD
66	601180052	BIBERON DE VIDRIO CON MAMILA, TAPA DE ROSCA, CAPUCHON PROTECTOR. CAPACIDAD: 120 ML.	PIEZA	C/1	21
67	601180102	BIBERON DE VIDRIO CON MAMILA, TAPA DE ROSCA, CAPUCHON PROTECTOR. CAPACIDAD: 240 ML.	PIEZA	C/1	20

RESPUESTA: Se acepta, sin modificar lo descrito en las bases para los demás participantes.



PREGUNTA 6	Se solicita a la convocante modifique el texto de la descripción del renglón 388, eliminando <u>ENVASE CON 50 PIEZAS</u> ya que menciona en descripción envase con 50pz, unidad de medida Envase, presentación c/50. Se acepta nuestra solicitud?																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>REGLON</th> <th>CLAVE</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UM</th> <th>PRESENTACION</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>388</td> <td>604740001</td> <td>ANTIFAZ PROTECTOR DE TEJIDO AMOLDABLE E HIDROGEL ADHESIVO. TAMAÑO CHICO Y MEDIANO. ENVASE CON 50 PIEZAS.</td> <td>ENVASE</td> <td>C/50</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	REGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	388	604740001	ANTIFAZ PROTECTOR DE TEJIDO AMOLDABLE E HIDROGEL ADHESIVO. TAMAÑO CHICO Y MEDIANO. ENVASE CON 50 PIEZAS.	ENVASE	C/50	8												
REGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	CANTIDAD																				
388	604740001	ANTIFAZ PROTECTOR DE TEJIDO AMOLDABLE E HIDROGEL ADHESIVO. TAMAÑO CHICO Y MEDIANO. ENVASE CON 50 PIEZAS.	ENVASE	C/50	8																				
RESPUESTA:	La presentación es en envase con 50 piezas, y se solicitan 8 envases																								
PREGUNTA 7	Solicito a la convocante nos proporcione más información sobre la descripción de los siguientes Renglones. Favor de confirmar individualmente cada renglón.																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>REGLON</th> <th>CLAVE</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UM</th> <th>PRESENTACION</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>304</td> <td>604460014</td> <td>GRAPA HEMOSTATICA. DE TITANIUM, FERRONOMAGNETICAS, CON PINZA DESECHABLE Y CARTUCHO CON GRAPAS. TAMAÑO: CHICO</td> <td>JUEGO O ESTUCHE</td> <td>C/20</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>305</td> <td>604460022</td> <td>GRAPA HEMOSTATICA. DE TITANIUM, FERRONOMAGNETICAS, CON PINZA DESECHABLE Y CARTUCHO CON GRAPAS. TAMAÑO MEDIANO</td> <td>JUEGO O ESTUCHE</td> <td>C/20</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>306</td> <td>604460030</td> <td>GRAPA HEMOSTATICA. DE TITANIUM, FERRONOMAGNETICAS, CON PINZA DESECHABLE Y CARTUCHO CON GRAPAS. TAMAÑO: GRANDE</td> <td>JUEGO O ESTUCHE</td> <td>C/15</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	REGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	CANTIDAD	304	604460014	GRAPA HEMOSTATICA. DE TITANIUM, FERRONOMAGNETICAS, CON PINZA DESECHABLE Y CARTUCHO CON GRAPAS. TAMAÑO: CHICO	JUEGO O ESTUCHE	C/20	3	305	604460022	GRAPA HEMOSTATICA. DE TITANIUM, FERRONOMAGNETICAS, CON PINZA DESECHABLE Y CARTUCHO CON GRAPAS. TAMAÑO MEDIANO	JUEGO O ESTUCHE	C/20	2	306	604460030	GRAPA HEMOSTATICA. DE TITANIUM, FERRONOMAGNETICAS, CON PINZA DESECHABLE Y CARTUCHO CON GRAPAS. TAMAÑO: GRANDE	JUEGO O ESTUCHE	C/15	2
REGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	CANTIDAD																				
304	604460014	GRAPA HEMOSTATICA. DE TITANIUM, FERRONOMAGNETICAS, CON PINZA DESECHABLE Y CARTUCHO CON GRAPAS. TAMAÑO: CHICO	JUEGO O ESTUCHE	C/20	3																				
305	604460022	GRAPA HEMOSTATICA. DE TITANIUM, FERRONOMAGNETICAS, CON PINZA DESECHABLE Y CARTUCHO CON GRAPAS. TAMAÑO MEDIANO	JUEGO O ESTUCHE	C/20	2																				
306	604460030	GRAPA HEMOSTATICA. DE TITANIUM, FERRONOMAGNETICAS, CON PINZA DESECHABLE Y CARTUCHO CON GRAPAS. TAMAÑO: GRANDE	JUEGO O ESTUCHE	C/15	2																				
RESPUESTA:	La descripción corresponde a lo que se requiere y está completa, ante la falta de claridad de su pregunta, las tres claves se mantienen como esta en las bases.																								
PREGUNTA 8	Solicitamos atentamente a la convocante nos permita aplicar las siguientes descripciones para las siguientes partidas garantizando el mismo funcionamiento de las mismas. Se acepta?																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>REGLON</th> <th>CLAVE</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UM</th> <th>PRESENTACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>116</td> <td>601661549</td> <td>CATETER URETERAL DOBLE "J", DE POLIURETANO, RADIOPACO , LONGITUD 24 CM. CALIBRE 6 FR.</td> <td>EQUIPO DE CATETERES URETERA-LES DOBLE "J", CONSTA DE:GUIA METALICA DE ALAMBRE AFINADO, EN ESPIRAL, CATETER RADIOPACO DOBLE "J" CAL 6 FRCON LONG 24 CM, CATETER URETERAL DE POLIURETANO CAL 6FR CON LONG 70 CM, POSICIO-NADOR DE VINIL,RADIOPACODE50 CM</td> <td>Cambio de clave para entregar charola completa</td> </tr> <tr> <td>117</td> <td>601661564</td> <td>CATETER URETERAL DOBLE "J", DE POLIURETANO, RADIOPACO, LONGITUD 24 CM. CALIBRE 7 FR.</td> <td>EQUIPO DE CATETERES URETERA-LES DOBLE "J", CONSTA DE:GUIA METALICA DE ALAMBRE AFINADO, EN ESPIRAL, CATETER RADIOPACO DOBLE "J" CAL 7 FRCON LONG 24 CM, CATETER URETERAL DE POLIURETANO CAL 7FR CON LONG 70 CM, POSICIO-NADOR DE VINIL,RADIOPACODE50 CM</td> <td>Cambio de clave para entregar charola completa</td> </tr> </tbody> </table>	REGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	116	601661549	CATETER URETERAL DOBLE "J", DE POLIURETANO, RADIOPACO , LONGITUD 24 CM. CALIBRE 6 FR.	EQUIPO DE CATETERES URETERA-LES DOBLE "J", CONSTA DE:GUIA METALICA DE ALAMBRE AFINADO, EN ESPIRAL, CATETER RADIOPACO DOBLE "J" CAL 6 FRCON LONG 24 CM, CATETER URETERAL DE POLIURETANO CAL 6FR CON LONG 70 CM, POSICIO-NADOR DE VINIL,RADIOPACODE50 CM	Cambio de clave para entregar charola completa	117	601661564	CATETER URETERAL DOBLE "J", DE POLIURETANO, RADIOPACO, LONGITUD 24 CM. CALIBRE 7 FR.	EQUIPO DE CATETERES URETERA-LES DOBLE "J", CONSTA DE:GUIA METALICA DE ALAMBRE AFINADO, EN ESPIRAL, CATETER RADIOPACO DOBLE "J" CAL 7 FRCON LONG 24 CM, CATETER URETERAL DE POLIURETANO CAL 7FR CON LONG 70 CM, POSICIO-NADOR DE VINIL,RADIOPACODE50 CM	Cambio de clave para entregar charola completa									
REGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION																					
116	601661549	CATETER URETERAL DOBLE "J", DE POLIURETANO, RADIOPACO , LONGITUD 24 CM. CALIBRE 6 FR.	EQUIPO DE CATETERES URETERA-LES DOBLE "J", CONSTA DE:GUIA METALICA DE ALAMBRE AFINADO, EN ESPIRAL, CATETER RADIOPACO DOBLE "J" CAL 6 FRCON LONG 24 CM, CATETER URETERAL DE POLIURETANO CAL 6FR CON LONG 70 CM, POSICIO-NADOR DE VINIL,RADIOPACODE50 CM	Cambio de clave para entregar charola completa																					
117	601661564	CATETER URETERAL DOBLE "J", DE POLIURETANO, RADIOPACO, LONGITUD 24 CM. CALIBRE 7 FR.	EQUIPO DE CATETERES URETERA-LES DOBLE "J", CONSTA DE:GUIA METALICA DE ALAMBRE AFINADO, EN ESPIRAL, CATETER RADIOPACO DOBLE "J" CAL 7 FRCON LONG 24 CM, CATETER URETERAL DE POLIURETANO CAL 7FR CON LONG 70 CM, POSICIO-NADOR DE VINIL,RADIOPACODE50 CM	Cambio de clave para entregar charola completa																					
RESPUESTA:	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases a los demás concursantes.																								
PREGUNTA 9	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar el renglón 269 clave 603450222 Equipo para Nefrostomia Percutánea con la siguiente descripción. Se acepta?																								



RENGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION
269	603450222	EQUIPO.PARA NEFRÓSTOMÍA PERCUTÁNEA. CONSTA DE:- CATÉTER COLA DE COCHINO DE POLIURETANO, RADIOPACO, CALIBRE 10 FR X 30 A 35 CM DE LONGITUD.- GUÍA METÁLICA DE 0.038" (0.097 MM) DE DIÁMETRO Y 80 CM DE LONGITUD, CON PUNTA DE SEGURIDAD EN "J".- DILATADORES RADIOPACOS, CALIBRE 6, 8, 10 Y 12 FR, CON LONGITUD DE 20 A 24 CM.- AGUJA TIPO MITTY POLLACK, CALIBRE 22 G X 22 CM DE LONGITUD Y CALIBRE 18 G X 14 CM DE LONGITUD, CON ESTILETE FLEXIBLE, O DOS AGUJAS TIPO SHIBA, CALIBRE 22 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD, CON SU RESPECTIVA GUÍA METÁLICA Y CALIBRE 18 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD, CON ESTILETES FLEXIBLES, UNO PARA CADA AGUJA.- TUBO DE DRENAJE CON CONECTOR LUER LOCK CALIBRE 14 FR X 30 CM DE LONGITUD U OTRO SISTEMA QUE PERMITA LA INTRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DEL CATÉTER, CON SISTEMA DE FIJACIÓN A LA PIEL.		269

Set de Nefrostomia con cateter 100% silicon y punta PIGTAIL 9 Fr 30 Cm. Long. con llave de dos vías, Consta de una aguja de punción de 17.5 G, una aguja de chiba 22 G, una guía de acero inoxidable .035 X 100 cm. long, 40 Cm. Long. 5 dilatadores 6,8,10,12 y 14 Fr, bolsa de drenado y un disco de fijación.

RESPUESTA: No se acepta, debido a que lo solicitado en las bases es lo requerido en las unidades aplicativas, por lo que se deberán apegar a las bases, en el renglón 269.

PREGUNTA 10 Solicitamos atentamente a la convocante nos permita aplicar las siguientes descripciones para las siguientes partidas garantizando el mismo funcionamiento de las mismas. Se acepta?

RENGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM
375	606030011	MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS A BASE DE POLIPROPILENO LIGERO CON CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA PARA PONER CONTACTO CON VISCERAS ABDOMINALES. MEDIDA 30 X 30 CM. PIEZA.	MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS A BASE DE POLIPROPILENO LIGERO CON CAPA DE HIDROGEL BIO-ABSORBIBLE A BASE DE ACIDO HIALURONICO, CARBOXYMETIL CELULOSA Y POLIETILENGLICOL. CON FIBRAS DE ACIDO POLIGLICOLICO PARRA PONER CONTACTO CON VISCERAS ABDOMINALES. MEDIDA 30 X 35 CM. PIEZA.
376	606030012	MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS A BASE DE POLIPROPILENO LIGERO CON CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA PARA PONER CONTACTO CON VISCERAS ABDOMINALES. MEDIDA 20 X 20	MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS A BASE DE POLIPROPILENO LIGERO CON CAPA DE HIDROGEL BIO-ABSORBIBLE A BASE DE ACIDO HIALURONICO, CARBOXYMETIL CELULOSA Y POLIETILENGLICOL. CON FIBRAS DE ACIDO POLIGLICOLICO PARRA PONER CONTACTO CON VISCERAS ABDOMINALES. MEDIDA 20 X

Handwritten signature and scribbles.

Handwritten mark or signature.

Handwritten signatures and scribbles.



			CM. PIEZA.	25 CM. PIEZA.
	378	606030014	MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE A BASE DE POLIPROPILENO Y POLIGLECAPRONE 25 CON PESO DE 28 G/M2 Y PORO DE 3 MM. MEDIDA 6 X 11 CM. PIEZA.	MALLA DE MONOFILAMENTE DE POLIPROPILENO LIGERO DE BAJO PERFIL, 15 A 15 CM
	379	606030016	MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE A BASE DE POLIPROPILENO Y POLIGLECAPRONE 25 CON PESO DE 28 G/M2 Y PORO DE 3 MM. MEDIDA 30 X 30 CM. PIEZA.	MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS A BASE DE POLIPROPILENO LIGERO CON CAPA DE HIDROGEL BIO-ABSORBIBLE A BASE DE ACIDO HIALURONICO, CARBOXYMETIL CELULOSA Y POLIETILENGLICOL. CON FIBRAS DE ACIDO POLIGLICOLICO PARRA PONER CONTACTO CON VISCERAS ABDOMINALES. MEDIDA 30 X 35 CM. PIEZA.

RESPUESTA: Se aceptan las modificaciones a los renglones 375, 376 y 379 sin limitar se proponga lo solicitado en las bases a los demás concursantes, no se acepta la modificación propuesta al renglón 378.

PREGUNTA 11 Solicitamos atentamente a la convocante nos permita ofertar el renglón 377 con las siguientes medidas. Se acepta?

REGLON	CLAVE	DESCRIPCION	DESCRIPCION SOLICITADA
377	606030013	MALLA DE POLIPROPILENO ANUDADO DE 25 A 35 CM. X 25 A 35 CM.	MALLA DE POLIPROPILENO ANUDADO DE 25 A 35.5 CM

RESPUESTA: No se acepta, ya que no se proporcionan las medidas necesarias para complementar la descripción, además de que se requiere dicho material en las unidades aplicativas.

PREGUNTA 12 Solicitamos a la convocante nos permita ofertar el renglón 554 con la descripción. Se acepta?

REGLON	CLAVE	DESCRIPCION	DESCRIPCION SOLICITADA	OBSERVACIONES
554	5041650824	CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE LARGA PERMANENCIA DE SILICÓN, DE 4FR X 65CM DE LONGITUD DE UN LUMEN CON INTRODUTOR O FUNDA DESPRENDIBLE, DE SEGURIDAD QUE EVITA PUNCIONES ACCIDENTALES QUE PERMITE SER RETIRADO FÁCILMENTE. CATÉTER RADIOPACO CON MARCAS CADA CENTÍMETRO, ESTILETE HIDROFÍLICO. INCLUYE KIT COMPLETO DE COLOCACIÓN QUE CONTIENE: 1 CATÉTER PICC DE SILICÓN, 1 ESTILETE HIDROFÍLICO, 1 SET DE	Cateter Central de Insercion Periferica, de larga permanencia de poliuretano de 6fr x 55cms de longitud de 2 y 3 lumen. Kit contiene End Caps uno por lumen, cinta métrica de 25", dispositivo estabilizador para catéter, una toallita protectora para la piel, una Jeringa de 12ml, Micro introductor de 6fr con dilatador 0.5MM DI, guía de Nitinol flexible con punta recta de 0.46mm por 50 cms de longitud, un catéter periférico de seguridad 20g X 45mm, micro introductor EZ de 6fr con dilatador 0.5mm DI, Agujá	Cambio de descripción, solicitado por clinica de catéteres cod. 8276118/8386118 marca Bard



			EXTENSIÓN CON PUERTOT, 1 INTRODUCTOR DE SEGURIDAD INTROSYTE, 2 MÁSCARAS, 1 CINTA MÉTRICA, 2 CAMPOS, 3 HISOPOS PREIMPREGNADOS CON ALCOHOL, 1 TOALLITA CON SOLUCIÓN NORMAL SALINA, 1 TORNQUETE, 4 GASAS 4 IN. X 4 IN., 2 GASAS 2 IN. X 2 IN., 2 JERINGAS DE 10 CC, 1 ADAPTADOR PARA VIAL, 1 VÁLVULA DE ACCESO IV, 1 TIJERAS, 1 PINZA DISECCIÓN, 4 CINTAS ACOLCHONADAS PARA FIJACIÓN, 1 CINTA PARA FIJACIÓN, 1 HISOPO CON PROTECTOR PARA PIEL Y 1 APÓSITO TRANSPARENTE	<i>para punción de 21G x 7cm, un Bisturí. Compatible con ultasonido para accesos vasculares.</i>		
RESPUESTA:	No se acepta, ya que se requiere las dimensiones de dicho material, que es el requerido en las unidades aplicativas.					
PREGUNTA 13	En el renglón 58 clave 600880835 menciona APÓSITO CON BARRERA ANTIMICROBIANA ESTÉRIL Y DESECHABLE. 40 cm x 20 cm a 40 cm. envase c/6, solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar "apósito con barrera antimicrobiana. estéril y desechable medida 20x30 cm presentación caja con 5 piezas." ¿Se acepta?					
RESPUESTA:	No se acepta, ya que se requiere las dimensiones de dicho material, que es el requerido en las unidades aplicativas.					
PREGUNTA 14	En renglón 63 clave: 600880892 menciona apósito hidrocélular de poliuretano en forma de sacro, con estructura trilaminar compuesto por una capa no adhesiva microperforada en contacto con la herida, otra capa hidrocélular central altamente absorbente y liberadora de presión, y una externa impermeable a bacterias y agua con adhesivo o para el tratamiento de heridas, estéril y desechable medida 22 x22 cms. envase c/1. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar apósito hidrocélular de poliuretano en forma de sacro medida 20 x 16.9 cms. Se acepta?					
RESPUESTA:	No se acepta, ya que se requiere las dimensiones de dicho material, que es el requerido en las unidades aplicativas.					
PREGUNTA 15	En renglón 64 clave 600880900 menciona apósito hidrocélular de poliuretano en forma de talón con estructura trilaminar compuesta con estructura trilaminar compuesto por una capa no adhesiva microperforada en contacto con la herida, otra capa hidrocélular central altamente absorbente y liberadora de presión, y una externa impermeable a bacterias y agua con adhesivo o para el tratamiento de heridas, estéril y desechable medidas 10.5 x 13.5 cms. envase c/1. Solicitamos					



	amablemente a la convocante poder ofertar "apósito hidrocélular para manejo de exudado para talón con adhesivo medida 19.8 x 14 cms." ¿Se acepta?						
RESPUESTA:	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases a los demás concursantes.						
PREGUNTA 16	En renglón 513 clave 609533302 menciona vendaje fabricado con un tejido abierto de algodón impregnado de un pasta que contiene 10% de óxido de zinc para el tratamiento de las úlceras venosas, en pierna con índice tobillo brazo (itb) > 0.8 mmhg, provee una compresión media a la pierna de entre 15 y 25 mmhg. Medidas: 7.5 cms. x 6 mts. Pieza c/1. solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar venda elástica compuesta 70% de poliéster y 30% de algodón, impregnada con pasta no solidificable de óxido de zinc, acacia, glicerina, aceite de resina y vaselina. Medida 3x10 (9 mts x 7.6 cms). Se acepta?						
RESPUESTA:	No se acepta, ya que se requiere las dimensiones de dicho material, que es el requerido en las unidades aplicativas.						
PREGUNTA 17	En renglón 624 clave 5049500383 menciona apósito hidropolimérico 18 cm x 18 cm c/5 piezas. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar medida 20x30. Se acepta?						
RESPUESTA:	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases a los demás concursantes.						
PREGUNTA 18	En renglón 56 clave 600880793 menciona apósitos de hidropolímero, para tratamiento de heridas. 10 a 11 cm x 11 a 16 cm. pieza. Envase c/1. Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar medida 10x10. Se acepta?						
RESPUESTA:	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases a los demás concursantes.						
PREGUNTA 19	Se solicita a la convocante modifique el texto de la descripción del renglón 43, eliminado ENVASE CON 150 PIEZAS ya que menciona en la descripción envase con 150pz, unidad de medida Envase, presentación c/150. Se acepta nuestra solicitud?						
RESPUESTA:	La presentación es envase con 150 piezas, y se solicitan 1998 envases.						
PREGUNTA 20	El renglón 62 menciona un Apósito Hidrocélular con medida de 15 x 15cm. Se solicita a la convocante nos permita ofertar Apósito con la misma descripción pero con medida de 16x 24cm, se acepta nuestra solicitud?						
	<table border="1"> <tr> <td>62</td> <td>600880884</td> <td>APÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ESTRUCTURA TRILAMINAR COMPUESTO POR UNA CAPA NO ADHESIVA MICROPERFORADA EN CONTACTO CON LA HERIDA, OTRA CAPA HIDROCELULAR CENTRAL ALTAMENTE ABSORBENTE Y LIBERADORA DE PRESIÓN, Y UNA EXTERNA IMPERMEABLE A BACTERIAS Y AGUA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, SIN PEGAMENTO ESTÉRIL Y DESECHABLE MEDIDA 15 X 15 CM</td> <td>PIEZA</td> <td>C/1</td> <td>20</td> </tr> </table>	62	600880884	APÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ESTRUCTURA TRILAMINAR COMPUESTO POR UNA CAPA NO ADHESIVA MICROPERFORADA EN CONTACTO CON LA HERIDA, OTRA CAPA HIDROCELULAR CENTRAL ALTAMENTE ABSORBENTE Y LIBERADORA DE PRESIÓN, Y UNA EXTERNA IMPERMEABLE A BACTERIAS Y AGUA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, SIN PEGAMENTO ESTÉRIL Y DESECHABLE MEDIDA 15 X 15 CM	PIEZA	C/1	20
62	600880884	APÓSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ESTRUCTURA TRILAMINAR COMPUESTO POR UNA CAPA NO ADHESIVA MICROPERFORADA EN CONTACTO CON LA HERIDA, OTRA CAPA HIDROCELULAR CENTRAL ALTAMENTE ABSORBENTE Y LIBERADORA DE PRESIÓN, Y UNA EXTERNA IMPERMEABLE A BACTERIAS Y AGUA PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, SIN PEGAMENTO ESTÉRIL Y DESECHABLE MEDIDA 15 X 15 CM	PIEZA	C/1	20		



RESPUESTA:	No se acepta, ya que se requiere las dimensiones de dicho material, que es el requerido en las unidades aplicativas.
-------------------	--

LICITANTE: ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.

DUDAS ADMINISTRATIVAS:

PREGUNTA 1	<p>En el renglón 18 del inciso C del número 3 solicitan Manual de Procedimientos. A) Manual de Organización de la Empresa. B) Manual de Procedimientos de la empresa. C) Manual de Calidad certificado por organismo autorizado.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar documento emitido por la entidad certificadora indicando que nuestra empresa ha aprobado el proceso de certificación de calidad y está en trámite la emisión del Certificado correspondiente, así como los manuales solicitados, ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>
RESPUESTA:	Si se acepta que el licitante presente documento o documentos emitidos por la Entidad Certificadora en la que indique que ha aprobado la certificación, comprometiéndose el licitante que resulte adjudicado a presentar la Constancia de Certificación una vez recibido.
PREGUNTA 2	<p>En el numeral 1.1.8 solicitan "El licitante deberá presentar el día 20 de Enero de 2016 cuando menos el 70% de muestras de Material de Curación solicitados en el anexo 1A, en donde se visualice claramente la impresión del contenido, código de barras y el registro sanitario de la clave, las muestras deberán presentarse etiquetadas individualmente, identificando mediante el número de renglón, clave, nombre del licitante y número de licitación. Las muestras deberán entregarse un día antes del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas técnicas, en el Almacén Central ubicado en Prolongación Díaz Ordaz No. 204, Col. Díaz Ordaz, San Nicolás de los Garza, N. L., en un horario de 9:00 a 14:00 horas.</p> <p>Solicitamos amablemente a la comprobante se nos permita entregar muestras por familia, identificadas en la etiqueta los renglones que correspondan, ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>
RESPUESTA:	Se modifica el porcentaje requerido, debiendo entregar el 90% de muestras por familia, ya que en virtud de que en la primera vuelta de la licitación de este procedimiento, se observó que la mayoría de los participantes tuvieron observaciones en las muestras presentadas tanto en cantidad, calidad y en algunos se abstuvieron de presentar dichas muestras para algunos renglones.
PREGUNTA 3	<p>En el numeral 1.1.9 solicitan El licitante deberá presentar copia simple completa (anverso y reverso) y legible del registro sanitario del 70% de los Materiales de Curación incluidos en el anexo 1A y 1B en el cual se mencione el nombre del fabricante y la descripción técnica del bien ofertado, referenciando el número de renglón y clave. Deberán incluir una carta compromiso de que si resultan adjudicados cumplirán con la entrega del 30% restante de los registros sanitarios,</p> <p>Solicitamos amablemente a la comprobante se nos permita entregar registros sanitarios por familia, ya que así es como son emitidos por la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, identificando los renglones que correspondan, ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>
RESPUESTA:	No se acepta deberá presentar los registros sanitarios como se solicitan en el punto 1.1.9 de la Convocatoria.
PREGUNTA 4	Solicitamos amablemente a la convocante que en el acto de Presentación y Apertura de propuestas nos sean devueltos los formatos de Anexos 6 y 13, Recibo de Propositiones y Cédula de Entrega de

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and marks]



	Documentos Administrativos y Legales debidamente requisitados y firmados por el funcionario que recibe las propuestas, ya que consideramos es el fin y propósito de los mismos, ¿Se acepta nuestra solicitud?
RESPUESTA:	Si se acepta, siempre y cuando se presente por duplicado dichos anexos quedando uno en poder de la Convocante y otro para el licitante.

LICITANTE: ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.

DUDAS TÉCNICAS:

PREGUNTA 1 Respecto a los renglones siguientes, Solicitamos amablemente a la convocante sean eliminados de la presente licitación,:

RENGLON	CLAVE	DESCRIPCION	UM	PRESENTACION	CANTIDAD
351	605500784	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO, REUTILIZABLE CAP. 20 ML., ESCALA GRADUADA DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0	PIEZA	C/1	112
357	605501014	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE EXCENTRICO DE VIDRIO REUTILIZABLE CAPACIDAD 50 ML. ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 10.0 Y SUBDIVISIONES DE 5.0	PIEZA	C/1	11
374	605990027	MACHUELO CON ANCLAJE RÁPIDO. DIÁMETRO DE 2.0 MM A 6.5 MM. INCLUYE MEDIDAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	C/1	2
399	608200978	PLACAS DINAMICAS DE COMPRESION 3.5 MM, SISTEMA DE. LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN EL TIPO Y DIMENSIONES DEL MATERIAL, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD ENTRE SÍ DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL SISTEMA. PLACAS RECTAS, CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 3.5 Y 4.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 2 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. -TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. - TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	C/1	2
568	5042331007	AGENTE ESTERILIZANTE (H2O2) AL 50%. BOTELLA DE 140 ML.	BOTELLA	C/1	43
569	5042331008	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA. PRESENTACIÓN CON 30 PRUEBAS.	ENVASE	C/30	12
570	5042331009	INDICADOR QUÍMICO, CINTA TESTIGO, PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA. ROLLO DE 50 METROS.	ROLLO	C/1	20
577	5042331016	PAPEL PARA IMPRESORA DEL ESTERILIZADOR DE PLASMA. CAJA CON 12 ROLLOS	PIEZA	C/1	30
580	5042331038	ROLLO DE BOLSA DE FIBRA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CINTA TESTIGO PARA PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. MEDIDAS 150 MM X 200 M	ROLLO	C/1	9
581	5042331040	ROLLO DE BOLSA DE FIBRA NO TEJIDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CINTA TESTIGO PARA PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. MEDIDAS 250 MM X 200 M	ROLLO	C/1	7
589	5044560002	GUANTES DE LATEX	CAJA	C/1	4997

¿Se acepta nuestra solicitud?

RESPUESTA: Se acepta la eliminación de los renglones 351, 357, 374, 399, 568, 569, 570, 577, 580, 581 y 589.

PREGUNTA 2 Solicitamos amablemente a la convocante aceptar aplicador frepp con 1.6 ml para los siguientes renglones:

renglón	CLAVE	DESCRIPCION	unidad de medida	PRESENTACION
538	5040661061	SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% CON TINTA NARANJA. CONTIENE: 3 ML ESTÉRIL Y DESECHABLE. APLICADOR FREPP CON 1.5ML S/TINTE LINEA VASCULAR APLICADOR SEPP CON 0.67ML S/TINTE LINEA VASCULAR	PIEZA	C/1
539	5040661062	SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% CON TINTA NARANJA. CONTIENE: 3 ML ESTÉRIL Y DESECHABLE. ENVASE APLICADOR FREPP CON 1.5ML S/TINTE LINEA VASCULAR	PIEZA	C/1

¿Se acepta nuestra solicitud?

RESPUESTA: Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases a los demás concursantes.



PREGUNTA 3	Respecto al renglón siguiente:									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>renglón</th> <th>CLAVE</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>unidad de medida</th> <th>PRESENTACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>530</td> <td>4041250310</td> <td>BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO DE 38 X 12.5 X 54.9 CM PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR O GAS DE ÓXIDO DE ETILENO, CON INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR, CON PAPEL GRADO MÉDICO CON GRAMAJE DE MÍNIMO 60 G/M2. CAJA CON 250 BOLSAS</td> <td>CAJA</td> <td>C/250</td> </tr> </tbody> </table> <p>Solicitamos amablemente a la convocante se acepten medidas las siguientes medidas: 38 X12.5 X 61 cm, ya que no se encuentra en el mercado el producto con las medidas solicitadas, además de que no afecta la operatividad del mismo ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	renglón	CLAVE	DESCRIPCION	unidad de medida	PRESENTACION	530	4041250310	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO DE 38 X 12.5 X 54.9 CM PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR O GAS DE ÓXIDO DE ETILENO, CON INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR, CON PAPEL GRADO MÉDICO CON GRAMAJE DE MÍNIMO 60 G/M2. CAJA CON 250 BOLSAS	CAJA
renglón	CLAVE	DESCRIPCION	unidad de medida	PRESENTACION						
530	4041250310	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO DE 38 X 12.5 X 54.9 CM PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR O GAS DE ÓXIDO DE ETILENO, CON INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR, CON PAPEL GRADO MÉDICO CON GRAMAJE DE MÍNIMO 60 G/M2. CAJA CON 250 BOLSAS	CAJA	C/250						
RESPUESTA:	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases a los demás concursantes.									
PREGUNTA 4	Respecto al renglón siguiente:									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>renglón</th> <th>CLAVE</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>unidad de medida</th> <th>PRESENTACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>531</td> <td>4041250311</td> <td>BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO DE 11 X 3 X 19.6 CM PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR O GAS DE ÓXIDO DE ETILENO, CON INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR, CON PAPEL GRADO MÉDICO CON GRAMAJE DE MÍNIMO 60 G/M2. CAJA CON 1000 BOLSAS</td> <td>CAJA</td> <td>C/1000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Solicitamos amablemente a la convocante se acepten medidas las siguientes medidas: 11 X 4 X 18 cm, ya que no se encuentra en el mercado el producto con las medidas solicitadas, además de que no afecta la operatividad del mismo ¿Se acepta nuestra solicitud?</p>	renglón	CLAVE	DESCRIPCION	unidad de medida	PRESENTACION	531	4041250311	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO DE 11 X 3 X 19.6 CM PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR O GAS DE ÓXIDO DE ETILENO, CON INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR, CON PAPEL GRADO MÉDICO CON GRAMAJE DE MÍNIMO 60 G/M2. CAJA CON 1000 BOLSAS	CAJA
renglón	CLAVE	DESCRIPCION	unidad de medida	PRESENTACION						
531	4041250311	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO DE 11 X 3 X 19.6 CM PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR O GAS DE ÓXIDO DE ETILENO, CON INDICADOR QUÍMICO PARA VAPOR, CON PAPEL GRADO MÉDICO CON GRAMAJE DE MÍNIMO 60 G/M2. CAJA CON 1000 BOLSAS	CAJA	C/1000						
RESPUESTA:	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases a los demás concursantes.									
PREGUNTA 5	Respecto al renglón 268.- derivado, fue notificado por el fabricante, que a partir de junio 2016 dejaran de estar disponibles para la venta, solicitamos amablemente a la convocante, nos permita cotizar el equipo que continuara vigente para la terapia continua de reemplazo renal (prismaflex), con la siguiente descripción: circuito extra corporeo de pvc con líneas interconectadas para maquina prismaflex, contiene: 4 segmentos para bomba, una línea de heparina para conectar jeringas, una línea para liquido de hemodiálisis, una línea para flujo de reemplazo, una línea de acceso al paciente, una línea para colección de volumen extraído, 4 transductores de presión; un filtro de membrana an 69 , una bolsa para drenaje del líquido de cebado, una bolsa para recolección de volumen extraído pre dilución, estéril y desechable. (set prismaflex st 60, set prismaflex st 100, set prismaflex st150).									
	¿Se acepta nuestra solicitud?									
RESPUESTA:	Se acepta su solicitud.									
PREGUNTA 6	Respecto al renglón 625 con clave 5049500393 la descripción dice: limpiador de instrumentos de triple enzima. Solución acuosa de enzimas y surfactanes y sales ácidas orgánicas, solución acuosa con ph neutro de enzimas proteasas, lipasa y amilasa con inhibidor de la corrosión y surfactante emplea una combinación de tres enzimas de alto rendimiento. Estas son completamente eficaces para la digestión de todos los residuos y depósitos que suelen aparecer en los instrumentos y aparatos quirúrgicos, incluyendo proteínas, lípidos, carbohidratos y mucopolisacáridos. Envase con 5 lt.									
	Solicitamos a la convocante, con el afán de no cerrar a una marca en específico y fomentar la libre participación nos permita ofertar: detergente limpiador polienzimatica, no iónico, no catiónico, elaborado a base de tres enzimas: amilasa, proteasa, y lipasa, con cloruro de didecildimetilamonio, estabilizante de enzimas y agentes conservadores, para lavado de instrumental médico quirúrgico de manera manual o baño de remojo y para lavadoras automáticas o en cubeta de ultrasonido. Envase 5 lts, de acuerdo a la clave de cuadro básico 060.066.0948									



	¿Se acepta nuestra solicitud?
RESPUESTA:	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases a los demás concursantes.

LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	
DUDAS ADMINISTRATIVAS:	
PREGUNTA 1	Inciso C Punto 3.- Es correcto entender que se tiene que presentar por lo menos 2 contratos celebrados con Organismos de Salud Estatales o Municipales del Estado de Nuevo León?
RESPUESTA:	No es correcta su apreciación, se podrán presentar contratos celebrados con el área de salud Federales, Estatales o Municipales.
PREGUNTA 2	Inciso C Punto 7.- Es correcto entender que los certificados de fumigación de los vehículos deben ser de Nuevo León?
RESPUESTA:	No es correcta su apreciación, pueden ser de cualquier otro estado de la Republica.
PREGUNTA 3	Inciso C Punto 13.- Es correcto entender que para comprobar dicho punto es necesario presentar la licencia sanitaria de la empresa?
RESPUESTA:	No es correcta su apreciación, deberá cumplir los requisitos solicitados en el punto 3 inciso c) numeral 13 y su modificación.
PREGUNTA 4	Inciso C Punto 14.- Solicito amablemente a la convocante me permita presentar el 50% de los registros sanitarios y carta compromiso de que si resultamos adjudicados cumpliremos con la entrega del 50% restante.
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud, deberá cumplir con la entrega de registros sanitarios como se solicitan en el punto 1.1.9 de la convocatoria.
PREGUNTA 5	Inciso C Punto 14.- Solicito amablemente a la convocante me permita presentar los registros sanitarios por familia.
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud deberá cumplir con la entrega de los registros sanitarios como se solicitan en el punto 1.1.9 de la Convocatoria.
PREGUNTA 6	Inciso C Punto 14.- Solicito amablemente a la convocante me confirme cuales son los países con los que México tiene tratados de libre comercio o me confirme de que países podemos presentar los productos y registros sanitarios.
RESPUESTA:	Los países con los que México tiene Tratados están incluidos en los tratados señalados en el punto 1, letra A de la Convocatoria.
PREGUNTA 7	Inciso C Punto 14.- Solicito a la convocante en este punto, que los registros sanitarios no requieran firma autógrafa del representante legal, ya que estos representan un alto volumen de papelería.
RESPUESTA:	Si se acepta.
PREGUNTA 8	Inciso C Punto 18- Solicito amablemente a la convocante en este punto me permita presentar el Manual de Gestión de Calidad y el Mapa de Procesos de mi representada así como un escrito de la empresa de consultoría que nos está apoyando, donde menciona que mi representada se encuentra en proceso de Certificación del ISO 9001:2008 y en el que se menciona la fecha meta de certificación.
RESPUESTA:	Se acepta que el Licitante presente el documento o documentos emitidos por la Entidad Certificadora en la que indique que ha aprobado la certificación, comprometiéndose el licitante que resulte adjudicado a presentar la Constancia de Certificación una vez recibida.
PREGUNTA 9	Inciso C Punto 28.- Solicito amablemente a la convocante me permita presentar copia de contrato de

88
 14

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



	arrendamiento del domicilio fiscal reemplazando al documento que solicitan del comprobante del último pago de impuesto predial.
RESPUESTA:	Si se acepta su solicitud.
PREGUNTA 10	Inciso D Anexo 10.- Es correcto entender que el anexo 10 aplica únicamente en caso de resultar adjudicado.
RESPUESTA:	Si es correcta su apreciación.
PREGUNTA 11	Punto 1.1.8 Muestras.- Es correcto entender que las muestras de material de curación deberán entregarse un día antes del acto de presentación y apertura de propuestas técnicas, en el almacén central ubicado en Prolongación Díaz Ordaz No. 204, Col. Díaz Ordaz, San Nicolás de los Garza, N.L., en un horario de 9:00 a 14:00 hrs. Tal como lo menciona en este punto.
RESPUESTA:	Las muestras se deberán de entregar el día 25 de Enero del 2016, de 09:00 a 14:00 horas, en el almacén (planta baja) del Hospital Metropolitano "Dr. Bernardo Sepúlveda" ubicado en Ave. Adolfo López Mateos No. 4600, Col. Bosques del Nogalar, San Nicolás de los Garza, N.L.
PREGUNTA 12	Punto 1.1.8 Muestras.- Solicito amablemente a la convocante me permita presentar las muestras por familia, identificando en las etiquetas los renglones a que corresponda.
RESPUESTA:	Si se acepta su solicitud, y se modifica el porcentaje requerido, debiendo entregar el 90% de muestras por familia, ya que en virtud de que en la primera vuelta de la licitación de este procedimiento, se observó que la mayoría de los participantes tuvieron observaciones en las muestras presentadas tanto en cantidad, calidad y en algunos se abstuvieron de presentar dichas muestras para algunos renglones.
PREGUNTA 13	Punto 18 Contrato.- Solicito a la convocante me confirme el tiempo que tardara a partir de fallo, la elaboración del contrato que se derive de la presente licitación.
RESPUESTA:	El plazo señalado en el punto 18 de la Convocatoria.
PREGUNTA 14	Junta de Aclaraciones.- Es correcto entender que todos los cambios que se realicen en la junta de aclaraciones deben ser plasmados en la propuesta Técnica y propuesta Económica.
RESPUESTA:	Los que así corresponda si deberán ser plasmados.

LICITANTE: HISA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	
DUDAS TÉCNICAS:	
PREGUNTA 1	Anexo 1-a renglón 530.- solicito a la convocante me permita cotizar bolsa de papel grado médico de 38x61x12.5 cm para esterilización en vapor o gas de óxido de etileno. Con indicador químico para vapor. Con papel grado médico con gramaje de mínimo 60g/m2. caja con 250 bolsas.
RESPUESTA:	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases a los demás concursantes.
PREGUNTA 2	Anexo 1-a- renglón 531.- solicito a la convocante me permita cotizar bolsa de papel grado médico de 11x18x4 cm para esterilización en vapor o gas de óxido de etileno. Con indicador químico para vapor. Con papel grado médico con gramaje de mínimo 60g/m2. caja con 1000 bolsas.
RESPUESTA:	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases a los demás concursantes.
PREGUNTA 3	Renglón 268.- derivado que a partir de junio 2016, fue notificado por el fabricante, que dejaran de estar disponibles para la venta, solicitamos amablemente a la convocante, nos permita cotizar el equipo que continuara vigente para la terapia continua de reemplazo renal (prismaflex), con la siguiente descripción: Circuito extracorporeo de pvc con líneas interconectadas para maquina prismaflex. contiene: 4 segmentos para bomba, una línea de heparina para conectar jeringas, una línea para liquido de hemodialisis, una línea para flujo de reemplazo, una línea de acceso al paciente, una línea para colección de volumen extraído, 4



	transductores de presión, un filtro de membrana an 69 , una bolsa para drenaje del líquido de cebado, una bolsa para recolección de volumen extraído pre dilución, estéril y desechable. (Set prismaflex st 60, set prismaflex st 100, set prismaflex st150).
RESPUESTA:	Se acepta.

LICITANTE: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	
DUDAS ADMINISTRATIVAS:	
PREGUNTA 1	¿La entrega de las partidas será en una sola exhibición o es con entregas parciales?
RESPUESTA:	La presente licitación cuenta con solo 1 partida, misma que se surtirá mediante entregas parciales según las necesidades de las unidades aplicativos mediante Órdenes de Envío.

LICITANTE: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V.	
DUDAS TÉCNICAS:	
PREGUNTA 1	<p>Numeral 15 CRITERIO DE ADJUDICACION ...Se adjudicará el total de las partidas incluidas en el Anexo 1 por paquete, que incluyen el suministro del material de curación motivo de este concurso...</p> <p>Solicitamos amablemente nos permita ofertar únicamente las partidas 568,569,570,571,572,573,574,575,576,577,578, 579,580,581 del Anexo 1; en razón de que son insumos para equipo médico, siendo ofertadas en Kit y no por partida individual, considerando que este kit cuenta con representación exclusiva en México por mi representada y por ningún motivo se puede vender por separado o a intermediario, se acepta?</p>
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud de cotizar por separado y se informa a los licitantes e interesados que se eliminan para esta licitación los renglones 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, del anexo 1 A de la Convocatoria.

LICITANTE: COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN, S.A. DE C.V.							
DUDAS ADMINISTRATIVAS:							
PREGUNTA 1	<p>1.1 OBJETO Y ALCANCE. Descripción completa del material de curación 1.1.2 El licitante deberá incluir en su oferta económica el costo global del paquete incluido en el anexo 1, considerando las descripciones y cantidades de cada uno de los renglones que integran la partida, los cuales se mencionan en el anexo 1ª</p> <p>Favor de confirmar amablemente la convocante que en anexo no. 3 se aplicara el precio unitarios antes de iva del partida no. 1(costo global como paquete)</p>						
ANEXO 3							
Formato de Oferta Económica							
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Partida</th> <th style="width: 33%;">Cantidad Cotizada</th> <th style="width: 33%;">Precio Unitario antes de IVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Partida	Cantidad Cotizada	Precio Unitario antes de IVA			
Partida	Cantidad Cotizada	Precio Unitario antes de IVA					



		1 (PAQUETE)	1	\$1,000,000.00
		Subtotal antes de I.V.A.	I.V.A.	Total incluyendo I.V.A.
		\$ 1,000,000.00	\$ 160,000.00	\$ 1,160,000.00
	¿ ES CORRECTA NUESTRAS APRESACION			
RESPUESTA	Si es correcta su apreciación, solo tomar en cuenta que en el cuadro que dice partida, solo va el No. 1 y en cantidad cotizada debe decir "1 paquete".			
PREGUNTA 2	1.1. OBJETO Y ALCANCE. Descripción completa del material de curación			
	<p>1.1.4. Las compañías participantes deberán incluir en su sobre de propuestas técnicas, copias de registros sanitarios, legibles y por ambos lados de cuando menos 70% de los insumos ofertados y deberán incluir una carta compromiso de que si resultan adjudicados cumplirán con la entrega del 30% restante a la firma del contrato.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita entregar registros sanitarios por familia ,identificando los renglones que corresponda ,así como entregar los registros sanitarios en medio electrónicos y no impresos , ya que representa un alto volumen de papel impreso</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>			
RESPUESTA	No se acepta deberá presentar los registros sanitarios como se solicitan en este punto y en el punto 1.1.9 de la Convocatoria y presentar en un USB u otro medio electrónico el total de los registros sanitarios que demuestren el 70% y el licitante que resulte adjudicado deberá entregar el 30% restante en un medio electrónico a la fecha de la firma del contrato.			
PREGUNTA 3	1.1. OBJETO Y ALCANCE. Descripción completa del material de curación			
	<p>1.1.8 El licitante deberá presentar el día 20 de ENERO de 2016 cuando menos el 70% de muestras de Material de Curación solicitados en el anexo 1A, en donde se visualice claramente la impresión del contenido, código de barras y el registro sanitario de la clave, las muestras deberán presentarse etiquetadas individualmente, identificando mediante el número de renglón, clave, nombre del licitante y número de licitación. Las muestras deberán entregarse un día antes del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas técnicas, en el Almacén Central ubicado en Prolongación Díaz Ordaz No. 204, Col. Díaz Ordaz, San Nicolás de los Garza, N. L., en un horario de 9:00 a 14:00 horas.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante se nos permita entregar muestras por familia identificadas</p>			



	en la etiqueta los renglones a que corresponden
	¿ se acepta nuestra solicitud
REPUESTA	Se acepta su solicitud y se modifica el porcentaje requerido, debiendo entregar el 90% de muestras por familia, ya que en virtud de que en la primera vuelta de la licitación de este procedimiento, se observó que la mayoría de los participantes tuvieron observaciones en las muestras presentadas tanto en cantidad, calidad y en algunos se abstuvieron de presentar dichas muestras para algunos renglones.
PREGUNTA 4	<p>3.- FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERA DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO</p> <p>II PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Las propuestas técnicas y económicas, así como todos los anexos incluidos dentro del sobre técnico y económico, deberán estar dirigidas al Director Administrativo de Servicios de Salud de Nuevo León, contener firma autógrafa del representante legal de la compañía en el frente de todos los documentos; la falta de presentación, omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos y documentos antes señalados será motivo de rechazo de sus propuestas.</p> <p>Favor de confirmar que todos los anexos y escritos deberán estar dirigidos de la siguiente manera como mínimo redacción :</p> <p>SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN LIC. JOSÉ DE JESÚS GARZA ESCAMILLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO PRESENTE.</p>
RESPUESTA	Es correcta su apreciación, salvo los registros sanitarios, identificaciones, certificados, aviso de funcionamiento, manuales, recibo de proposiciones y los documentos solicitados en el punto 3 inciso c) numeral 28 de la convocatoria.
PREGUNTA 5	<p>3.- FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERA DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO</p> <p>B.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:</p> <p>II PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Las propuestas técnicas y económicas, así como todos los anexos incluidos dentro del sobre técnico y económico, deberán estar dirigidas al Director Administrativo de Servicios de Salud de Nuevo León, contener firma autógrafa del representante legal de la compañía en el frente de todos los documentos; la falta de presentación, omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos y documentos antes señalados será motivo de rechazo de sus propuestas.</p> <p>SOLICITAMOS AL CONVOCANTE AMABLEMENTE CONFIRMAR QUE SOLAMENTE TODOS LOS ANEXO Y CARTAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERAD , PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICAS SON LOS QUE REQUIEREN FIRMA AUTOGRAFA DEL REPRESENTANTE LAGEL DE LA COMPAÑÍA</p> <p>EL RESTO DE LA PAPELERIA NO ES REQUISITO QUE CONTENGA LA FIRMA DE REP LEGAL DE LA COMPAÑÍA</p>



	(ALGUNOS DE ELLOS : REGISTROS SANITARIOS , MANUALES DE CALIDAD, CARTAS DE HOSPITALES, CARTA DE FABRICANTE Y DISTRIBUIDORES MAYORISTAS , CERTIFICADOS DE FUMIGACION, PAGO DE TENENCIAS , CERTIFICADOS ORIGINALES DE CALIDAD)
RESPUESTA	No es correcta su apreciación, solo las cartas, declaraciones, escritos bajo protesta de decir verdad, emitidos por el licitante, propuestas técnicas y económicas son las que deberán ser firmadas por el representante legal, de conformidad con el artículo 74 fracción XIV primer párrafo del reglamento. Los manuales de calidad y los registros sanitarios no requerirán firma autógrafa del representante legal de la compañía.
PREGUNTA 6	<p>C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER</p> <p>5. Certificado o escrito bajo protesta de decir verdad de que cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas o las Normas Mexicanas o Normas Internacionales aplicables y en el que manifieste que los servicios que oferte cumplen con la legislación sanitaria vigente para las partidas y renglones que aplica, y con las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas y a falta de éstas, con las Normas Internacionales.</p> <p>SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE SI CONTAMOS CON CERTIFICADO ISO 9001:2008, CUMPLIMOS CON ESTE REQUISITO PRESENTANDO DICHO CERTIFICADO (ORIGINAL Y COPIA SIMPLE)</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>
RESPUESTA	Si se acepta su solicitud.
PREGUNTA 7	<p>C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER</p> <p>9.-Carta de apoyo del fabricante o distribuidor mayorista, de todos los materiales de curación que se solicitan en el anexo 1A de estas bases en la cual describan las partidas, marcas y cantidades ofertadas</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE, ACEPTAR PRESENTAR 70% CARTAS EN ORIGINAL Y EL RESTO EN COPIA Y AL CONTAR CON UN SOLO TRES HABIL DE DIFERENCIA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LA PRESENTACION DE PROPUESTAS , LA MAYORIA DE LOS FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES MAYORISTAS ESTAN EN LA CD DE MEXICO Y NO PROPORCIONARAN LA CARTA ASTA DESPUES DE LA PRESENTACION DE JUNTA DE ACLARACIONES PROGRAMDA A 12: 00 PM PARA APLICAR TODOS LOS CAMBIO DE DICHA JUNTA , Y ENTREGAR CARTA DE BAJO PROTESTA DE ENTREGAR ORIGINALES RESTANTES</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>
RESPUESTA	No se acepta, deberá presentar el 100% de las cartas de apoyo en original, en virtud de que ya pasó el periodo vacacional decembrino y no hay motivo para no contar con ellas.
PREGUNTA 8	<p>C.- EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER</p> <p>11 .- Se presentarán 3 cartas selladas y firmadas por 3 diferentes Administradores de las Unidades locales de la Convocante (Dos hospitales y una Jurisdicción) y deberán ser en original y 3 Unidades foráneas (fuera del área metropolitana de la ciudad de Monterrey) de la Convocante (Dos hospitales y una Jurisdicción), mediante la cual especifique que ha prestado un buen</p>



	<p>servicio en el abasto de Materiales de curación.</p> <p>SOLICITAMOS A AL CONVOCANTE AMABLEMENTE CONFIRMAR SI LAS CARTAS FORANEAS FIRMADAS Y SELLADAS POR EL ADMINISTRADOR DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS Y JURISDICIONES SON COPIAS SIMPLES</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>
RESPUESTA	<p>No se acepta su solicitud, y se elimina el punto 11 de la Convocatoria, y se modifica el punto 12, para quedar de la siguiente manera: "Para todos los licitantes que quieran participar en el presente concurso, deberán presentar como mínimo tres cartas, mediante las cuales estipulen que han prestado buen servicio ante clientes del área de salud relativo a material de curación, mismas que la convocante se reserva el derecho de verificar dicha información, para su participación en el presente evento.</p>
PREGUNTA 9	<p><u>C.-EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER</u></p> <p>18.- Manual de Procedimientos. A. Manual de Organización de la Empresa. B. Manual de Procedimientos de la empresa. C. Manual de Calidad certificado por organismo autorizado.</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE CONFIRMAR QUE CON LA PRESENTACION DE COPIAS SIMPLE DE DICHS MANUALES; CUMPLIMOS CON ESTE REQUISITO</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>
RESPUESTA	<p>Si se aceptaran copias simples, siempre que estén firmados por su emisor.</p>
PREGUNTA 10	<p><u>C.- EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER</u></p> <p>19.- Cd o USB que contenga el total de los documentos incluidos en el sobre técnico en formato pdf, word o excel.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LOS DOCUMENTOS A LOS QUE SE REFIERE ESTA SOLICITUD SON LOS ANEXOS Y PROPUESTA TECNICAS Y CARTAS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>
RESPUESTA	<p>No es correcto, deberá presentar el total de su propuesta técnica y documentos incluidos en el sobre técnico en CD o USB.</p>
PREGUNTA 11	<p>C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER:</p> <p>28. Documentos que acrediten encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tanto federales como estatales y municipales, de acuerdo a lo señalado en el <i>Artículo 33 Bis</i> del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, siendo los siguientes: el documento actualizado expedido por el S.A.T., en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo establecido en las regla 2.1.27 de la Miscelánea Fiscal para el Ejercicio 2016 publicada en el DOF el 23 de Diciembre de 2015, Comprobante del último pago de: Impuesto sobre Nóminas, Refrendo y/o Tenencia de los vehículos de su propiedad e</p>



	<p>Impuesto predial del domicilio fiscal del licitante.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE LOS COPROBANTES DE PAGO A LOS QUE SE REFIERE ESTA SOLICITUD PODREMOS PRESENTAR COPIA SIMPLES DE DICHS PAGOS ¿ se acepta nuestra solicitud</p>
RESPUESTA	Si, se acepta su solicitud, reservándose la Convocante el derecho de verificar en cualquier momento la autenticidad de dichos documentos
PREGUNTA 12	<p style="text-align: center;">ANEXO 15</p> <p style="text-align: center;">MODELO DE CONTRATO</p> <p>QUINTA: CONDICIONES DE ENTREGA.-</p> <p>Presentación. Los insumos entregados deberán cumplir la presentación y especificaciones que marca el cuadro básico de material de curación vigente autorizado por el Sistema de Protección Social en Salud.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE AL CONVOCANTE NOS PUEDA CONFIRMAR QUE LOS INSUMOS LICITADOS DEBERÁN CUMPLIR LA PRESENTACIÓN Y ESPECIFICACIONES QUE MARCA EL CUADRO BÁSICO DE MATERIAL DE CURACIÓN VIGENTE AUTORIZADO POR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.</p>
RESPUESTA	Se corrige dicho punto, debiendo quedar de la siguiente manera "Los insumos entregados deberán cumplir la presentación y especificaciones que marca el cuadro básico de insumos del sector salud"
PREGUNTA 13	<p style="text-align: center;">ANEXO 15</p> <p style="text-align: center;">MODELO DE CONTRATO</p> <p>QUINTA: CONDICIONES DE ENTREGA.-</p> <p>Presentación. Los insumos entregados deberán cumplir la presentación y especificaciones que marca el cuadro básico de material de curación vigente autorizado por el Sistema de Protección Social en Salud.</p> <p>DE SER AFIRMATIVAMENTE LA PREGUNTA ANTERIOR PODREMOS CONSIDERAR QUE SE PUEDE COTIZAR MATERIAL DE CURACION QUE CUMPLA CON LA DESCRIPCION DE LA CLAVE DE CUADRO BASICO Y QUE CUENTE CON RESGITRO SANITARIO PARA SU VENTA Y COMERCIALIZACION EN TERRITORIO NACIONAL EN VIAS DE OFERAR AL MEJOR PRECIO POSIBLE.</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>
RESPUESTA	Si se acepta su solicitud. Aclarando que se corrige el punto señalado en la pregunta anterior.
PREGUNTA 14	<p>Solicitamos atentamente a la convocante permita ofertar bienes fabricados bajo los más altos estándares de calidad, como las normas de calidad a nivel internacional que provengan de países que no cuenten con Tratado de Libre comercio Vigente con México, y así mismo para demostrar la calidad de los productos presentar certificados internacionales de calidad, como ISO385.</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>
RESPUESTA	No se acepta su solicitud, deberá ofertar productos con origen de países con los que México cuenta con tratados.
PREGUNTA 15	C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER:

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]



	<p>28. Documentos que acrediten encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tanto federales como estatales y municipales, de acuerdo a lo señalado en el <i>Artículo 33 Bis</i> del Código Fiscal del Estado de Nuevo León, siendo los siguientes: el documento actualizado expedido por el S.A.T., en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo establecido en las regla 2.1.27 de la Miscelánea Fiscal para el Ejercicio 2016 publicada en el DOF el 23 de Diciembre de 2015, Comprobante del último pago de Impuesto sobre Nóminas, Refrendo y/o Tenencia de los vehículos de su propiedad e Impuesto predial del domicilio fiscal del licitante.</p> <p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE PARA CUMPLIMOS CON EL PUNTO NUESTRAS OBLIGACIONES FISCALES NOS PERMITA PRESENTAR EL DOCUMENTO DE OPINION 32 D COMO REFERENTA AL CUMPLIMIENTO DE DICHAS OBLIGACIONES</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>
<p>RESPUESTA</p>	<p>Si se acepta, pero solo para cubrir el cumplimiento de obligaciones fiscales consistente en documento actualizado expedido por el S.A.T., el resto de comprobante solicitado en este numeral deberá presentarlos.</p>
<p>PREGUNTA 16</p>	<p>C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER:</p> <p>21. ANEXO 6. Recibo de proposiciones</p> <p>Favor de confirmar amablemente la convocante que en anexo no. 6 se aplicara una (1) sola partida técnica y económica (global como paquete)</p> <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 5px;">ANEXO 6</div> <div style="text-align: center; padding: 20px;">RECIBO DE PROPOSICIONES</div> <p>PROVEEDOR: xxxxxxxx</p>



		Proposiciones Técnicas	Proposiciones Económicas
	Total de propuestas	(1)	(1)
	¿ ES CORRECTA NUESTRAS APRESACION		
RESPUESTA	Si es correcta su apreciación, debiendo llenar un recibo por cada proposición una para la propuesta técnica y otro para la propuesta económica.		
PREGUNTA 17	<p>C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER:</p> <p>9. Carta de apoyo del fabricante o distribuidor mayorista, de todos los materiales de curación que se solicitan en el anexo 1A de estas bases en la cual describan las partidas, marcas y cantidades ofertadas</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA PRESENTAR CARTA EMITIDA Y FIRMADA EN MÉXICO POR EL DISTRIBUIDOR PRIMARIO, EL TITULAR DE LOS REGISTROS SANITARIOS EN MÉXICO, ANEXANDO COPIA SIMPLE DE LA CARTA APOSTILLE DEL PODER DE DISTRIBUCIÓN QUE LA CASA MATRIZ EN EL EXTRANJERO LE OTORGA.</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>		
RESPUESTA	No se acepta, deberá presentar las cartas como se solicitan en el punto 9 inciso C numeral 3 de la Convocatoria, ya que se está garantizando el abasto con dicho requisito.		

LICITANTE: COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN, S.A. DE C.V.

DUDAS TÉCNICAS:

PREGUNTA

SOLICITAMOAS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE LA CORRECCION DE DESCRIPCION YA QUE ESTE RENGLON NO. 43 NO SE APEGA A LA DESCRIPCION DEL CUADRO BASICO ES LA SIGUIENTE :

DICE :

43	600880108	APÓSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE 20 X 13 CM. ENVASE CON 150 PIEZAS	ENVASE	C/150
----	-----------	--	--------	-------

DEBE DICER:

060	088	0108	APOSITOS COMBINADOS. DE CELULOSA, CON TELA NO TEJIDA. MEDIDAS: 20 X 13 CM.	ENV	150.00
-----	-----	------	--	-----	--------

¿ se acepta nuestra solicitud

RESPUESTA La descripción se mantiene como esta descrita ya que la clave corresponde al sistema de la convocante.

Handwritten signatures and marks:
 - Large signature '1788' on the left.
 - Multiple signatures and initials scattered across the bottom of the page, including a large 'A' and 'N'.



PREGUNTA 2	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ELIMINE LAS SIGUIENTES RENGLONES PRESENTE LICITACION , DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN MERCADO. ¿ se acepta nuestra solicitud	351 Y 357 DE LA												
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="243 399 324 525">351</td> <td data-bbox="324 399 438 525">605500784</td> <td data-bbox="438 399 844 525">JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO, REUTILIZABLE CAP. 20 ML., ESCALA GRADUADA DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0</td> <td data-bbox="844 399 925 525">PIEZA</td> <td data-bbox="925 399 974 525">C/1</td> <td data-bbox="974 399 1055 525">112</td> </tr> <tr> <td data-bbox="243 525 324 672">357</td> <td data-bbox="324 525 438 672">605501014</td> <td data-bbox="438 525 844 672">JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE EXCENTRICO DE VIDRIO REUTILIZABLE CAPACIDAD 50 ML. ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 10.0 Y SUBDIVISIONES DE 5.0</td> <td data-bbox="844 525 925 672">PIEZA</td> <td data-bbox="925 525 974 672">C/1</td> <td data-bbox="974 525 1055 672">11</td> </tr> </table>	351	605500784	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO, REUTILIZABLE CAP. 20 ML., ESCALA GRADUADA DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0	PIEZA	C/1	112	357	605501014	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE EXCENTRICO DE VIDRIO REUTILIZABLE CAPACIDAD 50 ML. ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 10.0 Y SUBDIVISIONES DE 5.0	PIEZA	C/1	11	
351	605500784	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO, REUTILIZABLE CAP. 20 ML., ESCALA GRADUADA DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0	PIEZA	C/1	112									
357	605501014	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE EXCENTRICO DE VIDRIO REUTILIZABLE CAPACIDAD 50 ML. ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 10.0 Y SUBDIVISIONES DE 5.0	PIEZA	C/1	11									
RESPUESTA	Se acepta su solicitud.													
PREGUNTA 3	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SEAN ELIMINADAS DE LA PRESENTE LICITACION LAS RENGLON 374, 399 Y 307 LAS CUALES CORRESPONDEN A MATERIAL PARA CIRUGIAS DE OSTEOSINTESIS ¿ se acepta nuestra solicitud	DE OSTEOSINTESIS												
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="243 924 324 1512">399</td> <td data-bbox="324 924 503 1512">608200978</td> <td data-bbox="503 924 1136 1512">PLACAS DINAMICAS DE COMPRESION 3.5 MM, SISTEMA DE LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN EL TIPO Y DIMENSIONES DEL MATERIAL, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD ENTRE SÍ DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL SISTEMA. PLACAS RECTAS, CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 3.5 Y 4.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 2 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. - TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.</td> <td data-bbox="1136 924 1234 1512">PIEZA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="243 1512 324 1596">374</td> <td data-bbox="324 1512 503 1596">605990027</td> <td data-bbox="503 1512 1136 1596">MACHUELO CON ANCLAJE RÁPIDO. DIÁMETRO DE 2.0 MM A 6.5 MM. INCLUYE MEDIDAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.</td> <td data-bbox="1136 1512 1234 1596">PIEZA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="243 1596 324 1732">307</td> <td data-bbox="324 1596 503 1732">604460295</td> <td data-bbox="503 1596 1136 1732">GRAPA TIPO BLOUNT O DE PALMA, DE CROMO COBALTO O TITANO O ACERO INOXIDABLE CON ESQUINAS REFORZADAS. ANCHO DE 9.5 MM A 22.2 MM Y LONGITUD DE 19 MM A 25 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.</td> <td data-bbox="1136 1596 1234 1732">PIEZA</td> </tr> </table>	399	608200978	PLACAS DINAMICAS DE COMPRESION 3.5 MM, SISTEMA DE LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN EL TIPO Y DIMENSIONES DEL MATERIAL, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD ENTRE SÍ DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL SISTEMA. PLACAS RECTAS, CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 3.5 Y 4.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 2 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. - TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	374	605990027	MACHUELO CON ANCLAJE RÁPIDO. DIÁMETRO DE 2.0 MM A 6.5 MM. INCLUYE MEDIDAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	307	604460295	GRAPA TIPO BLOUNT O DE PALMA, DE CROMO COBALTO O TITANO O ACERO INOXIDABLE CON ESQUINAS REFORZADAS. ANCHO DE 9.5 MM A 22.2 MM Y LONGITUD DE 19 MM A 25 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA	
399	608200978	PLACAS DINAMICAS DE COMPRESION 3.5 MM, SISTEMA DE LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN EL TIPO Y DIMENSIONES DEL MATERIAL, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD ENTRE SÍ DE ACUERDO A LA MARCA Y MODELO DEL SISTEMA. PLACAS RECTAS, CON ORIFICIOS DE COMPRESIÓN DINÁMICA PARA TORNILLOS DE 3.5 Y 4.0 MM DE DIÁMETRO. NÚMERO DE ORIFICIOS: DE 2 A 12. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. - TORNILLOS PARA HUESO CORTICAL, DE 3.5 MM DE DIÁMETRO. LONGITUD: DE 10.0 MM A 110.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.- TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DE 4.0 MM DE DIÁMETRO. ROSCA COMPLETA. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA. TORNILLOS PARA HUESO ESPONJOSO, CON CABEZA ESFEROIDAL, DIÁMETRO DE LA ROSCA 4.0 MM. LONGITUD: DE 10.0 MM A 60.0 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA											
374	605990027	MACHUELO CON ANCLAJE RÁPIDO. DIÁMETRO DE 2.0 MM A 6.5 MM. INCLUYE MEDIDAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA											
307	604460295	GRAPA TIPO BLOUNT O DE PALMA, DE CROMO COBALTO O TITANO O ACERO INOXIDABLE CON ESQUINAS REFORZADAS. ANCHO DE 9.5 MM A 22.2 MM Y LONGITUD DE 19 MM A 25 MM. INCLUYE MEDIDAS INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. PIEZA.	PIEZA											
RESPUESTA	Se acepta su solicitud.													
PREGUNTA 4	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE LA CORRECCION DE LA RENGLON NO. 27 PRESENTACION DEL CUADRO BASICO ES LA SIGUIENTE :	NO SE APEGA A LA												



¿ se acepta nuestra solicitud DICE:					
27	600660872	DETERGENTE O LIMPIADOR MONOENZIMATICO, COMPUESTO DE CLORURO DE DODECIL O DIDECIL DIMETILAMONIO, ENZIMAS PROTEOLITICAS, PH QUE ASEGURE LA ACCION OPTIMA DE LAS ENZIMAS, ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA, NO CORROSIVO. SOBRE CON 20 A 25 G.	ENVASE	C/6	
DEBE DECIR:					
	600660872	DETERGENTE O LIMPIADOR MONOENZIMATICO, COMPUESTO DE CLORURO DE DODECIL O DIDECIL DIMETILAMONIO, ENZIMAS PROTEOLITICAS, PH QUE ASEGURE LA ACCION OPTIMA DE LAS ENZIMAS, ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA, NO CORROSIVO. SOBRE CON 20 A 25 GRAMOS.	ENV	12	
RESPUESTA	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases por los demás concursantes.				
PREGUNTA	REGLON 592 CLAVE 5044700092				
5	592	5044700092	ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO PARA TERAPIA VAC DE POROS CERRADOS MENORES DE 200 MICRAS DE COLOR BLANCO, RECTANGULAR DE 10 X 15 CM PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA.		
<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION. PORQUE LA DESCRIPCION ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECIFICO, NOS PERMITA COTIZAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA:</p> <p>UN KIT QUE CONTIENE: 5 APOSITOS DE APOSITO ADHERENTE DE GASA IMPREGNADA CON EMULSION PARAFINADA (PARA PROTECCION DE ORGANOS, TENDONES) DE 10X10 Y 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO(PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, RECTANGULAR, DE 25 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR; 3 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25CM +/- 2 MM POR 30 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; CON UN SOF PORT EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA RECTANGULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLE CONECTOR HEMBRA DE COLOR NARANJA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA RENASYS EZ PLUS. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: RENASYS. MODELO: EZ PLUS.</p>					
¿ se acepta nuestra solicitud					
RESPUESTA	Se elimina del presente procedimiento los renglones 591 y 592, para efectos de proceder otra forma de adquisición de dicha clave.				



PREGUNTA 6	REGLON 626 CLAVE 5049500416 :					
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="256 310 386 457">626</td> <td data-bbox="386 310 516 457">5049500416</td> <td data-bbox="516 310 1539 457"> APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO RETICULADO GRADO MÉDICO HIDROFÓBICO PORO ABIERTO, CON ORIFICIOS DE 400-600 MICRAS QUE CONTIENE PLATA DE COLOR PLATEADO, OVALADO DE 25.6 CM LARGO POR 15 CM ANCHO Y 3.2 CM ESPESOR PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA </td> </tr> </table>	626	5049500416	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO RETICULADO GRADO MÉDICO HIDROFÓBICO PORO ABIERTO, CON ORIFICIOS DE 400-600 MICRAS QUE CONTIENE PLATA DE COLOR PLATEADO, OVALADO DE 25.6 CM LARGO POR 15 CM ANCHO Y 3.2 CM ESPESOR PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA			
626	5049500416	APOSITO DE ESPUMA DE POLIURETANO RETICULADO GRADO MÉDICO HIDROFÓBICO PORO ABIERTO, CON ORIFICIOS DE 400-600 MICRAS QUE CONTIENE PLATA DE COLOR PLATEADO, OVALADO DE 25.6 CM LARGO POR 15 CM ANCHO Y 3.2 CM ESPESOR PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA				
<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION. PORQUE LA DESCRIPCION ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECIFICO, NOS PERMITA COTIZAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA:</p>						
<p>UN KIT QUE CONTIENE: 2 APOSITOS DE PLATA NANOCRISTALINA FLEXIBLE DE 10X10 Y 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO(PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, RECTANGULAR, DE 25 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR; 3 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25CM +/- 2 MM POR 30 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; CON UN SOF PORT EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA RECTANGULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLER CONECTOR HEMBRA DE COLOR NARANJA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA RENASYS EZ PLUS. PRESENTACION: PIEZA PARA SU USO EN EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: RENASYS. MODELO: EZ PLUS.</p>						
<p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>						
RESPUESTA	<p>Se elimina del presente procedimiento el renglón 626, para efectos de proceder otra forma de adquisición de dicha clave.</p>					
PREGUNTA 7	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="256 1161 386 1224">16</td> <td data-bbox="386 1161 516 1224">600407605</td> <td data-bbox="516 1161 1539 1224"> AGUJA PARA BIOPSIA DESECHABLE TIPO TRUCUT, LONGITUD 15.20 CM. CALIBRE 14 G. </td> </tr> </table>			16	600407605	AGUJA PARA BIOPSIA DESECHABLE TIPO TRUCUT, LONGITUD 15.20 CM. CALIBRE 14 G.
16	600407605	AGUJA PARA BIOPSIA DESECHABLE TIPO TRUCUT, LONGITUD 15.20 CM. CALIBRE 14 G.				
<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AGUJA PARA BIOPSIA DESECHABLE TIPO TRUCUT, LONGITUD 16 CM CM. CALIBRE 14 G. MARCA BARD</p>						
<p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>						
RESPUESTA	<p>Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases por los demás licitantes.</p>					
PREGUNTA 8	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="256 1465 386 1539">17</td> <td data-bbox="386 1465 516 1539">600407613</td> <td data-bbox="516 1465 1539 1539"> AGUJA PARA BIOPSIA, DESECHABLE, TIPO: TRUCUT. LONG. 9.65 CM. CAL. 14 G. </td> </tr> </table>			17	600407613	AGUJA PARA BIOPSIA, DESECHABLE, TIPO: TRUCUT. LONG. 9.65 CM. CAL. 14 G.
17	600407613	AGUJA PARA BIOPSIA, DESECHABLE, TIPO: TRUCUT. LONG. 9.65 CM. CAL. 14 G.				
<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AGUJA PARA BIOPSIA, DESECHABLE, TIPO: TRUCUT. LONG. 10 CM. CAL. 14 G. MARCA BARD</p>						
<p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>						
RESPUESTA	<p>Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases para los demás concursantes.</p>					
PREGUNTA 9	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="256 1791 386 1854">123</td> <td data-bbox="386 1791 516 1854">601663370</td> <td data-bbox="516 1791 1539 1854"> CÁNULA PARA BIOPSIA DE MAMA POR ESTEREOATAXIA G11. ENVASE CON 5 PIEZAS. </td> </tr> </table>			123	601663370	CÁNULA PARA BIOPSIA DE MAMA POR ESTEREOATAXIA G11. ENVASE CON 5 PIEZAS.
123	601663370	CÁNULA PARA BIOPSIA DE MAMA POR ESTEREOATAXIA G11. ENVASE CON 5 PIEZAS.				



	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CÁNULA PARA BIOPSIA DE MAMA POR ESTEREOATAxia G10. ENVASE CON 5 PIEZAS. MARCA BARD</p> <p>¿ se acepta nuestra solicitud</p>					
RESPUESTA	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases por los demás concursantes.					
PREGUNTA 10	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA ACEPTA CAPACIDAD DE 0.94 LTS EN RENGLON NO. 243</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">243</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">602180085</td> <td> <p>DEPÓSITO DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CON CAPACIDAD DE 0.94 A 1.90 LITROSPUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: DE 0.94 A 1.90 LTS.</p> </td> </tr> </table> <p>¿ se acepta nuestra solicitud?</p>			243	602180085	<p>DEPÓSITO DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CON CAPACIDAD DE 0.94 A 1.90 LITROSPUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: DE 0.94 A 1.90 LTS.</p>
243	602180085	<p>DEPÓSITO DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CON CAPACIDAD DE 0.94 A 1.90 LITROSPUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: DE 0.94 A 1.90 LTS.</p>				
RESPUESTA	No se apeg a lo descrito en las bases renglón 243, por lo tanto no se acepta.					
PREGUNTA 11	RENLÓN	375	PARTIDA			
			606030011			
	<p>MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS A BASE DE POLIPROPILENO LIGERO CON CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA PARA PONER CONTACTO CON VÍSCERAS ABDOMINALES. MEDIDA 30 X 30 CM. PIEZA.</p> <p>PREGUNTA: Se solicita a la convocante nos permita ofertar malla separadora de tejidos, cuya composición es de cPTFE la cual está diseñada para el contacto con viseras abdominales. Medida 26x36cm</p> <p>¿Se acepta?</p>					
RESPUESTA	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases por los demás concursantes.					
PREGUNTA 12	RENLÓN	376	PARTIDA			
			606030012			
	<p>MALLA SEPARADORA DE TEJIDOS A BASE DE POLIPROPILENO LIGERO CON CAPA DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA PARA PONER CONTACTO CON VÍSCERAS ABDOMINALES. MEDIDA 20 X 20 CM. PIEZA.</p> <p>PREGUNTA: Se solicita a la convocante nos permita ofertar malla separadora de tejidos, cuya composición es de cPTFE la cual esta diseñada para el contacto con viseras abdominales. Medida 20 x 30 cm.</p> <p>¿Se acepta?</p>					
RESPUESTA	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases por los demás concursantes.					
PREGUNTA 13	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA ACEPTA CAPACIDAD DE 4.73 LTS EN RENGLON NO. 244</p>					



	244	602180093	CONTENEDORES DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: 3.70 A 4.75 LITROS. PIEZA.	
	¿ se acepta nuestra solicitud			
RESPUESTA	Su propuesta se apega a lo descrito en las bases, por lo que se evaluara en función de ello.			
PREGUNTA 14	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA ACEPTA CAPACIDAD DE 7.57 LTS EN RENGLON NO. 245			
	245	602180119	DEPÓSITO DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CON CAPACIDAD DE 7.5 A 9.4 LITROS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: DE 7.50 A 9.40 LTS.	
	¿ se acepta nuestra solicitud			
RESPUESTA	No se acepta deberá apegarse a lo solicitado en el renglón 245, por lo tanto no se acepta.			
PREGUNTA 15	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA ACEPTA CAPACIDAD DE 11.30 LTS EN RENGLON NO. 246			
	246	602180127	DEPÓSITO DESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CON CAPACIDAD DE 11.30 A 13.25 LITROS.	
	¿ se acepta nuestra solicitud			
RESPUESTA	No se acepta deberá apegarse a lo solicitado en el renglón 246, por lo tanto no se acepta.			
PREGUNTA 16	292	603460015	ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5 FR Y 200 CM DE LONGITUD. TIPO TRI LOME ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE 25 MM	PIEZA
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR			
	ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5.5 FR Y 200 CM DE			

Handwritten signatures and marks are present throughout the page, including a large signature on the right side and several initials at the bottom.



	LONGITUD. TIPO TRI LOME ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE 25 MM MARCA BOSTON SCIENTIFIC			
	¿ se acepta nuestra solicitud			
RESPUESTA	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases a los demás concursantes.			
PREGUNTA 17	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA ACEPTA CAPACIDAD DE 22.70 LTS EN RENGLON NO. 247			
	247	602180135	CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZO-CORTANTES DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE. Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE. CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO- CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: DE 15.00 A 22.70.LTS.	
	¿ se acepta nuestra solicitud			
RESPUESTA	Su propuesta se apega a lo descrito en las bases, por lo que se evaluara en función de ello.			
PREGUNTA 18	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5 FR Y 200 CM DE LONGITUD ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE 30 MM			
	293	603460023	ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5.5 FR Y 200 CM DE LONGITUD ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE 30 MM	
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESFINTEROTOMO PARA VÍAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN, CALIBRE DEL CATÉTER 7 FR CON PUNTA DISTAL DE 5.5 FR Y 200 CM DE LONGITUD ESTÉRIL Y DESECHABLE CON ÁREA DE CORTE DE 30 MM MARCA BOSTON SCIENTIFIC			
	¿ se acepta nuestra solicitud			
RESPUESTA	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases por los demás concursantes.			
PREGUNTA 19	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CABLE GUÍA PARA VÍAS BILIARES CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, DIÁMETR 0.035 MM, LONGITUD 480 CM TIPO TRACER			
	325	604631838	CABLE GUÍA PARA VÍAS BILIARES CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, DIÁMETR 0.035 MM, LONGITUD 480 CM TIPO TRACER	
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CABLE GUÍA PARA VÍAS BILIARES CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, DIÁMETR 0.035 MM, LONGITUD 200 CM TIPO TRACER MARCA BOSTON SCIENTIFIC			
	¿ se acepta nuestra solicitud			
RESPUESTA	No se acepta, deberá apegarse a lo solicitado en el renglón 325, por lo tanto no se acepta.			
PREGUNTA 20	RENGLON 566 CLAVE 5042000612			
	566	5042000612	CANISTER DE RECOLECCIÓN PARA TERAPIA VAC DE 1000 ML RECOLECTOR PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA.	PIEZA C/1
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION			



PORQUE LA DESCRIPCION ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECIFICO, NOS PERMITA COTIZAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA:

CANISTER RECOLECTOR 800 ML. QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA NEGATIVA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLE CONECTOR HEMBRA DE COLOR NARANJA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA RENASYS EZ PLUS. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: RENASYS. MODELO: EZ PLUS.

¿ se acepta nuestra solicitud

RESPUESTA El Renglón 566 Clave 5042000612, se elimina.

PREGUNTA 21 RENGLON 528 4040880306

528	4040880306	<p>APOSITO PARA ABDOMEN ABIERTO, CONSTA DE UNA CAPA CPROTECTORA VISCERAL (VPL), CAPA DE CONTACTO ELABORADA A BASE DE DOS PELICULAS DE POLIUTERANO FENESTRADAS DE MANERA BALANCEADA CON UN ESPESOR DE 160 MICRONES DE FORMA OVAL DE DIMENSIONES DE 665 A 80 MM Y UNA ESPONJA ENCAPSULADA CON UN GROSOR DE 10 MM, EN FORMA DE ESTRELLA ESTERIL, LIBRE DE LATEX DOS PIEZAS DE ESPUMA DE CELULA ABIERTA DE POLIURETANO DE FORMA OVAL, EL TAMAÑO DEL PORO ES DE 500 A 600 MICRAS CUENTA CON UNA PELICULA DE APOYO Y CON RECUBRIMIENTO DE LIBERACION, EL ABORADA EN POLIURETANO Y UNA PELICULA PORTADORA DE ADEHSIVO DE ACRILICO NO SENSIBILIZANTE., RECUBIERTO DE POLIURETANO UN T.R.A.C. (THERAPEUTIC REGULATED ACCURATE CARE), UN MICROPROCESADOR AVANZADO DE CONTROL DE PRESION, QUE JUNTO CON UN TUBO MULTILUMEN., AYUDA A ASEGURAR LA PRESICION DEL SISTEMA A.V.A.C</p>	PIEZA
-----	------------	---	-------

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE Y CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION. PORQUE LA DESCRIPCION ESTA DIRIGIDA A UNA MARCA EN ESPECIFICO, NOS PERMITA COTIZAR CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA:

UN KIT QUE CONTIENE:2 APOSITOS ADBOMINALES DE PLATA NANOCRISTALINA FLEXIBLE DE 43 X 30 X 3CM 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADOS GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, RECTANGULAR, DE 43 X 30 X 3CM CM DE LARGO POR ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR; 6 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25CM +/- 2 MM POR 30 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; CON UN SOF PORT EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA RECTANGULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLE CONECTOR HEMBRA DE COLOR NARANJA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA RENASYS EZ PLUS. PRESENTACION: PIEZA. PARA SU USO EN EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESION NEGATIVA. MARCA: RENASYS. MODELO: EZ PLUS.

¿ se acepta nuestra solicitud

RESPUESTA El renglón 528 clave 4040880306, se elimina.

(Handwritten signatures and marks)



LICITANTE: ILS, INTEGRADORA LOGISTICA EN SALUD, S.A. DE C.V.

DUDAS ADMINISTRATIVAS:

PREGUNTA 1	Punto 1.- Datos Generales y de Identificación, Inciso a. Tratados de Libre Comercio que México tiene suscritos. Se solicita atentamente a la convocante nos indique que domicilio se tomara como origen del bien, cuando en el Registro Sanitario se indique un domicilio para el fabricante y otro para el Distribuidor. Favor de aclarar.
RESPUESTA:	Cuando se presente dicho supuesto se tomara el del fabricante.
PREGUNTA 2	Punto 1.- Datos Generales y de Identificación, Inciso a. Tratados de Libre Comercio que México tiene suscritos. Solicito atentamente a la convocante indique en caso que el origen del fabricante no pertenezca a algún Tratados de Libre Comercio, pero el origen de la marca si pertenezca a un Tratados de Libre Comercio, que origen se tomara en cuenta. Favor de aclarar.
RESPUESTA:	Cuando se presente dicho supuesto se tomara el origen del fabricante.
PREGUNTA 3	Punto 1.1 Objeto y Alcance. Descripción completa del material de curación, numeral 1.1.9. Se solicita atentamente a la convocante nos confirme en referencia a los bienes que no requieren Registro Sanitario, sea suficiente para cumplir con lo solicitado en este punto, la presentación del Listado de los Insumos de bajo riesgo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Favor de aclarar.
RESPUESTA:	Si se acepta su solicitud, para dicho caso presentar el listado de los insumos de bajo riesgo publicado en el Diario Oficial de la Federación.
PREGUNTA 4	Punto 3.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico, Inciso C. El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener Punto 3. Se solicita amablemente a la convocante, ratificar que para dar cumplimiento a dicho punto, sólo deberemos presentar el Currículum de mi Representada en donde se manifieste la capacidad técnica, describiendo la infraestructura administrativa, la descripción de las instalaciones, maquinaria, equipos y demás elementos técnicos necesarios para el objeto de la presente convocatoria, su metodología y la experiencia comprobable en ventas relacionadas a la presente Convocatoria, omitiendo la presentación de los 2 (dos) contratos celebrados con Organismos de Salud Estatales o Municipales del Estado de Nuevo León. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud, sin embargo podrá presentar contratos celebrados con Organismos de Salud Federales, Estatales o Municipales.
PREGUNTA 5	Mismo punto, En caso de ser negativa su respuesta al punto anterior, solicitamos a la convocante que los 2 (dos) contratos puedan ser Federales y/o de algún otro estado de la República Mexicana. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA:	Ya fue respondida en la pregunta anterior
PREGUNTA 6	Punto 3.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico, Inciso C. El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener Punto 7. Se solicita amablemente a la convocante que para cumplimiento de este punto podemos presentar sin ser causal

Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left side and several initials on the right side.



	de descalificación , Carta bajo protesta de decir verdad que cuentan con la capacidad de distribución para atender los requerimientos establecidos en estas bases, indicando el equipo actual de distribución, así mismo incluir, copia simple del contrato de distribución y prestación de servicios así como el certificado de fumigación a nombre del licitante, de los vehículos de distribución. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA:	Si se acepta, siempre y cuando se presente el contrato que señala el licitante, sin que este contrato sea obligatorio para los demás licitantes.
PREGUNTA 7	Punto 3.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico, Inciso C. El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener Punto 11. Se solicita amablemente a la convocante confirmar que la presentación de dicho punto no aplica a mi Representada si no ha establecido relación alguna con la Convocante. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud, y se elimina el punto 11 de la Convocatoria, y se modifica el punto 12, para quedar de la siguiente manera: "Para todos los licitantes que quieran participar en el presente concurso, deberán presentar como mínimo tres cartas, mediante las cuales estipulen que han prestado buen servicio ante clientes del área de salud, relativo al suministro de material de curación, mismas que la convocante se reserva el derecho de verificar dicha información, para su participación en el presente evento.
PREGUNTA 8	Punto 3.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico, Inciso C. El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener Punto 12. A letra indica "Los licitantes que quieran participar en el presente concurso y no hayan establecido una relación comercial con la Convocante, deberán presentar como mínimo cuatro cartas, mediante las cuales estipulen que han prestado buen servicio ante otros clientes del área de salud, mismas que la Convocante se reserva el derecho de verificar dicha información, para su participación en el presente evento." Solicitamos amablemente a la Convocante, favor de indicar si por clientes del área de salud se podrán contemplar otras dependencias del sector gobierno y/o OPD, Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA:	Respecto a dicha duda, ya se dio respuesta en la pregunta anterior
PREGUNTA 9	Punto 3.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico, Inciso C. El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener Punto 11 y 12. Solicitamos atentamente a la Convocante que ratifique que el cumplimiento de cualquiera de los puntos antes mencionados, (11 o 12) será suficiente ya que ambos refieren a las Cartas de Buen Servicio. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA:	Respecto a dicha duda, ya se dio respuesta en la pregunta 7 de este mismo licitante.
PREGUNTA 10	Punto 3.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico, Inciso C. El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener Inciso C. Punto 13. Solicitamos atentamente a la Convocante que para este punto en el cual solicitan el Alta de Hacienda que demuestre que cuenta con Almacén dentro del Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, sea suficiente entregar Aviso de Funcionamiento y/o Contrato de Arrendamiento a nombre del licitante con el cual se demuestre que se cuenta con Almacén dentro del Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA:	Se modifica el punto 13, quedando de la siguiente manera "Escrito en el cual garanticen que se comprometen a cumplir con los horarios de entrega de materiales de curación, de acuerdo a lo solicitado en el punto 1.2 de estas bases, además deberá de comprobar mediante el alta en hacienda que cuenta con Almacén dentro del Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, sin embargo; se

Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left side and several initials on the right side.



	acepta que presente el Aviso de Funcionamiento y/o contrato de arrendamiento, esto último sin que sea obligatorio para los demás licitantes"
PREGUNTA 11	Punto 3.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico, Inciso C. El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener Inciso C. Punto 14 Solicitamos amablemente a la convocante nos permita entregar Copias de registros sanitarios legibles y por ambos lados así como muestras físicas de cuando menos 60% de los insumos ofertados y carta compromiso de que si resultan adjudicados cumplirán con la entrega del 40% restante a la firma del contrato. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud, los registros sanitarios deberá de presentar lo requerido en el punto 1.1.9 de la convocatoria
PREGUNTA 12	Punto 3.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico, Inciso C. El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener Inciso C. Punto 18. Solicitamos amablemente a la convocante confirmar que para cumplimiento de dicho punto será suficiente presentar los procedimientos completos de nuestro sistema de gestión de calidad a nombre del licitante. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA:	Se acepta que el licitante presente documento o documentos emitidos por la Entidad Certificadora en la que indique que ha aprobado la certificación, comprometiéndose el licitante que resulte adjudicado a presentar la Constancia de Certificación una vez recibido.
PREGUNTA 13	Punto 3.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico, Inciso C. El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener Inciso C. Punto 28. Solicitamos amablemente a la convocante que para dar cumplimiento a lo enunciado en dicho punto referente al predial del domicilio fiscal del Licitante, nos permita presentar un Contrato de Arrendamiento suscrito en la Ciudad de Monterrey entre mi Representada y un arrendador, sin que esto sea motivo de descalificación. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA:	Se acepta su solicitud.
PREGUNTA 14	Punto 3.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico, Inciso C. El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener Inciso C. Punto 28. Es correcto entender que en el caso de que mi representada Cuente con Contratos de Prestación de Servicios de Personal (Outsourcing), Contratos de Arrendamiento Vehicular y Contrato de Arrendamiento de Instalaciones, bastara con presentar copia simple de los contratos antes mencionados. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA:	Si es correcta su apreciación
PREGUNTA 15	Punto 3.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico, Inciso C. El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener Inciso C. Punto 28. Solicitamos amablemente a la convocante que para dar cumplimiento a lo enunciado en dicho punto referente el documento actualizado expedido por el S.A.T., en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, nos permita presentar el documento de opinión 32-D referente al cumplimiento de dichas obligaciones a nivel federal. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA:	Si se acepta su solicitud
PREGUNTA 16	Punto 3.- Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico,



	Inciso D. El sobre de propuesta económica deberá contener Punto 1; ANEXOS 3, 4 y 10. Solicitamos amablemente a la Convocante favor de confirmar que el Anexo 10 será presentado sólo por el Licitante adjudicado, por lo cual, para dar cumplimiento al contenido del sobre de Propuesta económica, bastará con presentar los anexo 3 y 4, así como el CD o USB que contenga el desglose de la oferta económica en formato Excel, sin que esto sea motivo de descalificación. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA:	Es correcta su apreciación, el Anexo 10 solo será presentado por el licitante que resulte adjudicado
PREGUNTA 17	Anexo 7. Solicitamos amablemente a la Convocante tomando como sustento el Punto 2.1 inciso b. de las presentes bases que a la letra dice "Tratándose de Personas Morales: Los representantes de los licitantes deberán de acreditar dentro del periodo de inscripción su existencia legal y la personalidad jurídica que ostentan para la suscripción de las propuestas y, en su caso, firma del contrato, acreditación que se hará mediante Acta Constitutiva en Escritura Pública debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y/o Poder ratificado ante Notario Público. Solicito sea opcional que el Poder Notarial del representante legal cuente con Registro Público de la propiedad.
RESPUESTA:	Si se acepta su solicitud, siempre que presente original para su cotejo
PREGUNTA 18	Anexo 7. En caso de ser negativa la respuesta anterior solicito atentamente a la convocante me permita presentar carta de notario público en la cual se manifieste que la inscripción ante el Registro público de comercio se encuentra en trámite.
RESPUESTA:	Ya se dio respuesta a esta duda en la pregunta anterior

LICITANTE: ILS, INTEGRADORA LOGÍSTICA EN SALUD, S. A. DE C. V.

DUDAS TÉCNICAS:

PREGUNTA 1	Anexo 1-A Renglón 351 Clave 605500784 , Renglón 352 Clave 605500800 , Renglón 357 Clave 605501014, Renglón 374 Clave 605990027, Renglón 399 Clave 608200978, Renglón 568 Clave 5042331007, Renglón 569 Clave 5042331008, Renglón 570 Clave 5042331009, Renglón 571 Clave 5042331010, Renglón 572 Clave 5042331011, Renglón 573 Clave 5042331012, Renglón 574 Clave 5042331013, Renglón 575 Clave 5042331014, Renglón 576 Clave 5042331015, Renglón 577 Clave 5042331016, Renglón 578 Clave 5042331033, Renglón 579 Clave 5042331037, Renglón 580 Clave 5042331038, Renglón 581 Clave 5042331040, Renglón 589 Clave 5044560002, Renglón 592 Clave 5044700092 y Renglón 626 Clave 5049500416. De acuerdo con el anterior proceso licitatorio No. LP-919044992-I4-2015 donde fueron eliminados estos renglones, Solicito atentamente a la convocante sean eliminados nuevamente. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se acepta su solicitud.

PREGUNTA 2	Anexo 1-A Renglón 33, 54, 97, 277, 304, 305, 485, 535, 583, 584, 586, 587, 590, 595, 600, 603 y 624. Solicito atentamente a la convocante proporcione una descripción comercial y/o modelo para estos renglones.
-------------------	--

REGLÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UM	PRESENTACION	CANTIDAD
33	600660963	ANTISEPTICO Y GERMICIDA DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL COMPUESTO POR ORTOFTALALDEHIDO AL 0.55 %, CON 3.785 L	ENVASE	C/1	30



54	600880769	APÓSITO DE HIDROGEL CON ALGINATO SÓDICO PARA GRANULACIÓN Y EPITELIZACIÓN. TAMAÑO 15 X 20 CM. PIEZA.	ENVASE	C/1	11
97	601510050	CAMPANA PARA CIRCUNCION ESTERIL, DESECHABLE. TIPO HOLLISTER TAMAÑO NO. 2	PIEZA	C/1	16
277	603451003	EQUIPO PARA TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA CON EQUIPO COMPLETO PARA TÉCNICA DE SELDINGER Y CÁNULA 8, 8.5 Y 9 FR. PIEZA.	PIEZA	C/1	13
304	604460014	GRAPA HEMOSTÁTICA. DE TITANIUM, FERRONOMAGNETICAS, CON PINZA DESECHABLE Y CARTUCHO CON GRAPAS. TAMAÑO: CHICO	JUEGO O ESTUCHE	C/20	3
305	604460022	GRAPA HEMOSTÁTICA. DE TITANIUM, FERRONOMAGNETICAS, CON PINZA DESECHABLE Y CARTUCHO CON GRAPAS. TAMAÑO MEDIANO	JUEGO O ESTUCHE	C/20	2
485	609460019	VASO PARA MEDICAMENTOS DE VIDRIO, CAPACIDAD: 30 ML (1 ONZA)	PIEZA	C/1	38
535	4043450315	EQUIPO COMPLETO CON CATETER PERCUTANEO DE 4 FR. 100% SILICON DE 30 CMS. DE LONG. CON MARCA RADIOPACA C/5 CMS. CON CONECTOR LUER-LOCK, 2 INTRODUCADORES, CON CAMPOS DESECHABLES, JERINGAS, APOSITO TRANSPARENTE, TUERAS, PINZA, COTONETES C/YODOPOVIDONA Y ALCOHOL DE 2 VIAS	EQUIPO	C/1	30
583	5043300015	ELECTRODO MONOPOLAR DESECHABLE DE 50MM. DE LARGO 902-MG 650	CAJA	C/48	5
584	5043300020	ELECTRODO MONOPOLAR DESECHABLE DE 75MM. DE LARGO 902-MG	CAJA	C/24	2
586	5043300040	ELECTRODOS DE PARCHÉ DE 3"	JUEGO	C/1	404
587	5043300050	ELECTRODO DE DISCO 2MM. P/ELECTROMIOGRAFIA CAT.# 6030	PIEZA	C/1	5
590	5044561002	EQUIPO COMPLETO PARA ANESTESIA EPIDURAL CON LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA ASEPSIA, INFILTRACIÓN Y PROCEDIMIENTO. COMPONENTES PARA ASEPSIA: 3 ISOPOS DE PLÁSTICO CON ESPONJA 1 SOBRE DE YODO POVIDONA (10Z), 2 CAMPOS ABSORBENTES, 3 GASAS, CAMPO HENDIDO, RECIPIENTE MÓVIL PARA YODO. CONTIENE TODOS LOS ELEMENTOS PARA INFILTRACIÓN: JERINGA 3ML, 2 AGUJAS HIPODÉRMICAS (22G, 25G X 38 MM) 1 AGUJA FILTRO (19 G X 38 MM), CONTIENE TODOS LOS ELEMENTOS PARA PROCEDIMIENTO: AGUJA TUOHY 18 G, FILTRO EPIDURAL, JERINGA DE 20ML, CATÉTER EPIDURAL DE POLIAMIDA (NYLON) 20G, 1 JERINGA DE BAJA RESISTENCIA EPILORCONECTOR PARA CATÉTER, ESTERIL Y DESECHABLE.	EQUIPO	C/1	27
595	5045300080	ELECTRODO FACIAL DE 1"	PIEZA	C/1	314
600	5046030017	MALLA DE POLIPROPILENO ESTÁNDAR CON CUBIERTA DE ÁCIDO HIALURÓNICO Y CARBOXIMETILCELULOSA RECTANGULAR DE 12 X 14 PULGADAS, (30.5 X 35.6 CM)	PIEZA	C/1	5
603	5046930007	PARAFINA PREPARADA CON PUNTO DE FUSION DE 37 GRADOS	BOLSA	C/1	71
624	5049500383	APOSITO HIDROPOLIMERICO 18 CM X 18 CM C/5 PIEZAS	ENVASE	C/5	2

RESPUESTA Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.

PREGUNTA 3 Anexo 1-A, Renglón 27 Clave 600660872. Solicito atentamente a la convocante nos permita ofertar para este renglón la descripción de Cuadro Básico: (Detergente enzimático, con actividad proteolítica. Concentrado, para utilizarse en instrumental y equipo médico. POLVO: Sobre en polvo con 20 a 25 g. envase desde 10 a 100 sobres o Líquido: Frasco con 1 a 5 litros, dosificador integrado o con capacidad para integrar el dosificador. La dilución y el empleo del producto concentrado serán de acuerdo a las instrucciones del fabricante). En presentación por litro diluido, sin que esto afecte la solvencia de mi propuesta. Favor de aclarar.

RESPUESTA Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases a los demás concursantes.



PREGUNTA 4	Anexo 1-A, Renglón 28 Clave 600660880. Se solicita a la convocante, nos permita cotizar en base a litro diluido, en el entendido que el litro diluido está acorde a la descripción SOLUCION CONCENTRADA ESTERILIZANTE EN FRIO DEL 8 AL 12.5% DE GLUTARALDEHIDO, PARA PREPARAR UNA DILUCION DE USO FINAL DEL 2 AL 3.5%, con el objetivo de que la convocante pueda tener un comparativo de igualdad de circunstancias del costo en base a los rendimientos de cada producto, esto ya que no todos los productos del mercado poseen las mismas condiciones de rendimiento en sus concentraciones. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases a los demás concursantes.
PREGUNTA 5	Anexo 1-A, Renglón 241 Clave 602070014 y Renglón 242 Clave 602070015. Solicito atentamente a la convocante indique marca del equipo debido a que estos consumibles deben coincidir con el equipo al cual se adaptaran. Favor de aclarar.
RESPUESTA	Se deberá apegar a la descripción referenciada en las bases, ya que está fuera de la competencia de la convocante cerrar descripción a un formato comercial en particular.
PREGUNTA 6	Anexo 1-A, Renglón 570 Clave 5042331009 Descripción INDICADOR QUÍMICO, CINTA TESTIGO, PARA ESTERILIZACIÓN EN Anexo 1-A, Renglón 316 Clave 604560623, 317 Clave 604560631, 318 Clave 604560649 Se Solicita atentamente a la convocante nos permita entregar para estas claves producto de fabricación en Malasia haciendo una excepción, debido a que no existe en el mercado fabricante con domicilio de procedencia en TLC, de no ser posible solicitamos se eliminen las partidas por no existir producto en el mercado fabricado en países con TLC/ México.
RESPUESTA	No se acepta, se eliminan dichos renglones del anexo 1A.
PREGUNTA 7	Anexo 1-A, Renglón 375 Clave 606030011. Solicito amablemente a la convocante me permita ofertar para este renglón malla de 30.5 x 30.5, sin que esto afecte la solvencia de mi propuesta. Favor de aclarar.
RESPUESTA	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases a los demás participantes.
PREGUNTA 8	Anexo 1-A, Renglón 376 Clave 606030012. Solicito atentamente a la convocante me permita ofertar para este renglón medida de 20 X 25 ovalo, sin que esto afecte la solvencia de mi propuesta. Favor de aclarar.
RESPUESTA	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases a los demás participantes.
PREGUNTA 9	Anexo 1-A, Renglón 530 Clave 4041250310. Solicito amablemente a la convocante me permita ofertar para este renglón la medida de 38 X 61 X 12.5, sin que esto afecte la solvencia de mi propuesta. Favor de aclarar.
RESPUESTA	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases a los demás participantes.
PREGUNTA 10	Anexo 1-A, Renglón 531 Clave 4041250311. Solicito atentamente a la convocante me permita ofertar para este renglón medida 11 X18 X 4, sin que esto afecte la solvencia de mi propuesta. Favor de aclarar.
RESPUESTA	Se acepta, sin limitar se proponga lo solicitado en las bases a los demás participantes.
PREGUNTA 11	Anexo 1-A, Renglón 598 Clave 5045500610. Solicito atentamente a la convocante me permita ofertar para este renglón caja con 50 partidas, sin que esto afecte la solvencia de mi propuesta. Favor de aclarar.
RESPUESTA	Se acepta, sin que se vea afectado el total y sin limitar se proponga lo solicitado en las bases a los demás participantes.
PREGUNTA 12	Anexo 1-A, Renglón 628 Clave 5049500530, Renglón 629 Clave 5049500531, Renglón 631 Clave 5049500550. Solicito amablemente a la convocante, poder ofertar para estos renglones marca diferente a



	AMBU debido que esta marca es de origen chino. Favor de pronunciarse al respecto.
RESPUESTA:	Se acepta, ya que en lo solicitado el término AMBU se utiliza como algo genérico, y se refiere a bolsa de asistencia ventilatoria o de resucitación.

LICITANTE: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V.	
DUDAS ADMINISTRATIVAS:	
PREGUNTA 1	<p>Punto 1. Datos Generales y de Identificación; 1.1 Objeto y alcance. Descripción completa del material de curación. Punto 1.1.5 y Punto 3. Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico; Inciso C; El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener; Punto 15.</p> <p>Solicitamos amablemente a la Convocante nos confirme que será suficiente entregar una sola vez el Aviso de Funcionamiento que solicitan en estos dos puntos de las bases.</p>
RESPUESTA:	Si es correcta su apreciación.
PREGUNTA 2	<p>Escritos, Anexos y Propuestas.</p> <p>Solicitamos amablemente a la Convocante nos confirme que la manera correcta para dirigir escritos, anexos y demás documentos ser a de la siguiente manera:</p> <p>“LIC. JOSÉ DE JESÚS GARZA ESCAMILLA Director Administrativo Servicios de Salud de Nuevo León O.P.D. Presente.”</p>
RESPUESTA:	Es correcta su apreciación.
PREGUNTA 3	<p>Punto 3. Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico; Inciso C; El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener; Punto 9.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que para cumplir con este punto bastara entregar el 70% de las cartas de apoyo.</p>
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud.
PREGUNTA 4	<p>Punto 3. Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico; Inciso C; El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener; Punto 9.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que la carta de apoyo podrá ser expedida por el Titular del Registro Sanitario y/o Fabricante y/o Distribuidor Mayorista.</p>
RESPUESTA:	No se acepta, deberá cumplir lo solicitado en el punto 9 inciso c) numeral 3.
PREGUNTA 5	<p>Punto 3. Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico; Inciso C; El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener; Puntos 11 y 12.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que para cumplir con los puntos en mención podemos presentar una carta elaborada por el Hospital Regional Materno Infantil de Nuevo León y tres</p>

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



	<p>cartas de otros clientes del Sector Salud donde se manifieste los requerido.</p> <p>Lo anterior debido a que mi representada únicamente tiene relación comercial con el Hospital Regional Materno Infantil de Nuevo León en el Estado de Nuevo León.</p>
RESPUESTA:	<p>No se acepta su solicitud, y se elimina el punto 11 de la Convocatoria, y se modifica el punto 12, para quedar de la siguiente manera: "Para todos los licitantes que quieran participar en el presente concurso, deberán presentar como mínimo tres cartas, mediante las cuales estipulen que han prestado buen servicio ante clientes del área de salud, en lo relativo a material de curación, mismas que la convocante se reserva el derecho de verificar dicha información, para su participación en el presente evento.</p>
PREGUNTA 6	<p>Punto 3. Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico; Inciso C; El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener; Punto 25.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante nos confirme que en caso de que mi representada no pertenezca a la estratificación como MYPIME, bastara con presentar dicho formato con marca de agua de "NO APLICA" a fin de cumplir con este punto.</p>
RESPUESTA:	<p>Es correcta su apreciación.</p>
PREGUNTA 7	<p>Punto 3. Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico; Inciso B. Presentación de las Propuestas, Segundo párrafo.</p> <p>"...contener firma autógrafa del representante legal de la compañía en el frente de todos los documentos; la falta de presentación, omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos y documentos antes señalados será motivo de rechazo de sus propuestas."</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante bastara con presentar firma al final de cada uno de los formatos y rubrica en el frente de estos.</p>
RESPUESTA:	<p>No es correcta su apreciación, solo las cartas, declaraciones, escritos bajo protesta de decir verdad emitidos por el licitante, propuestas técnicas y económicas son las que deberán ser firmadas por el representante legal, de conformidad con el artículo 74 fracción XIV primer párrafo del reglamento. Los manuales de calidad y los registros sanitarios no requerirán firma autógrafa del representante legal de la compañía.</p>
PREGUNTA 8	<p>DATOS GENERALES Y DE IDENTIFICACIÓN. INCISO h. La adquisición del material de curación requeridos por la Convocante, se realizará con recursos del tipo de presupuesto 110101 FASSA, Programas 470508, 940808, 010508, 350508, 020508 y 950808, Partida 25401 y con Recursos del presupuesto Seguro Popular Anexo IV, programas 010508 y 020508, partida 25401 ambos con cargo diversas unidades.</p> <p>Solicitamos atentamente a la licitante nos indique el techo presupuestal de la presente licitación.</p>
RESPUESTA:	<p>La presente licitación no es una subasta electrónica inversa, en la cual se oferta a la baja de acuerdo al precio de referencia; en este caso es una licitación pública presencial en donde se oferta a sobre cerrado, por lo que no es posible proporcionar el techo presupuestal.</p>
PREGUNTA 9	<p>Período y lugar de entrega del material de curación. Inciso b. El horario de entrega de los insumos en las Unidades: será de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Sin embargo cuando se requieran solicitudes de urgencia éstas deberán de cubrirse las 24:00 horas del día los 365 días del año.</p> <p>Se solicita a la convocante considere como una urgencia a la falta de algún material de curación por</p>

Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the right side of the table and several smaller ones at the bottom.



	causas que se pudiesen atribuir al incumplimiento en la entrega de los mismos por parte del licitante y no a errores en la solicitud por parte de la unidad para lo cual se pudiese considerar el plazo de 7 días para la entrega de los mismos.
RESPUESTA:	No se acepta, la urgencia será calificada por la Convocante.
PREGUNTA 10	<p>EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: PUNTO 11. Se presentarán 3 cartas selladas y firmadas por 3 diferentes Administradores de las Unidades locales de la Convocante (Dos hospitales y una Jurisdicción) y deberán ser en original y 3 Unidades foráneas (fuera del área metropolitana de la ciudad de Monterrey) de la Convocante (Dos hospitales y una Jurisdicción), mediante la cual especifique que ha prestado un buen servicio en el abasto de Materiales de curación.</p> <p>En caso de solo haber establecido relación con el hospital regional de alta especialidad materno infantil solicitamos a la convocante nos permita presentar solo la carta de este hospital para dar cumplimiento a este punto.</p>
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud, y se elimina el punto 11 de la Convocatoria, y se modifica el punto 12, para quedar de la siguiente manera: "Para todos los licitantes que quieran participar en el presente concurso, deberán presentar como mínimo tres cartas, mediante las cuales estipulen que han prestado buen servicio ante clientes del área de salud, en lo relativo a material de curación, mismas que la convocante se reserva el derecho de verificar dicha información, para su participación en el presente evento.
PREGUNTA 11	<p>EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: PUNTO 1.2. Los licitantes que quieran participar en el presente concurso y no hayan establecido una relación comercial con la Convocante, deberán presentar como mínimo cuatro cartas, mediante las cuales estipulen que han prestado buen servicio ante otros clientes del área de salud, mismas que la Convocante se reserva el derecho de verificar dicha información, para su participación en el presente evento.</p> <p>Solicitamos a la convocante en base a la respuesta dada a la pregunta anterior nos indique cuantas cartas requiere de clientes del sector salud para dar cumplimiento a este punto.</p>
RESPUESTA:	Se aclara que no está especificado que se trate de clientes del sector salud, Para todos los licitantes que quieran participar en el presente concurso, deberán presentar como mínimo tres cartas, mediante las cuales estipulen que han prestado buen servicio ante clientes del área de salud, en lo relativo a material de curación, mismas que la convocante se reserva el derecho de verificar dicha información, para su participación en el presente evento.
PREGUNTA 12	<p>Punto 3. Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico; Inciso C; El sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener; Punto 23.</p> <p>Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar productos de cualquier origen, lo anterior debido a que en la presente licitación están licitando un servicios de abasto integral y no así la adquisición de cada uno de los productos. Por lo anterior deberá bastar con que la empresa licitante sea de nacionalidad mexicana o bien de algún país con el que México tenga suscrito algún Tratado de Libre Comercio vigente.</p>
RESPUESTA:	No se acepta, los materiales solicitados deberán ser de origen de países con los que México tenga Tratado.



LICITANTE: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.

DUDAS TÉCNICAS:

PREGUNTA 1	<p>Renglón 27, Clave 600660872 detergente o limpiador monoenzimatico, compuesto de cloruro de dodecil o didetcl dimetilamonio, enzimas proteoliticas, ph que asegure la acción optima de las enzimas, activo en todo tipo de agua, no corrosivo. Sobre con 20 a 25 g.</p> <p>Solicitamos a la convocante nos permita cotizar Detergente Limpiador multi-enzimático y bacteriostático de instrumental quirúrgico en presentación de 1 Litro (Liquido) en vez de Sobre de 20 a 25 gr presentación con C/6 (Polvo).</p>
RESPUESTA:	<p>No se acepta, ya que las unidades requieren que los productos que se utilizan para la esterilización tengan actividad bactericida y no bacteriostático.</p>
PREGUNTA 2	<p>Renglón 66, Clave 601180052, biberón de vidrio con mamila, tapa de rosca, capuchón protector, capacidad: 120 ml.</p> <p>Solicitamos a la convocante nos especifique si el Biberón deberá cotizarse en Vidrio o Plástico de acuerdo a sus procesos de Esterilizado.</p>
RESPUESTA:	<p>Puede ofertar en vidrio o plástico.</p>
PREGUNTA 3	<p>Renglón 67, Clave 601180102, BIBERON DE VIDRIO CON MAMILA, TAPA DE ROSCA, CAPUCHON PROTECTOR. CAPACIDAD: 240 ML.</p> <p>Solicitamos a la convocante nos especifique si el Biberón deberá cotizarse en Vidrio o Plástico de acuerdo a sus procesos de Esterilizado.</p>
RESPUESTA:	<p>Puede ofertar en vidrio o plástico.</p>
PREGUNTA 4	<p>Renglón 70, clave 601250483, bolsa de propileno, desechable, flexible, transparente, para aspiración y recolección de fluidos corporales, con tapa de poliestireno ensamblada en una sola pieza con cuatro puertos, cada puerto con leyenda indicando su función. 60 puerto para paciente: con válvula plástica antirreflujo, ángulo recto con conector tipo macho removible para adaptarse a todo tipo de tubería, diámetro interno 6 mm. 2. puerto para vacío: con válvula de seguridad integrada de polipropileno y filtro de material absorbente integrado, con capacidad para atrapar microparticulas de hasta 0.45 micras. 3. puerto para conexión de bolsas en serie (tandem) con conector a presión tipo hembra, diámetro interno de 7 mm. 4. puerto para accesorios para toma de muestra, o bien opcional para poder verter el polvo gelatinizante, diámetro interno 7 mm. Capacidad 1000 ml.</p> <p>Solicitamos a la convocante nos indique si se tiene alguna especificación en cuanto a este material por el tipo de soporte requerido para su adecuada instalación y uso.</p>
RESPUESTA:	<p>La descripción es la descrita en las bases y el soporte se deberá incluir por el proveedor adjudicado en coordinación con las unidades aplicativas, en función de la marca ofertada.</p>
PREGUNTA 5	<p>Renglón 71, Clave 601250491, bolsa de propileno, desechable, flexible, transparente, para aspiración y recolección de fluidos corporales, con tapa de poliestireno ensamblada en una sola pieza con cuatro puertos, cada puerto con leyenda indicando su función. 60 puerto para paciente con válvula plástica antirreflujo, ángulo recto con conector tipo macho removible para adaptarse a todo tipo de tubería, diámetro interno 6 mm. 2. puerto para vacío: con válvula de seguridad integrada de polipropileno y filtro de material absorbente integrado, con capacidad para atrapar microparticulas de hasta 0.45 micras. 3.</p>



	puerto para conexión de bolsas en serie (tandem) con conector a presión tipo hembra, diámetro interno de 7 mm. 4. puerto para accesorios para toma de muestra, o bien opcional para poder verter el polvo gelatinizante, diámetro interno 7 mm. Capacidad 1500 ml. Solicitamos a la convocante nos indique si se tiene alguna especificación en cuanto a este material por el tipo de soporte requerido para su adecuada instalación y uso.
RESPUESTA:	La descripción es la descrita en las bases y el soporte se deberá incluir por el proveedor adjudicado en coordinación con las unidades aplicativas, en función de la marca ofertada.
PREGUNTA 6	Renglón 72, Clave 601250533, bolsa de propileno, desechable, flexible, transparente, para aspiración y recolección de fluidos corporales, con tapa de poliestireno ensamblada en una sola pieza con cuatro puertos, cada puerto con leyenda indicando su función. 60 puerto para paciente: con válvula plástica antirreflujo, ángulo recto con conector tipo macho removible para adaptarse a todo tipo de tubería, diámetro interno 6 mm. 2. puerto para vacío: con válvula de seguridad integrada de polipropileno y filtro de material absorbente integrado, con capacidad para atrapar micropartículas de hasta 0.45 micras. 3. puerto para conexión de bolsas en serie (tandem) con conector a presión tipo hembra, diámetro interno de 7 mm. 4. puerto para accesorios para toma de muestra, o bien opcional para poder verter el polvo gelatinizante, diámetro interno 7 mm. Capacidad 3000 ml. Solicitamos a la convocante nos indique si se tiene alguna especificación en cuanto a este material por el tipo de soporte requerido para su adecuada instalación y uso.
RESPUESTA:	La descripción es la descrita en las bases y el soporte se deberá incluir por el proveedor adjudicado en coordinación con las unidades aplicativas, en función de la marca ofertada.
PREGUNTA 7	Renglón 229, Clave 601890304, cepillo para uso quirúrgico, de plástico de forma rectangular, con dos agarraderas laterales simétricas y cerdas de nylon. Solicitamos a la convocante nos indique si el material descrito se refiere a un cepillo sin Solución Antiséptica.
RESPUESTA:	No es correcta su apreciación, debe ser con solución antiséptica
PREGUNTA 8	Renglón 283, Clave 603452152, equipo para bloqueo mixto (epidural-subdural) básico, estéril, desechable. Contiene: a) aguja tipo touhy calibre 16 ó 17 g, longitud de 75 a 91 mm, con adaptador luer lock hembra y mandril, plástico con botón indicador de orientación del bisel, con o sin orificio en la parte curva del bisel. b) catéter epidural con adaptador guía, estéril, desechable, calibre 18 ó 19 g, de material plástico flexible, radiopaco, resistente a acodaduras, con marcas indelebles cm a cm iniciando a partir de 4.8 a 5.5 cm del primer orificio proximal, (hasta 20 cm con punta roma sin orificio, con bordes uniformemente redondeados, con orificios laterales distribuidos en forma de espiral en 1.5 cm a partir de la punta del extremo proximal y con longitud de 900 a 1050 mm. c) sujetador para catéter, estéril y desechable, con conector luer lock hembra, con tapón que permita la unión entre el catéter epidural y la jeringa o el filtro antibacteriano. Solicitamos a la convocante nos especifique el calibre de la aguja Tohu y que se estará requiriendo 16 ó 17 G.
RESPUESTA:	El calibre podrá ser cualquiera de los dos, y el proveedor deberá especificar cuál oferta en el anexo correspondiente.
PREGUNTA 9	Renglón 371, Clave 605980010, llave de 4 vías con marcas indicadoras del sentido en el que fluyen las soluciones y posición de cerrado, aditamento de cierre luer lock (móvil) en el ramal de la llave, que se conecta al tubo de la extensión. Tubo de extensión removible de plástico grado medico, longitud 80 cm y diámetro interno 2.7 mm. mínimo, conector luer lock hembra en el extremo del tubo que se conecta con la llave y conector luer macho en el extremo proximal, con aditamento de cierre luer lock (móvil).



	Solicitamos a la convocante confirmar si esta clave no se duplica con la 605980036, de ser así considerar unificar las cantidades requeridas.
RESPUESTA:	No se duplica por lo que deberá ofertar de acuerdo a lo publicado en las bases.
PREGUNTA 10	Renglón 470, Clave 608790143, termómetro clínico. De vidrio transparente, con mercurio químicamente puro, escala graduada en grados centígrados (35.5 a 41) con subdivisiones en décimas de grado. Rectal. Solicitamos a la convocante nos confirme si se podrá cotizar Termómetro de Vidrio con Mercurio.
RESPUESTA:	El renglón 470, clave 608790143, se elimina.
PREGUNTA 11	Renglón 471, Clave 608790150, termómetro clínico. De vidrio transparente, con mercurio químicamente puro, escala graduada en grados centígrados (35.5 a 41) con subdivisiones en décimas de grado. Oral. Solicitamos a la convocante nos confirme si se podrá cotizar Termómetro de Vidrio con Mercurio.
RESPUESTA:	Renglón 471, clave 608790150, se elimina.

LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	
DUDAS ADMINISTRATIVAS	
PREGUNTA 1	1.1 OBJETO Y ALCANCE, NUMERAL 1.1.5 Solicitamos a la convocante para cumplir con este requisito y con la finalidad de garantizar abasto oportuno, los licitantes cuenten con Almacén y Farmacia establecidos en el área metropolitana Estado de Nuevo León, exhibiendo Licencia Sanitaria y Avisos de Funcionamiento de estos locales, con lo cual garantiza a la convocante que tener un mejor servicio de abasto de los insumos durante la vigencia del contrato.
RESPUESTA:	No se acepta, deberá de apegarse a lo solicitado en el punto 1.1.5 de la Convocatoria.
PREGUNTA 2	1.2.1, PERIODO DE SUMINISTRO DEL MATERIAL DE CURACION, INCISO C. Solicitamos a la convocante que amplíe el tiempo de entrega para las ordenes de envío, lo anterior debido a que los 7 días son insuficientes para cumplir con el abasto oportuno.
RESPUESTA:	No se acepta, por las necesidades de los insumos, la entrega deberá ser a la mayor brevedad.
PREGUNTA 3	1.2.1, PERIODO DE SUMINISTRO DEL MATERIAL DE CURACION, INCISO C. En caso de que su respuesta a la pregunta anterior sea negativa, solicitamos a la convocante con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con las entregas de insumos, nos proporcione el consumo promedio mensual de cada hospital y/o jurisdicción.
RESPUESTA:	Las cantidades promedio total ya están definidas en el anexo 1 A; sin embargo dicha información específica, será proporcionada por cada unidad aplicativa al licitante ganador.
PREGUNTA 4	PUNTO 3, INCISO C) NUMERAL 3. CURRICULUM, LISTADO DE VEHICULOS Con la finalidad de garantizar el Abasto de Insumos a su entera satisfacción; y respecto al listado de vehículos que solicita en este punto, solicitamos a la convocante que los licitantes demuestren que cuenta con vehículos instalados en el estado de Nuevo León, con ello la Convocante tendrá la garantía de que el licitante ganador podrá cubrir en tiempo y forma con las entregas de los bienes.
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud.
PREGUNTA 5	PUNTO 3, INCISO C) NUMERAL 7 Respecto a las copias de las tarjetas de circulación de los vehículos de toda la flota propia o arrendada, Solicitamos a la convocante que el licitante demuestre que los vehículos con que cuenta se encuentran instalados o corresponden al estado de Nuevo León, que es el lugar de prestación del servicio, esto con la finalidad de garantizar el abasto oportunamente.

Matamoros 520 Cste., Zona Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000 Tel: (81) 8130-7000
 www.nl.gob.mx

Nuevo León
 LA NUEVA INDEPENDENCIA



RESPUESTA:	No se acepta su solicitud.
PREGUNTA 6	PUNTO 3, INCISO C) NUMERAL 16 Y 1.1 OBJETO Y ALCANCE, NUMERAL 1.1.8 Solicitamos a la convocante con respecto a la presentación de Muestras , ratifique que Las muestras deberán entregarse un día antes del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas técnicas, en el Almacén Central ubicado en Prolongación Díaz Ordaz No. 204, Col. Díaz Ordaz, San Nicolás de los Garza, N. L., en un horario de 9:00 a 14:00 horas.
RESPUESTA:	Las muestras se deberán entregar el día 25 de Enero del 2016, de 09:00 a 14:00 horas, en el almacén del Hospital Metropolitano "Dr. Bernardo Sepúlveda" ubicado en Avenida López Mateos No. 4600, Colonia Bosques del Nogalar, San Nicolás de la Garza N.L.
PREGUNTA 7	PUNTO 3, INCISO C) NUMERAL 16 Y 1.1 OBJETO Y ALCANCE, NUMERAL 1.1.8 Solicitamos a la convocante nos permita presentar muestras por familia.
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud y se modifica el porcentaje requerido, debiendo entregar el 90% de muestras por familia, ya que en virtud de que en la primera vuelta de la licitación de este procedimiento, se observó que la mayoría de los participantes tuvieron observaciones en las muestras presentadas tanto en cantidad, calidad y en algunos se abstuvieron de presentar dichas muestras para algunos renglones.
PREGUNTA 8	PUNTO 3, INCISO C) NUMERAL 16 Y 1.1 OBJETO Y ALCANCE, NUMERAL 1.1.8 Solicitamos a la convocante en los casos que la presentación de los insumos se refiera a caja c/100 piezas nos permita presentar solamente una pieza de la caja.
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud.
PREGUNTA 9	PUNTO 3, INCISO C) NUMERAL 14 Y 1.1 OBJETO Y ALCANCE, NUMERAL 1.1.9 Solicitamos a la convocante nos permita presentar registros sanitarios por familia.
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud.
PREGUNTA 10	PUNTO 3, INCISO C) NUMERAL 15. Solicitamos a la convocante con respecto a este punto, el licitante presente copia de la LICENCIA SANTIARIA, AVISO DE FUNCIONAMIENTO Y ALTA DE HACIENDA que compruebe que está instalados en el territorio del estado de Nuevo León.
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud.

LICITANTE: DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.

DUDAS TÉCNICAS:

PREGUNTA 1	RENGLON 268.-
268	603400235 equipo con filtro m 100 para prisma de gambro como consumible de la clave 5313400235 equipo de hemofiltración para terapia renal continua. Equipo.
<p>derivado que a partir de junio 2016, fue notificado por el fabricante, que dejaran de estar disponibles para la venta, solicitamos amablemente a la convocante, nos permita cotizar el equipo que continuara vigente para la terapia continua de reemplazo renal (prismaflex), con la siguiente descripción:</p> <p>Circuito extracorporeo de pvc con líneas interconectadas para maquina prismaflex. Contiene: 4 segmentos para bomba, una línea de heparina para conectar jeringas, una línea para liquido de hemodialisis, una línea para flujo de reemplazo, una línea de acceso al paciente, una línea para colección de volumen extraído, 4 transductores de presión, un filtro de membrana an 69, una bolsa para drenaje del liquido de cebado, una bolsa para recolección de volumen extraído pre dilución, estéril y desechable.</p>	



	(Set prismaflex st 60, set prismaflex st 100, set prismaflex st150).
RESPUESTA:	Se Acepta su solicitud.

LICITANTE: ABASTECEDORA DE FARMACOS, S.A. DE C.V.

DUDAS ADMINISTRATIVAS:

PREGUNTA 1	Punto 3, Inciso C Numeral 14.- Solicitamos a la convocante me permita entregar los registros sanitarios por familia, identificando los renglones que correspondan, así como la presentación de los mismos en un medio electrónico.
-------------------	--

RESPUESTA:	No se acepta su solicitud.
-------------------	----------------------------

PREGUNTA 2	Punto 3, Inciso C Numeral 13.- Es correcto entender que solicitan Almacén y Farmacia dentro del área metropolitana de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
-------------------	---

RESPUESTA:	Se modifica el punto 13, quedando de la siguiente manera "Escrito en el cual garanticen que se comprometen a cumplir con los horarios de entrega de materiales de curación, de acuerdo a lo solicitado en el punto 1.2 de estas bases, además deberá de comprobar mediante el alta en hacienda que cuenta con Almacén dentro del Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, sin embargo; se acepta que presente el Aviso de Funcionamiento y/o contrato de arrendamiento, esto último sin que sea obligatorio para los demás licitantes"
-------------------	--

PREGUNTA 3	Punto 1.1.8.- Solicitamos a la convocante me permita presentar el 70% de las muestras de material de curación por familia, identificando en las etiquetas los renglones a que corresponda.
-------------------	--

RESPUESTA:	No se acepta su solicitud y se modifica el porcentaje requerido, debiendo entregar el 90% de muestras por familia, ya que en virtud de que en la primera vuelta de la licitación de este procedimiento, se observó que la mayoría de los participantes tuvieron observaciones en las muestras presentadas tanto en cantidad, calidad y en algunos se abstuvieron de presentar dichas muestras para algunos renglones.
-------------------	---

PREGUNTA 4	Punto 3, Inciso C Numeral 18- Solicitamos a la convocante para cumplir con dicho requisito nos permita presentar un escrito donde se mencione que mi representada se encuentra en proceso de Certificación del ISO 9001:2008 y en el que se menciona la fecha meta de certificación.
-------------------	--

RESPUESTA:	No se acepta su solicitud, sin embargo el licitante podrá presentar documento o documentos emitidos por la Entidad Certificadora en la que indique que ha aprobado la certificación, comprometiéndose el licitante que resulte adjudicado a presentar la Constancia de Certificación una vez recibido.
-------------------	--

PREGUNTA 5	Punto 3, Inciso B.- Solicitamos a la convocante nos confirme si todos los Anexos y escritos incluidos en las propuestas, deberán estar dirigidos de la siguiente manera: SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON, O.P.D. LIC. JOSÉ DE JESÚS GARZA ESCAMILLA DIRECTOR ADMINISTRATIVO PRESENTE.-
-------------------	---

RESPUESTA:	Es correcta su apreciación.
-------------------	-----------------------------

Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left side and several initials on the right side.



LICITANTE: MULTIEQUIPOS Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V.	
DUDAS ADMINISTRATIVAS:	
PREGUNTA 1	NUMERO 3, INCISO C, PUNTO 9 Solicitamos a la convocante nos permita presentar cartas de apoyo de Fabricantes o Distribuidores Mayoristas.
RESPUESTA:	Se deberá presentar cartas de apoyo del fabricante o distribuidor mayorista, de todos los materiales de curación que se solicitan en el anexo 1A de estas bases en la cual describan las partidas, marcas y cantidades ofertadas.
PREGUNTA 2	NUMERO 3, INCISO C, PUNTO 11 Solicitamos a la convocante para el caso de que no se tenga relación con la Convocante, nos permita presentar cartas de Hospitales Privados donde manifiesten que se ha prestado un buen servicio.
RESPUESTA:	Se informa que se elimina el punto 11 de la Convocatoria, y se modifica el punto 12 de la misma, para quedar de la siguiente manera: "Para todos los licitantes que quieran participar en el presente concurso, deberán presentar como mínimo tres cartas, mediante las cuales estipulen que han prestado buen servicio ante clientes del área de salud, en lo relativo a material de curación, mismas que la convocante se reserva el derecho de verificar dicha información, para su participación en el presente evento.
PREGUNTA 3	NUMERO 3, INCISO C, PUNTO 18 en relación al manual de calidad certificado por organismo autorizado. Solicitamos amablemente a la convocante con la finalidad de no limitar la libre participación nos permita entregar el manual de calidad certificado por el químico responsable del licitante.
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud, deberá cumplir con el requisito de manual de calidad certificado o que el licitante presente documento o documentos emitidos por la Entidad Certificadora en la que indique que ha aprobado la certificación, comprometiéndose el licitante que resulte adjudicado a presentar la Constancia de Certificación una vez recibido.
PREGUNTA 4	NUMERO 3, INCISO C, PUNTO 18 En caso de que su respuesta a la pregunta anterior sea negativa solicito nos dé el argumento legal del cual sustenta dicha petición, Lo anterior con la finalidad de no limitar la libre participación de los licitantes y no favorecer a los únicos proveedores que cumplen con el requisito.
RESPUESTA:	La solicitud tiene como sustento mejorar los procesos de entrega y distribución del material de curación en beneficio del usuario final garantizando la calidad, además de que otro de los hospitales del organismo como el hospital metropolitano, está iniciando los trabajos para certificarse, teniendo conocimiento la Convocante que existen en el mercado diversas empresas certificadas
PREGUNTA 5	NUMERO 3, INCISO C, PUNTO 18 solicito a la convocante nos indique cual es el objeto y/o finalidad de requerir el manual de calidad certificado. Nos podría dar su razonamiento apegado a la Ley De Adquisiciones Y Servicios Del Sector Público? Acepta este honorable organismo participar a mi representada presentando el manual de calidad sin certificar apegado a la Normatividad vigente?
RESPUESTA:	No se acepta deberá presentar el manual solicitado, esto con la finalidad de mejorar los procesos de entrega y distribución del material de curación en beneficio del usuario final garantizando la calidad, además de que otro de los hospitales del organismo como el hospital metropolitano, está iniciando los trabajos para certificarse, teniendo conocimiento la Convocante de que en el mercado existen diversas empresas certificadas.
PREGUNTA 6	8.1 FORMA DE PAGO Solicito amablemente a la convocante ratifique que el pago de las facturas será 20 días naturales posteriores a la presentación de la factura en recursos financieros.



RESPUESTA:	El pago será dentro de los 20 días naturales, tal y como se establece en el punto 8.1 de la Convocatoria
PREGUNTA 7	NUMERO 3, INCISO C, PUNTO 14 Podría la convocante permitir hacer entrega de los registros sanitarios posteriores a la firma del contrato?
RESPUESTA:	No se acepta su solicitud, solo el 30% de los registros sanitarios pueden entregarse posterior a la firma del contrato.
PREGUNTA 8	1.1 OBJETO Y ALCANCE, NUMERO 1.1.8 Solicitamos nos indique cual es la fecha en que la convocante regresara las muestras solicitadas en este punto?
RESPUESTA:	La entrega de las muestras se realizará a los 30 días hábiles siguientes después de haber emitido el fallo económico.

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas, se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las preguntas que estimarán pertinentes en relación con las respuestas recibidas, a lo que acto seguido no se formularon preguntas adicionales.

----- **GENERALES** -----

1.- Se informa que se agregan a la relación de Unidades en las que se entregara el Material de Curación, el Laboratorio Estatal, ubicado en Serafín Peña No. 2211, Col. Valles de la Silla, Guadalupe, N. L. y el Centro de Rehabilitación Física y Ortopedia, Lázaro Cárdenas No. 450 Col. Vivienda Popular, Guadalupe, N. L.

2.- Se notifica que se modifican las fechas para llevar a cabo los siguientes actos:

Entrega de Propuestas	27 de Enero 2016 a las 10:00 horas
Fallo Técnico	29 de Enero 2016 a las 13:00 horas
Apertura Económica	29 de Enero 2016 a las 14:30 horas
Fallo Económico	29 de Enero 2016 a las 15:30 horas

Finalmente se reitera que los Actos de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, sito en el tercer piso del inmueble ubicado en Matamoros No. 520, Zona Centro en Monterrey, N.L. C.P. 64000, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de la hora programada.

De esta manera se da por concluida la junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de la calle Matamoros oriente No 520, Zona Centro, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

(Handwritten signatures and marks)



Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminada esta primera y única junta de aclaraciones a las 21:00 horas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ	LIC. JOSÉ DE JESÚS GARZA ESCAMILLA	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	LIC. RAFAEL SOTO BRIONES	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. LUIS GERARDO IBARRA CORTINAS	

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL METROPOLITANO "DR. BERNARDO SEPULVEDA" (ÁREA USUARIA)	DR. MARCO ANTONIO TREVIÑO TAMEZ	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	

88



JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	C.P. SANTIAGA RODRÍGUEZ SANDOVAL	
COORDINADOR DE LICITACIONES	LIC. ROBERTO CARLOS ALMAGUER ALANIS	
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA	LIC. NANCY NATALE DE LEÓN RODRÍGUEZ	

CONCURSANTE		
	NOMBRE	FIRMA
SOLO PRODUCTOS MEDICOS DESECHABLES, S. A. DE C. V.	C. ALFONSO DEL BOSQUE BONILLA	
ARTIMEDICA, S. A. DE C. V.	C. NANCY VALDES LARA	
HISA FARMACÉUTICA, S. A. DE C. V.	C. EDUARDO PEÑA HERNÁNDEZ	
ILS, INTEGRADORA LOGÍSTICA EN SALUD, S. A. DE C. V.	C. ESTEBAN JOSÉ MADERO RODRÍGUEZ	

88
14



COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN, S. A. DE C. V.	C. JOSÉ TEODORO ALCALÁ	
DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V.	C. MARÍA DE LA LUZ LÓPEZ HERNÁNDEZ	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.	C. FRANCISCO RAÚL GÓMEZ DÍAZ INFANTE	
ABASTECEDORA DE FÁRMACOS, S.A. DE C.V.	C.P. MARIANA IBARRA VÁZQUEZ	

88