

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
No. LP-919044992-181-2021
“REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS A COMODATO”**

En la Ciudad de Monterrey, N. L., siendo las 11:00 horas del día 22 de Diciembre del 2021, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso del inmueble sito en la calle Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos, miembros del Comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional **Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-181-2021** referente a la adquisición de **Reactivos para la Determinación de Análisis Clínicos y Equipos a Comodato**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (en adelante la Ley) y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley (en adelante el reglamento); así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *Lic. Eduardo Medina Cárdenas*, en su carácter de Subdirector de Recursos Materiales y Suplente del Representante de la Presidenta del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el *Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lastra*, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, y la *Lic. Mirna Claudia Alanís Sosa*, representante de la Secretaría de Administración, **Miembros del Comité con Voz:** como Representante Suplente de la Dirección de Seguimiento de Concursos y Licitaciones de Contraloría y Transparencia Gubernamental, la *Lic. Yadira Faz Cedillo*, como área usuaria, el *Q.C.B. José Guadalupe Garza Garza*, representante del Laboratorio Estatal, **Invitados Permanentes:** *Lic. Leyla Esthela Montalván Tueme*, Jefa del Departamento de Control de Insumos y Almacén, y la *C.P. Nancy Marlene Gómez Jaimes*, representante del Órgano Interno de Control.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.


En uso de la palabra el *Lic. Eduardo Medina Cárdenas*, en su carácter de Subdirector de Recursos Materiales y Suplente del Representante de la Presidenta del Comité de Adquisiciones de este Organismo, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes, ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-181-2021 PÁGINA 1 de 13

estando presentes: Instrumentos y Equipos Falcón, S.A. de C.V., representada por la C. María Esther González Pérez, DM Lab, S.A. de C.V., representada por el C. José Luis Paredes Méndez, Comercializadora de Reactivos para Laboratorios y Materiales para Hospitales, S.A. de C.V., representada por el C. Rene Gerardo Salazar Robledo, Abastecedor Médico Hospitalario, S.A. de C.V., representada por el C. Arturo Ernesto Hernández Pérez.


Acto seguido se procedió a la lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes las cuales son las siguientes:

DUDAS ADMINISTRATIVAS:

NO. DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCION	PREGUNTA	RESPUESTA
1	DM LAB S.A DE C.V.	1.1 OBJETO Y ALCANCE, DESCRIPCION COMPLETA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS EN COMODATO OBJETO DE ESTA LICITACION PUNTO 1.1.1	1.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE QUIMICA CLINICA 2.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE ELECTROLITOS 3.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA 9.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE COAGULACION 10.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOHEMATOLOGIA 11.- HEMOGLOBINA GLICOSILADA 12.-REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE HEMOCULTIVO 13.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE MICROBIOLOGIA 15.- AFERESIS	EN EL PUNTO 1.1.1 SE MENCIONA QUE LAS CANTIDADES DE PRUEBAS DE ANALISIS, OBJETO DEL PRESENTE CONCURSO CORRESPONDEN A LO SOLICITADO POR LAS UNIDADES APPLICATIVAS DE LA CONVOCANTE, DICHAS CANTIDADES PODRÁN VARIAR. PREGUNTA: ES POSIBLE SABER EN TERMINOS DE PORCENTAJE CUAL ES LA VARIACION MÁXIMA Y/O MÍNIMA QUE TIENEN CONSIDERADA?	NO ES POSIBLE DETERMINAR EL PORCENTAJE, PORQUE CADA UNIDAD APPLICATIVA ELABORA SU ORDEN DE ENVÍO SEGUN SUS NECESIDADES
2	DM LAB S.A DE C.V.	1.1 OBJETO Y ALCANCE, DESCRIPCION COMPLETA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS EN COMODATO OBJETO DE ESTA LICITACION PUNTO 1.1.8	1.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE QUIMICA CLINICA 2.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE ELECTROLITOS 3.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA 9.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE COAGULACION 10.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOHEMATOLOGIA 11.- HEMOGLOBINA GLICOSILADA 12.-REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE HEMOCULTIVO 13.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE MICROBIOLOGIA 15.- AFERESIS	EN EL PUNTO 1.1.8 SE MENCIONA QUE EL LICITANTE OFERTARÁ EN SU PROPUESTA TÉCNICA EL NÚMERO DE REACTIVOS, ASÍ COMO LOS CONTROLES DE CALIDAD NECESARIOS PARA REALIZAR CADA UNA DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO, DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES ANUALES ESTABLECIDAS POR LA UNIDAD HOSPITALARIA. PREGUNTA: EL CONTROL DE CALIDAD AL QUE SE REFIEREN ES AL CONTROL DE CALIDAD INTERNO? EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA EL CONTROL DE CALIDAD PUEDE SER DE LA MISMA MARCA?	SI, SE REFIERE AL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y DEBE SER DE LA MISMA MARCA Y LOS CONTROLES DE CALIDAD SERÁ DE ACUERDO A LAS CANTIDADES SEMESTRALES ESTABLECIDAS POR LAS UNIDADES HOSPITALARIAS

3	DM LAB S.A. DE C.V.	1.2 PERIODO Y LUGAR DE ENTREGA DE EQUIPOS Y REACTIVOS PUNTO 1.2.1	1.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE QUIMICA CLINICA 2.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE ELECTROLITOS 3.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA 9.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE COAGULACION 10.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOHEMATOLOGIA 11.- HEMOGLOBINA GLICOSILADA 12.-REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE HEMOCULTIVO 13.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE MICROBIOLOGIA 15.- AFERESIS	NO, LA ENTREGA SE REALIZARA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DE CADA UNIDAD Y EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS SERA DENTRO DE LOS 14 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCION DE LA ORDEN DE ENVIO COMO SE SEÑALA EN EL PUNTO 1.2.1 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION
4	DM LAB S.A. DE C.V.	3 FORMAS DE PRESENTACION Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERA CONTENER EL SOBRE TECNICO INCISO C) PUNTO 11	1.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE QUIMICA CLINICA 2.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE ELECTROLITOS 3.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE HEMATOLOGIA 9.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE COAGULACION 10.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOHEMATOLOGIA 11.- HEMOGLOBINA GLICOSILADA 12.-REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE HEMOCULTIVO 13.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE MICROBIOLOGIA 15.- AFERESIS	DEBERA PRESENTAR FORMATO DE PROPUESTA TECNICA, ANEXO 2 PARA TODOS LOS EQUIPOS OFERTADOS EN COMODATO PARA TODAS LAS PARTIDAS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION, ASI COMO FOLLETOS O MANUALES, EMITIDOS POR EL FABRICANTE
5	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	1.1. OBJETO Y ALCANCE. Descripción completa de los reactivos y equipos a comodato objeto de esta licitación. PUNTO. 1.1.1. Solicitan Equipos con una antigüedad no mayor a 3 años.	5.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 6.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 8.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE PROPORCIONAR UNA MEJOR OFERTA NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS FUNCIONALES CON TECNOLOGIA DE PUNTA. ¿SE ACEPTA?
6	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	1.2. Período y lugar de entrega de los reactivos y equipos. Punto. 1.2.1 Período de entrega. Solicitar para la entrega de los equipos el licitante contará con un plazo de 15 a 30 días hábiles posteriores a la firma del contrato	5.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 6.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 8.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.	DEBEMOS DE CONSIDERAR COMO PLAZO MÁXIMO PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS 30 DIAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION



7	<p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.</p>	<p>1.2 periodo y lugar de entrega de los reactivos y equipos. punto 1.2.3 condiciones de entrega: inciso i; solicitan caducidad. la caducidad de los reactivos deberá ser de 1 año, como mínimo, contado a partir de la recepción en cada una de las unidades aplicativas de la convocante, en caso de suministrar reactivos con menor caducidad a la establecida, se podrán devolver los mismos a juicio y responsabilidad de la unidad aplicativa.</p>	<p>5.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 6.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 8.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II</p>	<p>Solicitamos amablemente a la convocante nos permita entregar reactivos con una caducidad de 6 meses con el compromiso de cambiar aquellos reactivos que no se hayan consumido a la fecha de su caducidad. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SÍ SE ACEPTA SU SOLICITUD.</p>
8	<p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.</p>	<p>3. Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico. ___ inciso c. el sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener: NUMERAL 17. Solicita alguno de los siguientes Certificados de calidad: ISO, FDA, CE, UL, TUV. Para equipos y reactivos fabricados en México, además, la documentación de buenas prácticas de fabricación</p>	<p>5.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 6.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 8.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II</p>	<p>Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar copia simple de los Certificados de calidad: ISO, FDA, CE, UL, TUV. Para equipos y reactivos de Importación ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SÍ SE ACEPTA SU SOLICITUD.</p>
9	<p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.</p>	<p>3. Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico. inciso c. el sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener: Punto 11. Solicitan Folletos en español de los Equipos en Comodato que describan</p>	<p>5.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 6.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 8.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II</p>	<p>Solicitamos amablemente a la convocante nos permita también presentar copias de las hojas del manual del equipo de los puntos a referenciar cuando en el catálogo no sea posible esto. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SÍ SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES</p>

Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000
@saludNL




	cuando menos las características solicitadas en el Anexo 1a.		Entendemos que por tratarse de una licitación de Publica Internacional, y para bienes de origen extranjero, se puede presentar certificado emitido por un organismo de certificación de calidad ISO emitidos por organismos certificadores tales como TÜV, BSI, DEKRA, SGS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	
10	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V. Punto C Numeral 17	17.-Alguno de los siguientes Certificados de calidad: ISO, FDA, CE, UL, TÜV. Para equipos y reactivos fabricados en México, además, la documentación de buenas prácticas de fabricación.	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si el foliado deberá ser continuo para la propuesta técnica y económica. ¿O deberá de ser foliado individual para cada propuesta?	PODRÁ APLICAR FOLIO DE FORMA CONTINUA O INDEPENDIENTE PARA LAS PROPOSTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, A SU ELECCIÓN.
11	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V. Punto 3. Inciso A. numeral II. dice cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren; así mismo las propuestas deberán contener firma autógrafa en la última hoja del documento que conformen cada una de dichas propuestas técnicas y económicas.	5.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 6.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 8.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II	Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si deberá de llevar firma autógrafa todas y cada una de las hojas que conformen tanto la propuesta técnica como económica.	LAS PROPUUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO TODAS LAS CARTAS, MANIFESTACIONES Y DOCUMENTOS DONDE APAREZCA EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEBERÁN CONTENER LA FIRMA AUTÓGRAFA
12	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V. Punto 3. Inciso A. numeral II. dice: así mismo las propuestas deberán contener firma autógrafa en la última hoja del documento que conformen cada una de dichas propuestas técnicas y económicas	5.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 6.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 8.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II		

13	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	3. Forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico. Inciso C. el sobre de documentos de propuesta técnica deberá contener: Punto 17. solicitan documentación de buenas prácticas de fabricación.	5.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 6.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 8.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II	Este solo aplica para equipos y reactivos fabricados en México. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
----	---	--	--	---	---------------------------------

DUDAS TÉCNICAS:

NO. DE PREGUNTA	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCION	PREGUNTA	RESPUESTA
1	LABORATORIOS LICON, S.A.	1.- DATOS GENERALES Y DE IDENTIFICACION. 1.2.3.- CONDICIONES DE ENTREGA:	I) CADUCIDAD. LA CADUCIDAD DE LOS REACTIVOS DEBERÁ SER DE 1 AÑO, COMO MINIMO, CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN CADA UNA DE LAS UNIDADES APLICATIVAS DE LA CONVOCANTE, EN CASO DE SUMINISTRAR REACTIVOS CON MENOR CADUCIDAD A LA ESTABLECIDA. SE PODRÁN DEVOLVER LOS MISMOS A JUICIO Y RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD APLICATIVA.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE PARA AQUELLOS REACTIVOS QUE POR SU NATURALEZA BIOLÓGICA (CONTROLES Y CÉLULAS PARA BANCO DE SANGRE) NO CUENTAN CON ESTA CADUCIDAD ME PERMITA OERRTAR CADUCIDAD DE 28 DIAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
2	LABORATORIOS LICON, S.A.	3.- FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESSENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO A. ASPECTOS GENERALES DE LAS PROPUESTAS:	IDIOMA DE LAS PROPUESTAS.- LA PROPUESTA TÉCNICA Y PROPUESTA ECONÓMICA QUE PREPARE EL LICITANTE Y TODA LA CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS RELATIVOS DEBERÁN REDACTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL; EN TODO CASO, CUALQUIER MATERIAL IMPRESO QUE PROPORCIONE EL LICITANTE A LA CONVOCANTE PODRÁ ESTAR EN OTRO IDIOMA A CONDICIÓN DE QUE VENGA ACOMPAÑADO DE SU CORRESPONDIENTE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL, LA CUAL PREVALECEERÁ PARA LOS EFECTOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS PROPUESTAS.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLOS DOCUMENTOS TÉCNICOS COMO: CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485:2016 TUV, FDA, CE Y JIS NOS PERMITA PRESENTAR EN SU IDIOMA ORIGINAL Y OMITIR LA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL, SÓLO DE AQUELLOS QUE VENGAN EN EL IDIOMA INGLES, DE ACUERDO A LA MODIFICACIÓN DEL RIS (REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD) PUBLICADO EL 31-05-2021 EN EL DOF, (ARTICULO 153. LOS DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑEN A LAS SOLICITUDES DEBERÁN ENCONTRARSE REDACTADOS EN IDIOMA ESPAÑOL O INGLES. LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES


			<p>AUTORIDADES DE OTROS PAISES DEBERÁN ESTAR APOSTILLADOS O LEGALIZADOS; EN CASO DE ESTAR ESCRITOS EN UN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL O AL INGLÉS; SE LES DEBERÁ ACOMPAÑAR SU CORRESPONDIENTE TRADUCCIÓN POR PERITO TRADUCTOR, QUE CUENTE CON CÉDULA PROFESIONAL PARA EJERCER DICHA PROFESIÓN). ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	
3	<p>LABORATORIOS LICON, S.A.</p> <p>3. -FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO A ASPECTOS GENERALES DE LAS PROPUESTAS; C) -EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER:</p>	<p>10.- CARTA COMPROMISO DE ENTREGAR LOS EQUIPOS EN CADA UNA DE LAS UNIDADES APLICATIVAS A MÁS TARDAR 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1A, LOS CUALES DEBERÁN TENER UNA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE 3 AÑOS.</p>	<p>SE SOLICITA AMABILMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS CON ANTIGÜEDAD DE 3 A 5 AÑOS, GARANTIZANDO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?</p>	<p>NO, SE ACEPTA SU PROPUESTA, LOS EQUIPOS NO DEBERÁN TENER ANTIGÜEDAD MAYOR A 3 AÑOS</p>
4	<p>LABORATORIOS LICON, S.A.</p> <p>ANEXO 1 "REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO"</p>	<p>10. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOHEMATOLOGÍA RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES</p>	<p>SE SOLICITA AMABILMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA DETERMINACIÓN RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES SE DEBERÁ INCLUIR UN SEMI PANEL DE POR LO MENOS TRES CÉLULAS INCLUIDA LA CÉLULA DIEGO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APECIACIÓN?</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APECIACION, PARA LA DETERMINACION RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES SE REQUIERE SOLAMENTE SU DETERMINACION.</p>
5	<p>LABORATORIOS LICON, S.A.</p> <p>ANEXO 1 "REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO"</p>	<p>10. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOHEMATOLOGÍA GRUPO Y RH</p>	<p>SE SOLICITA AMABILMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGÜÍNEO SE DEBERÁN CONSIDERAR LAS DETERMINACIONES ANTI A, ANTI B, ANTI AB, ANTI D, CONTROL, GRUPO INVERSO A Y GRUPO INVERSO B EN UN SOLO PROCESO EN CUMPLIMIENTO A LA NOM-253-SSA1-2012. ¿ES CORRECTA NUESTRA APECIACIÓN?</p>	<p>SI, ES CORRECTA SU APECIACION</p>
6	<p>LABORATORIOS LICON, S.A.</p> <p>ANEXO 1 "REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO"</p>	<p>10. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOHEMATOLOGÍA PRUEBAS CRUZADAS</p>	<p>SE SOLICITA AMABILMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER, QUE PARA PRUEBA CRUZADA DEBEMOS DE OFERTAR PRUEBA MAYOR, PRUEBA MENOR Y</p>	<p>SI, ES CORRECTA SU APECIACION</p>

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-181-2021 PÁGINA 7 de 13



				AUTOCONTROL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APECIACIÓN?	
7	LABORATORIOS LICON, S.A.	ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO.	8. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA II INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DEL CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA DOS VECES AL AÑO. ADEMÁS, DE UN SEGUNDO PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM-253-SSA1-2012 EN EL PUNTO 15.1.4. SE DEBERÁ ENTREGAR CARTA EMITIDA POR REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD, EN LA CUAL MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE INSCRIBIRÁN LAS UNIDADES MÉDICAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD EN SEROLOGÍA INFECCIOSA, EL CUAL, DEBERÁ ESTAR ACREDITADO COMO PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA) BAJO LA ISO 17043. ¿ES CORRECTA NUESTRA APECIACIÓN?	SI, ES CORRECTA SU APECIACIÓN
8	LABORATORIOS LICON, S.A.	ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO.	8. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA II.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO 15.9.2 INCISO A DE LA NOM-253-SSA1-2012 SE DEBERÁN ENTREGAR CONTROLES DE TERCERA OPINIÓN PARA LAS PRUEBAS DE SEROLOGÍA INFECCIOSA INDEPENDIENTES DE LOS CONTROLES QUE PROPORCIONE EL FABRICANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APECIACIÓN?	SI, ES CORRECTA SU APECIACIÓN
9	LABORATORIOS LICON, S.A.	1-ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO 10. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNHEMATOLOGÍA	AGREGAR EQUIPO SEMI AUTOMATIZADO PARA CADA UNO DE LOS SIGUIENTES HOSPITALES: HOSPITAL GENERAL SABINAS HIDALGO, H. GRAL. DE CERRILLO, H. GRAL. DE MONTEMOSELLOS, H. GRAL. DE LINARES, H. GRAL. DE GALEANA, H. GRAL. DE DR. ARROYO. EL EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO CONSISTE EN: INCUBADORA DE TARJETAS PARA 22 TARJETAS CENTRIFUGA DE TARJETAS PARA 24 TARJETAS	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI AMBOS INSTRUMENTOS DEBEN TENER UNA CAPACIDAD PARA 24 TARJETAS ¿FAVOR DE ACLARAR?	SI, ES CORRECTA SU APECIACIÓN. LA CAPACIDAD DE CADA EQUIPO ES DE 24 TARJETAS
10	ABASTECEDOR MÉDICO	ANEXO 1 Y 1-A REFERENTE A LA PARTIDA 16	PARTIDA NO. 16. - TIRA REACTIVA PARA MEDICIÓN CUANTITATIVA DE GLUCEMIA EN SANGRE CAPILAR	EN RELACION AL ANEXO 1-A "CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS EN COMODATO", RELATIVO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS PARA	SE REQUIERE UN APROXIMADO DE 600 EQUIPOS

ACTO DE JUNTA DE AGLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL NO. 1P-919044992-181-2021 PÁGINA 8 de 13



<p>HOSPITALUARIO S.A. DE C.V.</p>		<p>TOTAL FRESCA. CONTIENE ENZIMA GDH FAD. ENVASE CON 50 TIRAS REACTIVAS TATC</p>	<p>LA PARTIDA 16, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUANTO MEDIDORES PARA DETERMINACION DE GLUCOSA SE DEBERAN ENTREGAR SE SOLICITA MEDIDOR PARA DETERMINACION DE GLUCOSA CON 1 PILA. EN EL ANIMO DE QUE LA INSTITUCION NO INVIERTA EN EL RUBRO DE BATERIAS ¿LA CONVOCANTE ME PERMITE OFERTAR TIRA REACTIVA PARA MEDIDOR QUE UTILIZA 2 PILAS? ACLARANDO QUE MI REPRESENTADA SE COMPROMETE AL ABASTO, SIN COSTO ALGUNO PARA LA INSTITUCION, DE LAS PILAS SUFICIENTES Y NECESARIAS PARA LAS TOMAS DE MUESTRA QUE SE REALICEN DURANTE EL CONTRATO, EN CASO DE QUE SE NOS ASIGNE EL MISMO.</p>	
<p>11 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALUARIO S.A. DE C.V.</p>	<p>ANEXO 1 Y 1-A REFERENTE A LA PARTIDA 16</p>	<p>PARTIDA NO. 16: - TIRA REACTIVA PARA MEDICIÓN CUANTITATIVA DE GLUCEMIA EN SANGRE CAPILAR TOTAL FRESCA. CONTIENE ENZIMA GDH FAD. ENVASE CON 50 TIRAS REACTIVAS TATC</p>	<p>EN FUNCION DE QUE LA INSTITUCION RECIBA MEDIDORES PARA DETERMINACION DE GLUCOSA DE MEJORES CARACTERISTICAS, PREGUNTO: ¿ACEPTA A CONVOCANTE OFERTAS DE TIRA REACTIVA PARA USO EN MEDIDORES QUE CUBRAN LA CARACTERISTICAS ENUNCIADAS EN EL ANEXO "1-A" Y AUN MEJOR, SUPERE LAS MISMAS? EJEMPLO 1: SOLICITAN TIEMPO DE MUESTRA: 5 SEGUNDOS. SE OFECE TIEMPO DE MUESTRA: 4 SEGUNDOS. EJEMPLO 2: SOLICITAN CAPACIDAD DE MEMORIA: 300 MEDICIONES SE OFECE CAPACIDAD DE MEMORIA: 720 MEDICIONES EJEMPLO 3: SOLICITAN PROMEDIOS DE: 7, 14 Y 30 DIAS SE OFECE PROMEDIOS DE: 7, 14, 30 Y 90 DIAS EJEMPLO 4: SOLICITAN RANGO DE TEMPERATURA: 10 A 40 C SE OFECE RANGO DE TEMPERATURA: 4 A 45 C</p>	<p>SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, PODRA OFERTAR DE ACUERDO A LO QUE SEÑALA EN SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES</p>
<p>12 ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALUARIO S.A. DE C.V.</p>	<p>ANEXO 1 Y 1-A REFERENTE A LA PARTIDA 16</p>	<p>PARTIDA NO. 16: - TIRA REACTIVA PARA MEDICIÓN CUANTITATIVA DE GLUCEMIA EN SANGRE CAPILAR TOTAL FRESCA. CONTIENE ENZIMA GDH FAD. ENVASE CON 50 TIRAS REACTIVAS TATC</p>	<p>EN FUNCION DE QUE LA INSTITUCION RECIBA MEDIDORES PARA DETERMINACION DE GLUCOSA DE MEJORES CARACTERISTICAS, PREGUNTO: ¿ACEPTA A CONVOCANTE OFERTAS DE TIRA REACTIVA PARA USO EN MEDIDORES QUE CUBRAN LA CARACTERISTICAS ENUNCIADAS EN EL ANEXO "1-A" Y AUN MEJOR, SUPERE LAS MISMAS? EJEMPLO 1: SOLICITAN TIEMPO DE MUESTRA: 5 SEGUNDOS. SE OFECE TIEMPO DE MUESTRA: 4 SEGUNDOS. EJEMPLO 2: SOLICITAN CAPACIDAD DE MEMORIA: 300 MEDICIONES SE OFECE CAPACIDAD DE MEMORIA: 720 MEDICIONES EJEMPLO 3: SOLICITAN PROMEDIOS DE: 7, 14 Y 30 DIAS SE OFECE PROMEDIOS DE: 7, 14, 30 Y 90 DIAS EJEMPLO 4: SOLICITAN RANGO DE TEMPERATURA: 10 A 40 C SE OFECE RANGO DE TEMPERATURA: 4 A 45 C</p>	<p>SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, PODRA OFERTAR DE ACUERDO A LO QUE SEÑALA EN SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES</p>

<p>13</p> <p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.</p>	<p>ANEXO 1A. Características y especificaciones de los equipos en comodato partida 6.- reactivos para determinación de gasometrías (Gases Arteriales) Solicitan: Que integre en un solo cartucho multipruebas reactivos, calibradores, biosensores, gases, aguja toma muestra, para su funcionamiento; así como bolsa de desechos.</p>	<p>6.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES)</p>	<p>Para poder asegurar resultados de buena calidad y evitar riesgo en el personal de laboratorio, es necesario que el equipo a proponer debe cumplir con este requisito solicitado. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</p>
<p>14</p> <p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.</p>	<p>ANEXO 1-A. Características y especificaciones de los equipos en comodato. Partida 8.- reactivos para determinación de inmunología II. solicitan incubadora para plaquetas, con alarma audible y visual intervalo de temp. De 15 a 40° C</p>	<p>8.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.</p>	<p>Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar incubadora de plaquetas, con alarma audible y visual con intervalo de temp. De 22° C +/- 1° C. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, PODRA OFERTAR DE ACUERDO A LO QUE SEÑALA EN SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES</p>

..... G E N E R A L E S

1.-Para efecto de la agilidad del procedimiento durante el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, se precisa que las Partes de las Propuestas que serán suscritas tanto por los Servidores Públicos que designa la Convocante y los Licitantes presentes, serán únicamente las que se contengan en el formato de propuesta Técnica y el Formato de Oferta Económica, lo anterior en términos de lo previsto en el artículo 35 fracción II de la Ley.


Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas y generales se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las repreguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, sin que se hubiere formulado ninguna pregunta al respecto.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. 1P-919044992-181-2021 PÁGINA 10 de 13


Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000

@saludnl





GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN



Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 29 de Diciembre del 2021, a las 12:00 horas, en esta misma Sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de esa hora.

De esta manera se da por concluido la presente junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Control de Insumos y Almacén de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado esta primera y única junta de aclaraciones, siendo las 11:17 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	LIC. EDUARDO MEDINA CÁRDENAS	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MYRNA CLAUDIA ALANIS SOSA	

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-181-2021 PÁGINA 11 de 13



Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000



MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ





	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONCURSOS Y LICITACIONES DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	LIC. YADIRA FAZ CEDILLO	
REPRESENTANTE DEL LABORATORIO ESTATAL (ÁREA USUARIA)	Q.C.B. JOSÉ GUADALUPE GARZA GARZA	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES

	NOMBRE	FIRMA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN	LIC. LEYLA ESTHELA MONTALVAN TUEME	
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	C.P. NANCY MARLENE GÓMEZ JAIMES	

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-181-2021 PÁGINA 12 de 13

LICITANTES		
	NOMBRE	FIRMA
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	C. MARÍA ESTHER GONZÁLEZ PÉREZ	
DM LAB, S.A. DE C.V.	C. JOSÉ LUIS PAREDES MÉNDEZ	
COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	C. RENÉ GERARDO SALAZAR ROBLEDO	
ABASTECEDOR MÉDICO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	C. ARTURO ERNESTO HERNÁNDEZ PÉREZ	

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-181-2021 PÁGINA 13 de 13

