

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
No. LP-919044992-I02-2026**

**“REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO (2DA.
VUELTA)”**

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 11:00 horas del día 22 de enero del 2026, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en el Sótano del inmueble situado en la calle Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos, miembros del Comité de Adquisiciones de este organismo, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones a la convocatoria de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-I02-2026** referente a la adquisición de **“REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO (2DA. VUELTA)”**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (en adelante la Ley) y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley (en delante el reglamento); así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *Lic. Eduardo Medina Cárdenas*, en su carácter de Subdirector de Recursos Materiales y Suplente del Representante de la Presidenta del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el *Lic. Fernando Ismael Flores Sada*, representante suplente de la Dirección Jurídica de este Organismo y la *Arq. Diana Luisa Martínez Rivera*, representante de la Secretaría de Administración; **Miembros del Comité con Voz:** la *Lic. Norma Lizeth Núñez Soto*, representante suplente de la Dirección de Seguimiento de Concursos y Licitaciones de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, **como área usuaria:** el *Q.C.B. José Guadalupe Garza Garza*, representante del Laboratorio Estatal y la *Lic. Irma Reyna Cepeda*, representante de la Dirección de Jurisdicciones Sanitarias, **Invitado Permanente, de este Organismo:** el Jefe del Departamento de Adquisiciones, *Lic. Raúl Ángel Martínez Ibarra*.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

En uso de la palabra el *Lic. Eduardo Medina Cárdenas*, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes estando presente: **COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.**, representada por el *C. Rene Gerardo Salazar Robledo* y **ELECTRONICS FOR MEDICINE, S.A. DE C.V.**, representada por la *C. Cynthia Nohemi Bribiescas Caballero*.

Acto seguido se procedió a dar lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes, las cuales son las siguientes:



A) DUDAS ADMINISTRATIVAS:

PREGUNTA NO.	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	NUERAL 3, PUNTO C, NÚMERO 19	N/A	SOLICITAN INCLUIR EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA "CUATRO CARTAS EN ORIGINAL, EMITIDAS POR CLIENTES DEL SECTOR SALUD, EN PAPEL MEMBRETAZO DE ÉSTOS, MEDIANTE LAS CUÁLES ESTIPULEN QUE HAN PRESTADO BUEN SERVICIO DE ATENCIÓN Y SURTIMIENTO" A ESTE RESPECTO, SOLICITAMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CARTAS DE NUESTROS CLIENTES COMO LABORATORIOS PRIVADOS. ¿SE ACEPTE ESTA PROPUESTA?	SI, SE ACEPTE SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
2	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	NUERAL 3, PUNTO C, NÚMERO 19	N/A	SOLICITAN INCLUIR EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA "CUATRO CARTAS EN ORIGINAL, EMITIDAS POR CLIENTES DEL SECTOR SALUD, EN PAPEL MEMBRETAZO DE ÉSTOS, MEDIANTE LAS CUÁLES ESTIPULEN QUE HAN PRESTADO BUEN SERVICIO DE ATENCIÓN Y SURTIMIENTO". A ESTE RESPECTO, CÓMO SE HA HECHO EN AÑOS ANTERIORES, SOLICITAMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CARTAS DE LOS HOSPITALES Y JURISDICCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN. ¿SE ACEPTE ESTA PROPUESTA?	SI, SE ACEPTE SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
3	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	NUERAL 3, PUNTO C, NÚMERO 10	N/A	SOLICITAN INCLUIR EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE MANIFIESTE QUE SE COMPROMETE A INSTALAR LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 1, EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y GARANTIZANDO EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS. DE IGUAL MANERA, EN EL PUNTO 1.1.1, SE MENCIONA QUE LOS EQUIPOS NO DEBERÁN TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A TRES AÑOS. A ESTE RESPECTO, ENTENDEMOS QUE EL REQUISITO QUE SE DEBE CUMPLIR, ES EL QUE SE SOLICITA COMO PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, ES DECIR QUE LA CARTA MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE COMPROMETE A INSTALAR LOS EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, NO CON UNA ANTIGÜEDAD DE 3 AÑOS. ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACIÓN?	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
4	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	NUERAL 3, PUNTO C, NÚMEROS 14 Y 15	N/A	SOLICITAN PARA LOS EQUIPOS OFERTADOS CARTAS COMPROMISO DE CORREGIR FALLAS Y CAMBIAR EQUIPOS EN CASO DE ALGUNA DESCOMPOSTURA, A ESTE RESPECTO Y PARA AQUELLOS CASOS QUE LAS DESCOMPOSTURAS SEAN CAUSADAS POR FALLAS AJENAS AL PROVEEDOR COMO: FALLAS EN EL SUMINISTRO DE VOLTAJE, O POR CONDICIONES AMBIENTALES ADVERSAS (FRÍO, CALOR, QUÍMICOS EN EL AMBIENTE, ETC.), O POR DESCUIDO DEL USUARIO EN LA OPERACIÓN (DERRAME DE LÍQUIDOS, ETC.), SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, SE PERMITA SOLUCIONAR	SI, SE ACEPTE SU SOLICITUD.



				PRIMERO CUALQUIER FALLA AJENA ARRIBA MENTIONADA, ANTES DE PROCEDER A INSTALAR OTRO EQUIPO QUE PUDIERA RESULTAR NUEVAMENTE DAÑADO POR CONDICIONES DESFAVORABLES A SU FUNCIONAMIENTO NO RESUELTA. ¿SE ACEPTE ESTA SOLICITUD?	
5	ELECTRONICS FOR MEDICINE SA. DE C.V	ANEXO 1A CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO	EQUIPO ALTO RENDIMIENTO	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDAD DE 300 MUESTRAS A BORDO EN CARGA CONTINUA Y CON LA POSIBILIDAD DE PROCESO DE MUESTRAS URGENTES. • CON DISCO DE REACTIVOS CON TEMPERATURA CONTROLADA ENTRE 5 -10 °C. • CON UN SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 200-240 V Y UN CONSUMO MENOR A 4 KVA. <p>EN EL ENTENDIDO DE QUE SE CUMPLEN CON EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS.</p>	SI, SE ACEPTE SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
6	ELECTRONICS FOR MEDICINE SA. DE C.V	ANEXO 1A CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO	EQUIPO ALTO RENDIMIENTO	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RENDIMIENTO MÍNIMO DE 120 PRUEBAS POR HORA. • CON UN DISCO DE INCUBACIÓN CON 38 POSICIONES. • CAPACIDAD DE 50 MUESTRAS A BORDO EN CARGA CONTINUA Y CON LA POSIBILIDAD DE PROCESO DE MUESTRAS URGENTES. • CON DISCO DE REACTIVOS CON TEMPERATURA CONTROLADA ENTRE 5 -10 °C. • CON UN SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 200-240 V Y UN CONSUMO MENOR A 4 KVA. <p>EN EL ENTENDIDO DE QUE SE CUMPLEN CON EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS</p>	SI, SE ACEPTE SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
7	ELECTRONICS FOR MEDICINE SA. DE C.V	ANEXO 1A CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO	EQUIPO MEDIANO RENDIMIENTO	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RENDIMIENTO MÍNIMO DE 86 PRUEBAS POR HORA. • CON DISCO DE REACTIVOS CON TEMPERATURA CONTROLADA A 20 +/- 3 °C. • TECNOLOGÍA ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA. <p>EN EL ENTENDIDO DE QUE SE CUMPLEN CON EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS.</p>	SI, SE ACEPTE SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES



8	ELECTRONICS FOR MEDICINE SA. DE C.V	EN LA PÁGINA 10	INCISO C. NUMERAL 11, SOLICITAN FOLLETOS EN ESPAÑOL DE LOS EQUIPOS EN COMODATO QUE DESCRIBAN CUANDO MENOS LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1A.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE, EN CASO NECESARIO, PARA REFERENCIAR LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1A, NOS PERMITA PRESENTAR, ADEMÁS DE LOS FOLLETOS EN ESPAÑOL, ALGUNAS PÁGINAS DEL MANUAL DE USUARIO DEL ANALIZADOR A PROPOSICIÓN PARA COMPLEMENTAR LA REFERENCIA, ESTO, PARA FACILITAR LA CONDUCCIÓN DEL EVENTO Y DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN DICHO NUMERAL. EN CASO DE SER ADJUDICADOS, MI REPRESENTADA SE COMPROMETE A ENTREGAR EL MANUAL DE USUARIO COMPLETO AL MOMENTO DE INSTALAR LOS EQUIPOS PROPUESTOS, ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
---	-------------------------------------	-----------------	---	--	---

A) DUDAS TÉCNICAS:

PREGUNTA NO.	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A	12, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE HEMOCULTIVO	SE SOLICITA EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO CON SISTEMA DE DETECCIÓN BASADO EN FLUORESCENCIA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON SISTEMA DE DETECCIÓN COLORIMÉTRICO ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ OFERTAR CONFORME A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1A DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
2	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A	4, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN EXÁMEN DE ORINA	INSTRUMENTOS PARA LOS HOSPITALES METROPOLITANO Y MATERNO INFANTIL. SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: <ul style="list-style-type: none"> • EQUIPO LECTOR DE TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL EXAMEN QUÍMICO DE LA ORINA. PRINCIPIO DE MEDICIÓN: FOTOMETRÍA DE REFLECTANCIA <ul style="list-style-type: none"> • SEMIAUTOMATIZADO • CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS: 300 TIRAS POR HORA • VELOCIDAD DE TIEMPO DE LECTURA: MÁXIMO 60 SEG. • CHAROLA PARA DESECHOS CON CAPACIDAD PARA 100 TIRAS • IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA POR MEDIO DE UN LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS INTEGRADO • PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA INTERFASE <ul style="list-style-type: none"> • PANTALLA SENSIBLE AL TACTO INCLUIDA <ul style="list-style-type: none"> • SOFTWARE EN ESPAÑOL • REGULADOR DE VOLTAJE (NO BREAK). • CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 1000 RESULTADOS DE MUESTRAS Y 300 RESULTADOS DE CONTROLES • ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REFACCIONES: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES, COMPATIBLES CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. • CORRIENTE ELÉCTRICA 110/240 V, 50/60 Hz • ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REFACCIONES: DE ACUERDO A LAS NECESIDADES, COMPATIBLES CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. • SISTEMA DE REPORTE CON IMPRESORA 	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.



				INTERNA Y EXTERNA ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?	
3	CONSORCIO MEDICO MIUS S. DE R.L. DE C.V.	3	C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER PUNTO 8	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN, QUE SE PODRA PRESENTAR LA CARTA IMPRESA DIGITAL SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
4	CONSORCIO MEDICO MIUS S. DE R.L. DE C.V.	3	C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER PUNTO 11	FAVOR DE CONFIRMAR SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLO ES NECESARIO PRESENTAR FOLLETOS DE LOS EQUIPOS EN COMODATO.	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
5	CONSORCIO MEDICO MIUS S. DE R.L. DE C.V.	3	C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER PUNTO 13	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE DE CUANTOS INTEGRANTES SE DEBE DE COMPOSER EL "STAFF DE INGENIERIA" CON LA FINALIDAD DE ANEXAR LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.	SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE NO SE TIENE UN NÚMERO MÍNIMO DE PERSONAL DE STAFF REQUERIDO, SIN EMBARGO, DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN ESTE PUNTO.
6	CONSORCIO MEDICO MIUS S. DE R.L. DE C.V.	3	C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER PUNTO 17	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI CON PRESENTAR INDISTINTAMENTE UNO DE LOS CERTIFICADOS MENCIONADOS EN ESTE PUNTO A NOMBRE DEL FABRICANTE CUMPLIMOS CON ESTE NUMERAL.	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
7	CONSORCIO MEDICO MIUS S. DE R.L. DE C.V.	3	C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER PUNTO 19	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR INDISTINTAMENTE CARTAS DEL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO.	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
8	CONSORCIO MEDICO MIUS S. DE R.L. DE C.V.	3	C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER PUNTO 19	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA POSITIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LA ACEPTACIÓN DE CARTAS DE REACTIVOS, MATERIAL DE CURACIÓN O MEDICAMENTO INDISTINTAMENTE PARA CUMPLIR CON ESTE NUMERAL.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ PRESENTAR CARTAS EN LAS CUALES ESTIPULE QUE HAN PRESTADO BUEN SERVICIO EN LA VENTA DE REACTIVOS DE LA MISMA NATURALEZA O SIMILAR A LO REQUERIDO EN ESTA LICITACIÓN, MISMAS QUE LA CONVOCANTE SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR, PARA SU PARTICIPACIÓN EN EL PRESENTE EVENTO, TAL COMO SE INDICA EN EL NUMERAL 3 INCISO C, PUNTO 19 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
9	CONSORCIO MEDICO MIUS S. DE R.L. DE C.V.	3	C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER PUNTO 19	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA CARTA IMPRESA DIGITAL SIN QUE ESTO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ ANEXAR CARTAS EN ORIGINAL COMO SE INDICA EN DICHO PUNTO.
10	CONSORCIO MEDICO MIUS S. DE R.L. DE C.V.	3	C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER PUNTO 29	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO POSITIVAS DEL SAT, IMSS E INFONAVIT Y LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL CON FECHA DESDE LA JUNTA DE ACLARACIONES HASTA UN DÍA ANTES LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DEL SAT, LA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES, EXPEDIDO POR LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN E



					INFONAVIT TIENEN UNA VIGENCIA DE 30 DÍAS NATURALES Y LA OPINIÓN POSITIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS) TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS HABILES. ASÍ MISMO, SE LES INFORMA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO LOS DOCUMENTOS ANTES ENUNCIADOS DEBERÁN ESTAR VIGENTES Y EN SENTIDO POSITIVO PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
11	CONSORCIO MEDICO MIUS S. DE R.L. DE C.V.	ANEXO 1A	CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA CANTIDAD DE EQUIPOS EN COMODATO POR PARTIDA QUE SE REQUIEREN COLOCAR EN CADA UNIDAD MÉDICA.	SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA CANTIDAD DE EQUIPOS EN COMODATO SOLICITADOS, ESTA ESPECIFICADO EN EL ANEXO 1A DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

GENERALES.

1.- Se informa a los licitantes que se hacen las siguientes modificaciones:

DICE:	DEBE DECIR:
ANEXO 1A (PAGINA 27) 2. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ELECTROLITOS Un Instrumentos Para Los Siguientes Centros de Salud: Jurisdicción Sanitaria No. 6 Cs Marín, Cs China.	ANEXO 1A (PAGINA 27) 2. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ELECTROLITOS Un Instrumentos Para Los Siguientes Centros de Salud: Jurisdicción Sanitaria No. 6 Cs China.
ANEXO 1A (PAGINA 30) 5. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE GASOMETRÍAS (CUIDADOS CRÍTICOS) Un Instrumento Para El Hospital Metropolitano	ANEXO 1A (PAGINA 30) 5. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE GASOMETRÍAS (CUIDADOS CRÍTICOS) Un Instrumento Para El Hospital Metropolitano y para el Hospital Regional Materno Infantil.
ANEXO 1A (PAGINA 35 Y 36) 9. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE COAGULACIÓN Un Instrumentos Para Los Siguientes Hospitales: H. Gral. De Cerralvo, H. Gral. De Montemorelos, H. Gral. De Linares, H. Gral. De Galeana, H. Gral. De Dr. Arroyo, Hospital General Tierra Y Libertad, Hospital De Juárez, Hospital General Sabinas Hidalgo Un Instrumentos Para: UNEME Pediátrica, UNEME Escobedo, UNEME Pesquería, UNEME Galeana, Hospital de Especialidades en Salud Mental, Hospital Metropolitano y UNEME General Terán Las pruebas incluidas son: APTT TP Dimero D	ANEXO 1A (PAGINA 35 Y 36) 9. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE COAGULACIÓN Un Instrumentos Para Los Siguientes Hospitales: H. Gral. De Cerralvo, H. Gral. De Montemorelos, H. Gral. De Linares, H. Gral. De Galeana, H. Gral. De Dr. Arroyo, Hospital General Tierra Y Libertad, Hospital De Juárez, Hospital General Sabinas Hidalgo y Hospital Metropolitano. Un Instrumentos Para: UNEME Pediátrica, UNEME Escobedo, UNEME Pesquería, UNEME Galeana, Hospital de Especialidades en Salud Mental y UNEME General Terán Las pruebas incluidas son: APTT TP Dimero D FIBRINOGENO



2.- Se informa a los licitantes interesados que aún no han realizado su pago, que se modifican los siguientes datos de la cuenta de depósito de pago de inscripción a la licitación, como a continuación se indica:

DICE:	DEBE DECIR:
1.2 PAGO DE INSCRIPCION A LA LICITACIÓN. – 1.2.1 Los interesados en participar en la presente licitación, deberán cubrir un costo de inscripción de \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) el cual deberán llevar a cabo mediante deposito o transferencia bancaria, tomando en cuenta los siguientes datos: Beneficiario: Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D. Cuenta No. 1298663744 Clabe Interbancaria No. 072580012986637444 Banco: Banco Mercantil del Norte, S. A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	1.2 PAGO DE INSCRIPCION A LA LICITACIÓN. – 1.2.1 Los interesados en participar en la presente licitación, deberán cubrir un costo de inscripción de \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) el cual deberán llevar a cabo mediante deposito o transferencia bancaria, tomando en cuenta los siguientes datos: Beneficiario: Servicios de Salud de Nuevo León, O.P.D. Cuenta No. 1345985621 Clabe Interbancaria No. 072580013459856214 Banco: Banco Mercantil del Norte, S. A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte


Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas y generales se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las re preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, sin que hubiere formulado ninguna pregunta al respecto.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 29 de enero del 2026, a las 11:00 horas, en esta misma sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de esa hora.

De esta manera se da por concluido el presente evento, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de la calle Matamoros oriente No 520, Zona Centro, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada esta primera y única junta de aclaraciones, siendo las 11:30 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	LIC. EDUARDO MEDINA CÁRDENAS	
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. FERNANDO ISMAEL FLORES SADA	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	ARQ. DIANA LUISA MARTÍNEZ RIVERA	

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONCURSOS Y LICITACIONES DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	LIC. NORMA LIZETH NUÑEZ SOTO	
REPRESENTANTE DEL LABORATORIO ESTATAL (ÁREA USUARIA)	Q.C.B. JOSÉ GUADALUPE GARZA GARZA	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE JURISDICCIONES SANITARIAS (ÁREA USUARIA)	LIC. IRMA REYNA CEPEDA	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



**SERVICIOS
DE SALUD O.P.D.**
GABINETE DE IGUALDAD
PARA TODAS LAS PERSONAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



INVITADO PERMANENTE		
	NOMBRE	FIRMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	LIC. RAÚL ÁNGEL MARTÍNEZ IBARRA	

LICITANTES		
	NOMBRE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.,	C. RENE GERARDO SALAZAR ROBLEDO	
ELECTRONICS FOR MEDICINE, S.A. DE C.V.	C. CYNTHIA NOHEMI BRIBIESCAS CABALLERO	