



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA**

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL

LP-919044992-145-2023

“EQUIPO MÉDICO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN”

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:00 horas del día 09 de agosto del 2023, en la Sala de juntas de la Dirección Administrativa, ubicada en el 2do. piso del inmueble situado en la calle Matamoros No. 520 oriente, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos miembros del comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presenta Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de “Equipo Médico para el Centro de Salud de Servicios Ampliados de San Pedro Garza García, Nuevo León”, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León en adelante la Ley y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley, en adelante el Reglamento; así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *Lic. Eduardo Medina Cárdenas*, en su carácter de Subdirector de Recursos Materiales y suplente del representante de la Presidenta del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el *Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lastra*, representante suplente de la Dirección Jurídica de este Organismo y el *Lic. Luis Alberto Arellano Molina*, representante de la Secretaría de Administración, **Miembros del Comité con Voz:** como representante suplente de la Dirección de seguimiento de concursos y licitaciones de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la *Lic. Norma Lizeth Nuñez Soto*, como área usuaria: la *Q.F.B. Leslie Korina Martínez Segovia*, representante de la Dirección de Jurisdicciones Sanitarias, **Invitados Permanentes:**

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-145-2023

PÁGINA 1 de 16

Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 Tel. 81 8130 7000

@saludNL





GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



el C.P. *Jesus Alberto Nava Lara*, representante del Órgano Interno de Control de este organismo y el lic. *Raúl Ángel Martínez Ibarra*, Jefe del Departamento de Adquisiciones.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, se hace constar que a este acto no asistieron observadores.

En uso de la palabra el lic. *Eduardo Medina Cárdenas*, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes estando presentes: **Representaciones Médicas Radiológicas del Norte, S.A. de C.V.**, representada por el C. *Alán Aguirre Rojas* y **Equimed del Noreste, S.A. de C.V.**, representada por el C. *José Guillermo Sánchez Martínez*.

DUDAS ADMINISTRATIVAS:

NO.	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	EQUIPOS MEDICOS DENAMED, S. DE R.L. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO.	C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: NUMERAL 11.	DICE: ALTA O APERTURA DE ESTABLECIMIENTO ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON DOMICILIO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY, N.L., PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO BASTARÁ CON PRESENTAR CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL ACTUALIZADA EN LA QUE SE MUESTRA DOMICILIO FISCAL EN MONTERREY Y ADEMÁS MOSTRAR QUE CONTAMOS CON ACTIVIDAD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE SOLICITA COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL ACTUALIZADO Y EL DEL ESTABLECIMIENTO DONDE REALICEN SUS PRINCIPALES OPERACIONES EN CASO DE SER DIFERENTE AL DOMICILIO FISCAL
2	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	PUNTO 1	PUNTO 1.2.1	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE AMPLE EL TIEMPO DE ENTREGA, A 45 DIAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO ECONÓMICO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



DUDAS TÉCNICAS:

NO.	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	EQUIPOS MEDICOS DENAMED, S. DE R.L. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	DICE: 1.3. RANGO DE MAS: 0.1 MAS A 630 MAS O MAYOR. PREGUNTA: PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE MAS DE 0.1 MAS A 500 MAS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD.
2	EQUIPOS MEDICOS DENAMED, S. DE R.L. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	DICE: 3.3. RANGO DE ANGUACIÓN DEL TUBO +/- 180° CON PARADAS EN CUALQUIER ÁNGULO, ROTACIÓN DE LA COLUMNA EN +/- 180°. PREGUNTA: PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE ANGUACIÓN DEL TUBO +/- 135° CON PARADAS EN 90°. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD.
3	EQUIPOS MEDICOS DENAMED, S. DE R.L. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	DICE: 4. UN DETECTOR PLANO DE 43 CM X 43 CM INALÁMBRICO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DETECTOR PLANO INALÁMBRICO TAMAÑO 35CM X 43CM CON ÁREA ACTIVA DE 2,836 X 2,336 PÍXELES Y NIVEL DE PROTECCIÓN IPX6. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD.
4	EQUIPOS MEDICOS DENAMED, S. DE R.L. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	DICE: 4.2 ÁREA ACTIVA DE 4,267 X 4,267 PÍXELES O MAYOR, PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DETECTOR PLANO INALÁMBRICO TAMAÑO 35CM X 43CM CON ÁREA ACTIVA DE 2,836 X 2,336 PÍXELES Y NIVEL DE PROTECCIÓN IPX6. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEBERÁN SER DE 3024 X 3024 PÍXELES O MAYOR EN UN DETECTOR DE 17X17".
5	EQUIPOS MEDICOS DENAMED, S. DE R.L. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	DICE: 4.3 NIVEL DE PROTECCIÓN IP54 O MAYOR, PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DETECTOR PLANO INALÁMBRICO TAMAÑO 35CM X 43CM CON ÁREA ACTIVA DE 2,836 X 2,336 PÍXELES Y NIVEL DE PROTECCIÓN IPX6. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD.
6	EQUIPOS MEDICOS DENAMED, S. DE R.L. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	DICE: 4.4 CENTELADOR DE IODURO DE CESIO, PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CENTELADOR DE GADOLINIO CON DQE DE 45% Y 150 MICRONES, SIN QUE ESTO DEMENTE LA CALIDAD DE LA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD.
7	EQUIPOS MEDICOS DENAMED, S. DE R.L. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	DICE: 4.6 TAMAÑO DE PIXEL DE 140 MICRONES O MENOR, PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CENTELADOR DE GADOLINIO CON DQE DE 45% Y 150 MICRONES, SIN QUE ESTO DEMENTE LA CALIDAD DE LA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD.
8	EQUIPOS MEDICOS DENAMED, S. DE R.L. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	DICE: 4.7 DQE DE 72% O MAYOR, PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CENTELADOR DE GADOLINIO CON DQE DE 45% Y 150 MICRONES, SIN QUE ESTO DEMENTE LA CALIDAD DE LA IMAGEN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tendidos Presupuestal No. LP-919044992-145-2023


Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000 | Tel. 818130 7000

@saludNL



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

9	EQUIPOS MEDICOS DENAMED, S. DE R.L. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	DICE: 5. TABLERO DE LA MESA DE FIBRA DE CARBONO DE 212CM X 82.5CM O MAYOR CON FILTRACIÓN ≤ 1.2MM AL 100KVP CON RECORRIDO LONGITUDINAL DE 45 CM O MAYOR Y TRANSVERSAL DE 13CM O MAYOR, PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA MESA CONVENCIONAL CON TAMAÑO DE 220CM X 75 CM Y ALTURA DE 66 CM, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD.
10	EQUIPOS MEDICOS DENAMED, S. DE R.L. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	DICE: 5.1 ALTURA DE LA MESA 65 CM O MENOR, PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA MESA CONVENCIONAL CON TAMAÑO DE 220CM X 75 CM Y ALTURA DE 66 CM, ¿SE ACEPTA?	ESTA PREGUNTA YA FUE ANTERIORMENTE CONTESTADA
11	EQUIPOS MEDICOS DENAMED, S. DE R.L. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	DICE: 7 CONTROL DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICA (AEC), PREGUNTA: DEBIDO A QUE EL CONTROL AUTOMÁTICO DE EXPOSICIÓN (AEC) NO ES UN COMPONENTE ESENCIAL DEL EQUIPO DE RAYOS X, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SEA OPCIONAL YA QUE INCLUIRLO AUMENTARÍA EL TIEMPO DE ENTREGA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD.
12	EQUIPOS MEDICOS DENAMED, S. DE R.L. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	DICE: 10.1 MONITOR LCD A COLOR DE 24" O MAYOR, PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA MEJORAR EL MONITOR SOLICITADO, OFERTANDO UN MONITOR CLÍNICO DE 19" CON RESOLUCIÓN DE 1 MEGAPIXEL (1280 X 1024), ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, EL REQUERIMIENTO MÍNIMO DEL MONITOR ES QUE SEA DE 24" O MAYOR
13	EQUIPOS MEDICOS DENAMED, S. DE R.L. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	DICE: 1. EQUIPO DE ULTRASONIDO DOPPLER COLOR PARA APLICACIONES DE MAMA, MUSCULO ESQUELETO, VASCULARES, PREGUNTA: PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE DE APERTURA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS YA QUE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS ESTÁN ORIENTADAS A LA MARCA MINDRAY, ¿SE ACEPTA?	NO SE PUEDE OTORGAR RESPUESTA PUNTUAL A SU CUESTIONAMIENTO YA QUE NO ESPECIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DE SU TECNOLOGÍA, LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONGSA Y ESTAR VINCULADAS CON LOS APARTADOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA
14	EQUIPOS MEDICOS DENAMED, S. DE R.L. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	DICE: 2. MONITOR LED SIN BISEL DE 23.8 PULGADAS CON ALTA RESOLUCIÓN, PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MONITOR LCD DE 21.5 PULGADAS CON RESOLUCIÓN FHD (1920 X 1080), ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LOS LICITANTES DEBEN DE OFERTAR COMO MÍNIMO LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA CORRESPONDIENTE
15	EQUIPOS MEDICOS DENAMED, S. DE R.L. DE C.V.		PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	DICE: 3. DISCO HIBRIDO DOBLE 1) DISCO REGULAR HDD ITB. 2) DISCO DE ESTADO SÓLIDO, SSD DE 128G (UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO), PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISCO REGULAR HDD ITB, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL EQUIPO	NO SE ACEPTA, LOS LICITANTES DEBEN DE OFERTAR COMO MÍNIMO LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA CORRESPONDIENTE

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de **Tratados Presenciales** No. LP-919044992-145-2023


Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel: 81-8130 7000

@saludNLM



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

					CUENTA CON COMUNICACIÓN DICOM, POR LO QUE NO ES NECESARIO MAYOR ALMACENAMIENTO INTERNO, YA QUE LOS ESTUDIOS PUEDEN SER ALMACENADOS EN EL PACS DEL SITIO, ¿SE ACEPTA?	FICHA CORRESPONDIENTE	TÉCNICA	
16	EQUIPOS MEDICOS DENAMED, S. DE R.L. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	DICE: 8 RANGO DINÁMICO DE 30-350 DB, 5/PASOS. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE UN RANGO DINÁMICO DE 314 DB, CUMPLE, YA QUE ESTA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, EL RANGO DINÁMICO QUE DEBERÁ DE TENER LA PROPUESTA DEBE DE SER DE 350 DB O MAYOR Y SE HACE OBLIGATORIO PARA LOS LICITANTES			
17	EQUIPOS MEDICOS DENAMED, S. DE R.L. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	DICE: 9 CON CAPACIDAD DE VISUALIZAR MÁS DE 1500 IMÁGENES POR SEGUNDO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 882 CUADROS POR SEGUNDO, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR LO SOLICITADO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES			
18	EQUIPOS MEDICOS DENAMED, S. DE R.L. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	DICE: 14. VISTA PANORÁMICA MAYOR A 30 CM DE CAPTURA, PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE CON 30 CM DE CAPTURA SE REFIERE AL RANGO DE PROFUNDIDAD, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APLICACIÓN, DEBE DE TENER 30 CM DE LONGITUD LA IMAGEN PANORÁMICA			
19	EQUIPOS MEDICOS DENAMED, S. DE R.L. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	DICE: 21. MEMORIA DE CINE MÁXIMA DE HASTA 63575 CUADROS (ALMACENAMIENTO MODO B) O 210.65 SEG. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MEMORIA CINE DE 63,500 CUADROS, YA QUE LA DIFERENCIA NO ES MAYOR AL 1%, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LOS LICITANTES DEBEN DE OFERTAR COMO MÍNIMO LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA CORRESPONDIENTE			
20	EQUIPOS MEDICOS DENAMED, S. DE R.L. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	DICE: 26. PANTALLA TOUCH SCREEN: A COLOR DE ALTA SENSIBILIDAD DE 15,6 " CON INCLINACIÓN DE 30° Y COMPATIBLE CON GESTOS INTELIGENTES. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA TOUCH SCREEN A COLOR DE ALTA SENSIBILIDAD DE 10,4", YA QUE EL TAMAÑO DE LA PANTALLA DE OPERACIÓN NO TIENE UN EFECTO DIAGNÓSTICO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA PANTALLA TOUCH SCREEN SERÁ DE 13" O MAYOR			
21	EQUIPOS MEDICOS DENAMED, S. DE R.L. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	DICE: 32.2 ALTURA MÍNIMA PARA MEJOR TRANSPORTE, ALTURA MÍNIMA DE 1 METRO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA ALTURA MÍNIMA DE 1.22 METROS, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO EL RANGO DE ALTURA SEA DE 90 A 125 CM			
22	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	ANEXO 1-A PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	PUNTO 1. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR GENERADOR TRIFÁSICO DE ALTA FRECUENCIA CON ALIMENTACIÓN A 380 VAC +/- 10%, 50 /60 HZ ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES			
23	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	ANEXO 1-A PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	PUNTO 1.6 SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 1 MS A 6.3 S CON PRECISIÓN: DE 77 PASOS, EL CUAL PERMITE OBTENER	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR LO SOLICITADO SIN SER			

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tendederos Presencial No. LP-919044992-145-2023


PÁGINA 5 de 16

Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000
@saludNL



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

			IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE CAUDAD, CON UN RANGO DE FACTOR DE EXPOSICIÓN ÓPTIMO. ¿SE ACEPTA?	OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES	
24	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	ANEXO 1-A PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	PUNTO 2.3 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CON ÁNODO ROTATORIO DE 3000 RPM CON ÁNGULO DE 12.5° EL CUAL PERMITE UNA BUENA PRODUCCIÓN CONTINUA OBTENIENDO IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE CALIDAD ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. LOS LICITANTES DEBEN DE OFERTAR COMO MÍNIMO LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA CORRESPONDIENTE
25	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	ANEXO 1-A PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	PUNTO 3.3 CON FINES DE REFERENCIACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR CON RANGO DE ROTACIÓN ANGULACIÓN DEL TUBO DE +/- 135° SOBRE EL EJE HORIZONTAL, CON PARADAS MECANICAS CADA 90°, ÁNGULO DE ROTACIÓN DEL TUBO SOBRE EL EJE VERTICAL DE +/- 90°, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. LOS LICITANTES DEBEN DE OFERTAR COMO MÍNIMO LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA CORRESPONDIENTE
26	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	ANEXO 1-A PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	PUNTO 3.4 DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON SOPORTE PARA TUBO DE RAYOS X CON FRENSOS ELECTROMAGNÉTICOS ¿ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
27	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	ANEXO 1-A PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	PUNTO 4.2 DEBEMOS ENTENDER QUE SE PODRÁ OFERTAR CON ÁREA ACTIVA DE 3072X3072 PÍXELES EL CUAL PERMITE OBTENER IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE CALIDAD ¿ES CORRECTO?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON UN ÁREA DE 3024 X 3024 O MAYOR EN UN DETECTOR 17X17"
28	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	ANEXO 1-A PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	PUNTO 4.5. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON FINES DE REFERENCIACIÓN PERMITA OFERTAR CON CARGA MÁXIMA DINÁMICA DE 250 KG. LO CUAL NO DEMERITA LA CARGA DE TRABAJO EN USO. ¿SE ACEPTA?	LA CAPACIDAD MÁXIMA DE SOPORTE EN PESO QUE DEBERÁ DE TENER EL DETECTOR SERÁ DE 170 KILOS DE PESO DISTRIBUIDO O MAYOR
29	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	ANEXO 1-A PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	PUNTO 6 DEBEMOS ENTENDER QUE HACEN REFERENCIA A DOS CÁMARAS DE IONIZACIÓN DE TRES CAMPOS ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SON TRES CÁMARAS DE IONIZACIÓN PARA BUKI Y MESA.
30	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	ANEXO 1-A PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	PUNTO 8. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON FINES DE REFERENCIACIÓN PERMITA OFERTAR CON PROGRAMA ANATÓMICOS "APR" DE 1024 O MÁS. ¿SE ACEPTA?	LA CAPACIDAD MÍNIMA QUE DEBERÁ DE SER ES DE 1000 PROGRAMAS ANATÓMICOS O MAYOR
31	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	ANEXO 1-A PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	PUNTO 9.1. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON FINES DE REFERENCIACIÓN COMO ALTIMETRO COMO ALTIMETRO MÍNIMO DEL CENTRO DEL DETECTOR Y ALTURA MÁXIMA DEL CENTRO DEL DETECTOR DE 44 CM A 202 CM. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA. LOS LICITANTES DEBEN DE OFERTAR COMO MÍNIMO LO SOLICITADO EN LA

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Televidios Presencial No. LP-919044992-145-2023

PÁGINA 6 de 16

Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000
@saludNL




X

[Handwritten signatures and marks]



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

32	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	ANEXO 1-A PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	PUNTO 10.1. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON FINES DE REFERENCIACIÓN PERMITA OFERTAR CON MONITOR LCD A COLOR DE 23.8" CON RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080. ¿SE ACEPTA?	FICHA CORRESPONDIENTE	TÉCNICA	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON UN MONITOR DE 23" COMO MÍNIMO, SIN SER OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES	
33	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	ANEXO 1-A PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	SIN PUNTO QUE OPERA A 220 V 60 HZ +/- 10%. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO OPERE CON ALIMENTACIÓN A 380 VAC +/- 10%, 50 /60 HZ ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA SALA DE RAYOS DEBERÁ DE ALIMENTARSE EL EQUIPO 220V 60 HZ +/-10% TRIFÁSICO			
34	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	SIN PUNTO, DEBIDO A QUE EN MUCHAS OCASIONES LOS MANUALES Y/O CATÁLOGOS NO CONTIENEN LA INFORMACIÓN DE FORMA TEXTUAL, SOLICITAMOS PODER REALIZAR LA REFERENCIA GRÁFICA EN LAS CARACTERÍSTICAS QUE NO ESTÉN DESCRITAS DE FORMA TEXTUAL ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE LA CARACTERÍSTICA SOLICITADA			
35	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	SIN PUNTO, ES CORRECTO ENTENDER QUE EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN			
36	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	PUNTO 2, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN MONITOR LED DE PANTALLA PLANA TFT/IPS DE 21.5" (54,6 CM) Y ALTA RESOLUCIÓN, RELACIÓN DE CONTRASTE > 1000:1, ANGULO DE VISUALIZACIÓN AMPLIADO > 178º (HORIZONTAL Y VERTICAL) Y TIEMPO DE RESPUESTA: < 14 MS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, LOS LICITANTES DEBEN DE OFERTAR COMO MÍNIMO LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA CORRESPONDIENTE			
37	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	PUNTO 3, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN DISCO DURO INTENNO CON CAPACIDAD DE 512 GB Y UN DISCO DURO EXTERNO CON CAPACIDAD DE 1 TB, CON LO CUAL SE CUBRE LA FUNCIÓN DE ALMACENAR IMÁGENES Y ESTUDIOS SIENDO ESTO PARA LO CUAL SE DESTINA ESTOS DISCOS DUROS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE EL DISCO DURO DE 1TB QUE PERTENEZCA AL ULTRASONIDO Y QUE NO SEA EXTERNO			
38	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	PUNTO 4, DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA VARÍA DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS PODER OFERTAR OCHO CONTROLES DESLIZANTES PARA AJUSTAR LA CURVA TGC Y AJUSTE DEL CONTROL TÁCTIL DE LA CURVA LGC Y TGC CON VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE LA IMAGEN EN LA PANTALLA TÁCTIL PARA MEJORAR LA ERGONOMÍA Y AHORRAR PASOS AL USUARIO, SIENDO ESTO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, SOLO SI SE DEMUESTRA QUE LA CARACTERÍSTICA ES SUPERIOR A LO SOLICITADO			

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Títulos Presencial No. LP-919044992-145-2023


PÁGINA 7 de 16

Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000
@saludNL



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

39	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	PUNTO 5.6, ESTO CORRECTO ENTENDER QUE SOLO ES NECESARIO DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO CUENTA CON LA CAPACIDAD DE RECIBIR Y REALIZAR ESTUDIOS 4D O 3D EN TIEMPO REAL, ESTA PREGUNTA VIESA EN QUE NO SOLICITAN EL TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO, CON EL CUAL SE DEBEN DE REALIZAR ESTOS ESTUDIOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA Apreciación?	SE ACEPTA, LA PROPOSTA DEBERÁ INCLUIR EL TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO
40	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	PUNTO 8, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN EQUIPO CON HASTA 280 DB, ESTO CONSIDERANDO QUE EL RANGO DINÁMICO ES USADO PARA LOS ESTUDIOS ECOCARDIOGRÁFICOS, DONDE LA ESCALA DE GRISES DEBE DE SER CONSTANTEMENTE AJUSTADA, CONSIDERANDO QUE EL EQUIPO QUE USTEDES SOLICITAN NO CONTIENE PROGRAMAS NI TRANSDUCTORES PARA USO CARDIOLOGICO, ESTA CARACTERÍSTICA NO LES OTORGA MAYOR BENEFICIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO ES CORRECTO, EL RANGO DINÁMICO QUE DEBERÁ DE TENER LA PROPOSTA DEBE DE SER DE 350 DB O MAYOR Y SE HACE OBLIGATORIO PARA LOS LICITANTES
41	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	PUNTO 9, CON EL FIN DE QUE EL INSTITUTO CUENTO CON LO MEJOR EN TECNOLOGÍA SUGERIMOS QUE LA VELOCIDAD DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES SEA DE AL MENOS 1800 IMÁGENES POR SEGUNDO, ESTO CON EL FIN DE QUE NO SE PIERDAN DETALLES DE LOS ESTUDIOS AL MOMENTO DE SER ADQUIRIDOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR LO SOLICITADO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
42	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	PUNTO 16, DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA VARÍA DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS PODER OFERTAR ESTE PUNTO COMO: CAPACIDAD DE ELASTOGRAFÍA BASADA EN DEFORMACIÓN PARA IMÁGENES DE MAMA Y GINECOLÓGICAS CON INTELIGENCIA ANATÓMICA (IA) DE IMÁGENES ANECÓICAS PARA RESALTAR ÁREAS SIN NECESIDAD DE SEÑALES DE ULTRASONIDOS TALES COMO QUISTES Y ESTRUCTURAS QUISTICAS COMPLEJAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR LO SOLICITADO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
43	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	PUNTO 17, DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA VARÍA DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS PODER OFERTAR ESTE PUNTO COMO: VISTAS DE RECONSTRUCCIÓN MULTIPLANAR, CAPACIDAD PARA EXPORTAR LOS PLANOS A, B Y C COMO UN CICLO DE IMAGEN MULTIPLE PARA SU REVISIÓN EN UN DISPOSITIVO DICOM ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, LAS VISTAS DE RECONSTRUCCIÓN MULTIPLANAR DEBEN PODER REALIZARSE EN EL ULTRASONÓGRAFO Y NO EN UN DISPOSITIVO EXTERNO
44	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	PUNTO 19, DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA VARÍA DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS PODER OFERTAR ESTE PUNTO COMO: CORRELACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE IMÁGENES (STIC) PERMITE LA ADQUISICIÓN AUTOMATIZADA DE VOLUMENES DEL CICLO CARDIACO FETAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR LO SOLICITADO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
45	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	PUNTO 20, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR ESTE PUNTO COMO: ZOOM DE ADQUISICIÓN (HD ZOOM): POSIBILIDAD DE COLOCAR LA REGIÓN DE INTERÉS DEL ZOOM EN CUALQUIER ÁREA DE LA IMAGEN Y CAMBIAR LA ALTURA Y EL ANCHO DE LA REGIÓN DE INTERÉS SOBRE LA QUE SE APLICA EL ZOOM. ZOOM Y AMPLIACIÓN DE IMÁGENES EN TIEMPO REAL O CONGELADAS HASTA 16 VECES, SIENDO ESTO UNA	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR LO SOLICITADO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES


Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tendidos Presencial No. LP-919044992-145-2023

Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000
@saludNL



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

			<p>CARACTERÍSTICA SUPERIOR AL TENER EL ZOOM EN TIEMPO REAL AUNADO A LA POSIBILIDAD DE AUMENTAR HASTA 16 VECES EL TAMAÑO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> <p>PUNTO N° 21. CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO QUE ESTA CARACTERÍSTICA ES PROPIA DE UNA CASA COMERCIAL, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN SISTEMA DE REVISIÓN DE IMÁGENES CINELOOP CON ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO EN MEMORIA LOCAL, VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL Y MODOS DUPLEX DE UN MÁXIMO DE 2200 IMÁGENES EN COLOR Y 2D, HASTA 64 SEGUNDOS DE DATOS DOPPLER Y MODO M PARA REVISIÓN RETROSPECTIVA Y SELECCIÓN DE IMÁGENES, O HASTA 48 SEGUNDOS DE DOPPLER CW PARA REVISIÓN RETROSPECTIVA Y SELECCIÓN DE IMÁGENES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>NO SE ACEPTA, LOS LICITANTES DEBEN DE OFERTAR COMO MÍNIMO LO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA CORRESPONDIENTE</p>
46	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	<p>PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO</p>	
47	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	<p>PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO</p>	<p>NO SE ACEPTA, LO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA PANTALLA TOUCH SCREEN SERÁ DE 13" O MAYOR</p>
48	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	<p>PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO</p>	<p>SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR LO SOLICITADO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES</p>
49	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	<p>PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO</p>	<p>SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR UN EQUIPO CON 4 PUERTOS PARA CONEXIÓN DE LOS TRANSDUCTORES. ESTO CONSIDERANDO QUE TENER 5 PUERTOS O 4 PUERTOS NO BENEFICIA O DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO AUNADO A QUE USTEDES SOLICITA 3 TRANSDUCTORES. POR LO CUAL, AL TENER 4 PUERTOS, PODRÁN TENER CONECTADOS Y OCUPAR CUALQUIER DE LOS TRANSDUCTORES SOLICITADOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>
50	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	<p>PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO</p>	<p>PUNTO N° 32. DEBIDO A QUE EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN LOS TRANSDUCTORES ES DE ACUERDO AL DISEÑO DE CADA FABRICANTE Y CONSIDERANDO QUE TENER LAS CONEXIONES EN LA PARTE POSTERIOR HACE QUE SEA MÁS INCOMODO EL CONECTAR Y DESCONECTAR LOS MISMOS, SOLICITAMOS PODER OFERTAR LOS PUERTOS PARA TRANSDUCTORES EN LA PARTE FRONTAL DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de **Tendidos Presencial** No. LP-919044992-145-2023


Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000

@saludNL



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

51	CAMIAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	PUNTO N° 32. ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EVITAR LA TORCEDURA DE LOS CABLES COMO INDICA LA CÉDULA, SE DEBERÁ DE OFERTAR PORTA CABLES. PARA EVITAR ESTOS INCONVENIENTES ¿ES CORRECTA NUESTRA APECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APECIACIÓN
52	CAMAS Y CAMILLAS, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	PUNTO 32.2. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN EQUIPO CON ALTURA AJUSTABLE DE EN LA POSICIÓN MÁS BAJA DESDE EL SUELO: 76.2 CM (30 IN) Y EN LA POSICIÓN MÁS ALTA DESDE EL SUELO: 96.5 CM (38 IN) ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO EL RANGO DE ALTURA SEA DE 90 A 125 CM
53	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 1 – SALA DE RAYOS X	REFERENTE AL PUNTO 1.6: SOLICITAN UN TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 1 MS A 8 S O MAYOR, ACTUALMENTE LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS HAN HECHO BAJAR LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN PARA BENEFICIO DEL PACIENTE, POR LO CUAL SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR UN TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 1MS A 6.3 S. ESTO HACIENDO REFERENCIA AL PRINCIPIO RADIOLOGICO (ALARA) EL CUAL BUSCA LA MAYOR CALIDAD DE IMAGEN CON LA MENOR DOSIS POSIBLE Y CON ESTOS RANGOS QUE DE TIEMPO SE GARANTIZA UNA MENOR EXPOSICIÓN AL PACIENTE ¿SE ACEPTA? R:	SE ACEPTA SU SOLICITUD LOS LICITANTES DEBERÁN DE REFERENCIAR EL PRINCIPIO RADIOLOGICO ALARA
54	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 1 – SALA DE RAYOS X	REFERENTE AL PUNTO 2.4: SOLICITAMOS AMABILMENTE TENER UN REQUERIMIENTO MÍNIMO DE 300KHU O MAYOR, YA QUE ESTO AUMENTA LA VIDA ÚTIL DEL TUBO DE RAYOS X Y PERMITE NO TENER INTERRUPCIONES DE FLUJO DE TRABAJO POR TEMAS DE SOBRE CALENTAMIENTO DEL TUBO AL TENER UNA MAYOR CAPACIDAD DE DICIPACIÓN DE CALOR ACORDE AL TIPO DE GENERADOR SOLICITADO ¿SE ACEPTA? R:	SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMAS LICITANTES
55	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 1 – SALA DE RAYOS X	REFERENTE AL PUNTO 3.2.: SOLICITAMOS AMABILMENTE QUE LA COLUMNA PORTA TUBOS TENGA REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE 242 CM Y VERTICAL DE 154 CM O MAYOR. ESTO CON LA FINALIDAD DE TENER UN MAYOR DESPLAZAMIENTO Y NO TENER LIMITANTES AL REALIZAR LOS ESTUDIOS DE RADIOLOGÍA GENERAL A LOS QUE ESTÁ DESTINADO EL EQUIPO, INCLUSO EN TOMAS DE RAYOS FUERA DE LA MESA Y/O EN SILLA DE RUEDAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD
56	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 1 – SALA DE RAYOS X	REFERENTE PUNTO 4.2: SOLICITAMOS AMABILMENTE PODER OFERTAR 3024X3024 PÍXELES ENTENDIENDO QUE ESTO ESTÁ A LA ALTURA DEL MERCADO, SIEMPRE Y CUANDO SE GARANTICE TENER UN MEGA PIXEL DEL 139 O MENOR LO CUAL SUPERA LO SOLICITADO, GARANTIZANDO LA MEJOR CALIDAD DE IMAGEN CON LA MENOR RADIACIÓN AL PACIENTE Y ADÉMÁS QUE CUMPLE CON LA ISO 4090 QUE ES LA NORMA INTERNACIONAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD
57	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 1 – SALA DE RAYOS X	REFERENTE AL PUNTO 4.3: SOLICITAMOS AMABILMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA ESTE PUNTO SEA UN IP57 COMO MÍNIMO ENTENDIENDO QUE TENDRÁ MAYOR GRADO DE PROTECCIÓN DEL EQUIPO SOBRE TODO CON LÍQUIDOS LO CUAL GARANTIZA UNA VIDA ÚTIL MÁS PROLONGADA PARA EL BIEN ADQUIRIDO Y AHORRO A LA UNIDAD COMPRADORA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, Y DEBERÁ DE OFERTARSE CON UNA PROTECCIÓN IP57 COMO MÍNIMO PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS O FLUIDOS DE LOS PACIENTES

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Trámites Presencial No. LP-919044992-145-2023

PÁGINA 10 de 16

Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8750 7000


@saludNLL





SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

58	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 1 – SALA DE RAYOS X	REFERENTE AL PUNTO 4.5: SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA OFERTAR UN DETECTOR DE 170 ENTENDIENDO QUE LOS DETECTORES SE USARAN EN EL BUCKY DE PARED Y DE LA MESA, Y TENIENDO EN LA MESA UN SOPORTE DE 295 KG LO CUAL ES SUPERIOR A LO SOLICITADO, Y PARA LAS TOMAS FUERA DE LA MESA EL SOPORTE DE 170 KG ES MAS QUE SUFICIENTE ¿SE ACEPTA? R:	SE ACEPTA SU SOLICITUD
59	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 1 – SALA DE RAYOS X	REFERENTE AL PUNTO 4.5: SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA OFERTAR UN DETECTOR DE 170 ENTENDIENDO QUE LOS DETECTORES SE USARAN EN EL BUCKY DE PARED Y DE LA MESA, Y TENIENDO EN LA MESA UN SOPORTE DE 295 KG LO CUAL ES SUPERIOR A LO SOLICITADO, Y PARA LAS TOMAS FUERA DE LA MESA EL SOPORTE DE 170 KG ES MAS QUE SUFICIENTE ¿SE ACEPTA? R:	PREGUNTA ANTERIORMENTE CONTESTADA
60	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 1 – SALA DE RAYOS X	REFERENTE AL PUNTO 4.5: EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMABLEMENTE PODER OFERTAR UN SOPORTE PARA DETECTOR DE USO RUDO PARA COMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN Y PERMITE UN SOPORTE DE PESO SUPERIOR A LOS 200 KG SOLICITADOS ¿SE ACEPTA? R:	PREGUNTA ANTERIORMENTE CONTESTADA
61	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 1 – SALA DE RAYOS X	REFERENTE AL PUNTO 5.1 SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR UNA MESA DE RAYOS X DE 725 MM, ENTENDIENDO QUE NO SE TIENE LIMITANTES PARA EL POSICIONAMIENTO DE PACIENTES DE DISTINTAS COMPLEXIONES FISICAS Y PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS DISTINTAS CASAS COMERCIALES DE IGUAL MANERA ESO PERMITE NO ENCARGAR LA SOLUCIÓN EN BENEFICIO DE LA UNIDAD COMPRADORA ¿SE ACEPTA? R:	SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES
62	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 1 – SALA DE RAYOS X	REFERENTE AL PUNTO 10.1: SOLICITAMOS QUE NOS PERMITA OFRECER MONITOR DE 23” ENTENDIENDO QUE ES EL MONITOR DE ADQUISICIÓN, CUYA FUNCIÓN ES LA PRE VISUALIZACIÓN DE LAS IMÁGENES ADQUIRIDAS Y POSTERIORMENTE PUEдан SER ENVIADAS A MONITORES DE DIAGNÓSTICO, EL DIFERENCIAL DE 1” NO TIENE MAYOR RELEVANCIA CLÍNICA DEBIDO A QUE SE PRESENTA LA IMAGEN EN FORMATO DICOM ¿SE ACEPTA? R:	SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIA PARA LOS DEMÁS LICITANTES
63	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 1 – SALA DE RAYOS X	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EL DATO DE LA ALIMENTACIÓN DEL SITIO DONDE SE INSTALARA SALA DE RAYOS X, R:	LA SALA DE RAYOS X DEBERÁ TENER UNA ALIMENTACIÓN DE 220V 60 HZ +/-10% TRIFÁSICO
64	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 – ULTRASONOGRAFO	REFERENTE AL PUNTO: 8 RANGO DINÁMICO DE 30-350 DB, 5/PASOS. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGIA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON UN ULTRASONIDO QUE CUENTA CON 383 DE RANGO DINÁMICO EN INCREMENTOS DE CINCO DECIBELES: 10 DB A 80 DB. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, EL RANGO DINÁMICO DEBE SER DE 350 DB O MAYOR


Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Terceros Presencial No. LP-919044992-145-2023

Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000
@saludNL



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DECENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DECENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

65	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 - ULTRASONOGRAFO	REFERENTE AL PUNTO: 9 -. SE SOLICITA AMABILMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGIA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON RANGO DINAMICO DE 383 DB Y CON 11,404,800 DE CANALES DIGITALES YA QUE EL OJO HUMANO SOLO PUEDE VER 30 A 60 CUADROS POR SEGUNDO NUESTRA TECNOLOGIA COLOCA LOS CUADROS EN 250 CUADROS POR SEGUNDO Y GUARDA EN CINE DE 80,000 CUADROS POR SEGUNDO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR LO SOLICITADO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
66	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 - ULTRASONOGRAFO	REFERENTE AL PUNTO 16 -. SE SOLICITA AMABILMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGIA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON ELASTOGRAFIA STRAIN (VIRTUAL TOUCH STRAIN) PARA TRANSDUCTORES LINEALES Y ELASTOGRAFIA SHEARWAVE (VIRTUAL TOUCH SHEAR WAVE) PARA TRANSDUCTORES LINEALES Y CONVEXOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR LO SOLICITADO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
67	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 - ULTRASONOGRAFO	REFERENTE AL PUNTO 18 -. SE SOLICITA AMABILMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGIA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON TRANSDUCTOR CONVEXO DE 1.4-8.5 MHZ QUE TIENE APLICACIONES DE CARBIO FETAL Y AYUDA A LA EVALUACION DE LA CONTRACCION CARDIACA FETAL O ADULTA MEDIANTE EL ANÁLISIS DE STRAIN Y ROTACION VENTRICULAR SISTOLICA Y DIASTOLICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR LO SOLICITADO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
68	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 - ULTRASONOGRAFO	REFERENTE AL PUNTO 19 -. SE SOLICITA AMABILMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGIA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON TRANSDUCTOR CONVEXO DE 1.4-8.5 MHZ QUE TIENE APLICACIONES DE CARBIO FETAL Y AYUDA A LA EVALUACION DE LA CONTRACCION CARDIACA FETAL O ADULTA MEDIANTE EL ANÁLISIS DE STRAIN Y ROTACION VENTRICULAR SISTOLICA Y DIASTOLICA. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR LO SOLICITADO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
69	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 - ULTRASONOGRAFO	REFERENTE AL PUNTO 24 -. SE SOLICITA AMABILMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION Y PARA NO ENCARGAR LA PROUESTA CONSIDERE ESTE PUNTO COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR LO SOLICITADO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
70	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLOGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 - ULTRASONOGRAFO	REFERENTE AL PUNTO 26 -. SE SOLICITA AMABILMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGIA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA	NO SE ACEPTA, LO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA PANTALLA TOUCH SCREEN SERÁ DE 13" O MAYOR


Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de **Teléfonos Presencial No. LP-919044992-145-2023**

Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 813077000
@saludNL



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

			DE CADA FABRICANTE CON UNA PANTALLA TOUCH SCREEN DE 13.3 PULGADAS, AJUSTABLE A 30-60 GRADOS. ¿SE ACEPTA?		
71	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLÓGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 – ULTRASONÓGRAFO	REFERENTE AL PUNTO 32 -. SE SOLICITA AMABILMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON UN ULTRASONIDO DE 11,404.800 DE CANALES DIGITALES CON 4 PUERTOS ACTIVOS EN LA PARTE INFERIOR. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR UN ULTRASONÓGRAFO CON MÍNIMO 4 PUERTOS ACTIVOS, EN LA PARTE FRONTO-INFERIOR DE ESTE, SIENDO OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
72	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLÓGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 – ULTRASONÓGRAFO	REFERENTE AL PUNTO 34 -. SE SOLICITA AMABILMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON UN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS DE 2.9-8.1 MHZ YA QUE 0.7 NO ES SIGNIFICATIVO EN LA CALIDAD DE IMAGEN Y CON CAMPO DE VISIÓN DE 176°. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN,
73	REPRESENTACIONES MEDICAS RADIOLÓGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 – ULTRASONÓGRAFO	REFERENTE AL PUNTO 34 -. SE SOLICITA AMABILMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON UN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS DE 2.7-9.9 MHZ Y CON CAMPO DE VISIÓN DE 160° YA QUE +/- 5° NO ES SIGNIFICATIVO EN LA CALIDAD DE IMAGEN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN SE ACEPTA, PUEDE OFERTARLO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

Después de dar lectura a las preguntas con sus respectivas respuestas, se dio oportunidad a los licitantes presentes para que estimaran las re preguntas que estimarán pertinentes, habiendo aclarado las dudas correspondientes.


Finalmente se reitera que el Acto de Presentación Y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 16 de agosto del 2023 a las 10:00 horas, en esta misma sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de la hora programada.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Taberos Presidencial No. LP-919044992-1A5-2023

Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000
@saludNL



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

De esta manera se da por concluido el presente evento, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

No habiendo otro asunto se da por terminado el presente evento siendo las 10:53 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.


MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	LIC. EDUARDO MEDINA CÁRDENAS	
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	LIC. LUIS ALBERTO ARELLANO MOLINA	





SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
ORGANISMO AUTÓNOMO DECENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ

	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONCURSOS Y LICITACIONES DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	LIC. NORMA LIZETH NUÑEZ SOTO	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE JURISDICCIONES SANITARIAS	Q.F.B. LESLIE KORINA MARTÍNEZ SEGOVIA	

DELANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES


	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	C.P. JESÚS ALBERTO NAVA LARA	





SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

<p>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</p>	<p>LIC. RAÚL ÁNGEL MARTÍNEZ IBARRA</p>	
--	--	---

LICITANTES		
NOMBRE	NOMBRE	FIRMA
<p>REPRESENTACIONES MÉDICAS RADIOLÓGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.</p>	<p>C. ALÁN AGUIRRE ROJAS</p>	
<p>EQUIMED DEL NORESTE, S.A. DE C.V.</p>	<p>C. JOSÉ GUILLERMO SÁNCHEZ MARTÍNEZ</p>	



Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark