




GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA PRESENCIAL
LP-919044992-151-2023
"EQUIPO MÉDICO PARA CESSA SAN PEDRO"**

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 11:00 horas del día 11 de septiembre del 2023, en la Sala de juntas de la Dirección Administrativa, ubicada en el 2o. piso del inmueble situado en la calle Matamoros No. 520 oriente, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos miembros del comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presenta Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la **Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-919044992-151-2023** referente a la adquisición de **"Equipo Médico para CESSA San Pedro"**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León en adelante la Ley y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley, en adelante el Reglamento; así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.


Este acto fue presidido por el Lic. *Eduardo Medina Cárdenas*, en su carácter de Subdirector de Recursos Materiales y suplente del representante de la Presidenta del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el Lic. *Roberto Carlos Rodríguez Lastra*, representante suplente de la Dirección Jurídica de este Organismo y el Lic. *Juan Silvano Hernández Sena*, representante de la Secretaría de Administración, **Miembros del Comité con Voz:** como representante suplente de la Dirección de seguimiento de concursos y licitaciones de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el Lic. *Antonio Isaias de la Rosa Ramírez*, como área usuaria: la Lic. *Irma Reyna Cepeda*, representante de la Dirección de Jurisdicciones Sanitarias, **Invitado Permanente:** el Lic. *Raúl Ángel Martínez Ibarra*, Jefe del Departamento de Adquisiciones.





SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral como observador.

En uso de la palabra el Lic. *Eduardo Medina Cárdenas*, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes estando presentes: *Electrónica y Medicina, S.A.*, representada por la C. *Mariela Michel Cisneros Casas* y *Representaciones Médicas Radiológicas del Norte, S.A. de C.V.*, representada por el C. *Alan Aguirre Rojas*

Acto seguido se procedió a dar lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes las cuales son las siguientes:

DUDAS ADMINISTRATIVAS:

No.	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCION	PREGUNTA	RESPUESTA
1	GE Sistemas de México, S.A. DE C.V.	1.2. Periodo y lugar de entrega de equipo. 1.2.1. Periodo de suministro del equipo	Partida 1. SALA DE RAYOS X. EQUIPO DE RADIOLOGÍA DIGITAL FIJO CON DETECTOR PLANO INALÁMBRICO DE ALTA DEFINICIÓN. Partida 2. ULTRASONOGRAFO.	DEBIDO A LA SITUACIÓN MUNDIAL, DONDE LAS CADENAS DE SUMINISTRO HAN SIDO IMPACTADAS EN LA DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA, COMPONENTES Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA LA FABRICACIÓN DE LOS BIENES, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE CONSIDERAR QUE EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES SEA DE 70 DÍAS NATURALES, POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE FALLO. ¿SE ACEPTA?	SE ACLARA AL LICITANTE QUE EL PLAZO DE ENTREGA ES DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, QUE SON 70 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO.
2	GE Sistemas de México, S.A. DE C.V.	Apartado 3, inciso C, Punto 20	Partida 1. SALA DE RAYOS X. EQUIPO DE RADIOLOGÍA DIGITAL FIJO CON DETECTOR PLANO INALÁMBRICO DE ALTA DEFINICIÓN. Partida 2. ULTRASONOGRAFO.	ENTENDEMOS QUE LA VIGENCIA DE LAS DISTINTAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO SOLICITADAS, SERÁ VÁLIDA DURANTE EL PLAZO DE 30 DÍAS NATURALES PREVIOS AL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. SE ACLARA AL LICITANTE QUE LA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DEL SAT Y LA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES, EXPEDIDO POR LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENEN UNA VIGENCIA DE 30 DÍAS NATURALES Y LAS OPINIONES POSITIVAS EN MATERIA

Acto de Junta de Adaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-919044992-151-2023


Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000
@safudnl

[Handwritten signatures and marks]



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS E INFONAVIT) TIENEN UNA VIGENCIA DE 15 DÍAS NATURALES.

		Partida 1. SALA DE RAYOS X. EQUIPO DE RADIOLOGÍA DIGITAL FIJO CON DETECTOR PLANO INALÁMBRICO DE ALTA DEFINICIÓN. Partida 2. ULTRASONOGRAFO.	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CARTA DE APOYO POR PARTE DEL FABRICANTE PUEDE SER EMITIDA Y FIRMADA POR LA ENTIDAD MATRIZ GLOBAL, CONTROLADORA DE LAS PLANTAS FILIALES QUE MANUFACTURAN LOS EQUIPOS? ACOMPAÑANDO A LA MISMA DE LA CERTIFICACIÓN RESPECTO A DICHAS FILIALES DE LA ENTIDAD MATRIZ GLOBAL. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
3	GE Sistemas Médicos de México, S.A. DE C.V. Apartado 3, Inciso C, Punto 9	Partida 1. SALA DE RAYOS X. EQUIPO DE RADIOLOGÍA DIGITAL FIJO CON DETECTOR PLANO INALÁMBRICO DE ALTA DEFINICIÓN. Partida 2. ULTRASONOGRAFO.	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CARTA DE APOYO POR PARTE DEL FABRICANTE PUEDE SER EMITIDA Y FIRMADA POR LA ENTIDAD MATRIZ GLOBAL, CONTROLADORA DE LAS PLANTAS FILIALES QUE MANUFACTURAN LOS EQUIPOS? ACOMPAÑANDO A LA MISMA DE LA CERTIFICACIÓN RESPECTO A DICHAS FILIALES DE LA ENTIDAD MATRIZ GLOBAL. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
4	GE Sistemas Médicos de México, S.A. DE C.V. 3.2. Forma de presentación, Inciso IV	Partida 1. SALA DE RAYOS X. EQUIPO DE RADIOLOGÍA DIGITAL FIJO CON DETECTOR PLANO INALÁMBRICO DE ALTA DEFINICIÓN. Partida 2. ULTRASONOGRAFO.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA QUE CUALQUIER REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, PUEDA FIRMAR LA PROPUESTA DE ESTA LICITACIÓN, AUNQUE NO ESTÉ INSCRITO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, DEBERÁ CONTAR CON FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN Y/O DOMINIO, O PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA.

mateo

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-919044992-151-2023

PÁGINA 3 de 28


Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel: 81 8130 7000
@saludNL

[Handwritten signatures and marks]



SERVICIOS DE SALUD
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

5	GE Sistemas Médicos de México, S.A. DE C.V.	3.2. Forma de presentación, Inciso IV	Partida 1. SALA DE RAYOS X, EQUIPO DE RADIOLOGÍA DIGITAL FILO CON DETECTOR PLANO INALÁMBRICO DE ALTA DEFINICIÓN. Partida 2. ULTRASONOGRAFO.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA QUE CUALQUIER REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, PUEDA FIRMAR LA PROPUESTA DE ESTA LICITACIÓN, AUNQUE SEA DIFERENTE AL REPRESENTANTE QUE FIRMÓ LA INSCRIPCIÓN ¿SE ACEPTA?	SÍ SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, DEBERÁ CONTAR CON FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN Y/O DOMINIO, O PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA.
6	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	Numeral 3 Inciso C Punto 20	PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	OPINIÓN VIGENTE DEL IMSS, DERIVADO DE QUE ESTE DOCUMENTO CUENTA CON 24 HORAS DE VIGENCIA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODAMOS CUMPLIR CON ESTE PUNTO CON UN DOCUMENTO CON 48 HORAS DE HABER SIDO EMITIDO ¿SE ACEPTA?	CONFORME A LO PUBLICADO EN EL DOF EL 4 DE MAYO DEL 2023 EL ACUERDO ACDO.A52.HCT.250423/106.P DIR EL CUAL ESTABLECE QUE LA OPINION DEL IMSS TIENE UNA VIGENCIA DE 15 DIAS NATURALES.
7	Representaciones Médicas Radiológicas del Norte, S.A. de C.V.	Numeral 3 Inciso C Documento 5	Todas las partidas y sus Catalogos	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA QUE EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUUESTAS SE NOS PERMITA ENTREGAR FOLLETOS /O CATALOGOS SOLO LAS HOJAS DONDE SE REFERENCIA LO SEÑALADO EN EL ANEXO 1-A, YA QUE ENTREGAREMOS DIGITALMENTE LOS ARCHIVOS COMPLETOS PARA COMPROBAR SU AUTENTICIDAD ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
8	Representaciones Médicas Radiológicas del Norte, S.A. de C.V.	Numeral 3 Inciso C Documento 11	Todas las partidas y sus Catalogos	EN ESTE PUNTO SOLICITAN SE ENTREGUE DOS CARTAS EN ORIGINAL POR CLIENTES, LE PEDIMOS AMABLEMENTE PODER ENTREGAR COPIA DE ESTAS CARTAS Y QUE LAS ORIGINALES SE PRESENTEN DENTRO DEL SOBRE TECNICO PARA COTEJO ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DICHAS CARTAS SE DEBERAN PRESENTAR EN ORIGINAL DENTRO DEL SOBRE DE PROPUUESTA TÉCNICA.

Manuel

DUDAS TÉCNICAS:

NO.	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCION	PREGUNTA	RESPUESTA
1	GE Sistemas Médicos de México, S.A. DE C.V.	Cédula, Punto 2	Partida 2, Ultrasonografato,	EL TAMAÑO SOLICITADO EN EL PUNTO DE 23,8" LO TIENE ÚNICAMENTE UNA CASA COMERCIAL, POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR DE 22 PULGADAS CON TECNOLOGÍA OLED YA QUE ESTA TECNOLOGÍA AYUDA A VISUALIZAR	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, PARA TENER UNA SUFICIENTE VISUALIZACIÓN REQUERIMOS QUE EL MONITOR SEA DE POR LO MENOS 23" SIN MARCO O BISEL.

X

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-919044992-151-2023

PÁGINA 4 de 28

Matamoros 520 Ota., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8150 7000

@saludNL

[Handwritten signature]

1

				DE MEJOR FORMA LA ESCALA DE GRISES CON NEGROS MÁS PROFUNDOS Y REALCE EN LOS TONOS DE COLOR ¿SE ACEPTA LA PROPUUESTA?	
2	GE Sistemas Médicos de México, S.A. DE C.V.	Cédula, Punto 3	Partida 2, Ultrasonografía,	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR ÚNICAMENTE UN DISCO SSD DE AL MENOS 900 GB O MAYOR YA QUE ESTA TECNOLOGÍA DE DISCO DURO ES LA DE MAYOR BENEFICIO TECNOLÓGICO AL SER DE ESTADO SÓLIDO Y LA CAPACIDAD ES MAYOR QUE LA QUE SOLICITAN DE 128GB. ¿SE ACEPTA LA PROPUUESTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBARA GARANTIZAR UN ALMACENAMIENTO MAYOR A 1TB.
3	GE Sistemas Médicos de México, S.A. DE C.V.	Cédula, Punto 4	Partida 2, Ultrasonografía,	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR ÚNICAMENTE TGC DE AL MENOS 8 CONTROLES INDEPENDIENTES Y DEJAR OPTATIVA LA CARACTERÍSTICA LGC, YA QUE ESTA SE ENCUENTRA DISPONIBLE SOLO PARA ALGUNAS MARCAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUUESTA?	SE REQUIERE QUE EL EQUIPO PERMITA HACER AJUSTES EN AMBOS SENTIDOS POR LO QUE NO SE ACEPTA SU SOLICITUD.
4	GE Sistemas Médicos de México, S.A. DE C.V.	Cédula, Punto 5.1D	Partida 2, Ultrasonografía,	SOLICITAMOS SE NOS ACLARE EN ESTE PUNTO SI SE REFIEREN A LA OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA DEL EQUIPO, DE NO SER ASÍ, PEDIMOS SE ESPECIFIQUE	SE REFIERE AL SOFTWARE DE OPTIMIZACION AUTOMÁTICA DE LA IMAGEN EN LA ESCALA DE GRISES.
5	GE Sistemas Médicos de México, S.A. DE C.V.	Cédula, Punto 5.12	Partida 2, Ultrasonografía,	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIAR CON NUESTRA NOMENCLATURA PARA LA DESCRIPCIÓN DEL PUNTO Y LA CUAL SERÍA: SE LLAMA CROSSBEAM AL PROCESO DE COMBINAR DOS O VARIAS IMÁGENES DESDE DISTINTOS ÁNGULOS DE DIRECCIÓN EN UN SOLO CUADRO. ¿SE ACEPTA LA PROPUUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUUESTA YA QUE CON ESTO NO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO.
6	GE Sistemas Médicos de México, S.A. DE C.V.	Cédula, Punto 6	Partida 2, Ultrasonografía,	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTA CARACTERÍSTICA COMO IMAGEN DE ARMÓNICAS CODIFICADAS DEBIDO A LA NOMENCLATURA QUE MANEJAMOS EN LA MARCA. ¿SE ACEPTA LA PROPUUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUUESTA YA QUE CON ESTO NO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO.
7	GE Sistemas Médicos de México, S.A. DE C.V.	Cédula, Punto 7	Partida 2, Ultrasonografía,	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTA CARACTERÍSTICA COMO "FORMADORA DE IMAGEN: NÚMERO INFINITO DE CANALES EFECTIVOS", YA QUE ESTA ES UNA CARACTERÍSTICA MAYOR A LA SOLICITADA. ¿SE ACEPTA LA PROPUUESTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
8	GE Sistemas Médicos de México, S.A. DE C.V.	Cédula, Punto 8	Partida 2, Ultrasonografía,	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTA CARACTERÍSTICA COMO "AJUSTE DE RANGO DINÁMICO, NIVEL MÁS ALTO INFINITO" DEBIDO A QUE ES UN NIVEL INCLUSO MAYOR QUE EL SOLICITADO. ¿SE ACEPTA LA PROPUUESTA?	SE PERMITE UN RANGO DE 30 O MAYOR A 350 DB EN 5 PASOS.
9	GE Sistemas Médicos de México, S.A. DE C.V.	Cédula, Punto 9	Partida 2, Ultrasonografía,	EN EL ENTENDIDO DE QUE CUMPLIMOS CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO, PEDIMOS QUE NOS PERMITAN REFERENCIAR ESTA CARACTERÍSTICA COMO CUADROS POR SEGUNDO CON SU CARACTERÍSTICA COMO CUADROS POR SEGUNDO CON SU	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, YA QUE EL REQUERIMIENTO ES EN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y NO EN FUNCION DEL TIEMPO.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Preferencial No. LP-919044992-151-2023

PÁGINA 5 de 28

Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000

@saludNL

Matamoros

3

X

81

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

			RESPECTIVA ABBREVIACIÓN EN INGLÉS (FPS), YA QUE ASÍ SE ENCUENTRA EN NUESTRA LITERATURA. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?		
10	GE Sistemas Médicos de México, S.A. DE C.V.	Cédula, Punto 10	Partida 2, Ultrasonografo,	¿IMÁGENES CON HAZ CRUZADO DONDE SE COMBINAN IMÁGENES CON DISTINTOS ANGULOS DE DIRECCIÓN EN UN SOLO CUADRO? DE NO SER ASÍ, SOLICITAMOS SE NOS PUEDA AMPLIAR LA EXPLICACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA REQUERIDA.	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
11	GE Sistemas Médicos de México, S.A. DE C.V.	Cédula, Punto 12	Partida 2, Ultrasonografo,	EN EL ENTENDIDO DE QUE CUMPLIMOS CON TODO LO SOLICITADO EN EL PUNTO, PEDIMOS QUE SE NOS PERMITA REFERENCIAR CON NUESTRA APLICACIÓN LLAMADA "GROSSBEAM" QUE ES UN MODO ADAPTATIVO EN TIEMPO REAL QUE ELIMINA ARTEFACTOS Y AUMENTA LA DEFINICIÓN DE LOS BORDES DE TEIDO, DISPONIBLE EN TODOS LOS MODOS DE IMAGEN EN TODOS LOS TRANSDUCTORES. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
12	GE Sistemas Médicos de México, S.A. DE C.V.	Cédula, Punto 13	Partida 2, Ultrasonografo,	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE, PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, SE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO: PROTECCIÓN CONTRA SOFTWARES MALICIOSOS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, DEBIDO AL RIESGO DE TRANSFERENCIA O CONECTIVIDAD DE DISPOSITIVOS AJENOS SE REQUIERE LA PROTECCION CONTRA ANTI VIRUS DESDE EL PROPIO SOFTWARE DEL EQUIPO.
13	GE Sistemas Médicos de México, S.A. DE C.V.	Cédula, Punto 16	Partida 2, Ultrasonografo,	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO ELASTOGRAFIA DE ESFUERZO (STRAIN) Y ELASTOGRAFIA DE SHEAR WAVE ÚNICAMENTE, Y DEJAR COMO OPTATIVA LA PARTE DE "HISTE ES 10 VECES MÁS RÁPIDA QUE LA TECNOLOGÍA CONVENCIONAL PARA ANÁLISIS CUANTITATIVO." YA QUE ES UNA CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA DE UNA MARCA EN PARTICULAR. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, YA QUE SE REQUIERE LOS DOS TIPOS MÁS HI-STE PARA LA OPTIMIZACION DEL TIEMPO EN LOS DIAGNOSTICOS
14	GE Sistemas Médicos de México, S.A. DE C.V.	Cédula, Punto 20	Partida 2, Ultrasonografo,	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO ZOOM PANORÁMICO, ZOOM DE MAGNIFICACIÓN Y HD ZOOM. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REQUIERE DOS HERRAMIENTAS LA PRIMERA PARA AUMENTAR UNA REGION ESPECIFICA, Y LA SEGUNDA PARA LA OPTIMIZACION DE LA PANTALLA PARA OBTENER LA IMAGEN COMPLETA EN EL MONITOR.
15	GE Sistemas Médicos de México, S.A. DE C.V.	Cédula, Punto 21	Partida 2, Ultrasonografo,	SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIAR COMO 1 GB DE MEMORIA DE CINE LO CUAL EQUIVALDRÍA ALREDEDOR DE 900,000 CUADROS O IMÁGENES. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?	LA MEMORIA SOLICITADA DEBE DE SER INTERCONSTRUIDA Y LA CAPACIDAD DE CINE PODRA SER DE 59,000 IMÁGENES O SUPERIOR.
16	GE Sistemas Médicos de México, S.A. DE C.V.	Cédula, Punto 25	Partida 2, Ultrasonografo,	¿LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL PUNTO LAS TIENE ÚNICAMENTE UNA CASA COMERCIAL, POR LO QUE, PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES MARCAS,	SE ACLARA AL LICITANTE QUE RESPECTO AL TAMAÑO DEL MONITOR SE PERMITE UNA TOLERANCIA MAS


2

Matamoros



SERVICIOS DE SALUD
GOBIERNO PÚBLICO DECENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

			SOLICITAMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, NOS PERMITAN OFERTAR NUESTRA TECNOLOGIA TOUCH SCREEN DE 12.1" ¿SE ACEPTA LA PROPUUESTA?	MEJORA UN 5% CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR LA INCLINACION DE 30°
17	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	Cédula, Punto 29	Partida 2, Ultrasonografía,	SE PERMITE UN TABLERO FLOTANTE AJUSTABLE EN TRES DIRECCIONES ALTURA, ROTACION, EXTENSION Y CON CAPACIDAD DE AJUSTAR AUTOMÁTICAMENTE MÚLTIPLES FUNCIONES CON UNA SOLA TECLA.
18	GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	Cédula, Punto 32	Partida 2, Ultrasonografía,	NO SE ACEPTA SU PROPUUESTA, SE REQUIEREN 5 PUERTOS ACTIVOS INTERCONSTRUIDOS AL GABINETE DEL EQUIPO.
19	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	Anexo 1-A Partida 1 Sala de Rayos x	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, YA QUE EL AREA REQUIERE QUE EL EQUIPO PERMITA UNA ALIMENTACION DE 220V +/- 10%, 50 /60 HZ.
20	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	Anexo 1-A Partida 1 Sala de Rayos x	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
21	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	Anexo 1-A Partida 1 Sala de Rayos x	NO SE ACEPTA SE REQUIERE POR LO MENOS ANODO ROTATORIO DE 3,200 RPM O MAYOR.
22	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	Anexo 1-A Partida 1 Sala de Rayos x	NO SE ACEPTA SE REQUIEREN RANGO DE 180° CON PARADAS EN CUALQUIER ANGULO Y ROTACION DE COLUMNA DE 180°.
23	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	Anexo 1-A Partida 1 Sala de Rayos x	SE REFIERE AL BLOQUEO DE LOS FRENSOS MAGNETICOS PARA QUE SIEMPRE ESTEN ACCIONADOS.
24	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	Anexo 1-A Partida 1 Sala de Rayos x	ES CORRECTO SE PODRA OFERTAR AREA ACTIVA DE 3072 X 3072 PIXELS.

Acto de Junta de Adaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-919044992-151-2023

Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel: 811507600
@saludNL 9000


(Handwritten signatures and marks)

25	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	Anexo 1-A Partida 1 Sala de Rayos x	PUNTO 4.5. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON FINES DE REFERENCIACIÓN PERMITA OFERTAR CON CARGA MÁXIMA DINÁMICA DE 150 KG. LO CUAL NO DEMERITA LA CARGA DE TRABAJO EN USO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE UNA CAPACIDAD DE SOPORTE DE 200KG O MAYOR.
26	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	Anexo 1-A Partida 1 Sala de Rayos x	PUNTO 4.7. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA OFERTAR DOE (@ 0.1P Y ROAS) DE 66%, EL CUAL PERMITE OBTENER IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE CALIDAD. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SE REQUIERE POR LO MENOS DOE DE 72% O MAYOR PARA NO BAJAR LA CALIDAD DEL RENDIMIENTO DE LAS IMAGENES
27	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	Anexo 1-A Partida 1 Sala de Rayos x	PUNTO 5 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MESA DE PACIENTE DE MATERIAL COMPUESTO DE 220CM X 77 CM, CON ABSORCIÓN DE <0.5 MMAL @ 70 KVP CON RECORRIDO LONGITUDINAL DE +/- 50 CM Y MOVIMIENTO TRANSVERSAL DE +/- 13 CM. ¿SE ACEPTA?	EL MATERIAL DEL TABLERO PUEDE SER COMPUESTO SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES, SE PERMITE UNA LONGITUD DE 220CM X 82.5 CM O MAYOR CON FILTRACION DE 1.2MM AL 100KVP CON UN RECORRIDO LONGITUDINAL DE POR LO MENOS 45CM. O MAYOR Y TRANSVERSAL DE 13CM O MAYOR.
28	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	Anexo 1-A Partida 1 Sala de Rayos x	PUNTO 5.1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ALTURA DE LA MESA DE 75 CM., EL CUAL PERMITE EL USO PARA TODO TIPO DE PACIENTES. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA ALTURA DE LA MESA NO DEBE SER MAYOR A 65 CM.
29	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	Anexo 1-A Partida 1 Sala de Rayos x	PUNTO 5.2 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CON CARGA MÁXIMA DE 250 KG., EL CUAL PERMITE EL USO PARA TODO TIPO DE PACIENTES ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA CAPACIDAD MINIMA DE CARGA DEBE SER POR LO MENOS 275 KG O MAYOR.
30	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	Anexo 1-A Partida 1 Sala de Rayos x	PUNTO 6 DEBEMOS ENTENDER QUE HACEN REFERENCIA A DOS CAMARAS DE IONIZACIÓN DE TRES CAMPOS ¿ES CORRECTO?	EL PUNTO SE REFIERE A TRES CAMARAS DE IONIZACIÓN; IZQUIERA, DERECHA Y CENTRAL.
31	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	Anexo 1-A Partida 1 Sala de Rayos x	PUNTO 8. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON FINES DE REFERENCIACIÓN PERMITA OFERTAR CON PROGRAMA ANATÓMICOS "APR" DE 1024 O MÁS. ¿SE ACEPTA?	EL REQUERIMIENTO MINIMO ES DE 1,000 POSICIONES DE IMAGEN O MAS, PREESTABLECIDAS.
32	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	Anexo 1-A Partida 1 Sala de Rayos x	PUNTO 9.1. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON FINES DE REFERENCIACIÓN COMO ALTURA MINIMA DEL CENTRO DEL DETECTOR Y ALTURA MÁXIMA DEL CENTRO DEL DETECTOR DE 44 CM A 202 CM. ¿SE ACEPTA?	SE PERMITE UN RANGO DE 35CM A 180CM O MAYOR.
33	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	Anexo 1-A Partida 1 Sala de Rayos x	PUNTO 10.1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON FINES DE REFERENCIACIÓN PERMITA OFERTAR CON MONITOR LCD A COLOR DE 23.8" CON RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
34	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	LP-919044992-145-2023	Anexo 1-A Partida 1 Sala de Rayos x	SIN PUNTO QUE OPERA A 220 V 60 HZ +/- 10%. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO OPERE CON ALIMENTACIÓN A 380 VAC +/- 10%, 50 /60 HZ ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, YA QUE EL AREA REQUIERE QUE EL EQUIPO PERMITA UNA ALIMENTACIÓN DE 220V +/- 10%, 50 /60 HZ.



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

35	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	SIN PUNTO, DEBIDO A QUE EN MUCHAS OCASIONES LOS MANUALES Y/O CATALOGOS NO CONTIENEN LA INFORMACION DE FORMA TEXTUAL, SOLICITAMOS PODER REALIZAR LA REFERENCIA GRAFICA EN LAS CARACTERISTICAS QUE NO ESTEN DESCRITAS DE FORMA TEXTUAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA, LA REFERENCIA DEBE SER TEXTUAL EN LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE.
36	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	SIN PUNTO, ES CORRECTO ENTENDER QUE EL OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO DEPENDERA DE LA EVALUACION DE CADA PUNTO EN ESPECIFICO
37	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	PUNTO 2, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN MONITOR LED DE PANTALLA PLANA FT/195 DE 21.5" (54.6 CM) Y ALTA RESOLUCIÓN, RELACIÓN DE CONTRASTE > 1000:1, ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN AMPLIADO > 178º (HORIZONTAL Y VERTICAL) Y TIEMPO DE RESPUESTA: < 14 MS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, PARA TENER UNA SUFICIENTE VISUALIZACION REQUERIMOS QUE EL MONITOR SEA DE POR LO MENOS 23" SIN MARCO O BISEL.
38	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	PUNTO 3, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN DISCO DURO INTERNO CON CAPACIDAD DE 512 GB Y UN DISCO DURO EXTERNO CON CAPACIDAD DE 1 TB, CON LO CUAL SE CUBRE LA FUNCIÓN DE ALMACENAR IMÁGENES Y ESTUDIOS SIENDO ESTO PARA LO CUAL SE DESTINA ESTOS DISCOS DUROS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBARA GARANTIZAR UN ALAMCENAMIENTO MAYOR A 1TB, PUEDE SER EN DISCO HIBRIDO DOBLE INTERCONSTRUIDO EN EL EQUIPO (NO EXTERNO).
39	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	PUNTO 4, DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA VARÍA DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS PODER OFERTAR OCHO CONTROLES DESLIZANTES PARA AJUSTAR LA CURVA TGC Y AJUSTE DEL CONTROL TÁCTIL DE LA CURVA LGC Y TGC CON VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE LA IMAGEN EN LA PANTALLA TÁCTIL PARA MEJORAR LA ERGONOMÍA Y AHORRAR PASOS AL USUARIO, SIENDO ESTO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE REQUIERE QUE EL EQUIPO PERMITA HACER AJUSTES EN AMBOS SENTIDOS CON 8 CONTROLES PARA LGC Y 8 CONTROLES PARA TGC, POR LO QUE NO SE ACEPTA SU SOLICITUD.
40	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	PUNTO 5,6, ESTO CORRECTO ENTENDER QUE SOLO ES NECESARIO DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO CUENTA CON LA CAPACIDAD DE RECIBIR Y REALIZAR ESTUDIOS 4D O 3D EN TIEMPO REAL, ESTA PREGUNTA VERSA EN QUE NO SOLICITAN EL TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO, CON EL CUAL SE DEBEN DE REALIZAR ESTOS ESTUDIOS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, SI ES NECESARIO CONSIDERAR HARDWARE Y SOFTWARE PARA ESTUDIOS DE 4D Y 3D POR LO QUE SE DEBE INCLUIR EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA EL TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-919044992-151-2023

PÁGINA 9 de 28

Matamoros 520 Cte., Zona Centro, Monterrey N.L., C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000

@saludnl

Mas...

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]


[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DE CENTRALIZADO DE SERVICIOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DE CENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

41	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	PUNTO 8. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN EQUIPO CON HASTA 280 DB, ESTO CONSIDERANDO QUE EL RANGO DINAMICO ES USADO PARA LOS ESTUDIOS ECOCARDIOGRÁFICOS, DONDE LA ESCALA DE GRISES DEBE DE SER CONSTANTEMENTE AJUSTADA, CONSIDERANDO QUE EL EQUIPO QUE USTEDES SOLICITAN NO CONTIENE PROGRAMAS NI TRANSDUCTORES PARA USO CARDIOLOGICO, ESTA CARACTERÍSTICA NO LES OTORGA MAYOR BENEFICIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE PERMITE UN RANGO DE 30 O MAYOR A 350 DB EN 5 PASOS.
42	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	PUNTO 9. CON EL FIN DE QUE EL INSTITUTO CUENTEO CON LO MEJOR EN TECNOLOGÍA SUGERIMOS QUE LA VELOCIDAD DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES SEA DE AL MENOS 1900 IMÁGENES POR SEGUNDO, ESTO CON EL FIN DE QUE NO SE PIERDAN DETALLES DE LOS ESTUDIOS AL MOMENTO DE SER ADQUIRIDOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA POR LO MENOS 1,000 IMÁGENES POR SEGUNDO.
43	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	PUNTO 16. DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA VARÍA DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS PODER OFERTAR ESTE PUNTO COMO: CAPACIDAD DE ELASTOGRAFÍA BASADA EN DEFORMACIÓN PARA IMÁGENES DE MAMA Y GINECOLÓGICAS CON INTELIGENCIA ANATÓMICA (IA) DE IMÁGENES ANECOLICAS PARA RESALTAR ÁREAS SIN NECESIDAD DE SEÑALES DE ULTRASONIDOS TALES COMO QUISTES Y ESTRUCTURAS QUISTICAS COMPLEJAS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, YA QUE SE REQUIERE LOS DOS TIPOS DE ELASTOGRAFIA STRAIN + SHEARWAVE MAS HI-STE PARA LA OPTIMIZACION DEL TIEMPO EN LOS DIAGNOSTICOS.
44	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	PUNTO 17. DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA VARÍA DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS PODER OFERTAR ESTE PUNTO COMO: VISTAS DE RECONSTRUCCIÓN MULTIPLANAR, CAPACIDAD PARA EXPORTAR LOS PLANOS A, B Y C COMO UN CICLO DE IMAGEN MULTIPLE PARA SU REVISIÓN EN UN DISPOSITIVO DICOM ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBIDO A QUE SE REQUIEREN MULTIPLES CORTES DE UN SOLO PLANO SEPARADOS POR UNA DISTANCIA AJUSTABLE EN MM.
45	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	PUNTO 19. DEBIDO A QUE LA NOMENCLATURA VARÍA DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS PODER OFERTAR ESTE PUNTO COMO: CORRELACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE IMÁGENES (STIC) PERMITE LA ADQUISICIÓN AUTOMATIZADA DE VOLÚMENES DEL CICLO CARDIACO FETAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Presental No. LP-919044992-151-2023

PÁGINA 10 de 28

Matamoros 520 Cte., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000

@saludNL

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO
GERENCIADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

46	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	ANEJO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	<p>PUNTO 20. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR ESTE PUNTO COMO: ZOOM DE ADQUISICIÓN (HD ZOOM): POSIBILIDAD DE COLOCAR LA REGIÓN DE INTERÉS DEL ZOOM EN CUALQUIER ÁREA DE LA IMAGEN Y CAMBIAR LA ALTURA Y EL ANCHO DE LA REGIÓN DE INTERÉS SOBRE LA QUE SE APLICA EL ZOOM. ZOOM Y AMPLIACIÓN DE IMÁGENES EN TIEMPO REAL O CONGELADAS HASTA 16 VECES, SIENDO ESTO UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR AL TENER EL ZOOM EN TIEMPO REAL AJUNADO A LA POSIBILIDAD DE AUMENTAR HASTA 16 VECES EL TAMAÑO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p> <p>PUNTO N° 21. CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO QUE ESTA CARACTERÍSTICA ES PROPIA DE UNA CASA COMERCIAL, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN SISTEMA DE REVISIÓN DE IMÁGENES CINELOOP CON ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO EN MEMORIA LOCAL, VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL Y MODOS DÚPLEX DE UN MÁXIMO DE 2200 IMÁGENES EN COLOR Y 2D, HASTA 64 SEGUNDOS DE DATOS DOPPLER Y MODO M PARA REVISIÓN RETROSPECTIVA Y SELECCIÓN DE IMÁGENES, O HASTA 48 SEGUNDOS DE DOPPLER CW PARA REVISIÓN RETROSPECTIVA Y SELECCIÓN DE IMÁGENES. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REQUIERE DOS HERRAMIENTAS LA PRIMERA PARA AUMENTAR UNA REGIÓN ESPECÍFICA, Y LA SEGUNDA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA PANTALLA PARA OBTENER LA IMAGEN COMPLETA EN EL MONITOR.</p>
47	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	ANEJO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	<p>PUNTO N° 26. CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO QUE ESTA CARACTERÍSTICA ES PROPIA DE UNA CASA COMERCIAL, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA PANTALLA TÁCTIL CAPACITIVA DE 12" A TODO COLOR, CON TECNOLOGÍA DE DESLIZAMIENTO QUE PERMITE UNA SENCILLA NAVEGACIÓN DE LOS CONTROLES E INTERACCIÓN CON EL SISTEMA. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL REQUERIMIENTO MÍNIMO ACEPTADO EN EL ALMACENAMIENTO RETROSPECTIVO DEBE SER MAYOR A 100 SEGUNDOS Y EL ALMACENAMIENTO PROSPECTIVO DEBE SER POR LO MENOS DE 200 SEGUNDOS.</p>
48	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	ANEJO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	<p>PUNTO N° 29. CONSIDERANDO QUE LA NOMENCLATURA ES DISTINTA ENTRE CADA FABRICANTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR PANEL DE CONTROL CON UNA ARTICULACIÓN PERMITE PRÁCTICAMENTE CUALQUIER AJUSTE DE POSICIÓN PARA QUE LA ERGONOMÍA DE LA EXPLORACIÓN SEA ÓPTIMA: ALTURA, GIRO E INCLINACIÓN. 20.3 CM (8 IN) HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO Y ROTACIÓN DE 180° DESDE EL CENTRO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>SOBRE EL TAMAÑO DE MONITOR SE PERMITE UNA TOLERANCIA MAS MENOS UN 5% CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR LA INCLINACION DE 30°.</p>
49	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	ANEJO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO		<p>SE PERMITE UN TABLERO FLOTANTE AJUSTABLE EN TRES DIRECCIONES ALTURA, ROTACION, EXTENSION Y CON CAPACIDAD DE AJUSTAR AUTOMÁTICAMENTE MÚLTIPLES FUNCIONES CON UNA SOLA TECLA.</p>

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-919044992-151-2023

PÁGINA 11 de 28

Matamoros 520 Cte., Zona Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000

@saludNL

(Handwritten signatures and marks)

50	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	PUNTO N° 32. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN EQUIPO CON 4 PUERTOS PARA CONEXIÓN DE LOS TRANSDUCTORES, ESTO CONSIDERANDO QUE TENER 5 PUERTOS O 4 PUERTOS NO BENEFICIA O DETERIORA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO AUNADO A QUE USTEDES SOLICITA 3 TRANSDUCTORES, POR LO CUAL AL TENER 4 PUERTOS, PODRAN TENER CONECTADOS Y OCUPAR CUALQUIER DE LOS TRANSDUCTORES SOLICITADOS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REQUIEREN 5 PUERTOS ACTIVOS INTERCONSTRUIDOS AL GABINETE DEL EQUIPO, YA QUE SI SE DEBERA CONSIDERAR UN CUARTO TRANSDUCTOR CONVEJO VOLUMETRICO Y A FUTURO PODER CONECTAR UN QUINTO TRANSDUCTOR.
51	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	PUNTO N° 32. DEBIDO A QUE EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN LOS TRANSDUCTORES ES DE ACUERDO AL DISEÑO DE CADA FABRICANTE Y CONSIDERANDO QUE TENER LAS CONEXIONES EN LA PARTE POSTERIOR HACE QUE SEA MÁS INCOMODO EL CONECTAR Y DESCONECTAR LOS MISMOS, SOLICITAMOS PODER OFERTAR LOS PUERTOS PARA TRANSDUCTORES EN LA PARTE FRONTAL DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, POR COMODIDAD DEL USUARIO Y PROTECCION DE LOS PROPIOS TRANSDUCTORES LOS PUERTOS DE CONEXION NO DEBERAN ESTAR AL FRENTE DEL EQUIPO.
52	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	PUNTO N° 32. ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EVITAR LA TORCEDURA DE LOS CABLES COMO INDICA LA CÉDULA, SE DEBERÁ DE OFERTAR PORTA CABLES, PARA EVITAR ESTOS INCONVENIENTES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
53	GESTUM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	ANEXO 1-A	PARTIDA 2 ULTRASONOGRAFO	PUNTO 32.2. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UN EQUIPO CON ALTURA AJUSTABLE DE EN LA POSICIÓN MÁS BAJA DESDE EL SUELO: 76.2 CM (30 IN) Y EN LA POSICIÓN MÁS ALTA DESDE EL SUELO: 96.5 CM (38 IN) ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	EL PUNTO SE REFIERE A UNA ALTURA MINIMA DE 1 METRO CON EL MONITOR PLEGADO PARA FACILITAR EL TRASLADO DEL EQUIPO DENTRO O FUERA DEL HOSPITAL.
54	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	Anexo 1A Numeral 1.2	PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	SOLICITAMOS PARA EL PUNTO 1.2 SE PERMITA OFERTAR UN RANGO DE CORRIENTE DE 10 A 500 MA O MAYOR, ESTO EN CONGRUENCIA A LA LEY DE WATT. $P=(I)(V)$; DONDE $(I)=(P)/(V)$ ES DECIR $(I)= 50.000KW/100V= 500MA$ ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE UN RANGO DE 10 MA A 630 MA O MAYOR Y DEBERA CONSIDERAR UNA ALIMENTACION DE 220V.
55	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	Anexo 1A Numeral 1.3	PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	SOLICITAMOS PARA EL PUNTO 1.3 SE PERMITA OFERTAR UN RANGO DE MAS DE 0.01 A 630 MAS O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
56	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	Anexo 1A Numeral 3.3	PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	SOLICITAMOS PARA EL PUNTO 3.3 SE PERMITA OFERTAR UN RANGO SE ANGULACION DEL TUBO +/- 180° CON PARADAS EN 0° Y EN +/- 90°. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SE REQUIEREN RANGO DE 180° CON PARADAS EN CUALQUIER ANGULO Y ROTACION DE COLUMNA DE 180°.

Mas...

✓

✓

✓


✓

3



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DECENTRALIZADO
REGENTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

57	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	Anexo 1A Numeral 3.4	PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	SOLICITAMOS PARA DAR CUMPLIMIENTO CON EL PUNTO 3.4 SE PERMITA OFERTAR COMO FRENDOS ELECTROMAGNÉTICOS CON CONTROLES AL FRENTE. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
58	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	Anexo 1A Numeral 4	PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	SOLICITAMOS PARA EL PUNTO 4 SE PERMITA OFERTAR UN DETECTOR PLANO DE 35 CM X 43 CM INALÁMBRICO, YA QUE DA MÁS COMODIDAD Y FACILIDAD DE USO PARA INTERCAMBIARSE EN BUCKY DE PARED Y EN EL BUCKY DE MESA. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE DETECTOR PLANO DE 43 CM X 43 CM INALÁMBRICO.
59	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	Anexo 1A Numeral 4.2	PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR EN EL PUNTO 4.2 ÁREA ACTIVA DE 2300 O MAYO X 2800 O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE PODRA OFERTAR AREA ACTIVA DE 3072 X 3072 PÍXELES O MAYOR.
60	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	Anexo 1A Numeral 4.3	PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR PARA EL PUNTO 4.3 NIVEL DE PROTECCIÓN DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?	SE REQUIERE UN NIVEL DE PROTECCION COMO MINIMO IP54.
61	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	Anexo 1A Numeral 5.2	PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR EN EL PUNTO 5.2 UN DETECTOR CON CAPACIDAD DE CARGA UNIFORMES DE 100KG O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA CAPACIDAD MINIMA DE CARGA DEBE SER POR LO MENOS 275 KG O MAYOR.
62	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	Anexo 1A Numeral 4.7	PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR EN EL PUNTO 4.7 UN DOE DE 65 O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SE REQUIERE POR LO MENOS DOE DE 72% O MAYOR PARA NO BAJAR LA CALIDAD DEL RENDIMIENTO DE LAS IMÁGENES.
63	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	Anexo 1A Numeral 5	PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR UN TABLERO CON DIMENSIONES DE 220 CM X 70 CM LO CUAL PERMITE REALIZAR LOS ESTUDIOS DE RUTINA Y MANTENER LA SEGURIDAD DEL PACIENTE PARA EL PUNTO 5 ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE PERMITE UNA LONGITUD DE 220CM X 82.5 CM O MAYOR CON FILTRACION DE 1.2MM AL 100KVP CON UN RECORRIDO LONGITUDINAL DE POR LO MENOS 45CM O MAYOR Y TRASVERSAL DE 13CM O MAYOR.
64	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	Anexo 1A Numeral 5.2	PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	SOLICITAMOS PARA EL PUNTO 5.2 SE PERMITA OFERTAR UN PESO DE PACIENTE DE 250 O MAYOR. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, LA CAPACIDAD MINIMA DE CARGA DEBE SER POR LO MENOS 275 KG O MAYOR.
65	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	Anexo 1A Numeral 8	PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR PARA EL PUNTO 8. CON 900 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS O ABR. ¿SE ACEPTA?	EL REQUERIMIENTO MINIMO ES DE 1,000 POSICIONES DE IMAGEN O MAS, PREESTABLECIDAS.
66	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	Anexo 1A Numeral 9.1	PARTIDA 1 SALA DE RAYOS X	SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR PARA EL PUNTO 9.1 UN RANGO DE MOVIMIENTO DE 43 CM A 182 CM. ¿SE ACEPTA?	SE PERMITE UN RANGO DE 35CM A 180CM O MAYOR
67	ROHJIAN, S.A. DE C.V.	LP-91904492-151-2023	Partida 2. Ultrasonógrafo	PUNTO NO. 32, ¿SE ACEPTA OFERTAR UN ULTRASONÓGRAFO CON MÍNIMO 4 PUERTOS ACTIVOS EN LA PARTE FRONTO-INFERIOR?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE REQUIEREN 5 PUERTOS ACTIVOS INTERCONSTRUIDOS AL GABINETE DEL EQUIPO, YA QUE SI SE DEBERA CONSIDERAR UN CUARTO TRANSDUCTOR CONVEXO VOLUMÉTRICO Y A FUTURO PODER CONECTAR UN QUINTO TRANSDUCTOR. NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, POR COMODIDAD DEL USUARIO Y PROTECCION DE LOS

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-919044992-151-2023

PÁGINA 13 de 28

Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130-7000

@saludNL


				PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE MAS DE 0.1 MAS A 500 MAS, ¿SE ACEPTA?	PROPIOS TRANSDUCIDORES LOS PUERTOS DE CONEXION NO DEBERAN ESTAR AL FRENTE DEL EQUIPO.
68	DIAGNOSTICS SOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V.	Anexo 1-A, numeral 1.3	PARTIDA 1 – SALA DE RAYOS X	PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE ANGULACIÓN DEL TUBO +/- 135° CON PARADAS EN 90°, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL RANGO DE CORRIENTE DEBERA SER DE 630 MAS O MAYOR.
69	DIAGNOSTICS SOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V.	Anexo 1-A, numeral 3.3	PARTIDA 1 – SALA DE RAYOS X	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DETECTOR PLANO INALÁMBRICO TAMAÑO 35CM X 43CM CON AREA ACTIVA DE 2,836 X 2,336 PÍXELES Y NIVEL DE PROTECCIÓN IPX6, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SE REQUIERE RANGO DE 180° CON PARADAS EN CUALQUIER ANGULO Y ROTACION DE COLUMNA DE 180°.
70	DIAGNOSTICS SOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V.	Anexo 1-A, numeral 4, 4.2, 4.3	PARTIDA 1 – SALA DE RAYOS X	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DETECTOR PLANO INALÁMBRICO TAMAÑO 35CM X 43CM CON AREA ACTIVA DE 2,836 X 2,336 PÍXELES Y NIVEL DE PROTECCIÓN IPX6, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE DETECTOR PLANO DE 43 CM X 43 CM INALÁMBRICO, NO SE ACEPTA SE PODRA OFERTAR AREA ACTIVA DE 3072 X 3072 PÍXELES O MAYOR, SE REQUIERE UN NIVEL DE PROTECCION COMO MINIMO IP54.
71	DIAGNOSTICS SOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V.	Anexo 1-A, numeral 4.4, 4.6, 4.7	PARTIDA 1 – SALA DE RAYOS X	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CENTELLADOR DE GADOLINIO CON DOE DE 45% Y 150 MICRONES, SIN QUE ESTO DEMENTITE LA CALIDAD DE LA IMAGEN, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SE REQUIERE POR LO MENOS DOE DE 72% O MAYOR Y 140 MICRONES O MENOR, PARA NO BAJAR LA CALIDAD DEL RENDIMIENTO DE LAS IMÁGENES.
72	DIAGNOSTICS SOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V.	Anexo 1-A, numeral 5 y 5.1	PARTIDA 1 – SALA DE RAYOS X	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA MESA CONVENCIONAL CON TAMAÑO DE 220CM X 75 CM Y ALTURA DE 66 CM, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE PERMITE UNA LONGITUD DE 220CM X 82.5 CM O MAYOR.
73	DIAGNOSTICS SOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V.	Anexo 1-A, numeral 7	PARTIDA 1 – SALA DE RAYOS X	DEBIDO A QUE EL CONTROL AUTOMÁTICO DE EXPOSICIÓN (AEC) NO ES UN COMPONENTE ESCENCIAL DEL EQUIPO DE RAYOS X, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SEA OPCIONAL YA QUE INCLUIRLO AUMENTARIA EL TIEMPO DE ENTREGA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA POR, POR NORMATIVA EL EQUIPO DEBE CONTAR CON CONTROL AUTOMATICO DE EXPOSICION.
74	DIAGNOSTICS SOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V.	Anexo 1-A, numeral 10.1	PARTIDA 1 – SALA DE RAYOS X	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA MEJORAR EL MONITOR SOLICITADO, OFERTANDO UN MONITOR CLINICO DE 19" CON RESOLUCIÓN DE 1 MEGAPIXEL (1280 X 1024), ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE MONITOR DE 24" O MAYOR
75	DIAGNOSTICS SOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V.	ANEXO 1-A, numeral 2	PARTIDA 2 - ULTRASONOGRAFO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MONITOR LCD DE 21.5 PULGADAS CON RESOLUCIÓN FHD(1920 X 1080) , ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, PARA TENER UNA SUFICIENTE VISUALIZACION REQUERIMOS QUE EL MONITOR SEA DE POR LO MENOS 23" DE ALTA RESOLUCION SIN MARCO O BISEL.
76	DIAGNOSTICS SOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V.	ANEXO 1-A, numeral 3	PARTIDA 2 - ULTRASONOGRAFO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DISCO REGULAR HDD 1TB, EN EL ENTENDIDO DE QUE EL EQUIPO CUENTA CON COMUNICACIÓN DICOM, POR LO QUE NO ES NECESARIO	NO SE ACEPTA INDEPENDIENTEMENTE DE LA COMUNICACIÓN DICOM EL EQUIPO DEBE CONTAR CON LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, DEBARA GARANTIZAR UN ALAMCENAMIENTO MAYOR A 1TB.

Matamoros



SERVICIOS DE SALUD
GOBIERNO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

			MAYOR ALMACENAMIENTO INTERNO, YA QUE LOS ESTUDIOS PUEDEN SER ALMACENADOS EN EL PACS DEL SITIO. ¿SE ACEPTA?	PUEDE SER EN DISCO HIBRIDO DOBLE INTERCONSTRUIDO EN EL EQUIPO (NO EXTERNO).	
77	DIAGNOSTICS SOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V.	ANEXO 1-A, numeral 8	PARTIDA 2 - ULTRASONOGRAFO	ENTENDEMOS QUE UN RANGO DINAMICO DE 31.4 DB, CUMPLE, YA QUE ESTA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO EL RANGO DINAMICO REQUERIDO DEBE SER MENOR A 30 O MAYOR A 350.
78	DIAGNOSTICS SOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V.	ANEXO 1-A, numeral 9	PARTIDA 2 - ULTRASONOGRAFO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR 882 CUADROS POR SEGUNDO, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD NO CUMPLE CON EL MINIMO SOLICITADO.
79	DIAGNOSTICS SOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V.	ANEXO 1-A, numeral 14	PARTIDA 2 - ULTRASONOGRAFO	ENTENDEMOS QUE CON 30 CM DE CAPTURA SE REFIERE AL RANGO DE PROFUNDIDAD, ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, SE REFIERE AL BARRIDO LONGITUDINAL.
80	DIAGNOSTICS SOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V.	ANEXO 1-A, numeral 21	PARTIDA 2 - ULTRASONOGRAFO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MEMORIA CINE DE 63,500 CUADROS, YA QUE LA DIFERENCIA NO ES MAYOR AL 1%. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
81	DIAGNOSTICS SOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V.	ANEXO 1-A, numeral 26	PARTIDA 2 - ULTRASONOGRAFO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PANTALLA TOUCH SCREEN A COLOR DE ALTA SENSIBILIDAD DE 10.4", YA QUE EL TAMAÑO DE LA PANTALLA DE OPERACIÓN NO TIENE UN EFECTO DIAGNOSTICO. ¿SE ACEPTA?	SOBRE EL TAMAÑO DE MONITOR SE PERMITE UNA TOLERANCIA MAS MENOS UN 5% CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR LA INCLINACION DE 30°
82	DIAGNOSTICS SOLUTIONS, S.A.P.I. DE C.V.	ANEXO 1-A, numeral 32.2	PARTIDA 2 - ULTRASONOGRAFO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA ALTURA MINIMA DE 1.22 METROS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD NO CUMPLE CON EL TOPE MAXIMO SOLICITADO.
83	IT Soluciones de Innovación Tecnológica Avanzada, S.A. de C.V.	Punto: 2 Monitor LED sin bisel de 23,8 pulgadas con alta resolución.	2 Ultrasonografo	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGIA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON UN MONITOR DE 21.5 PULGADAS FULL HD LCD CON RETROILUMINACION LED. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, PARA TENER UNA SUFICIENTE VISUALIZACION REQUERIMOS QUE EL MONITOR SEA DE POR LO MENOS 23" SIN MARCO O BISEL.
84	IT Soluciones de Innovación Tecnológica Avanzada, S.A. de C.V.	Punto: 2 Monitor LED sin bisel de 23,8 pulgadas con alta resolución.		SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGIA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, PARA TENER UNA SUFICIENTE VISUALIZACION REQUERIMOS QUE EL MONITOR SEA DE POR LO MENOS 23" SIN MARCO O BISEL.
85	IT Soluciones de Innovación Tecnológica	Punto: 7 Sistema con formación de haces acústicos digital de 4.5		SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGIA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD NO CUMPLE CON EL MINIMO SOLICITADO, NI CON EL RANGO DINAMICO.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-919044992-151-2023

PÁGINA 15 de 28

Matamoros 520 Cte., Zona Centro, Monterrey, N.L. CP 64000 | Tel: 81-8130-7800

@saludNL



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

Avanzada, S.A. de C.V.	millones de canales totalmente digitales.	FABRICANTE CON UN ULTRASONIDO DE 4,128,768 Y CON RANGO DINÁMICO MAYOR A 329 DB. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA EL RANGO DINÁMICO REQUERIDO DEBE SER MENOR A 30 O MAYOR A 350.
86 IT Soluciones de Innovación Tecnológica Avanzada, S.A. de C.V.	Punto 8: Rango dinámico de 30-350 dB, 5/pasos.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON UN ULTRASONIDO CON RANGO DINÁMICO MAYOR A 329 DB. ¿SE ACEPTA?	
87 IT Soluciones de Innovación Tecnológica Avanzada, S.A. de C.V.	Punto 10: Con imágenes compuestas o similar de ocho líneas de visión.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON NUESTRO SOFTWARE ADVANCED SIE CLEAR CON 7 ÁNGULOS DE DIRECCIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA NO SE AJUSTA AL MÍNIMO REQUERIDO.
88 IT Soluciones de Innovación Tecnológica Avanzada, S.A. de C.V.	Punto 10: Con imágenes compuestas o similar de ocho líneas de visión.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON NUESTRO SOFTWARE COMPOUNDING CON 5 ÁNGULOS DE DIRECCIÓN. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA NO SE AJUSTA AL MÍNIMO REQUERIDO.
89 IT Soluciones de Innovación Tecnológica Avanzada, S.A. de C.V.	Punto: 16 Capacidad de realizar 2 tipos de Elastografía Strain + Shearwave, HI-STE es 10 veces más rápida que la tecnología convencional para análisis cuantitativo.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON ESE TOUCH ELASTICIDAD (STRAIN) Y CUANTIFICACIÓN VIRTUAL PARA HIGADO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, YA QUE SE REQUIERE LOS DOS TIPOS DE ELASTOGRAFÍA STRAIN + SHEARWAVE MAS HASTE PARA LA OPTIMIZACION DEL TIEMPO EN LOS DIAGNOSTICOS.
90 IT Soluciones de Innovación Tecnológica	Punto: 16 Capacidad de realizar 2 tipos de	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, YA QUE SE REQUIERE LOS DOS TIPOS DE ELASTOGRAFÍA STRAIN +

Manuel

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-919044992-151-2023

PÁGINA 16 de 28

Matamoros 520 Ota., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | ~~Tel: 8130 0000~~

@saludNL

83

8


8

3



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

	Avanzada, S.A. de C.V.	Elastografía Strain + Shearwave, HI-STE es 10 veces más rápida que la tecnología convencional para análisis cuantitativo.		EXPRESADA EN LA CEDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON VIRTUAL TOUCH ELASTICIDAD (STRAIN) Y VIRTUAL TOUCH POINT SHEAR WAVE PARA HIGADO. ¿SE ACEPTA?	SHEARWAVE MAS HI-STE PARA LA OPTIMIZACION DEL TIEMPO EN LOS DIAGNOSTICOS.
91	IT Soluciones de Innovación Tecnológica Avanzada, S.A. de C.V.	Punto: 18 Con capacidad de crecimiento a futuro a STIC fetal.		SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA ES IMPORTANTE QUE EL EQUIPO CUENTE CON LA CAPACIDAD DE INCORPORARLO A FUTURO.
92	IT Soluciones de Innovación Tecnológica Avanzada, S.A. de C.V.	Punto: 18 Con capacidad de crecimiento a futuro a STIC fetal.		EN CASO QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CEDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON NUESTRAS APLICACIONES PARA CARDIO FETAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA ES IMPORTANTE QUE EL EQUIPO CUENTE CON LA CAPACIDAD DE INCORPORARLO A FUTURO.
93	IT Soluciones de Innovación Tecnológica Avanzada, S.A. de C.V.	Punto: 19 Con capacidad de crecimiento a futuro a software para obtener al menos las cuatro vistas básicas del corazón a partir de una adquisición de STIC fetal.		SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA ES IMPORTANTE QUE EL EQUIPO CUENTE CON LA CAPACIDAD DE INCORPORARLO A FUTURO.
94	IT Soluciones de Innovación Tecnológica Avanzada, S.A. de C.V.	Punto: 21 Memoria de cine máxima de hasta 63575 cuadros (almacenamiento modo B) o 210,65 seg.		SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CEDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON CAPTURA DE CINE DE 60 SEGUNDOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL REQUERIMIENTO MINIMO ES DE 200 SEGUNDOS.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-919044992-151-2023

PÁGINA 17 de 28

Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000 | Tel. 81 923 0000

@saludNL

Manuel

S

8

✓

<p>95</p> <p>IT Soluciones de Innovación Tecnológica Avanzada, S.A. de C.V.</p>	<p>Punto: 26 Pantalla touch screen: a color de alta sensibilidad de 15.6" con inclinación de 30° y compatible con gestos inteligentes.</p>	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON PANTALLA TÁCTIL DE 13.3 PULGADAS Y EL PANEL DE CONTROL CON CONTROL DE ALTURA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SOBRE EL TAMAÑO DE MONITOR SE PERMITE UNA TOLERANCIA MAS MENOS UN 5% CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR LA INCLINACION DE 30°.</p> <p>NO SE ACEPTA SU PROPUUESTA, SE REQUIEREN 5 PUERTOS ACTIVOS INTERCONSTRUIDOS AL GABINETE DEL EQUIPO, YA QUE SI SE DEBERA CONSIDERAR UN CUARTO TRANSDUCTOR CONVEJO VOLUMETRICO Y A FUTURO PODER CONECTAR UN QUINTO TRANSDUCTOR. NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, POR COMODIDAD DEL USUARIO Y PROTECCION DE LOS PROPIOS TRANSDUCTORES LOS PUERTOS DE CONEXION NO DEBERAN ESTAR AL FRENTE DEL EQUIPO.</p>
<p>96</p> <p>IT Soluciones de Innovación Tecnológica Avanzada, S.A. de C.V.</p>	<p>Punto: 32 Con 5 puertos de conexión para transductores, localizados en la parte posterior del equipo para evitar torceduras de cables.</p>	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON 5 PUERTOS DE TRANSDUCTORES EN LA PARTE INFERIOR DE LA CONSOLA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUUESTA, SE REQUIEREN 5 PUERTOS ACTIVOS INTERCONSTRUIDOS AL GABINETE DEL EQUIPO, YA QUE SI SE DEBERA CONSIDERAR UN CUARTO TRANSDUCTOR CONVEJO VOLUMETRICO Y A FUTURO PODER CONECTAR UN QUINTO TRANSDUCTOR.</p>
<p>97</p> <p>IT Soluciones de Innovación Tecnológica Avanzada, S.A. de C.V.</p>	<p>Punto: 32 Con 5 puertos de conexión para transductores, localizados en la parte posterior del equipo para evitar torceduras de cables.</p>	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON CON 4 PUERTOS DE TRANSDUCTORES EN LA PARTE INFERIOR DE LA CONSOLA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUUESTA, SE REQUIEREN 5 PUERTOS ACTIVOS INTERCONSTRUIDOS AL GABINETE DEL EQUIPO, YA QUE SI SE DEBERA CONSIDERAR UN CUARTO TRANSDUCTOR CONVEJO VOLUMETRICO Y A FUTURO PODER CONECTAR UN QUINTO TRANSDUCTOR.</p>
<p>98</p> <p>IT Soluciones de Innovación Tecnológica Avanzada, S.A. de C.V.</p>	<p>Punto: 34.- Transductor Intracavitario de banda ancha rango de frecuencia de 4.0 MHz o menor a 9.0 MHz o mayor, con curvatura de</p>	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON UN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE 3.2 - 8.5 MHZ CON CAMPO DE VISIÓN DE 220°. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA, SE REQUIERE UN RANGO MAS AMPILLO.</p>


✓

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
REGISTRALCADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

	10 mm o mayor y campo de visión de 170° o mayor, para aplicaciones endocavitarias, incluida urología.	Punto: 34.- Transductor intracavitario de banda ancha rango de		
99	IT Soluciones de Innovación Tecnológica Avanzada, S.A. de C.V.	frecuencia de 4.0 MHz o menor a 9.0 MHz o mayor, con curvatura de 10 mm o mayor y campo de visión de 170° o mayor, para aplicaciones endocavitarias, incluida urología.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON UN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE 3.5 - 10.2 MHZ CON CAMPO DE VISIÓN DE 150°. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA, EL RANGO ALTO, PERO NO SE ACEPTA EL RANGO BAJO, Y EL RANGO DE VISION DEBE SER POR LO MENOS DE 170° O MAYOR.
100	IT Soluciones de Innovación Tecnológica Avanzada, S.A. de C.V.	Punto: 35.- Transductor convexo de banda ancha rango de frecuencia de 2.0 MHz o menor a 6.0 MHz o mayor, con curvatura de 50 mm o mayor y campo de visión de 70° o mayor, para aplicaciones abdominales (adultos y pediátricos, intestinales,	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON UN TRANSDUCTOR CONVEXO DE 1.0 - 5.6 MHZ CON CAMPO DE VISIÓN DE 72°. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. IP-919044992-151-2023



PÁGINA 19 de 28

Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey N.L. C.P. 640000 | Tel. 81 8130 7000

@saludNL



matamoros


1

Handwritten marks and signatures



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
REGISTRADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

	obstétricas y ginecológicas, de próstata e intervencionistas de carácter General.				
101	IT Soluciones de Innovación Tecnológica Avanzada, S.A. de C.V.	Punto: 31 Con carro porta equipo con ruedas giratorias, y con freno para mayor comodidad.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PEDIR UN ULTRASONIDO CON BATERIA DE 75 MINUTOS COMO MINIMO ADEMÁS DE LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA?	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON RANGO DINÁMICO DE 383 DB Y CON 11,404,800 DE CANALES DIGITALES YA QUE EL OJO HUMANO SOLO PUEDE VER 30 A 60 CUADROS POR SEGUNDO NUESTRA TECNOLOGÍA COLOCA LOS CUADROS EN 250 CUADROS POR SEGUNDO Y GUARDA EN CINE DE 80,000 CUADROS POR SEGUNDO. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE DEBERA INCLUIR BATERIA DE 75 MINUTOS O DE UN TIEMPO MAYOR.
102	IT Soluciones de Innovación Tecnológica Avanzada, S.A. de C.V.	Punto: 9 Con capacidad de visualizar más de 1500 imágenes por segundo	PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON RANGO DINÁMICO DE 383 DB Y CON 11,404,800 DE CANALES DIGITALES YA QUE EL OJO HUMANO SOLO PUEDE VER 30 A 60 CUADROS POR SEGUNDO NUESTRA TECNOLOGÍA COLOCA LOS CUADROS EN 250 CUADROS POR SEGUNDO Y GUARDA EN CINE DE 80,000 CUADROS POR SEGUNDO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL REQUERIMIENTO MINIMO DE LAS IMÁGENES DESPLEGADAS DEBERA SER DE POR LO MENOS 1,000 CUADROS POR SEGUNDO. ATENDIENDO A LA MEMORIA DE CINE EL EQUIPO DEBERA ALMACENAR POR LO MENOS 59,000 IMÁGENES O MAYOR.	
103	IT Soluciones de Innovación Tecnológica Avanzada, S.A. de C.V.	Punto: 16 Capacidad de realizar 2 tipos de Elastografía Strain + Shearwave, Hi-STE es 10 veces más rápida que la tecnología convencional para análisis cuantitativo.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON ELASTOGRAFIA STRAIN (VIRTUAL TOUCH STRAIN) PARA TRANSDUCTORES LINEALES Y ELASTOGRAFIA SHEARWAVE (VIRTUAL TOUCH SHEAR WAVE) PARA TRANSDUCTORES LINEALES Y CONVEXOS. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, YA QUE SE REQUIERE LOS DOS TIPOS DE ELASTOGRAFIA STRAIN + SHEARWAVE MAS HI-STE PARA LA OPTIMIZACION DEL TIEMPO EN LOS DIAGNOSTICOS.	
104	IT Soluciones de Innovación Tecnológica Avanzada, S.A. de C.V.	Punto: 18 Con capacidad de credenciamiento a futuro a STIC fetal.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON TRANSDUCTOR CONVEXO DE 1.4-8.5 MHZ QUE	NO SE ACEPTA, DEBIDO A QUE LA APLICACIÓN DE CARDIO DE UN TRANSDUCTOR NO CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD DEL STIC FETAL.	

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-919044992-151-2023

PÁGINA 20 de 28

Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L., CP. 64000 | Tel. 81 8130 7000

@saludNL


Manuel

1



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

		<p>Punto: 19 Con capacidad de crecimiento a futuro a software para obtener al menos las cuatro vistas básicas del corazón a partir de una adquisición de STIC fetal.</p>		<p>TIENE APLICACIONES DE CARDIO FETAL Y AYUDA A LA EVALUACIÓN DE LA CONTRACCIÓN CARDIACA FETAL O ADULTA MEDIANTE EL ANÁLISIS DE STRAIN Y ROTACIÓN VENTRICULAR SISTÓLICA Y DIASTÓLICA. ¿SE ACEPTA?</p> <p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON TRANSDUCTOR CONVEXO DE 1.4-8.5 IMHZ QUE TIENE APLICACIONES DE CARDIO FETAL Y AYUDA A LA EVALUACIÓN DE LA CONTRACCIÓN CARDIACA FETAL O ADULTA MEDIANTE EL ANÁLISIS DE STRAIN Y ROTACIÓN VENTRICULAR SISTÓLICA Y DIASTÓLICA. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA DEBIDO A QUE LA APLICACIÓN DE CARDIO DE UN TRANSDUCTOR NO CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD DEL STIC FETAL.</p>
106	<p>IT Soluciones de Innovación Tecnológica Avanzada, S.A. de C.V.</p>	<p>Punto: 24 Con capacidad de crecimiento futuro programas de ecocardiografía de estrés. Que incluya protocolos con fármacos y de ejercicio.</p>		<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y PARA NO ENCARGECER LA PROPUESTA CONSIDERE ESTE PUNTO COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA. EL EQUIPO PROPUESTO DEBE INCLUIR LA CAPACIDAD DE INCORPORAR A FUTURO ESTOS PROGRAMAS.</p>
107	<p>IT Soluciones de Innovación Tecnológica Avanzada, S.A. de C.V.</p>	<p>Punto: 26 Pantalla touch screen: a color de alta sensibilidad de 15.6 " con inclinación de 30° y compatible con gestos inteligentes.</p>		<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON UNA PANTALLA TOUCH SCREEN DE 13.3 PULGADAS, AJUSTABLE A 30-60 GRADOS. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SOBRE EL TAMAÑO DE MONITOR SE PERMITE UNA TOLERANCIA MAS MENOS UN 5% CON LA CAPACIDAD DE REALIZAR LA INCLINACION DE 30°.</p>
108	<p>IT Soluciones de Innovación Tecnológica Avanzada, S.A. de C.V.</p>	<p>Punto: 32 Con 5 puertos de conexión para transductores, localizados en la</p>		<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON UN ULTRASONIDO DE 11,404,800 DE CANALES</p>	<p>NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, SE REQUERIEREN 5 PUERTOS ACTIVOS INTERCONSTRUIDOS AL GABINETE DEL EQUIPO, YA QUE SI SE DEBERA CONSIDERAR UN CUARTO TRANSDUCTOR CONVEXO VOLUMETRICO Y A</p>

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-919044992-151-2023

PÁGINA 21 de 28


Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000

@saludNL

Mas...



GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
 ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

FUTURO PODER CONECTAR UN QUINTO
 TRANSDUCTOR.

	parte posterior del equipo para evitar torceduras de cables.		DIGITALES CON 4 PUERTOS ACTIVOS EN LA PARTE INFERIOR. ¿SE ACEPTA?	
109	IT Soluciones de Innovación Tecnológica Avanzada, S.A. de C.V.	Punto: 34.- Transductor intracavitario de banda ancha rango de frecuencia de 4.0 MHz o menor a 9.0 MHz o mayor, con curvatura de 10 mm o mayor y campo de visión de 170 ° o mayor, para aplicaciones endocavitarias, incluida urología.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON UN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS DE 2.9-8.1 MHz YA QUE 0.7 NO ES SIGNIFICATIVO EN LA CALIDAD DE IMAGEN Y CON CAMPO DE VISIÓN DE 176° . ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
110	IT Soluciones de Innovación Tecnológica Avanzada, S.A. de C.V.	Punto: 34.- Transductor intracavitario de banda ancha rango de frecuencia de 4.0 MHz o menor a 9.0 MHz o mayor, con curvatura de 10 mm o mayor y campo de visión de 170 ° o mayor, para aplicaciones endocavitarias, incluida urología.	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD EXPRESADA EN LA CÉDULA CON NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE CON UN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS DE 2.7-9.9 MHz Y CON CAMPO DE VISIÓN DE 160° YA QUE +/- 5° NO ES SIGNIFICATIVO EN LA CALIDAD DE IMAGEN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
111	Representaciones Médicas	Punto 1.6	REFERENTE AL PUNTO 1.6: SOLICITAN UN TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 1 MS A 8 S O MAYOR, ACTUALMENTE LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS HAN HECHO BAJAR LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-919044992-151-2023

PÁGINA 22 de 28

Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000

@saludNL

Manuel

8

X


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



SERVICIOS DE SALUD
GOBIERNO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



	Radio lógicas del Norte, S.A. de C.V.			PARA BENEFICIO DEL PACIENTE, POR LO CUAL SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR UN TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 1MS A 6.3 S, ESTO HACIENDO REFERENCIA AL PRINCIPIO RADIOLOGICO (ALARA) EL CUAL BUSCA LA MAYOR CALIDAD DE IMAGEN CON LA MENOR DOSIS POSIBLE Y CON ESTOS RANGOS QUE DE TIEMPO SE GARANTIZA UNA MENOR EXPOSICIÓN AL PACIENTE ¿SE ACEPTA?	
112	Representaciones Médicas Radiológicas del Norte, S.A. de C.V.	Punto 2.4	Partida 1 – Sala de Rayos X	REFERENTE AL PUNTO 2.4: SOLICITAMOS AMABLEMENTE TENER UN REQUERIMIENTO MÍNIMO DE 300KHU O MAYOR, YA QUE ESTO AUMENTA LA VIDA ÚTIL DEL TUBO DE RAYOS X Y PERMITE NO TENER INTERRUPCIONES DE FLUJO DE TRABAJO POR TEMAS DE SOBRE CALENTAMIENTO DEL TUBO AL TENER UNA MAYOR CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE CALOR ACORDE AL TIPO DE GENERADOR SOLICITADO ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
113	Representaciones Médicas Radiológicas del Norte, S.A. de C.V.	Punto 3.2	Partida 1 – Sala de Rayos X	REFERENTE AL PUNTO 3.2.: SOLICITAMOS AMABLEMENTE QUE LA COLUMNA PORTA TUBOS TENGA REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE 242 CM Y VERTICAL DE 154 CM O MAYOR, ESTO CON LA FINALIDAD DE TENER UN MAYOR DESPLAZAMIENTO Y NO TENER LIMITANTES AL REALIZAR LOS ESTUDIOS DE RADIOLOGÍA GENERAL A LOS QUE ESTÁ DESTINADO EL EQUIPO, INCLUSO EN TOMAS DE RAYOS FUERA DE LA MESA Y/O EN SILLA DE RUEDAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTARÁ SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, QUE LA COLUMNA PORTA TUBO TENGA UN DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE 242 CM Y VERTICAL DE 154 CM SIEMPRE Y CUANDO NO TENGA LIMITACION EN EL GIRO DE LA COLUMNA PORTA TUBO QUE DEBE GIRAR 340° Y EN EL SOPORTE DE TUBO Y COLIMADOR DEBE PERMITIR UN GIRO DE 360°.
114	Representaciones Médicas Radiológicas del Norte, S.A. de C.V.	Punto 4.2	Partida 1 – Sala de Rayos X	REFERENTE PUNTO 4.2.: SOLICITAMOS AMABLEMENTE PODER OFERTAR 3024 X3024 PÍXELES ENTENDIENDO QUE ESTO ESTÁ A LA ALTURA DEL MERCADO, SIEMPRE Y CUANDO SE GARANTICE TENER UN MEGA PIXEL DEL 139 O MENOR LO CUAL SUPERA LO SOLICITADO, GARANTIZANDO LA MEJOR CALIDAD DE IMAGEN CON LA MENOR RADIACIÓN AL PACIENTE Y ADEMÁS QUE CUMPLE CON LA ISO 4090 QUE ES LA NORMA INTERNACIONAL. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
115	Representaciones Médicas Radiológicas del Norte, S.A. de C.V.	Punto 4.3	Partida 1 – Sala de Rayos X	REFERENTE AL PUNTO 4.3: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA ESTE PUNTO SEA UN IP57 COMO MÍNIMO ENTENDIENDO QUE TENDRÁ MAYOR GRADO DE PROTECCIÓN DEL EQUIPO SOBRE TODO CON LÍQUIDOS LO CUAL GARANTIZA UNA VIDA ÚTIL MÁS PROLONGADA PARA EL BIEN ADQUIRIDO Y AHORRO A LA UNIDAD COMPRADORA. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
116	Representaciones Médicas	Punto 4.5	Partida 1 – Sala de Rayos X	REFERENTE AL PUNTO 4.5: SOLICITAMOS AMABLEMENTE NOS PERMITA OFERTAR UN DETECTOR DE 170 ENTENDIENDO QUE LOS	PARA LA CAPACIDAD DE CARGA DE LA MESA SE PERMITE OFERTAR UNA CAPACIDAD MAYOR A LOS

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-919044992-151-2023

PÁGINA 23 de 28

Matamoros 520 Cte., Zona Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000 | Tel. 81 81307000

@saludNL

Manuel

1

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]


[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
REGISTRADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

	Radiológicas del Norte, S.A. de C.V.			DETECTORES SE USARAN EN EL BUCKY DE PARED Y DE LA MESA, Y TENIENDO EN LA MESA UN SOPORTE DE 295 KG LO CUAL ES SUPERIOR A LO SOLICITADO, Y PARA LAS TOMAS FUERA DE LA MESA EL SOPORTE DE 170 KG ES MÁS QUE SUFICIENTE. ¿SE ACEPTA?	275 KG REQUERIDOS. EN EL CASO DEL DETECTOR DEBERA TENER CAPACIDAD PARA SOPORTAR 200KG O MAYOR INDISTINTAMENTE DE DONDE SE UTILIZARA.
117	Representaciones Médicas Radiológicas del Norte, S.A. de C.V.	Punto 4.5.	Partida 1 – Sala de Rayos X	REFERENTE AL PUNTO 4.5: SOLICITAMOS AMBABLEMENTE NOS PERMITA OFERTAR UN DETECTOR DE 170 ENTENDIENDO QUE LOS DETECTORES SE USARAN EN EL BUCKY DE PARED Y DE LA MESA, Y TENIENDO EN LA MESA UN SOPORTE DE 295 KG LO CUAL ES SUPERIOR A LO SOLICITADO, Y PARA LAS TOMAS FUERA DE LA MESA EL SOPORTE DE 170 KG ES MÁS QUE SUFICIENTE. ¿SE ACEPTA? R:	PARA LA CAPACIDAD DE CARGA DE LA MESA SE PERMITE OFERTAR UNA CAPACIDAD MAYORA A LOS 275 KG REQUERIDOS. EN EL CASO DEL DETECTOR DEBERA TENER CAPACIDAD PARA SOPORTAR 200KG O MAYOR INDISTINTAMENTE DE DONDE SE UTILIZARA.
118	Representaciones Médicas Radiológicas del Norte, S.A. de C.V.	Punto 4.5	Partida 1 – Sala de Rayos X	REFERENTE AL PUNTO 4.5: EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS AMBABLEMENTE PODER OFERTAR UN SOPORTE PARA DETECTOR DE USO RUDO PARA COMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN Y PERMITE UN SOPORTE DE PESO SUPERIOR A LOS 200 KG SOLICITADOS ¿SE ACEPTA? R:	NO SE ACEPTA SE REQUIERE QUE EL PROPIO DETECTOR TENGA LA CAPACIDAD DE SOBORTAR 200 KG. SIN TENER QUE AGREGAR UN SOPORTE EXTERNO.
119	Representaciones Médicas Radiológicas del Norte, S.A. de C.V.	Punto 5.1	Partida 1 – Sala de Rayos X	REFERENTE AL PUNTO 5.1 SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR UNA MESA DE RAYOS X DE 725 CM, ENTENDIENDO QUE NO SE TIENE LIMITANTES PARA EL POSICIONAMIENTO DE PACIENTES DE DISTINTAS COMPLEXIONES FÍSICAS Y PARA FOMENTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS DISTINTAS CASAS COMERCIALES DE IGUAL MANERA ESO PERMITE NO ENCARAR LA SOLUCIÓN EN BENEFICIO DE LA UNIDAD COMPRADORA ¿SE ACEPTA? R:	NO SE ACEPTA, LA ALTURA DE LA MESA NO DEBE SER MAYOR A 65 CM.
120	Representaciones Médicas Radiológicas del Norte, S.A. de C.V.	Punto 10.1	Partida 1 – Sala de Rayos X	REFERENTE AL PUNTO 10.1: SOLICITAMOS QUE NOS PERMITA OFRECER MONITOR DE 23" ENTENDIENDO QUE ES EL MONITOR DE ADQUISICIÓN, CUYA FUNCIÓN ES LA PRE VISUALIZACIÓN DE LAS IMÁGENES ADQUIRIDAS Y POSTERIONMENTE PUEDAN SER ENVIADAS A MONITORES DE DIAGNÓSTICO, EL DIFERENCIAL DE 1" NO TIENE MAYOR RELEVANCIA CLÍNICA DEBIDO A QUE SE PRESENTA LA IMAGEN EN FORMATO DICOM ¿SE ACEPTA? R:	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE MONITOR DE 24" O MAYOR.
121	Representaciones Médicas Radiológicas del Norte, S.A. de C.V.		Partida 1 – Sala de Rayos X	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EL DATO DE LA ALIMENTACIÓN DEL SITIO DONDE SE INSTALARA SALA DE RAYOS X. R:	LA ALIMENTACION DEL EQUIPO DEBERA SER DE 220V MONO FASICO, SIN REQUERIMIENTO DE TRANSFORMADOR, PARA LA ALIMENTACION DEL GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA DE 460 KHZ.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-919044992-151-2023

PÁGINA 24 de 28

Matamoros 520 Ora, Zona Centro, Monterrey, N.L. CP. 64000 ~~TEL: 8170 7000~~

@saludNL

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)


(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

122	COMERCIALIZADORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL ORTIZ, S.A. DE C.V.	Anexo 1-A	Partida 1 Sala de Rayos X Punto 4.2	SOLICITAN UN ÁREA ACTIVA DE 4,267 X 4267 PÍXELES O MAYOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ÁREA ACTIVA DE 3,072 X 3,072, PARA GARANTIZAR LA LIBRE COMPETENCIA, SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.
123	COMERCIALIZADORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL ORTIZ, S.A. DE C.V.	Anexo 1-A	Partida 1 Sala de Rayos X Punto 10.2	SOLICITAN UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 128 GB DE DISCO DURO O MAYOR, DE MODO QUE NO ESTÉN LIMITADOS EN EL ALMACENAMIENTO SUGERIMOS SE AMPLIE A UNA CAPACIDAD DE 500GB CON RAM DE 4GB, SE ACEPTA ?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO SEA UNA CAPACIDAD O SISTEMA INTERCONSTRUIDO AL GABINETE.
124	COMERCIALIZADORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL ORTIZ, S.A. DE C.V.	Anexo 1-A	Partida 2 Ultrasonografo Punto 5.6	SOLICITAN MODO 4D EN TIEMPO REAL, PARA REALMENTE PODER UTILIZAR ESTE MODO CREEMOS NECESARIO AGREGAR Y/O INCLUIR UN TRANSDUCTOR CONVEXO VOLUMÉTRICO CON UNA FRECUENCIA DE 1.8 A 8.2 MHZ, ES CORRECTO?	SI ES NECESARIO CONSIDERAR HARDWARE Y SOFTWARE PARA ESTUDIOS DE 4D Y 3D POR LO QUE SE DEBE INCLUIR EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA EL TRANSDUCTOR VOLUMÉTRICO.
125	COMERCIALIZADORA DE EQUIPO MÉDICO E INDUSTRIAL ORTIZ, S.A. DE C.V.	Anexo 1-A	Partida 2 Ultrasonografo Punto 9	SOLICITAN UNA CAPACIDAD DE VISUALIZAR MAS DE 1500 IMÁGENES POR SEGUNDO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN OFERTAR UNA CAPACIDAD DE CINE DE 60,000 CUADROS 210 SEGUNDOS., SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL REQUERIMIENTO MINIMO DE LAS IMÁGENES DESPLEGADAS DEBERA SER DE POR LO MENOS 1,000 CUADROS POR SEGUNDO. ATENDIENDO A LA MEMORIA DE CINE EL EQUIPO DEBERA ALMACENAR POR LO MENOS 59,000 IMÁGENES O MAYOR.

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas, se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las re preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, sin que se hubiere formulado ninguna pregunta al respecto.

Finalmente se informa a los interesados que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 18 de septiembre del 2023 a las 10:00 horas, en esta misma sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de la hora programada.

Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-919044992-151-2023

PÁGINA 25 de 28


Matamoros 520 Ota., Zona Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000 | Tel. 8182007000

@saludNL



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

De esta manera se da por concluida la junta de aclaraciones de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludn.l.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de este mismo inmueble, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

No habiendo otro asunto se da por terminado el presente evento siendo las 12:16 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.


MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	LIC. EDUARDO MEDINA CÁRDENAS	
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	LIC. JUAN SILVANO HERNÁNDEZ SENA	

Manuel





GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONCURSOS Y LICITACIONES DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	LIC. ANTONIO ISAÍAS DE LA ROSA RAMÍREZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE JURISDICCIONES SANITARIAS	LIC. IRMA REYNA CEPEDA	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADO PERMANENTE		
	NOMBRE	FIRMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	LIC. RAÚL ÁNGEL MARTÍNEZ IBARRA	


Acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Presencial No. LP-919044992-151-2023





SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

LICITANTES		
	NOMBRE	FIRMA
ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.	C. MARIELA MICHEL CISNEROS CASAS	
REPRESENTACIONES MÉDICAS RADIOLÓGICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	C. ALÁN AGUIRRE ROJAS	