



ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
No. LP-919044992-I03-2026

"INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN Y EQUIPO EN COMODATO PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS"

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 11:00 horas del día 28 de enero del 2026, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en el sótano del inmueble situado en la calle Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos, miembros del Comité de Adquisiciones de este organismo, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones a la convocatoria de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-I03-2026** referente a la adquisición de **"INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN Y EQUIPO EN COMODATO PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS"**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (en adelante la Ley) y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley (en delante el reglamento); así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *Lic. Eduardo Medina Cárdenas*, en su carácter de Subdirector de Recursos Materiales y Suplente del Representante de la Presidenta del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el *Lic. Fernando Ismael Flores Sada*, representante suplente de la Dirección Jurídica de este Organismo; **Miembros del Comité con Voz:** el representante suplente de la Dirección de Seguimiento de Concursos y Licitaciones de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, *Ing. Luis Jesús Cavazos Ovalle*, **Como área usuaria:** la *Lic. Mónica Jazmín Puente González*, representante del Hospital Metropolitano, **Invitado Permanente:** el *Lic. Raúl Ángel Martínez Ibarra*, Jefe del Departamento de Adquisiciones.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

En uso de la palabra el *Lic. Eduardo Medina Cárdenas*, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes, estando presente: **ABASTECEDOR TERAPÉUTICO, S.A. de C.V.**, representada por el *C. José Israel Hernández Grande*.

Acto seguido se procedió a dar lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes las cuales son las siguientes:

A) Dudas administrativas

NO.	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCION	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ABASTECEDOR TERAPÉUTICO, S.A. DE C.V.	NUMERAL 3 INCISO C.- EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER	PUNTO 15. EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA DISTRIBUIDOR DEBERÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE, POR MEDIO DE LA CUAL MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE RESPALDA LA PROPOSICIÓN DEL DISTRIBUIDOR Y LE GARANTIZA EL ABASTO SUFFICIENTE PARA QUE A SU VEZ PUEDA CUMPLIR CON LAS ADJUDICACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTA LICITACIÓN, DEBIENDO CONTENER EL NÚMERO QUE IDENTIFICA A ESTA LICITACIÓN Y LAS PARTIDAS QUE RESPALDA, ASÍ COMO LAS MARCAS OFERTADAS.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL ESCRITO QUE HACE REFERENCIA EL PUNTO 15 EMITIDO POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN MEXICO. ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTE SU SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO VAYA DIRIGIDA AL LICITANTE Y DEBIENDO CONTENER EL NÚMERO QUE IDENTIFICA A ESTA LICITACIÓN Y LAS PARTIDAS QUE RESPALDA, ASÍ COMO LAS MARCAS OFERTADAS. SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
2	ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.	3. C). 25. ANEXO 12. Escrito a que hace referencia a la Estratificación de Micro, Pequeña o Mediana empresa.	TODAS	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, EN CASO DE NO APLICAR PARA MI REPRESENTADA POR SER EMPRESA GRANDE, SE ACEPTE PRESENTAR EL REFERIDO FORMATO ANEXO 12 CON LA LEYENDA NO APLICA	SE ACEPTE SU SOLICITUD, DEBERÁ MANIFESTAR BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE NO APLICA DEBIDO A QUE ES UNA EMPRESA GRANDE

B) Dudas técnicas

NO.	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCION	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 1, RENGLÓN 1. CLAVE 603452186.00 EQUIPO DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSIÓN DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL Y DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA DE GOTEO CON MACROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, CON DOS O MAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA INYECCION. OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR. ADAPTADOR DE AGUJA. PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR.	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN INSUMO CON SUPERIORES PRESTACIONES QUE CONFIEREN MAYOR SEGURIDAD: LÍNEA DE INFUSIÓN ESTANDAR LIBRE DE DEHP Y DE LÁTEX, CON FILTRO DE 15 MICRAS Y PUERTO DE INYECCIÓN QUE NO REQUIERE AGUJA PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO, LIBRE DE PORÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO DE PVC LIBRE DE DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; SEGMENTO DE SILICÓN CALIBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE: PUERTO DE INYECCIÓN EN "Y" LIBRE DE LATEX QUE NO REQUIERE AGUJAS, CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~285 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 25 ML ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?	SI SE ACEPTE SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
2	ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 1, RENGLÓN 2. CLAVE 603452228.00. EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSIÓN SANGOFIX	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN INSUMO CON SUPERIORES	SI SE ACEPTE SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES



**SERVICIOS
DE SALUD O.P.D.**

GASINETO DE IGUALDAD
PARA TODAS LAS PERSONAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

PRESTACIONES QUE CONFIEREN MAYOR SEGURIDAD: LÍNEA DE TRANSFUSIÓN LIBRE DE DEHP Y DE LÁTEX, CON FILTRO DE 200 MICRAS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA SIN ENTRADA DE AIRE FILTRADO; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 200 MICRAS; TUBO DE PVC LIBRE DE DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; SEGMENTO DE SILICÓN CALIBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~285 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~25 ML ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?



3	ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	<p>PARTIDA 1, RENGLÓN 3. Clave 4043450311.00. EQUIPO PARA VENOCLISIS ESTERIL Y DES. P/USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN DE PRESICION VOL. EN MODALIDAD MACRO Y MICRO EN ADMON. DE MED. FOTOS SENSIBLES, QUE CONSTE DE:PUNZON, PERFORADOR VENTILADO, CON FILTRO BACTERIANO, CAMARA CUENTA GOTAS,TUBERIA ANTIMICA DE BAJA ABSORCIÓN DE MEDICAMENTOS, CON PINZA DESLIZABLE PARA CIERRE TOTAL Y ADAPTADOR UNIVERSAL COMPATIBLE CON BOMBA ABBOTT</p> <p>SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN INSUMO CON SUPERIORES PRESTACIONES QUE CONFIEREN MAYOR SEGURIDAD: LÍNEA DE INFUSIÓN FOTOSENSIBLE LIBRE DE PVC, DEHP Y LATEX PARA MEDICAMENTOS SENSIBLES A LA LUZ E INCOMPATIBLES CON CLORURO DE POLIVINILO CON FILTRO DE 15 MICRAS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON PROTECCIÓN DE LUZ Y FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO LIBRE DE PVC Y DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; SEGMENTO DE SILICÓN CALIBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~285 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~25 ML ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?</p>	NO SE ACEPTE SU SOLICITUD, EL INSUMO QUE ESTÁ PROponiendo NO ES COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS EXISTENTES EN EL HOSPITAL
---	-----------------------------	---------	--	--



4	ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	<p>SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN INSUMO CON SUPERIORES PRESTACIONES QUE CONFIEREN MAYOR SEGURIDAD: LÍNEA DE INFUSIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS CON BURETA GRADUADA DE 150 ML, PORTAL DE INYECCIÓN Y FILTRO DE 15 MICRAS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CLIP TUBO ROBSON; BURETA GRADUADA DE 150 ML, CON ENTRADA DE AIRE PROTEGIDA POR UN FILTRO ANTIBACTERIAL Y TAPÓN, PORTAL DE INYECCIÓN QUE NO REQUIERE AGUJA; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO DE PVC LIBRE DE DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; SEGMENTO DE SILICÓN CALIBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; PUERTO DE INYECCIÓN EN "Y" LIBRE DE LÁTEX QUE NO REQUIERA AGUJA ENSAMBLADO EN LA LÍNEA; CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~300 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~25 ML (SIN TOMAR EN CUENTA EL VOLUMEN DE LA BURETA) ¿SE ACEPTE NUESTRA SOLICITUD?</p> <p>SI SE ACEPTE SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES</p> <p style="text-align: right;">S M/A J</p>	
---	-----------------------------	---------	--	--



GENERALES

1.- Se informa a los interesados que se modifica el siguiente inciso de la página 4 de las bases como se muestra a continuación:

DICE:	DEBE DECIR:
i. La contratación del servicio requerido por la Convocante, se realizará con recurso según oficio No. 76782, Partida 25401, Programa 020508 y varias unidades.	i. La contratación del servicio requerido por la Convocante, se realizará con recurso según oficio No. 77061, Partida 25401, Programa 020508 y varias unidades.

Una vez concluida la lectura del acta correspondiente, se dio oportunidad al licitante presente para que formulara las preguntas que estimara pertinente en relación con las aclaraciones precisadas, sin que se hubiere formulado ninguna pregunta al respecto.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 09 de febrero del 2026, a las 10:00 horas, en esta misma sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de esa hora.

De esta manera se da por concluido el presente evento, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de la calle Matamoros oriente No 520, Zona Centro, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada esta junta de aclaraciones, siendo las 11:25 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella interviniieron y quisieron hacerlo.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	LIC. EDUARDO MEDINA CÁRDENAS	



**SERVICIOS
DE SALUD O.P.D.**
GABINETE DE IGUALDAD
PARA TODAS LAS PERSONAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. FERNANDO ISMAEL FLORES SADA	
--	-------------------------------------	--

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONCURSOS Y LICITACIONES DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	ING. LUIS JESÚS CAVAZOS OVALLE	
REPRESENTANTE DEL HOSPITAL METROPOLITANO (COMO ÁREA USUARIA)	LIC. MÓNICA JAZMÍN PUENTE GONZÁLEZ	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADO PERMANENTE		
	NOMBRE	FIRMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	LIC. RAÚL ÁNGEL MARTÍNEZ IBARRA	

LICITANTES		
	NOMBRE	FIRMA
ABASTECEDOR TERAPÉUTICO, S.A. DE C.V.	C. JOSÉ ISRAEL HERNÁNDEZ GRANDE	

X