




SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
No. LP-919044992-133-2023
"INSUMOS PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO NASAL"

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 12:30 horas del día 13 de junio del 2023, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso del inmueble situado en la calle Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos, miembros del Comité de Adquisiciones de este organismo, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones a la convocatoria de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-133-2023** referente a la Adquisición de "Insumos para Terapia de Alto Flujo Nasal", de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (en adelante la Ley) y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley (en adelante el reglamento); así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *Lic. Eduardo Medina Cárdenas*, en su carácter de Subdirector de Recursos Materiales y Suplente del Representante de la Presidenta del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el *Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lastra*, representante suplente de la Dirección Jurídica de este Organismo y el *Lic. Juan Silvano Hernández Sena*, representante de la Secretaría de Administración, **Miembros del Comité con Voz:** la *C.P. Patricia Graciela Torres Gauna*, como representante suplente de la Dirección de Seguimiento de Concursos y Licitaciones de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, como área usuaria, el *Dr. Daniel Pintor Rodríguez*, como representante de la Dirección de Hospitales, **Invitados Permanentes:** el *C.P. Jesús Alberto Nova Lara*, representante del Órgano Interno de Control de este organismo y el *Lic. Raúl Ángel Martínez Ibarra*, Jefe del Departamento de Adquisiciones.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

En uso de la palabra el *Lic. Eduardo Medina Cárdenas*, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes, estando presente: **Comercialización e Ingeniería en Equipo Médico, S.A. de C.V.**, representada por el *C. Angel Iván Valdez Ruiz*.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Acto seguido se procedió a dar lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes las cuales son las siguientes:

DUDAS ADMINISTRATIVAS:

No.	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.	8	14. Aviso de Funcionamiento a nombre del participante expedida por la Secretaría de	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PERMITA PRESENTAR AVISO DE FUNCIONAMIENTO EXPEDIDO POR COEPRIS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU SOLICITUD.

DUDAS TÉCNICAS:

No.	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO TECNICO CLAVE 5049500782	PARTIDA 1. INSUMOS PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO NASAL CANULA NASAL DE ALTO FLUJO ADULTO TAMAÑO CHICA.	SE ENTENDE COMO CANULA NASAL ADULTO DE ALTO FLUJO TAMAÑO CHICA A LA CANULA QUE PUEDE PERMITIR FLUJOS DE 10 A 60 LITROS POR MINUTO PARA EQUIPO GENERADOR DE ALTO FLUJO QUE ES COMPATIBLE CON CIRCUITO CALENTADO Y HUMIDIFICADO, QUE LA CANULA CONTENGA LA MISMA TECNOLOGÍA DE HUMEDAD Y CALOR ASÍ COMO TIRA DE SUECCIÓN GENTIL Y SUJETADOR DE CUELLO PARA COMODIDAD DEL PACIENTE	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
2	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO TECNICO CLAVE 5049500782	PARTIDA 1. INSUMOS PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO NASAL CANULA NASAL DE ALTO FLUJO ADULTO TAMAÑO MEDIANA	SE ENTENDE COMO CANULA NASAL ADULTO DE ALTO FLUJO TAMAÑO MEDIANA A LA CANULA QUE PUEDE PERMITIR FLUJOS DE 10 A 60 LITROS POR MINUTO PARA EQUIPO GENERADOR DE ALTO FLUJO QUE ES COMPATIBLE CON CIRCUITO CALENTADO Y HUMIDIFICADO, QUE LA CANULA CONTENGA LA MISMA TECNOLOGÍA DE HUMEDAD Y CALOR ASÍ COMO TIRA DE SUECCIÓN GENTIL Y SUJETADOR DE CUELLO PARA COMODIDAD DEL PACIENTE	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
3	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERIA EN EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO TECNICO CLAVE 5049500782	PARTIDA 1. INSUMOS PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO NASAL CANULA NASAL DE ALTO FLUJO ADULTO TAMAÑO GRANDE.	SE ENTENDE COMO CANULA NASAL ADULTO DE ALTO FLUJO TAMAÑO GRANDE A LA CANULA QUE PUEDE PERMITIR FLUJOS DE 10 A 60 LITROS POR MINUTO PARA EQUIPO GENERADOR DE ALTO FLUJO QUE ES COMPATIBLE CON CIRCUITO CALENTADO Y HUMIDIFICADO, QUE LA CANULA CONTENGA LA MISMA TECNOLOGÍA DE HUMEDAD Y CALOR ASÍ COMO TIRA DE SUECCIÓN GENTIL Y SUJETADOR DE CUELLO PARA COMODIDAD DEL PACIENTE	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-91904492-133-2023 PÁGINA 2 de 6

Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000

@saludNL



Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.

4	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERÍA EN EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO TECNICO CLAVE 5049500781	PARTIDA 1. INSUMOS PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO NASAL CANULA NASAL DE ALTO FLUJO PEDIATRICO TAMAÑO PREMATURO	SE ENTIENDE COMO CANULA NASAL PEDIATRICO DE ALTO FLUJO TAMAÑO PREMATURO A LA CANULA QUE PUEDE PERMITIR FLUJOS DE 2 A 8 LITROS POR MINUTO PARA EQUIPO GENERADOR DE ALTO FLUJO QUE ES COMPATIBLE CON CIRCUITO CALENTADO Y HUMIDIFICADO, QUE LA CANULA CONTENGA LA MISMA TECNOLOGÍA DE HUMEDAD Y CALOR ASÍ COMO PLANTILLAS DE PEGAMENTO CON VELCRO PARA EVITAR LASCERAR LA PIEL DEL INFANTE Y SEA ERGONÓMICA PARA SU USO CON REFERENCIA DE COLOR ROJO	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
5	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERÍA EN EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO TECNICO CLAVE 5049500781	PARTIDA 1. INSUMOS PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO NASAL CANULA NASAL DE ALTO FLUJO PEDIATRICO TAMAÑO NEONATAL.	SE ENTIENDE COMO CANULA NASAL PEDIATRICO DE ALTO FLUJO TAMAÑO NEONATAL A LA CANULA QUE PUEDE PERMITIR FLUJOS DE 2 A 8 LITROS POR MINUTO PARA EQUIPO GENERADOR DE ALTO FLUJO QUE ES COMPATIBLE CON CIRCUITO CALENTADO Y HUMIDIFICADO, QUE LA CANULA CONTENGA LA MISMA TECNOLOGÍA DE HUMEDAD Y CALOR ASÍ COMO PLANTILLAS DE PEGAMENTO CON VELCRO PARA EVITAR LASCERAR LA PIEL DEL INFANTE Y SEA ERGONÓMICA PARA SU USO CON REFERENCIA DE COLOR AMARILLO	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
6	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERÍA EN EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO TECNICO CLAVE 5049500781	PARTIDA 1. INSUMOS PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO NASAL CANULA NASAL DE ALTO FLUJO PEDIATRICO TAMAÑO PEDIATRICO.	SE ENTIENDE COMO CANULA NASAL PEDIATRICO DE ALTO FLUJO TAMAÑO PEDIATRICO A LA CANULA QUE PUEDE PERMITIR FLUJOS DE 2 A 25 LITROS POR MINUTO PARA EQUIPO GENERADOR DE ALTO FLUJO QUE ES COMPATIBLE CON CIRCUITO CALENTADO Y HUMIDIFICADO, QUE LA CANULA CONTENGA LA MISMA TECNOLOGÍA DE HUMEDAD Y CALOR ASÍ COMO PLANTILLAS DE PEGAMENTO CON VELCRO PARA EVITAR LASCERAR LA PIEL DEL INFANTE Y SEA ERGONÓMICA PARA SU USO CON REFERENCIA DE COLOR VERDE	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
7	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERÍA EN EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO TECNICO CLAVE 5049500781	PARTIDA 1. INSUMOS PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO NASAL CANULA NASAL DE ALTO FLUJO PEDIATRICO TAMAÑO INFANTIL.	SE ENTIENDE COMO CANULA NASAL PEDIATRICO DE ALTO FLUJO TAMAÑO INFANTIL A LA CANULA QUE PUEDE PERMITIR FLUJOS DE 2 A 20 LITROS POR MINUTO PARA EQUIPO GENERADOR DE ALTO FLUJO QUE ES COMPATIBLE CON CIRCUITO CALENTADO Y HUMIDIFICADO, QUE LA CANULA CONTENGA LA MISMA TECNOLOGÍA DE HUMEDAD Y CALOR ASÍ COMO PLANTILLAS DE PEGAMENTO CON VELCRO PARA EVITAR LASCERAR LA PIEL DEL INFANTE Y SEA ERGONÓMICA PARA SU USO CON REFERENCIA DE COLOR MORADO	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
8	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERÍA EN EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO TECNICO CLAVE 5049500780	PARTIDA 1. INSUMOS PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO NASAL SISTEMA DE TERAPIA DE ALTO FLUJO ADULTO CIRCUITO RESPIRATORIO ADULTO.	SE ENTIENDE AL SISTEMA DE TERAPIA DE ALTO FLUJO ADULTO COMO EL CIRCUITO QUE CONTIENE TECNOLOGÍA DE HUMEDAD Y CALOR, SISTEMA DE RESISTENCIAS INTERNAS QUE GENERAN EL CALOR Y MANTIENEN LA HUMEDAD DEL AIRE A 37° PARA SU CORRECTA ENTREGA AL PACIENTE CON CAPACIDAD DE SOPORTAR DE 10 A 60 LITROS POR MINUTO. CON CLICK DE SEGURIDAD PARA SU ANCLAJE EN GENERADOR DE ALTO FLUJO.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.







9	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERÍA EN EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO TECNICO CLAVE 5049500783	SISTEMA DE TERAPIA DE ALTO FLUJO PEDIATRICO CIRCUITO RESPIRATORIO PEDIATRICO.	SE ENTIENDE AL SISTEMA DE TERAPIA DE ALTO FLUJO PEDIATRICO COMO EL CIRCUITO QUE CONTIENE TECNOLOGÍA DE HUMEDAD Y CALOR, SISTEMA DE RESISTENCIAS INTERNAS QUE GENERAR EL CALOR Y MANTIENEN LA HUMEDAD DEL AIRE A 34° PARA SU CORRECTA ENTREGA AL PACIENTE CON CAPACIDAD DE SOPORTAR DE 2 A 25 LITROS POR MINUTO. CON CLICK DE SEGURIDAD PARA SU ANCLAJE EN GENERADOR DE ALTO FLUJO.	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
10	COMERCIALIZACIÓN E INGENIERÍA EN EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.	ANEXO TECNICO CLAVE 5049504016	KIT DE ADAPTADORES PEDIATRICOS (EN T Y CONECTORES) PARA MICRONEBULIZACIÓN.	EL KIT DE ADAPTADORES PEDIATRICOS CON CONEXIONES EN T PARA MICRONEBULIZACIÓN SE ENTIENDE COMO EL ADAPTADOR DE PIEZA T DESECHABLE Y RIGIDO PARA COLOCAR MALLA VIBRATORIA PARA NEBULIZACIÓN SIENDO QUE EL CONECTOR TENGA QUE SER DE LA MISMA MARCA QUE LA MALLA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y HERMETICIDAD?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas se dio oportunidad al licitante presente para que formulara las respectivas preguntas que estimara pertinente en relación con las respuestas recibidas, sin que se hubiere formulado ninguna pregunta al respecto.

Se informa a los interesados que la presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día 22 de junio del 2023 a las 11:00 horas, en esta misma sala, siendo un acto formal que iniciará puntualmente y no se recibirán propuestas después de la hora programada.

De esta manera se da por concluido el presente evento, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx> o en su caso a través del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de la calle Matamoros oriente No 520, Zona Centro, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada esta junta de aclaraciones, siendo las 12:54 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	LIC. EDUARDO MEDINA CÁRDENAS	

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-133-2023 PÁGINA 4 de 6






SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	LIC. JUAN SILVANO HERNÁNDEZ SENA	

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONCURSOS Y LICITACIONES DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	C.P. PATRICIA GRACIELA TORRES GAUNA	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES (COMO ÁREA USUARIA)	DR. DANIEL PINTOR RODRÍGUEZ	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

X

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-133-2023 PÁGINA 5 DE 6

Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000 | Tel. 81 8130 1000


@saludNL

✓



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



INVITADOS PERMANENTES

	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	C. P. JESÚS ALBERTO NAVA LARA	
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	LIC. RAÚL ÁNGEL MARTÍNEZ IBARRA	

LICITANTE

	NOMBRE	FIRMA
COMERCIALIZACIÓN E INGENIERÍA EN EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.	C. ÁNGEL IVÁN VALDEZ RUIZ	

