



ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA
JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL
No. LP-919044992-I34-2025

"REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO"

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:00 horas del día 19 de diciembre del 2025, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en el Sótano del inmueble situado en la calle Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos, miembros del Comité de Adquisiciones de este organismo, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones a la convocatoria de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-I34-2025** referente a la adquisición de "**REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO**", de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (en adelante la Ley) y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley (en delante el reglamento); así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *Lic. Eduardo Medina Cárdenas*, en su carácter de Subdirector de Recursos Materiales y Suplente del Representante de la Presidenta del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el *Lic. Fernando Ismael Flores Sada*, representante suplente de la Dirección Jurídica de este Organismo; **Miembros del Comité con Voz:** la *Lic. Yadira Faz Cedillo*, representante suplente de la Dirección de Seguimiento de Concursos y Licitaciones de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, **como área usuaria:** el *Dr. Sergio Antonio Galán Guajardo*, representante de la Dirección de Hospitales y el *Q.C.B. José Guadalupe Garza Garza*, representante del Laboratorio Estatal, **Invitado Permanente, de este Organismo:** el Jefe del Departamento de Adquisiciones, *Lic. Raúl Ángel Martínez Ibarra*.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

En uso de la palabra el *Lic. Eduardo Medina Cárdenas*, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes estando presente: **COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.**, representada por el *C. Rene Gerardo Salazar Robledo*, **ELECTRONICS FOR MEDICINE, S.A. DE C.V.**, representada por el *C. Cynthia Nohemi Bribiescas Caballero* y **DM LAB, S.A. DE C.V.**, representada por el *C. José Luis Paredes Méndez*.

Acto seguido se procedió a dar lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes, las cuales son las siguientes:



SERVICIOS
DE SALUD O.P.D.
GABINETE DE IGUALDAD
PARA TODAS LAS PERSONAS

"2025, AÑO DE LA SEGURIDAD Y DE LA NUEVA
FUERZA CIVIL EN PRIMER LUGAR NACIONAL."
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



A) DUDAS ADMINISTRATIVAS:					
PREGUNTA NO.	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ELECTRONICS FOR MEDICINE, S.A. DE C.V.	INCISO C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER.	NÚM. 29 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, SIENDO LOS SIGUIENTES: EL DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL S.A.T. EN EL QUE SE EMITA OPINIÓN POSITIVA Y VIGENTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. DOCUMENTO ACTUALIZADO Y VIGENTE DE LA OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS E INFONAVIT) Y DOCUMENTO ACTUALIZADO Y VIGENTE EN EL QUE SE EMITA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ESTATALES, EXPEDIDO POR LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. (EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO LOS DOCUMENTOS ANTES ENUNCIADOS DEBERÁN	SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SI ES POSIBLE ADJUNTAR A LA PROPUESTA LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN CON FECHA DE DICIEMBRE YA QUE EL TRAMITE DE ESTA ES DE 72 HRS Y ES PROBABLE QUE NO alcance el tiempo para la apertura de propuestas. ¿SE ACEPta?	SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, TIENE UNA VIGENCIA DE 30 DIAS NATURALES, POR LO QUE ESTA DEBERÁ ESTAR VIGENTE A LA ENTREGA DE PROPUESTAS, ASI MISMO, SE LES INFORMA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO LOS DOCUMENTOS ANTES ENUNCIADOS DEBERÁN ESTAR VIGENTES Y EN SENTIDO POSITIVO PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-I34-2025
PÁGINA 2 de 10



			ESTAR VIGENTES Y EN SENTIDO POSITIVO PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO)		
2	DM LAB, S.A. DE C.V.	1.1.8	11 HEMOGLOBINA GLICOSILADA	<p>EN EL PUNTO 1.1.8 SE MENCIONA QUE EL LICITANTE OFERTARÁ EN SU PROPUESTA TÉCNICA EL NÚMERO DE REACTIVOS, ASÍ COMO LOS CONTROLES DE CALIDAD NECESARIOS PARA REALIZAR CADA UNA DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES ANUALES ESTABLECIDAS POR LA UNIDAD HOSPITALARIA.</p> <p>PREGUNTA: ¿EL CONTROL DE CALIDAD AL QUE SE REFIEREN ES AL CONTROL DE CALIDAD INTERNO? ¿EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA EL CONTROL DE CALIDAD PUEDE SER DE LA MISMA MARCA?</p>	<p>SI, SE REFIERE AL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y DEBE SER DE LA MISMA MARCA. LOS CONTROLES DE CALIDAD SE REALIZARÁN DE ACUERDO A LAS CANTIDADES SEMESTRALES ESTABLECIDA POR LAS UNIDADES APPLICATIVAS.</p>
3	DM LAB, S.A. DE C.V.	1.3.1	11 HEMOGLLOBINA GLICOSILADA	<p>EN EL PUNTO 1.3.1. PERÍODO DE ENTREGA SE MENCIONA QUE LA ENTREGA DE REACTIVOS Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE REALIZARÁ DEL 09 DE ENERO DEL 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026</p> <p>PREGUNTA: ¿LA ENTREGA SERÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN? EN CASO CONTRARIO ES POSIBLE CONTAR CON UN CALENDARIO DE ENTREGAS PARA GARANTIZAR EL ABASTO EN TIEMPO Y FORMA.</p>	<p>NO ES CORRECTA SU APRECIAZIÓN. LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN DE ESTA LICITACIÓN SERÁN CONTRATOS ABIERTOS, LOS REACTIVOS SE ENTREGARÁN DENTRO DE LOS 14 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE ENVÍO POR PARTE DEL LICITANTE QUE RESULTE CON ADJUDICACIÓN Y SE HARÁ EN CADA UNA DE LAS UNIDADES APPLICATIVAS DE LA CONVOCANTE QUE LO SOLICITE Y CONFORME AL CONTRATO QUE SE CELEBRE, COMO SE SEÑALA EN EL PUNTO 1.3.1 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.</p>
4	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	NUERAL 3, PUNTO C, NÚMERO 19	N/A	<p>SOLICITAN INCLUIR EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA "CUATRO CARTAS EN ORIGINAL, EMITIDAS POR CLIENTES DEL SECTOR SALUD, EN PAPEL MEMBRETADO DE ÉSTOS, MEDIANTE LAS CUÁLES ESTIPULEN QUE HAN PRESTADO BUEN SERVICIO DE ATENCIÓN Y SURTIMIENTO" A ESTE RESPECTO, SOLICITAMOS QUE, PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CARTAS DE NUESTROS CLIENTES COMO LABORATORIOS PRIVADOS. ¿SE ACEPTE ESTA PROPUESTA?</p>	<p>SI, SE ACEPTE SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.</p>
5	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	NUERAL 3, PUNTO C, NÚMERO 19	N/A	<p>SOLICITAN INCLUIR EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA "CUATRO CARTAS EN ORIGINAL, EMITIDAS POR CLIENTES DEL SECTOR SALUD, EN PAPEL MEMBRETADO DE ÉSTOS, MEDIANTE LAS CUÁLES ESTIPULEN QUE HAN PRESTADO BUEN SERVICIO DE ATENCIÓN</p>	<p>SI, SE ACEPTE SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.</p>



				Y SURTIMIENTO". A ESTE RESPECTO, CÓMO SE HA HECHO EN AÑOS ANTERIORES, SOLICITAMOS QUE, PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CARTAS DE LOS HOSPITALES Y JURISDICCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN. ¿SE ACEPTE ESTA PROPUESTA?	
6	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	NUERAL 3, PUNTO C, NÚMERO 10	N/A	SOLICITAN INCLUIR EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE MANIFIESTE QUE SE COMPROMETE A INSTALAR LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 1, EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y GARANTIZANDO EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS. DE IGUAL MANERA, EN EL PUNTO 1.1.1, SE MENCIONA QUE LOS EQUIPOS NO DEBERÁN TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A TRES AÑOS. A ESTE RESPECTO, ENTENDEMOS QUE EL REQUISITO QUE SE DEBE CUMPLIR, ES EL QUE SE SOLICITA COMO PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, ES DECIR QUE LA CARTA MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE COMPROMETE A INSTALAR LOS EQUIPOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, NO CON UNA ANTIGÜEDAD DE 3 AÑOS. ¿ES CORRECTA ESTA APRECIAZIÓN?	SI, ES CORRECTA SU APRECIAZIÓN.

A) DUDAS TÉCNICAS:

PREGUNTA NO.	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ELECTRONICS FOR MEDICINE, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO	EQUIPO ALTO RENDIMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: <ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDAD DE 300 MUESTRAS A BORDO EN CARGA CONTINUA Y CON LA POSIBILIDAD DE PROCESO DE MUESTRAS URGENTES. • CON DISCO DE REACTIVOS CON TEMPERATURA CONTROLADA ENTRE 5 - 10 °C. • CON UN SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 200-240 V Y UN CONSUMO MENOR A 4 KVA. EN EL ENTENDIDO DE QUE SE CUMPLEN CON EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS.	SI, SE ACEPTE SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES
2	ELECTRONICS FOR MEDICINE, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS	EQUIPO ALTO RENDIMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: <ul style="list-style-type: none"> • RENDIMIENTO MÍNIMO DE 120 PRUEBAS POR HORA. 	SI, SE ACEPTE SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES



	EN COMODATO		<ul style="list-style-type: none"> • CON UN DISCO DE INCUBACIÓN CON 38 POSICIONES. • CAPACIDAD DE 50 MUESTRAS A BORDO EN CARGA CONTINUA Y CON LA POSIBILIDAD DE PROCESO DE MUESTRAS URGENTES. • CON DISCO DE REACTIVOS CON TEMPERATURA CONTROLADA ENTRE 5 - 10 °C. • CON UN SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 200-240 V Y UN CONSUMO MENOR A 4 KVA. <p>EN EL ENTENDIDO DE QUE SE CUMPLEN CON EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS</p>	
3	ELECTRONICS FOR MEDICINE, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO	EQUIPO MEDIANO RENDIMIENTO	<p>SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RENDIMIENTO MÍNIMO DE 86 PRUEBAS POR HORA. • CON DISCO DE REACTIVOS CON TEMPERATURA CONTROLADA A 20 +/ - 3 °C. • TECNOLOGÍA ELECTROQUIMIOLUMINISCENCIA. <p>EN EL ENTENDIDO DE QUE SE CUMPLEN CON EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS.</p>
4	DM LAB, S.A. DE C.V.	ANEXO 1 A	11 HEMOGLOBINA GLICOSILADA	<p>EL INSTRUMENTO QUE SE SOLICITA PARA ESTOS HOSPITALES Y CON ESTAS CARACTERÍSTICAS: UN INSTRUMENTO PARA LOS SIGUIENTES HOSPITALES: UNEME PEDIÁTRICA, HOSPITAL PSIQUEÁTRICO, HOSPITAL GENERAL TIERRA Y LIBERTAD, HOSPITAL DE JUÁREZ, H. GRAL. DE CERRALVO, H. GRAL. DE LINARES, H. GRAL. DE DR. ARROYO, UNEME PESQUERÍA, UNEME ESCOBEDO, UNEME GALEANA, UNEME GENERAL TERÁN. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CON MÉTODO DE ANÁLISIS DE AGlutinación MONOCLONAL DE ANTICUERPOS • RANGO DE MEDICIÓN 2.5% A 14% • QUE UTILIZA CARTUCHOS MONOTEST CON LOS REACTIVOS DE INMUNOENSAYO INCORPORADO • CALIBRACIÓN POR TARJETA ESPECÍFICA POR LOTE • CON MEDICIÓN DE ANÁLISIS POR TRANSMISIÓN ÓPTICA AUTOMÁTICA • TIEMPO PARA RESULTADOS DE 6 MINUTOS • QUE UTILICE UN VOLUMEN DE 1 µL DE SANGRE TOTAL



**SERVICIOS
DE SALUD O.P.D.**

GABINETE DE IGUALDAD
PARA TODAS LAS PERSONAS

"2025, AÑO DE LA SEGURIDAD Y DE LA NUEVA
FUERZA CIVIL EN PRIMER LUGAR NACIONAL."

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



				<ul style="list-style-type: none"> • QUÉ NO REQUIERA TRATAMIENTO PREVIO DE LA MUESTRA • INTRODUCCIÓN ID DE MUESTRA OPCIONAL POR PANTALLA TÁCTIL • CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 4000 RESULTADOS <p>EL LICITANTE DEBERÁ INSCRIBIR AL LABORATORIO EN UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO</p> <p>PREGUNTA: PODEMOS OFERTAR EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS PARA HOSPITALES DE BAJO RENDIMIENTO:</p> <p>SISTEMA CERRADO</p> <p>RESULTADOS EN 4 MINUTOS</p> <p>PANTALLA LCD SCREEN 70 X 40 MM</p> <p>TIPO DE MUESTRA: SANGRE TOTAL O VENOSA EN TUBO EDTA</p> <p>VOLUMEN DE MUESTRA 4 MICROLITROS</p> <p>CAPACIDAD DE MEMORIA 7000 MUESTRAS</p> <p>RESULTADOS %DCFT, MMO/ML.</p> <p>RANGO DE MEDICIÓN. 4-15%</p> <p>IMPRESORA</p> <p>CAPACIDAD DE INTERFASE (LIS)</p> <p>REACTIVO CON PRESENTACIÓN DE 50 PRUEBAS PARA LAS CLÍNICAS DE BAJO RENDIMIENTO, UTILIZANDO EQUIPO PARA MEDICIÓN DE UNIÓN QUÍMICA DE BORONATOS CON EFECTO DE EXTINCIÓN DE FLUORESCENCIA</p>	
5	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	NUMERAL 1.3. PERÍODO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS. INCISO 1.3.3.	N/A	EN ESTE PUNTO SE SOLICITA QUE LA CADUCIDAD DE LOS REACTIVOS DEBERÁ SER DE UN AÑO COMO MÍNIMO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLOS PRODUCTOS QUE DADA SU NATURALEZA BIOLÓGICA (CÉLULAS CONTROL Y CÉLULAS REACTIVO), NOS PERMITA ENTREGAR CON CADUCIDAD DE 28 A 30 DÍAS DE ACUERDO AL REGISTRO SANITARIO, SIENDO ESTE UN DOCUMENTO OFICIAL AVALADO POR LA PROPIA SSA Y BASÁNDONOS EN UNA PROGRAMACIÓN DE ENTREGA ANUALIZADA EN CONJUNTO CON EL USUARIO. ¿SE ACEPTE ESTA PROPUESTA?	SI, SE ACEPTE SU SOLICITUD.
6	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A	10, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOHEMATOLOGÍA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA LA DETERMINACIÓN, RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES, DEBERÁ INCLUIRSE UN SEMI PANEL DE POR LO MENOS TRES CÉLULAS INCLUIDA LA CÉLULA DIEGO. FAVOR DE ACLARAR	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA LA DETERMINACIÓN RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES SE REQUIERE SOLAMENTE SU DETERMINACIÓN.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-134-
2025

PÁGINA 6 de 10



7	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A	10, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOHEMATOLOGÍA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA PRUEBA CRUZADA SE DEBERÁ OFERTAR PRUEBA MAYOR, PRUEBA MENOR Y AUTOCONTROL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM-253-SSA1-2012. FAVOR DE ACLARAR	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
8	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A	10, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOHEMATOLOGÍA	SE SOLICITA EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO QUE CONSISTE EN: INCUBADORA DE TARJETAS PARA 22 TARJETAS Y CENTRIFUGA DE TARJETAS PARA 24 TARJETAS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI AMBOS INSTRUMENTOS DEBEN TENER UNA CAPACIDAD PARA 24 TARJETAS. FAVOR DE ACLARAR	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
9	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A	12, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE HEMOCULTIVO	SE SOLICITA EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO CON SISTEMA DE DETECCIÓN BASADO EN FLUORESCENCIA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON SISTEMA DE DETECCIÓN COLORÍMÉTRICO ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERÁ OFERTAR CONFORME A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1A DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

GENERALES.

1.- Se informa a los licitantes que se hacen las siguientes modificaciones:

DICE:	DEBE DECIR:
<u>ANEXO 1A (PAGINA 27) 2. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ELECTROLITOS</u> <u>Un Instrumentos Para Los Siguientes Centros de Salud:</u> Jurisdicción Sanitaria No. 6 Cs Marín, Cs China.	<u>ANEXO 1A (PAGINA 27) 2. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ELECTROLITOS</u> <u>Un Instrumentos Para Los Siguientes Centros de Salud:</u> Jurisdicción Sanitaria No. 6 Cs China.
<u>ANEXO 1A (PAGINA 28 Y 29) 3. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE HEMATOLOGÍA</u> <u>Un Instrumentos Para Los Siguientes Centros de Salud:</u> Jurisdicción Sanitaria No. 1Cs Plutarco Elías Calles Jurisdicción Sanitaria No. 2 Cs Terminal, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Cs La Fama , Cs El Fraile, Jurisdicción Sanitaria No. 5 Cs Anáhuac, Cs Agualeguas, Cs Villaldama, Cs Lampazos, Jurisdicción Sanitaria No. 6, Cs China, Cs Marín, Cs Cadereyta, Jurisdicción Sanitaria N° 7 Cs Allende, Jurisdicción Sanitaria No. 8 Cs La Ascensión, Con Las Siguientes Características:	<u>ANEXO 1A (PAGINA 28 Y 29) 3. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE HEMATOLOGÍA</u> <u>Un Instrumentos Para Los Siguientes Centros de Salud:</u> Jurisdicción Sanitaria No. 1Cs Plutarco Elías Calles Jurisdicción Sanitaria No. 2 Cs Terminal, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Cs La Fama , Cs El Fraile, Jurisdicción Sanitaria No. 5 Cs Anáhuac, Cs Agualeguas, Cs Villaldama, Cs Lampazos, Jurisdicción Sanitaria No. 6, Cs China, Cs Cadereyta, Jurisdicción Sanitaria N° 7 Cs Allende, Jurisdicción Sanitaria No. 8 Cs La Ascensión, Con Las Siguientes Características:
<u>ANEXO 1A (PAGINA 30) 5. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE GASOMETRÍAS (CUIDADOS CRÍTICOS)</u> <u>Un Instrumento</u> Para El Hospital Metropolitano	<u>ANEXO 1A (PAGINA 30) 5. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE GASOMETRÍAS (CUIDADOS CRÍTICOS)</u> <u>Un Instrumento</u> Para El Hospital Metropolitano y para el Hospital Regional Materno Infantil.
<u>ANEXO 1A (PAGINA 35 Y 36) 9. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE COAGULACIÓN</u> <u>Un Instrumentos Para Los Siguientes Hospitales:</u> H. Gral. De Cerralvo, H. Gral. De Montemorelos, H. Gral. De Linares, H. Gral. De Galeana, H. Gral. De Dr. Arroyo, Hospital General Tierra Y	<u>ANEXO 1A (PAGINA 35 Y 36) 9. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE COAGULACIÓN</u> <u>Un Instrumentos Para Los Siguientes Hospitales:</u> H. Gral. De Cerralvo, H. Gral. De Montemorelos, H. Gral. De Linares, H. Gral. De Galeana, H. Gral. De Dr. Arroyo, Hospital General Tierra Y



<p>De Galeana, H. Gral. De Dr. Arroyo, Hospital General Tierra Y Libertad, Hospital De Juárez, Hospital General Sabinas Hidalgo</p> <p><u>Un Instrumentos Para:</u> UNEME Pediátrica, UNEME Escobedo, UNEME Pesquería, UNEME Galeana, Hospital de Especialidades en Salud Mental, Hospital Metropolitano y UNEME General Terán</p> <p><u>Las pruebas incluidas son:</u></p> <p>APTT TP Dimero D</p>	<p>Libertad, Hospital De Juárez, Hospital General Sabinas Hidalgo, Hospital Metropolitano.</p> <p><u>Un Instrumentos Para:</u> UNEME Pediátrica, UNEME Escobedo, UNEME Pesquería, UNEME Galeana, Hospital de Especialidades en Salud Mental y UNEME General Terán</p> <p><u>Las pruebas incluidas son:</u></p> <p>APTT TP Dimero D FIBRINOGENO</p>
<p>ANEXO 1A (PAGINA 36) 11. HEMOGLOBINA GLICOSILADA</p> <p><u>Un Instrumento</u> Para El Hospital Metropolitano (con un multicargador)</p> <p><u>Un Instrumento</u> Para El Hospital Regional Materno Infantil (con un multicargador)</p> <p><u>Un Instrumento</u> Para El HospitalGral. De Galeana</p> <p><u>Un Instrumento</u> Hospital General Sabinas Hidalgo</p> <p><u>Un Instrumento</u> H. Gral. De Montemorelos</p> <p> <u>Un Instrumento Para Los Siguientes Hospitales:</u> UNEME Pediátrica, Hospital de Especialidades en Salud Mental, Hospital General Tierra Y Libertad, Hospital De Juárez, H. Gral. De Cerralvo, H. Gral. De Linares, H. Gral. De Dr. Arroyo, UNEME Pesquería, UNEME Escobedo, UNEME Galeana, UNEME General Terán. Con Las Siguientes Características:</p>	<p>ANEXO 1A (PAGINA 36) 11. HEMOGLOBINA GLICOSILADA</p> <p><u>Un Instrumento</u> Para El Hospital Metropolitano (con un multicargador)</p> <p><u>Un Instrumento</u> Para El Hospital Regional Materno Infantil (con un multicargador)</p> <p><u>Un Instrumento</u> Para El HospitalGral. De Galeana</p> <p><u>Un Instrumento</u> Hospital General Sabinas Hidalgo</p> <p><u>Un Instrumento</u> H. Gral. De Montemorelos</p> <p><u>Un Instrumento</u> Hospital General de Cerralvo</p> <p><u>Un Instrumento</u> Hospital General de Linares</p> <p><u>Un Instrumento Para Los Siguientes Hospitales:</u> UNEME Pediátrica, Hospital de Especialidades en Salud Mental, Hospital General Tierra Y Libertad, Hospital De Juárez, H. Gral. De Dr. Arroyo, UNEME Pesquería, UNEME Escobedo, UNEME Galeana, UNEME General Terán, UNEME S.T. Santiago. Con Las Siguientes Características:</p>
<p>ANEXO 1A (PAGINA 39) 16. TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Tira Instant) • Lanceta Softclix) <p>Tira reactiva ACCUCHEK INSTANT</p>	<p>ANEXO 1A (PAGINA 39) 16. TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Tira) • Lanceta) <p>Tira reactiva</p>



Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas y generales se dio oportunidad al licitante presente para que formulara las re preguntas que estimara pertinentes en relación con las respuestas recibidas, sin que hubiere formulado ninguna pregunta al respecto.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 06 de enero del 2026, a las 10:00 horas, en esta misma sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de esa hora.

De esta manera se da por concluido el presente evento, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de la calle Matamoros oriente No 520, Zona Centro, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.



No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada esta primera y única junta de aclaraciones, siendo las 10:18 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	LIC. EDUARDO MEDINA CÁRDENAS	
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. FERNANDO ISMAEL FLORES SADA	

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONCURSOS Y LICITACIONES DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	LIC. YADIRA FAZ CEDILLO	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES (ÁREA USUARIA)	DR. SERGIO ANTONIO GALÁN GUAJARDO	
REPRESENTANTE DEL LABORATORIO ESTATAL (ÁREA USUARIA)	Q.C.B. JOSÉ GUADALUPE GARZA GARZA	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



SERVICIOS
DE SALUD O.P.D.
GABINETE DE IGUALDAD
PARA TODAS LAS PERSONAS

"2025, AÑO DE LA SEGURIDAD Y DE LA NUEVA
FUERZA CIVIL EN PRIMER LUGAR NACIONAL."
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



INVITADO PERMANENTE		
	NOMBRE	FIRMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	LIC. RAÚL ÁNGEL MARTÍNEZ IBARRA	

LICITANTES		
	NOMBRE	FIRMA
COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.,	C. RENE GERARDO SALAZAR ROBLEDO	
ELECTRONICS FOR MEDICINE, S.A. DE C.V.	C. CYNTHIA NOHEMI BRIBIESCAS CABALLERO	
DM LAB, S.A. DE C.V.	C. JOSÉ LUIS PAREDES MÉNDEZ	