



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-145-2024
INSUMOS PARA BOMBAS DE INFUSIÓN Y EQUIPO EN COMODATO PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 12:00 horas del día 18 de diciembre del 2024, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en el sótano del inmueble situado en la calle Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos, miembros del Comité de Adquisiciones de este organismo, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones a la convocatoria de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-145-2024**, referente a la adquisición de **Insumos para Bombas de Infusión y equipo en comodato para la utilización de los mismos**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (en adelante la Ley) y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley (en adelante el reglamento); así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *Lic. Eduardo Medina Cárdenas*, en su carácter de Subdirector de Recursos Materiales y Suplente del Representante de la Presidenta del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto: el Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lostra**, representante suplente de la Dirección Jurídica de este Organismo, **Miembros del Comité con Voz: la Lic. Norma Lizeth Nuñez Soto**, como representante suplente de la Dirección de Seguimiento de Concursos y Licitaciones de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, **como área usuaria, el Dr. Daniel Pintor Rodríguez**, como representante de la Dirección de Hospitales, **Invitado Permanente: el Lic. Raúl Ángel Martínez Ibarra, Jefe del Departamento de Adquisiciones.**

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

Acto seguido se procedió a dar lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes las cuales son las siguientes:



DUDAS ADMINISTRATIVAS:

NO.	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCION	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A. DE C.V.	NUMERAL 3 INCISO C.- EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER	<p>PUNTO 13</p> <p>PARA LAS BOMBAS DE INFUSIÓN: A. FICHA TÉCNICA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1A. B. REGISTRO SANITARIO VIGENTE POR AMBOS LADOS CON TODOS LOS ANEXOS</p> <p>CORRESPONDIENTES EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD, EN CASO DE NO REQUERIR REGISTRO SANITARIO ENTREGAR COPIA DEL DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE SALUD QUE LO EXIMA DEL MISMO. C. MANUAL DE OPERACIÓN ORIGINAL EN IDIOMA ESPAÑOL DEBIDAMENTE REFERENCIADO. D. CERTIFICADO DE LIBRE VENTA, EN SU CASO DONDE SEÑALE ESPECÍFICAMENTE QUE EL EQUIPO PUEDE SER UTILIZADO SIN RESTRICCIÓN EN EL PAÍS DE ORIGEN, EMITIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, AVALADO POR FEDATARIO EN EL LUGAR DE ORIGEN DEL FABRICANTE, CON LA CORRESPONDIENTE APOSTILLA QUE OTORGAN A LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA CONVENCIÓN DE LA HAYA DEL 5 DE OCTUBRE DE 1961, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 14 DE AGOSTO DE 1995, EN CASO DE NO PERTENECER A DICHA CONVENCIÓN</p>	<p>EN EL PUNTO D. SOLICITAN CERTIFICADO DE LIBRE VENTA CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 AÑOS, EN EL CASO DEL FABRICANTE QUE NOS BRINDA APOYO PARA ESTA LICITACIÓN, CUENTA CON ESTE CERTIFICADO FECHADO EL 2 DE MARZO DE 2020 POR LO QUE NO CUMPLIMOS CON LA ANTIGÜEDAD SOLICITADA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR DICHO CERTIFICADO QUE NO CUENTA CON FECHA DE VIGENCIA Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS PRESENTAR UNO ACTUALIZADO A FINALES DEL MES DE ENERO DE 2025, QUE ES LA FECHA QUE LAS AUTORIDADES DEL PAÍS DE ORIGEN DAN AL FABRICANTE PARA OBTENERLO DEBIDO AL TIEMPO QUE LLEVA TRAMITARLO,</p> <p>?SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD.</p>

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. 1P-919044992-145-2024 PÁGINA 2 de 18



Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000

@saludNL



		<p>DEBERÁ CONTAR CON EL AVAL DEL CONSULADO MEXICANO EN EL PAÍS DE ORIGEN Y CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 AÑOS, ESTOS DOCUMENTOS DEBERÁN ENTREGARSE JUNTO CON SU CORRESPONDIENTE TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL.</p>		
<p>2 ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A DE C.V.</p>	<p>NUMERAL 3 INCISO C.- EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER</p>	<p>PUNTO 15 EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA DISTRIBUIDOR DEBERÁN PRESENTAR CARTA ORIGINAL DEL FABRICANTE, POR MEDIO DE LA CUAL MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE RESPALDA LA PROPOSICIÓN DEL DISTRIBUIDOR Y LE GARANTIZA EL ABASTO SUFICIENTE PARA QUE A SU VEZ PUEDA CUMPLIR CON LAS ADJUDICACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTA LICITACIÓN, DEBIENDO CONTENER EL NÚMERO QUE IDENTIFICA A ESTA LICITACIÓN Y LAS PARTIDAS QUE RESPALDA, ASÍ COMO LAS MARCAS OFERTADAS.</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL ESCRITO QUE HACE REFERENCIA EL PUNTO 15 EMITIDO POR EL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN MEXICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>SE ACEPTA SU SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO VAYA DIRIGIDA AL LICITANTE Y DEBIENDO CONTENER EL NÚMERO QUE IDENTIFICA A ESTA LICITACIÓN Y LAS PARTIDAS QUE RESPALDA, ASÍ COMO LAS MARCAS OFERTADAS, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>

DUDAS TÉCNICAS:

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-145-2024 PÁGINA 3 de 18



[Handwritten signatures and marks]



NO.	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	ARTIMÉDICA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 1, RENGLÓN 1, CLAVE: 603452186.00 EQUIPO DE VENOCCLIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSION DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA DE GOTEO CON MACROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, CON DOS O MAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA INYECCION. OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR. ADAPTADOR DE AGUJA. PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR.	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN INSUMO CON SUPERIORES PRESTACIONES QUE CONFIEREN MAYOR SEGURIDAD: LÍNEA DE INFUSIÓN ESTÁNDAR LIBRE DE DEHP Y DE LÁTEX, CON FILTRO DE 15 MICRAS Y PUERTO DE INYECCIÓN QUE NO REQUIERE AGUJA PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO, LIBRE DE PORÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO DE PVC LIBRE DE DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; SEGMENTO DE SILICÓN CALIBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; PUERTO DE INYECCIÓN EN "Y" LIBRE DE LÁTEX QUE NO REQUIERE AGUJAS, CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~285 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~25 ML ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
2	ARTIMÉDICA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 1, RENGLÓN 2 CLAVE: 603452228.00 EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION SANGOFIX	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN INSUMO CON SUPERIORES PRESTACIONES QUE CONFIEREN MAYOR SEGURIDAD: LÍNEA DE TRANSFUSIÓN LIBRE DE DEHP Y DE LÁTEX, CON FILTRO DE 200 MICRAS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA SIN ENTRADA DE AIRE FILTRADO; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 200 MICRAS; TUBO DE PVC LIBRE DE DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; SEGMENTO DE SILICÓN CALIBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~285 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~25 ML ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL NO. LP-91904492-145-2024 PÁGINA 4 de 18



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

<p>3 ARTIMÉDICA, S.A. DE C.V.</p>	<p>ANEXO 1</p>	<p>PARTIDA 1, RENGLÓN 3 CLAVE: 4043450311.00 EQUIPO PARA VENOCISIS ESTERIL Y DES. P/USARSE CON BOMBA DE INFUSION DE PRESION Y VOL. EN MODALIDAD MACRO Y MICRO EN ADMON. DE MED. FOTOS SENSIBLES, QUE CONSTE DE: PUNZON, PERFORADOR VENTILADO, CON FILTRO BACTERIANO, CAMARA CUENTA GOTAS, TUBERIA ANTIMICA DE BALA ABSORCION DE MEDICAMENTOS, CON PINZA DESIZABLE PARA CIERRE TOTAL Y ADAPTADOR UNIVERSAL COMPATIBLE CON BOMBA ABBOTT.</p>	<p>SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN INSUMO CON SUPERIORES PRESTACIONES QUE CONNIEREN MAYOR SEGURIDAD: LÍNEA DE INFUSIÓN FOTOSENSIBLE LIBRE DE PVC, DEHP Y LATEX PARA MEDICAMENTOS SENSIBLES A LA LUZ E INCOMPATIBLES CON CLORURO DE POLIVINILO CON FILTRO DE 15 MICRAS, PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA. ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON PROTECCIÓN DE LUZ Y FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO LIBRE DE PVC Y DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; SEGMENTO DE SILICÓN CALBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~285 CM ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL INSUMO QUE ESTA PROPONIENDO NO ES COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS EXISTENTES EN EL HOSPITAL.</p>
---	----------------	--	--	--

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-91904492-145-2024 PÁGINA 5 de 18



Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000
@saludNL


<p>4</p> <p>ARTIMÉDICA, S.A. DE C.V.</p> <p>ANEXO 1</p>	<p>PARTIDA 1, RENGLÓN 4 CLAVE: 4043450320.00 EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE VOLUMENES MEDIDOS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSION DE PLASTICO GRADO MEDICO ESTERIL, DESECHABLE CON SISTEMA, CLAVE AUTOSELLABLE LIBRE DE AGUJAS, CON PUERTO SECUNDARIO PARA PROGRAMAR DOS INFUSIONES A LA VEZ, QUE CONSTA DE BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA BURETA FLEXIBLE CON CAPACIDAD DE 150 ML. MINIMO Y ESCALA GRADUADA EN MILILITROS, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON MACROGOTERO Y MICROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, CON DOS O MAS DISPOSITIVOS EN Y PARA INECCION, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTOR DE BAYONETA Y ADAPTADOR.</p>	<p>SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR UN INSUMO CON SUPERIORES PRESTACIONES QUE CONHIEREN MAYOR SEGURIDAD: LÍNEA DE INFUSIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS CON BURETA GRADUADA DE 150 ML, PORTAL DE INYECCIÓN Y FILTRO DE 15 MICRAS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA, ESTÉRIL, DESECHABLE, ATÓXICO Y LIBRE DE PIRÓGENOS. CONSTA DE: BAYONETA CON ENTRADA DE AIRE FILTRADO Y TAPÓN; CLIP TIBO ROBSON; BURETA GRADUADA DE 150 ML, CON ENTRADA DE AIRE PROTEGIDA POR UN FILTRO ANTIBACTERIAL Y TAPÓN; PORTAL DE INYECCIÓN QUE NO REQUIERE AGUJA; CÁMARA DE GOTEO TRANSPARENTE Y FLEXIBLE CON FILTRO DE 15 MICRAS; TUBO DE PVC LIBRE DE DEHP; REGULADOR DE FLUJO DE RODILLO; SEGMENTO DE SILICÓN CALIBRADO; CLAMP DE SEGURIDAD ANTI FLUJO LIBRE QUE JUNTO CON LA BOMBA PREVIENE FLUJO LIBRE ACCIDENTAL HACIA EL PACIENTE; PUERTO DE INYECCIÓN EN "Y" LIBRE DE LÁTEX QUE NO REQUIERA AGUJA ENSAMBLADO EN LA LÍNEA; CONECTOR LUER LOCK MACHO GIRABLE. LONGITUD APROXIMADA: ~300 CM VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~25 ML (SIN TOMAR EN CUENTA EL VOLUMEN DE LA BURETA) ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.</p>
<p>5</p> <p>ARTIMÉDICA, S.A. DE C.V.</p> <p>ANEXO 1-A</p>	<p>"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS A COMODATO"</p> <p>ANEXO 1-A "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS A COMODATO"</p>	<p>BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA: DESCRIPCIÓN: BOMBA DE INFUSIÓN INTELIGENTE ADAPTABLE A CUALQUIER UNIDAD DE CUIDADOS HOSPITALARIOS; CON SISTEMA PERISTÁLTICO LINEAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE ASEGURA UN FLUJO PRECISO Y CONSTANTE, CON PROGRAMACIÓN DIRECTA DE DOSIS EN UNIDADES MÁSMICAS, O BIEN, EN UNIDADES VOLUMÉTRICAS (ML/HR); CON CAPACIDAD DE INTERACTUAR CON UN SOFTWARE DE REDUCCIÓN DE ERRORES DE DOSIFICACIÓN (DERS) Y</p>	<p>CONSIDERANDO QUE EN EL HOSPITAL METROPOLITANO DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE NUEVO LEÓN YA SE ENCUENTRA INSTALADA UNA CENTRAL DE MONITOREO CON SOFTWARE DE REDUCCIÓN DE ERRORES DE DOSIFICACIÓN (DERS) Y QUE EN EL ANEXO 1-A "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS A COMODATO" SE SOLICITAN EQUIPOS COMPATIBLES CON DICHO SOFTWARE, ¿SE PUEDE ESTABLECER COMO REQUISITO OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES QUE PRESENTEN PROPUESTA EL CONTAR CON EQUIPOS Y SISTEMAS TOTALMENTE COMPATIBLES CON EL SOFTWARE DERS EXISTENTE Y LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADA, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD</p> <p>SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.</p>

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-145-2024 PÁGINA 6 de 18



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

	<p>SOFTWARES MAYORES DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS DEL PACIENTE (PDMS) O CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN CLÍNICA (CIS) DENTRO DE LOS HOSPITALES. CON SISTEMA DE CONTROL DE OCLUSIVIDAD QUE AL COLOCAR LA LINEA ACTIVE UN BOMBEO REAL VERIFICANDO LOS INCREMENTOS DE PRESIÓN EN LA LINEA Y GARANTICE LA DETECCIÓN OPORTUNA DE UNA OCLUSIÓN AL PACIENTE. RANGO DE FLUJO DE 1 A 1,500 ML/H EN MODO NORMAL (EN INCREMENTOS DE 1 ML/H) Y DE 0.1 A 99.9 ML/H EN MODO DE MICRO-INFUSIÓN (EN INCREMENTOS DE 0.1 ML/H). RANGO DE VOLUMEN DE 1 A 9,999 ML EN MODO NORMAL (EN INCREMENTOS DE 1 ML) Y DE 0.1 A 999.9 EN MODO DE MICRO-INFUSIÓN (EN INCREMENTOS DE 0.1 ML). CON UN SISTEMA DINAMICO DE PRESIÓN QUE ADVIERTE POR MEDIO DE UNA SEÑAL SONORA Y LUMINOSA DE CUALQUIER VARIACIÓN EN LA PRESIÓN, ANTIPIANDO OCLUSIONES Y/O DESCONEXIONES EN LA LINEA DE INFUSIÓN. MODOS DE INFUSIÓN SELECCIONABLES: INFUSIÓN EN MODO FLUJO VOLUMÉTRICO (ML/HR) Ó MODO INFUSIÓN EN DOSIS (OPERA EN DOSIS MÁSICAS DE MEDICAMENTO, HASTA 49 UNIDADES DE DOSIS DISPONIBLES); CON BATERÍA DE RESPALDO CON UNA DURACIÓN DE 8 HRS A UN FLUJO DE 125 ML/H. DIMENSIONES DE 135 X 190 X 170 MM Y UN PESO APROXIMADO DE 2,000 GR</p>	<p>OPERATIVA Y LA INTEGRACIÓN TOTAL CON LOS SISTEMAS CLÍNICOS DEL HOSPITAL?</p>	
--	---	---	--

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-91904492-145-2024 PÁGINA 7 de 18



Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000

@saludNL





SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



	<p>ESTACION DE INFUSION MODULAR DE HASTA 8 CANALES DESCRIPCION: PERFUSOR INTELIGENTE DE ALTA PRECISION PARA SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INTRAVENOSOS CRITICOS A BAJOS FLUJOS Y BAJOS VOLUMENES MEDIANTE JERINGA ADAPTABLE A CUALQUIER UNIDAD DE CUIDADOS HOSPITALARIOS CON PROGRAMACION DIRECTA DE DOSIS EN UNIDADES MASICAS, O BIEN, EN UNIDADES VOLUMETRICAS (ML/HR); CON CAPACIDAD DE INTERACTUAR CON UN SOFTWARE DE REDUCCION DE ERRORES DE DOSIFICACION (DERS) Y SOFTWARES MAYORES DE ADMINISTRACION DE DATOS DEL PACIENTE (PDMs) O CON SISTEMAS DE INFORMACION CLINICA (CIS) DENTRO DE LOS HOSPITALES. CON CAPACIDADES DE JERINGA: 5, 10, 20, 30/35, 50/60 ML. VELOCIDAD DE FLUJO: DE 0.1 A 1200.0 ML/H DEPENDIENDO DE LA CAPACIDAD DE LA JERINGA (INCREMENTOS DE 0.1 ML/H) Y DE 0.1 A 9.99 ML/H EN MICROINFUSION (INCREMENTOS DE 0.01 ML/H). LIMITE DE VOLUMEN: DE 0.1 A 999.9 ML EN INCREMENTOS DE 1 ML. CON UN SISTEMA DINAMICO DE PRESION QUE ADVIERTE POR MEDIO DE UNA SENAL SONORA Y LUMINOSA DE CUALQUIER VARIACION EN LA PRESION, ANTICIPANDO OCCLUSIONES Y/O DESCONEXIONES EN LA LINEA DE INFUSION. MODO DE INFUSION SELECCIONABLE: FLUJO VOLUMETRICO</p>	
--	--	--

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL NO. LP-919044992-45-2024 PÁGINA 8 de 18



Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000

@saludNL



		<p>(OPERA EN ML/HR) O FLUJO EN DOSIS (OPERA CON DIFERENTES UNIDADES DE FLUJO EN MASAS). UNIDADES DE DOSIS: (NG, µG, MG, CAL, KCAL, U, KU, MMOL, MOL, KMOL) / KG, UNIDADES DE TIEMPO: 24H / H / MIN., PROGRAMACIÓN DE LA DILUCIÓN: X UNIDADES / ML, O BIEN, X UNIDADES / Y ML, PESO DEL PACIENTE: (0.25 A 250) KG. CON UN RESPALDO DE BATERIA CON UNA AUTONOMIA MÍNIMA: 10HR A 5 ML/HR. DIMENSIONES: 135 X 345 X 170 MM Y UN PESO APROXIMADO DE 2,150 GR.</p>	
6	<p>ARTIMÉDICA, S.A. DE C.V. ANEXO 1</p>	<p>PARTIDA 1, RENGLÓN 6 CLAVE: 5049500163.00 DESCRIPCIÓN: EXTENSIONES DE PLAST. P/BOMBA DE INFUSIÓN DE 75 O 150 CM.</p>	<p>SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: EXTENSIONES DE PLAST. P/BOMBA DE INFUSIÓN DE 91.4 CM CONSIDERANDO QUE ES UN SET DE MAYOR LONGITUD OPTIMIZA EL ESPACIO MÍNIMO VITAL DEL PACIENTE Y FACILIDAD DE MOVILIDAD DEL PERSONAL CLÍNICO Y MÉDICO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>
7	<p>ARTIMÉDICA, S.A. DE C.V. ANEXO 1</p>	<p>PARTIDA 1, RENGLÓN 6 CLAVE: 5049500163.00 DESCRIPCIÓN: EXTENSIONES DE PLAST. P/BOMBA DE INFUSIÓN DE 75 O 150 CM.</p>	<p>SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: EXTENSIONES DE PLAST. P/BOMBA DE INFUSIÓN DE 152CM. CONSIDERANDO QUE ES UN SET DE MAYOR LONGITUD OPTIMIZA EL ESPACIO MÍNIMO VITAL DEL PACIENTE Y FACILIDAD DE MOVILIDAD DEL PERSONAL CLÍNICO Y MÉDICO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-145-2024 PÁGINA 9 de 18



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000

@saludNL





SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



<p>8 ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A. DE C.V.</p>	<p>ANEXO 1</p>	<p>PARTIDA 1 RENGLON 1 EQUIPO DE VENOCUSIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSION DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL Y DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA DE GOTEO CON MACROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, CON DOS O MAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA INYECCION. OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUIJA. PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR.</p>	<p>SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON SUPERIORES PRESTACIONES QUE CONFIEREN MAYOR SEGURIDAD: EQUIPO PARA VENOCUSIS CON FILTRO DE 15 MICRAS EN LA CÁMARA DE GOTEO PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSIÓN. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO LIBRE DE LÁTEX Y LIBRE DE DEHP, ESTÉRIL, DESECHABLE. CONSTA DE: BAYO NETA, FILTRO DE AIRE, CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, CON UN DISPOSITIVO EN "Y" QUE CUENTA CON CONECTOR CLAVE LIBRE DE AGUIJAS PARA INYECCIÓN, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUIJA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR, CON TECNOLOGÍA DE CASETE Y REGULADOR DE FLUJO QUE IMPIDE EL LIBRE FLUJO, TAPÓN HIDRÓFONO AL FINAL DE LA LÍNEA QUE PERMITE LA SALIDA DE AIRE PERO NO DE LÍQUIDO AL PURGAR Y PUERTO CLAVE EN EL CANAL SECUNDARIO QUE PERMITE AL USUARIO REALIZAR UNA O DOS INFUSIONES SIMULTÁNEAS O ALTERNAS Y SACAR EL AIRE DE LA LÍNEA A TRAVÉS DE RETROPURGADO SIN NECESIDAD DE DESCONECTAR AL PACIENTE. LONGITUD DE 272 CM Y VOLUMEN DE PURGA DE 19 ML. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SEAN COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS EXISTENTES EN EL HOSPITAL.</p>
--	----------------	--	---	---

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-1919044992-145-2024 PÁGINA 10 de 18



Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000
@saludNL

<p>9 ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A. DE C.V.</p>	<p>ANEXO 1</p>	<p>PARTIDA 1 RENGLON 2 EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION SANGOFIX</p> <p>DE ACUERDO CON EL ART. 31 INCISO: XXIII, PÁRRAFO 3RO. DEL REGLAMENTO DE LA "LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN" Y PARA NO LIMITAR LA LIBRE COMPETENCIA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NO SEA LIMITATIVO LA MARCA SANGOFIX Y NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON SUPERIORES PRESTACIONES QUE CONFIEREN MAYOR SEGURIDAD: LÍNEA DE TRANSFUSIÓN CON FILTRO DE 200 MICRAS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSIÓN. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO LIBRE DE LÁTEX Y LIBRE DE DEHP, ESTÉRIL, DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR, CON TECNOLOGÍA DE CASSETTE Y REGULADOR DE FLUJO QUE IMPIDE EL LIBRE FLUJO, TAPÓN HIDRÓFobo AL FINAL DE LA LÍNEA QUE PERMITE LA SALIDA DE AIRE PERO NO DE LÍQUIDO AL PURGAR, EL CANAL SECUNDARIO QUE PERMITE AL USUARIO SACAR EL AIRE DE LA LÍNEA A TRAVÉS DE RETROPURGADO SIN NECESIDAD DE DESCONECTAR AL PACIENTE. LONGITUD DE 279 CM Y VOLUMEN DE PURGA DE 52 ML. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD DEBIDO A QUE EL VOLUMEN DE PURGADO ES MUY ALTO.</p>
--	----------------	---	--





SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DECENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DECENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



<p>10 ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A. DE C.V.</p>	<p>ANEXO 1</p>	<p>PARTIDA 1 RENGLON 3 EQUIPO PARA VENOCCLISIS ESTERIL Y DES. P/USARSE CON BOMBA DE INFUSION DE PRESION VOL. EN MODALIDAD MACRO Y MICRO EN ADMON. DE MED. FOTOS SENSIBLES, QUE CONSTE DE PUNZON, PERFORADOR VENTILADO, CON FILTRO BACTERIANO, CAMARA CUENTA GOTAS, TUBERIA ANTIMICA DE BAJA ABSORCION DE MEDICAMENTOS, CON PINZA DESUZABLE PARA CIERRE TOTAL Y ADAPTADOR UNIVERSAL COMPATIBLE CON BOMBA ABBOTT</p>	<p>SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON SUPERIORES PRESTACIONES QUE CONHIEREN MAYOR SEGURIDAD: EQUIPO PARA VENOCCLISIS CON FILTRO DE 15 MICRAS EN LA CÁMARA DE GOTEO PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSIÓN FOTOPROTEGIDO Y DE BAJA ADSORCIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS SENSIBLES A LA LUZ. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO LIBRE DE LÁTEX Y LIBRE DE DEHP, ESTÉRIL, DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, CON UN DISPOSITIVO EN "v" QUE CUENTA CON CONECTOR CLAVE LIBRE DE AGUJAS PARA INYECCIÓN, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR, CON TECNOLOGÍA DE CASETE Y REGULADOR DE FLUJO QUE IMPIDE EL LIBRE FLUJO, TAPÓN HIDRÓFobo AL FINAL DE LA LÍNEA QUE PERMITE LA SALIDA DE AIRE PERO NO DE LÍQUIDO AL PURGAR Y PUERTO CLAVE EN EL CANAL SECUNDARIO QUE PERMITE AL USUARIO REALIZAR UNA O DOS INFUSIONES SIMULTÁNEAS O ALTERNAS Y SACAR EL AIRE DE LA LÍNEA A TRAVÉS DE RETROPURGADO SIN NECESIDAD DE DESCONECTAR AL PACIENTE. LONGITUD DE 272 CM Y VOLUMEN DE PURGA DE 12 ML. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD DEBIDO A QUE NO ES COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS EXISTENTES.</p>
---	----------------	--	---	--

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. IP-9159044992-145-2024 PÁGINA 12 de 18

Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000
@saludNLM



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

11	ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	PARTIDA 1 RENGLON 4 EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES DE VOLUMENES MEDIDOS PARA USARSE CON BOMBA DE INFUSION DE PLASTICO GRADO MEDICO ESTERIL DESECHABLE CON SISTEMA, CLAVE AUTOSSELLABLE LIBRE DE AGUJAS, CON PUERTO SECUNDARIO PARA PROGRAMAR DOS INFUSIONES A LA VEZ, QUE CONSTA DE BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CAMARA BURETA FLEXIBLE CON CAPACIDAD DE 150 ML. MINIMO Y ESCALA GRADUADA EN MILILITROS, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON MACROGOTERO Y MICROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, CON DOS O MAS DISPOSITIVOS EN Y PARA INYECCION, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTOR DE BAYONETA Y ADAPTADOR.	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON SUPERIORES PRESTACIONES QUE CONFIEREN MAYOR SEGURIDAD: EQUIPO PARA APLICACIÓN DE SOLUCIONES DE VOLÚMENES MEDIDOS DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO LIBRE DE LÁTEX, LIBRE DE DEHP, ESTÉRIL, DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CÁMARA BURETA FLEXIBLE CON CAPACIDAD DE 150 ML Y ESCALA GRADUADA EN ML, CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON MACROGOTERO Y FILTRO DE 15 MICRAS, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, CON DOS DISPOSITIVOS EN Y QUE CUENTAN CON CONECTOR CLAVE LIBRE DE AGUJAS PARA INYECCIÓN, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTORES DE BAYONETA Y ADAPTADOR. CON TECNOLOGÍA DE CASETE Y PUERTO CLAVE EN EL CANAL SECUNDARIO QUE PERMITE AL USUARIO REALIZAR UNA O DOS INFUSIONES SIMULTÁNEAS O ALTERNAS Y SACAR EL AIRE DE LA LÍNEA A TRAVÉS DE RETROPURGADO SIN NECESIDAD DE DESCONECTAR AL PACIENTE. LONGITUD DE 290 CM VOLUMEN DE PURGA DE 19 ML. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS EXISTENTES
12	ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	ANEXO 1 RENGLÓN 6 EXTENCIONES DE PLAST. P/BOMBA DE INFUSION DE 75 O 150 CM	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EL VOLUMEN DE PURGA QUE REQUIEREN, CON LA FINALIDAD DE OFRECER LO NECESARIO PARA LA ATENCIÓN HOSPITALARIA, FAVOR DE CONFIRMAR.	SE REQUIERE: LONGITUD 150CM, VOLUMEN DE PURGA 0.3ML
13	ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A. DE C.V.	ANEXO 1	ANEXO 1 RENGLÓN 6 EXTENCIONES DE PLAST. P/BOMBA DE INFUSION DE 75 O 150 CM	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: EXTENCIONES DE PLAST. P/BOMBA DE INFUSION DE 91.4CM CONSIDERANDO QUE ES UN SET DE MAYOR LONGITUD OPTIMIZA EL ESPACIO MÍNIMO VITAL DEL PACIENTE Y FACILIDAD DE MOVILIDAD DEL PERSONAL CLINICO Y MÉDICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD DEBIDO A QUE LA LONGITUD ES MUY CORTA. SE REQUIERE MÍNIMO 150CM

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-145-2024 PÁGINA 13 de 18



Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000

@saludNL

			<p>SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: EXTENCIONES DE PLAST. P/BOMBA DE INFUSION DE 152CM. CONSIDERANDO QUE ES UN SET DE MAYOR LONGITUD OPTIMIZA EL ESPACIO MINIMO VITAL DEL PACIENTE Y FACILIDAD DE MOVILIDAD DEL PERSONAL CLINICO Y MÉDICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REQUIERE MÍNIMO DE 150CM</p>
<p>14 ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A. DE C.V.</p>	<p>ANEXO 1</p>	<p>ANEXO 1 RENGLÓN 6 EXTENCIONES DE PLAST. P/BOMBA DE INFUSION DE 75 O 150 CM</p>	<p>BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA BOMBA DE INFUSION INTELIGENTE ADAPTARLE A CUALQUIER UNIDAD DE CUIDADOS HOSPITALARIOS; CON SISTEMA PERISTÁLTICO LINEAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE ASEGURA UN FLUJO PRECISO Y CONSTANTE, CON PROGRAMACIÓN DIRECTA DE DOSIS EN UNIDADES MÁSCAS, O BIEN, EN UNIDADES VOLUMÉTRICAS (ML/HR); CON CAPACIDAD DE INTERACTUAR CON UN SOFTWARE DE REDUCCIÓN DE ERRORES DE DOSIFICACIÓN (DERS) Y SOFTWARES MAYORES DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS DEL PACIENTE (PDMs) O CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN CLÍNICA (CIS) DENTRO DE LOS HOSPITALES. CON SISTEMA DE CONTROL DE OCLUSIVIDAD QUE AL COLOCAR LA LÍNEA ACTIVE UN BOMBEO REAL VERIFICANDO LOS INCREMENTOS DE PRECIÓN EN LA LÍNEA Y GARANTICE LA DETECCIÓN OPORTUNA DE UNA OCLUSIÓN AL PACIENTE. RANGO DE FLUJO DE 1 A 1,500 ML/H EN MODO NORMAL (EN INCREMENTOS DE 1 ML/H) Y DE 0.1 A 99.9 ML/H EN MODO DE MICRO-INFUSIÓN (EN INCREMENTOS DE 0.1 ML/H), RANGO DE VOLUMEN DE 1 A 9,999 ML EN MODO NORMAL (EN INCREMENTOS DE 1 ML) Y DE 0.1 A 999.9 EN MODO DE MICRO-INFUSIÓN (EN INCREMENTOS DE 0.1 ML), CON UN</p>	<p>SI SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.</p>
<p>15 ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A. DE C.V.</p>	<p>ANEXO 1 A</p>		<p>SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: EXTENCIONES DE PLAST. P/BOMBA DE INFUSION DE 152CM. CONSIDERANDO QUE ES UN SET DE MAYOR LONGITUD OPTIMIZA EL ESPACIO MINIMO VITAL DEL PACIENTE Y FACILIDAD DE MOVILIDAD DEL PERSONAL CLINICO Y MÉDICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD</p>

ACTO DE JUNTA DE ACIARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-91904992-145-2024 PÁGINA 14 de 18

	<p>SISTEMA DINÁMICO DE PRESIÓN QUE ADVIERTE POR MEDIO DE UNA SEÑAL SONORA Y LUMINOSA DE CUALQUIER VARIACIÓN EN LA PRESIÓN, ANTICIPANDO OCCLUSIONES Y/O DESCONEXIONES EN LA LÍNEA DE INFUSIÓN. MODOS DE INFUSIÓN SELECCIONABLES: INFUSIÓN EN MODO FLUJO VOLUMÉTRICO (ML/HR) Ó MODO INFUSIÓN EN DOSIS (OPERA EN DOSIS MÚSICAS DE MEDICAMENTO, HASTA 49 UNIDADES DE DOSIS DISPONIBLES). CON BATERÍA DE RESPALDO CON UNA DURACIÓN DE 8 HRS A UN FLUJO DE 125 ML/H; DIMENSIONES DE 135 X 190 X 170 MM Y UN PESO APROXIMADO DE 2,000 GR</p>	<p>DIFERENCIAR: BATERÍA CON DURACIÓN DE 4 HORAS MÍNIMO A UN CAUDAL DE 999 ML/H. Y LETREROS DEL PANEL DE CONTROL EN ESPAÑOL. SISTEMA DE RETROPURGADO QUE PERMITA SACAR EL AIRE POR EL CANAL SECUNDARIO SIN NECESIDAD DE DESCONECTAR AL PACIENTE. OPCIONES AVANZADAS DE PROGRAMACIÓN, CÁLCULO DE DOSIS, DOSIS DE CARGA Y PASOS MÚLTIPLES, CUENTA CON PROGRAMACIÓN PARA RETRASO DE INFUSIÓN EN CUALQUIERA DE LOS DOS CANALES; FARMACOTECA CON 113 FÁRMACOS PRECARGADOS QUE PERMITEN ETIQUETAR EL FÁRMACO QUE ESTA INFUNDIENDO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	
<p>16 ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A. DE C.V.</p>	<p>ANEXO 1 A</p>	<p>ESTACION DE INFUSION MODULAR DE HASTA 8 CANALES DESCRIPCION: PERFUSOR INTELIGENTE DE ALTA PRECISIÓN PARA SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INTRAVENOSOS CRÍTICOS A BAOS FLUJOS Y BAOS VOLUMENES MEDIANTE JERINGA ADAPTABLE A CUALQUIER UNIDAD DE CUIDADOS HOSPITALARIOS CON PROGRAMACIÓN DIRECTA DE DOSIS EN UNIDADES MÚSICAS, O BIEN, EN UNIDADES VOLUMÉTRICAS (ML/HR); CON CAPACIDAD DE INTERACTUAR CON UN SOFTWARE DE REDUCCIÓN DE ERRORES DE DOSIFICACIÓN (DERS) Y SOFTWARES MAYORES DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS DEL PACIENTE (PDMS) O CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN CLÍNICA (CIS) DENTRO DE LOS HOSPITALES. CON CAPACIDADES DE JERINGA: 5, 10, 20, 30/35, 50/60 ML. VELOCIDAD DE FLUJO: DE 0.1 A 1200.0</p>	<p>SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON SUPERIORES PRESTACIONES QUE CONHIEREN MAYOR SEGURIDAD: EQUIPO MÉDICO BOMBA DE INFUSIÓN DE JERINGA, PORTÁTIL DE DISEÑO HORIZONTAL PUERTA DE SEGURIDAD PARA PROTEGER LA JERINGA, CON PROTECCIÓN CONTRA INGRESO DE LÍQUIDOS Y/O OBJETOS IP32 (A PRUEBA DE GOTEO, PROTEGIDA CONTRA OBJETOS >=2.5MM), CON SENSORES EN ABRAZADERA DEL CILINDRO Y EN EMBOLO DE LA JERINGA, MISMO QUE SE RETRAE AUTOMÁTICAMENTE AL LIBERAR EL CUERPO O CILINDRO DE LA JERINGA, EL MECANISMO DE EMPUJE DE LA JERINGA ESTÁ DETERMINADO POR UN SISTEMA DE MOTOR DE PASO. PERMITE SER CONFIGURADO EN DIFERENTES MODALIDADES DE INFUSIÓN, CONCEPTO "TODO EN UNO" (ALL-IN-ONECONCEPT), CON CÁLCULO AUTOMÁTICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, Y MODOS DE INFUSIÓN ESPECIALES (PCA/EPCA Y TIVA/TCI), CAPACIDAD DE LIBRERÍA DE 800 FÁRMACOS, FUNCIÓN DE BOLO MANUAL Y PROGRAMABLE, DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE JERINGAS, TIPOS DE JERINGA INJECTOMAT, TERUMO, OMMINIFIX, PERFUSOR, NIPRO, MONOJET, PLASTIPAC, CODA</p> <p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD</p>

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. 1P-919044992-15-2024 PÁGINA 15 de 18

Matamoros 520 Ote., Zona Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000 | Tel. 81 8130 7000

@saludNL



<p>ML/H DEPENDIENDO DE LA CAPACIDAD DE LA JERINGA (INCREMENTOS DE 0.1 ML/H) Y DE 0.1 A 9.99 ML/H EN MICROINFUSIÓN (INCREMENTOS DE 0.01 ML/H). LÍMITE DE VOLUMEN: DE 0.1 A 999.9 ML EN INCREMENTOS DE 1 ML. CON UN SISTEMA DINÁMICO DE PRESIÓN QUE ADVIERTE POR MEDIO DE UNA SEÑAL SONORA Y LUMINOSA DE CUALQUIER VARIACIÓN EN LA PRESIÓN, ANTICIPANDO OCCLUSIONES Y/O DESCONEXIONES EN LA LÍNEA DE INFUSIÓN. MODO DE INFUSIÓN SELECCIONABLE: FLUJO VOLUMÉTRICO (OPERA EN ML/HR) O FLUJO EN DOSIS (OPERA CON DIFERENTES UNIDADES DE FLUJO EN MASA): UNIDADES DE DOSIS: (NG, µG, MG, CAL, KCAL, U, KU, MMOL, MOL, KMOL) / KG, UNIDADES DE TIEMPO: 24H / H / MIN., PROGRAMACIÓN DE LA DILUCIÓN: X UNIDADES / ML, O BIEN, X UNIDADES / Y ML, PESO DEL PACIENTE: (0.25 A 250) KG. CON UN RESPALDO DE BATERÍA CON UNA AUTONOMÍA MÍNIMA: 10HR A 5 ML/HR. DIMENSIONES: 135 X 345 X 170 MM Y UN PESO APROXIMADO DE 2.150 GR.</p>	<p>DISPOMED, SYRAMED, POLFA, MARGOMED , ALL PRO, TERUMO , CODA CON CAPACIDAD DE JERINGAS DE 5ML ,10ML ,20ML, 50ML Y 60ML, DETECCIÓN RÁPIDA DE OCCLUSIÓN, PRECISIÓN +/- 2%, RANGO DE FLUJO DE 0.01ML/HR-1500.0 ML/H CON INCREMENTOS DE FLUJO DE 0.1 ML/H OPCIONAL A 0.01 ML/H, RANGO A INFUNDIR 0.1-999 ML, FUNCIÓN DE BOLO MANUAL Y PROGRAMABLE, ALARMAS DE TIPO SONORAS Y VISUALES, ALARMA DE BATERÍA, ALARMA DE OCCLUSIÓN, ALARMA DE JERINGA PRÓXIMA A VACIARSE, ALARMA DE PRESIÓN NEGATIVA EN EL SISTEMA, ALARMA DE DEFECTO, SISTEMA DE LLAMADOR DE ENFERMERÍA, SISTEMA DE REDUCCIÓN DE ERRORES EN LA DOSIS, REDUCCIÓN AUTOMÁTICA DE BOLO FRENTE A UNA OCCLUSIÓN, TIEMPO DE OPERACIÓN DE BATERÍAS HASTA 10 HORAS, DEPENDIENDO DEL FLUJO Y EL MODO, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 110-230 VAC, 50-60 HZ, ALIMENTACIÓN EXTERNA (OPCIONAL) 12-15VAC/DC. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?</p>	
---	---	--


Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 27 de diciembre del 2024, a las 11:00 horas, en esta misma sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de esa hora.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL NO. LP-919044992-145-2024 PÁGINA 16 de 18



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

De esta manera se da por concluido el presente evento, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de la calle Matamoros oriente No 520, Zona Centro, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada esta primera y única junta de aclaraciones, siendo las 12:20 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	LIC. EDUARDO MEDINA CÁRDENAS	
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA	



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ

	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONCURSOS Y LICITACIONES DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	LIC. NORMA LIZETH NÚÑEZ SOTO	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES (COMO ÁREA USUARIA)	DR. DANIEL PINTOR RODRIGUEZ	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADO PERMANENTE

	NOMBRE	FIRMA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	LIC. RAÚL ÁNGEL MARTÍNEZ IBARRA	

