



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-I49-2024 "REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO"

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 12:00 horas del día 08 de enero del 2025, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en el sótano del inmueble situado en la calle Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos, miembros del Comité de Adquisiciones de este organismo, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones a la convocatoria de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-I49-2024** referente a la adquisición de **"Reactivos para la Determinación de Análisis Clínicos y Equipos en Comodato"**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (en adelante la Ley) y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley (en adelante el reglamento); así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el *Lic. Eduardo Medina Cárdenas*, en su carácter de Subdirector de Recursos Materiales y Suplente del Representante de la Presidenta del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el *Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lastra*, representante suplente de la Dirección Jurídica de este Organismo y la *Arq. Diana Luisa Martínez Rivera*, representante de la Secretaría de Administración; **Miembros del Comité con Voz:** el *C.P. Gilberto Alvarado Cisneros*, representante suplente de la Dirección de Seguimiento de Concursos y Licitaciones de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, **como área usuaria:** el *Q.C.B. José Guadalupe Garza Garza*, representante del Laboratorio Estatal, el *Dr. Daniel Pintor Rodríguez*, representante de la Dirección de Hospitales y la *Q.F.B. Leslie Korina Martínez Segovia*, representante de la Dirección de Jurisdicciones Sanitarias, **Invitado Permanente:** el Jefe del Departamento de Adquisiciones, *Lic. Raúl Ángel Martínez Ibarra*.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

En uso de la palabra el *Lic. Eduardo Medina Cárdenas*, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes estando presentes: **DM LAB, S.A. DE C.V.**, representada por el *C. José Luis Paredes Méndez*, **COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.**, representada por el *C. Rene Gerardo Salazar Robledo*, **ELECTRONICS FOR MEDICINE, S.A. DE C.V.**, representada por la *C. Genesis Cura Salazar* y **DICIPA, S.A. DE C.V.**, representada por el *C. José Alfredo Soto Alonso*.



Acto seguido se procedió a dar lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes las cuales son las siguientes:

DUDAS ADMINISTRATIVAS:					
NO.	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCIÓN	PREGUNTA	RESPUESTA
1	DM LAB, S.A. DE C.V.	1.1.8	11 HEMOGLOBINA GLICOSILADA	EN EL PUNTO 1.1.8 SE MENCIONA QUE EL LICITANTE OFERTARÁ EN SU PROPUESTA TÉCNICA EL NÚMERO DE REACTIVOS, ASÍ COMO LOS CONTROLES DE CALIDAD NECESARIOS PARA REALIZAR CADA UNA DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES ANUALES ESTABLECIDAS POR LA UNIDAD HOSPITALARIA. PREGUNTA: ¿EL CONTROL DE CALIDAD AL QUE SE REFIEREN ES AL CONTROL DE CALIDAD INTERNO? EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA EL CONTROL DE CALIDAD PUEDE SER DE LA MISMA MARCA?	SI, SE REFIERE AL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y DEBE SER DE LA MISMA MARCA. LOS CONTROLES DE CALIDAD SE REALIZAN DE ACUERDO A LAS CANTIDADES SEMESTRALES ESTABLECIDAS POR LAS UNIDADES APLICATIVAS.
2	DM LAB, S.A. DE C.V.	1.3.1	11 HEMOGLOBINA GLICOSILADA	EN EL PUNTO 1.3.1. PERÍODO DE ENTREGA SE MENCIONA QUE LA ENTREGA DE REACTIVOS Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE REALIZARÁ DEL 17 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 PREGUNTA: ¿LA ENTREGA SERÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN? EN CASO CONTRARIO ES POSIBLE CONTAR CON UN CALENDARIO DE ENTREGAS PARA GARANTIZAR EL ABASTO EN TIEMPO Y FORMA.	NO, LA ENTREGA SE REALIZARÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DE CADA UNIDAD Y EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS SERÁ DENTRO DE LOS 14 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE ENVÍO, COMO SE SEÑALA EN EL PUNTO 1.3.1. DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
3	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	NUMERAL 3, PUNTO C, NÚMERO 19	N/A	SOLICITAN INCLUIR EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA "CUATRO CARTAS EN ORIGINAL, EMITIDAS POR CLIENTES DEL SECTOR SALUD, EN PAPEL MEMBRETADO DE ÉSTOS, MEDIANTE LAS CUÁLES ESTIPULEN QUE HAN PRESTADO BUEN SERVICIO DE ATENCIÓN Y SURTIMIENTO" A ESTE RESPECTO, SOLICITAMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CARTAS DE NUESTROS CLIENTES COMO LABORATORIOS PRIVADOS. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
4	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	NUMERAL 3, PUNTO C, NÚMERO 19	N/A	SOLICITAN INCLUIR EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA "CUATRO CARTAS EN ORIGINAL, EMITIDAS POR CLIENTES DEL SECTOR SALUD, EN PAPEL MEMBRETADO DE ÉSTOS, MEDIANTE LAS CUÁLES ESTIPULEN QUE HAN PRESTADO BUEN SERVICIO DE ATENCIÓN Y SURTIMIENTO". A ESTE RESPECTO, CÓMO SE HA HECHO EN AÑOS ANTERIORES, SOLICITAMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO, LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR CARTAS DE LOS	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.



5	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	NUERAL 3, PUNTO C, NÚMERO 10	N/A	HOSPITALES Y JURISDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA? SOLICITAN INCLUIR EN EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE MANIFIESTE QUE SE COMPROMETE A INSTALAR LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN EL ANEXO 1, EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y GARANTIZANDO EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS. DE IGUAL MANERA, EN EL PUNTO 1.1.1, SE MENCIONA QUE LOS EQUIPOS NO DEBERÁN TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A TRES AÑOS. A ESTE RESPECTO, ENTENDEMOS QUE EL REQUISITO QUE SE DEBE CUMPLIR, ES EL QUE SE SOLICITA COMO PARTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, ES DECIR QUE LA CARTA MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE COMPROMETE A INSTALAR LOS EQUIPOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNACIONAMIENTO, NO CON UNA ANTIGÜEDAD DE 3 AÑOS. ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
6	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	1.1 OBJETO Y ALCANCE. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS A COMODATO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. PUNTO. 1.1.1. SOLICITAN EQUIPOS CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 AÑOS.	1.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 2.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 3.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE PROPORCIONAR UNA MEJOR OFERTA NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS FUNCIONALES CON TECNOLOGÍA DE PUNTA, CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 6 AÑOS. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
7	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	1.3 PERÍODO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS. PUNTO. 1.3.1 PERIODO DE ENTREGA. SOLICITAN PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS EL LICITANTE CONTARÁ CON UN PLAZO DE 15 A 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO	1.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 2.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 3.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.	DEBEMOS DE CONSIDERAR COMO PLAZO MÁXIMO PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.





SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

8	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	1.3 PERÍODO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS. PUNTO 1.3.3 CONDICIONES DE ENTREGA: INCISO I: SOLICITAN CADUCIDAD. LA CADUCIDAD DE LOS REACTIVOS DEBERÁ SER DE 1 AÑO, COMO MÍNIMO, CONTADO A PARTIR DE LA RECEPCIÓN EN CADA UNA DE LAS UNIDADES APLICATIVAS DE LA CONVOCANTE, EN CASO DE SUMINISTRAR REACTIVOS CON MENOR CADUCIDAD A LA ESTABLECIDA, SE PODRÁN DEVOLVER LOS MISMOS A JUICIO Y RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD APLICATIVA.	1.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 2.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 3.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR REACTIVOS CON UNA CADUCIDAD DE 6 MESES CON EL COMPROMISO DE CANJEAR AQUELLOS REACTIVOS QUE NO SE HAYAN CONSUMIDO A LA FECHA DE SU CADUCIDAD. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA, LA CADUCIDAD DE LOS REACTIVOS DEBERÁ SER DE 1 AÑO, COMO MÍNIMO.
9	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. INCISO C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER: NUMERAL 17. SOLICITA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS DE CALIDAD: ISO, FDA, CE, UL, TUV. PARA EQUIPOS Y REACTIVOS FABRICADOS EN MÉXICO ADEMÁS, LA DOCUMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN	1.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS) 2.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES) 3.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD: ISO, FDA, CE, UL, TUV. PARA EQUIPOS Y REACTIVOS DE IMPORTACIÓN ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD.
10	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS	1.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA TAMBIÉN PRESENTAR COPIAS DE LAS HOJAS DEL	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.



		<p>ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO.</p> <p>INCISO C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER:</p> <p>PUNTO 11. SOLICITAN FOLLETOS EN ESPAÑOL DE LOS EQUIPOS EN COMODATO QUE DESCRIBAN CUANDO MENOS LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1A.</p>	<p>(CUIDADOS CRITICOS)</p> <p>2.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES)</p> <p>3.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.</p>	<p>MANUAL DEL EQUIPO DE LOS PUNTOS A REFERENCIAR CUANDO EN EL CATÁLOGO NO SEA POSIBLE ESTO. ¿SE ACEPTA?</p>	
11	<p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.</p>	<p>3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO.</p> <p>INCISO C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER:</p> <p>PUNTO 17. SOLICITAN DOCUMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN.</p>	<p>1.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS)</p> <p>2.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES)</p> <p>3.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.</p>	<p>ESTO SOLO APLICA PARA EQUIPOS Y REACTIVOS FABRICADOS EN MÉXICO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?</p>	<p>SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
12	<p>INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.</p>	<p>3. FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO.</p> <p>INCISO C. EL SOBRE DE DOCUMENTOS DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER:</p> <p>PUNTO 19. SOLICITAN SE PRESENTEN CUANDO MENOS 4 CARTAS EN ORIGINAL POR CLIENTES EN HOJA MEMBRETADA</p>	<p>1.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (CUIDADOS CRITICOS)</p> <p>2.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES)</p> <p>3.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.</p>	<p>SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR CARTAS EN ORIGINAL O IMPRESAS DE DOCUMENTOS ESCANEADOS, EN EL CASO DE CLIENTES FORÁNEOS. ¿SE ACEPTA?</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA PRESENTAR CARTAS EN ORIGINAL COMO SE SOLICITA EN EL PUNTO 19, NUMERAL 3 INCISO C) DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.</p>





SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

		DE ESTOS EN LAS CUALES SE ESTIPULE QUE HEMOS PRESTADO BUEN SERVICIO EN LA VENTA DE REACTIVOS DE LA MISMA NATURALEZA O SIMILAR A LO REQUERIDO EN ESTA LICITACIÓN.			
13	ASENCO INTEGRAM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A	11. HEMOGLOBINA GLICOSILADA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA INFORMAR EL NÚMERO DE EQUIPOS (HEMOGLOBINA GLICOSILADA) SON REQUERIDOS EN ESTA PARTIDA?	EN TOTAL SON 16 EQUIPOS Y LAS CARACTERÍSTICAS SE ENCUENTRAN DESCRITAS EN EL ANEXO 1-A
14	ASENCO INTEGRAM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A	11. HEMOGLOBINA GLICOSILADA	SE SOLICITA A LOS CONVOCANTES NOS PUEDA INFORMAR, SI ES UNA SOLA ENTREGA O SON ENTREGAS MENSUALES?	LA ENTREGA SE REALIZARÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DE CADA UNIDAD Y EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS SERÁ DENTRO DE LOS 14 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE ENVÍO, COMO SE SEÑALA EN EL PUNTO 1.3.1. DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
15	ASENCO INTEGRAM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A	16. TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA	SE SOLICITA CONVOCANTES NOS PUEDA INFORMAR, SI ES UNA SOLA ENTREGA O SON ENTREGAS MENSUALES?	LA ENTREGA SE REALIZARÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DE CADA UNIDAD Y EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS SERÁ DENTRO DE LOS 14 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE ENVÍO, COMO SE SEÑALA EN EL PUNTO 1.3.1. DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
16	DICIPA, S.A. DE C.V.	1.3. PERÍODO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS. 1.3.1. PERÍODO DE ENTREGA:	7 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LA ENTREGA DE EQUIPOS SE CONSIDERE UN PERIODO DE 15-45 DÍAS HÁBILES. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS EL LICITANTE CONTARÁ CON UN PLAZO DE 15 A 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO.
17	DICIPA, S.A. DE C.V.	OBJETO Y ALCANCE. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS EN COMODATO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.	7 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS ANALIZADORES CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 5 AÑOS. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
18	DICIPA, S.A. DE C.V.	2. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR QUIEN DESEE INSCRIBIRSE Y PARTICIPAR EN EL CONCURSO:	DIÉRESIS 4 ANEXO 8-A	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE FORMATO ESTE SE DEBERÁ PRESENTAR POR CADA SOCIO O ACCIONISTA Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL AL FINAL DEL DOCUMENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTO, ESTE SE DEBERA PRESENTAR POR CADA SOCIO, ACCIONISTA Y REPRESENTANTE LEGAL.





SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

19	DICIPA, S.A. DE C.V.	2. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR QUIEN DESEE INSCRIBIRSE Y PARTICIPAR EN EL CONCURSO:	DIÉRESIS 4 ANEXO 8-A IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON MOTIVO DE CUIDAR LOS DATOS PERSONALES DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS DE LA ORGANIZACIÓN, NOS PERMITA PRESENTAR COPIA DEL INE DE CADA SOCIO OCULTANDO EL DATO DE SU DIRECCIÓN. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	EN CASO DE QUE NO SE QUIERA PRESENTAR EL INE PUEDE PRESENTAR PASAPORTE O CEDULA PROFESIONAL.
20	DICIPA, S.A. DE C.V.	D. SOBRE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ANEXO 3	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA REQUISITAR CORRECTAMENTE EL ANEXO 3, LA COLUMNA REFERENTE A CANTIDAD COTIZADA SE REFIERE A COLOCAR CONFORME AL ANEXO 1 LA CANTIDAD DE UN SERVICIO, ES DECIR, LA SUMA DE LA TOTALIDAD DE LAS PRUEBAS SOLICITADAS PARA LA PARTIDA A OFERTAR. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, EN LA COLUMNA CANTIDAD DEBERÁ COLOCAR " 1 (PAQUETE)", PARA CADA PARTIDA QUE OFERTE
21	DICIPA, S.A. DE C.V.	D. SOBRE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ANEXO 3	EN CASO DE NO SER CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN PARA LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CÓMO REQUISITAR EL ANEXO EN MENCIÓN.	FUE ACLARADO EN LA RESPUESTA ANTERIOR
22	DICIPA, S.A. DE C.V.	D. SOBRE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	ANEXO 4	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA REQUISITAR CORRECTAMENTE EL ANEXO 4, EN LA COLUMNA (1) EQUIPO, SE DEBERÁ INIDCAR EL NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA CONFORME AL ANEXO 1A Y EN LA COLUMNA (2) LA DESCRIPCIÓN DE CADA PRUEBA SEGÚN EL ANEXO 1 QUE CORRESPONDE A LA PARTIDA OFERTADA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACLARA A LOS LICITANTERS QUE EN LA COLUMNA 1 DEBERÁN INDICAR EL • NÚMERO DE PARTIDA Y EN LA COLUMNA 2 EL NÚMERO DE PRUEBAS QUE INCLUYE DICHA PARTIDA
23	DICIPA, S.A. DE C.V.	2. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR QUIEN DESEE INSCRIBIRSE Y PARTICIPAR EN EL CONCURSO:	DIÉRESIS 6 PADRÓN DE PROVEEDORES DE GOBIERNO DEL ESTADO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, EN CASO DE CONTAR CON EL REGISTRO EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES VENCIDO Y EL TRÁMITE POR PARTE DE MI REPRESENTADA ESTE COMPLETADO EN EL PORTAL, AL NO HABER RECIBIDO RESPUESTA POR PARTE DEL PADRÓN DE PROVEEDORES. NOS PERMITA PRESENTAR EL PADRÓN VENCIDO Y EVIDENCIA DEL PORTAL DONDE SE HA COMPARTIDO EL 100% DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD. SE DEBERA DE PRESENTAR REGISTRO VIGENTE EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DE GOBIERNO DEL ESTADO, O EL VÍNCULO ELECTRÓNICO DONDE APAREZCA DICHO PADRÓN O CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRÓN; EN CASO DE NO PRESENTAR ESTE REQUISITO, SUS PROPOSICIONES ESTARÁN CONDICIONADAS AL REGISTRO EN EL PADRÓN A MÁS TARDAR A LA FECHA DEL FALLO CORRESPONDIENTE.
24	DICIPA, S.A. DE C.V.	ANEXO 2	FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL REQUISITADO EN LA COLUMNA LLAMADA PRUEBA, DEBEREMOS ANOTAR LA DESCRIPCIÓN DE LA SEGUNDA COLUMNA DEL ANEXO 1. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
25	DICIPA, S.A. DE C.V.	ANEXO 2	FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA	ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL REQUISITADO EN LA COLUMNA LLADA PRESENTACIÓN, DEBEREMOS ANOTAR LA PRESENTACIÓN DEL REACTIVO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SE ACLARA A LOS LICITANTERS QUE EN LA COLUMNA LLAMADA PRESENTACIÓN DEBERÁN INDICAR EL





SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

TERMINO "PRUEBA O REACTIVO"

DUDAS TÉCNICAS:

NO.	PROVEEDOR	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PARTIDA Y DESCRIPCION	PREGUNTA	RESPUESTA
1	DM LAB, S.A. DE C.V.	ANEXO 1 A	11 HEMOGLOBINA GLICOSILADA	<p>EL INSTRUMENTO QUE SE SOLICITA PARA ESTOS HOSPITALES Y CON ESTAS CARACTERÍSTICAS: UN INSTRUMENTO PARA LOS SIGUIENTES HOSPITALES: UNEME PEDIÁTRICA, HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, HOSPITAL GENERAL TIERRA Y LIBERTAD, HOSPITAL DE JUÁREZ, H. GRAL. DE CERRALVO, H. GRAL. DE LINARES, H. GRAL. DE DR. ARROYO, UNEME PESQUERÍA, UNEME ESCOBEDO, UNEME GALEANA, UNEME GENERAL TERÁN. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CON MÉTODO DE ANÁLISIS DE AGLUTINACIÓN MONOCLONAL DE ANTICUERPOS • RANGO DE MEDICIÓN 2.5% A 14% • QUE UTILIZA CARTUCHOS MONOTEST CON LOS REACTIVOS DE INMUNOENSAYO INCORPORADO • CALIBRACIÓN POR TARJETA ESPECÍFICA POR LOTE • CON MEDICIÓN DE ANÁLISIS POR TRANSMISIÓN ÓPTICA AUTOMÁTICA • TIEMPO PARA RESULTADOS DE 6 MINUTOS • QUE UTILICE UN VOLUMEN DE 1 µL DE SANGRE TOTAL • QUE NO REQUIERA TRATAMIENTO PREVIO DE LA MUESTRA • INTRODUCCIÓN ID DE MUESTRA OPCIONAL POR PANTALLA TÁCTIL • CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 4000 RESULTADOS <p>EL LICITANTE DEBERÁ INSCRIBIR AL LABORATORIO EN UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO</p> <p>PREGUNTA: PODEMOS OFERTAR EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS PARA HOSPITALES DE BAJO RENDIMIENTO:</p> <p>SISTEMA CERRADO RESULTADOS EN 4 MINUTOS PANTALLA LCD SCREEN 70 X 40 MM TIPO DE MUESTRA: SANGRE TOTAL O VENOSA EN TUBO EDTA VOLUMEN DE MUESTRA 4 MICROLITROS CAPACIDAD DE MEMORIA 7000 MUESTRAS RESULTADOS %DCTT, MMO/ML. RANGO DE MEDICIÓN. 4-15% IMPRESORA CAPACIDAD DE INTERFASE (LIS) REACTIVO CON PRESENTACIÓN DE 50 PRUEBAS PARA LAS CLÍNICAS DE BAJO RENDIMIENTO, UTILIZANDO EQUIPO PARA MEDICIÓN DE UNIÓN QUÍMICA DE</p>	<p>NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA OFERTAR CONFORME A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1A DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.</p>





SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

2	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	NUMERAL 1.3. PERÍODO Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS REACTIVOS Y EQUIPOS. INCISO 1.3.3.	N/A	BORONATOS CON EFECTO DE EXTINCIÓN DE FLUORESCENCIA EN ESTE PUNTO SE SOLICITA QUE LA CADUCIDAD DE LOS REACTIVOS DEBERÁ SER DE UN AÑO COMO MÍNIMO. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA AQUELLOS PRODUCTOS QUE DADA SU NATURALEZA BIOLÓGICA (CÉLULAS CONTROL Y CÉLULAS REACTIVO), NOS PERMITA ENTREGAR CON CADUCIDAD DE 28 A 30 DÍAS DE ACUERDO AL REGISTRO SANITARIO, SIENDO ESTE UN DOCUMENTO OFICIAL AVALADO POR LA PROPIA SSA Y BASÁNDONOS EN UNA PROGRAMACIÓN DE ENTREGA ANUALIZADA EN CONJUNTO CON EL USUARIO. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD
3	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A	10, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOHEMATOLOGÍA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA LA DETERMINACIÓN, RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES, DEBERÁ INCLUIRSE UN SEMI PANEL DE POR LO MENOS TRES CÉLULAS INCLUIDA LA CÉLULA DIEGO. FAVOR DE ACLARAR	NO ES CORREPTA SU APRECIACION, PARA LA DETERMINACION RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES SE REQUIERE SOLAMENTE SU DETERMINACION.
4	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A	10, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOHEMATOLOGÍA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI PARA PRUEBA CRUZADA SE DEBERA DE OFERTAR PRUEBA MAYOR, PRUEBA MENOR Y AUTOCONTROL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM-253-SSA1-2012. FAVOR DE ACLARAR	SI, ES CORREPTA SU APRECIACION
5	COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A	10, REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOHEMATOLOGÍA	SE SOLICITA EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO QUE CONSISTE EN: INCUBADORA DE TARJETAS PARA 22 TARJETAS Y CENTRIFUGA DE TARJETAS PARA 24 TARJETAS. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARAR SI AMBOS INSTRUMENTOS DEBEN TENER UNA CAPACIDAD PARA 24 TARJETAS. FAVOR DE ACLARAR	SI, ES CORREPTA SU APRECIACION
6	ELECTRONICS FOR MEDICINE, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO	7 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • CAPACIDAD DE 300 MUESTRAS A BORDO EN CARGA CONTINUA Y CON LA POSIBILIDAD DE PROCESO DE MUESTRAS URGENTES. • CON DISCO DE REACTIVOS CON TEMPERATURA CONTROLADA ENTRE 5 -10 °C. • CON UN SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 200-240 V Y UN CONSUMO MENOR A 4 KVA. EN EL ENTENDIDO DE QUE SE CUMPLEN CON EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS.	SI SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
7	ELECTRONICS FOR MEDICINE, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO	7 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • RENDIMIENTO MÍNIMO DE 120 PRUEBAS POR HORA. • CON UN DISCO DE INCUBACIÓN CON 38 POSICIONES. • CAPACIDAD DE 50 MUESTRAS A BORDO EN	SI SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES





				CARGA CONTINUA Y CON LA POSIBILIDAD DE PROCESO DE MUESTRAS URGENTES. • CON DISCO DE REACTIVOS CON TEMPERATURA CONTROLADA ENTRE 5 -10 °C. CON UN SUMINISTRO ELÉCTRICO DE 200-240 V Y UN CONSUMO MENOR A 4 KVA. EN EL ENTENDIDO DE QUE SE CUMPLEN CON EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS	
8	ELECTRONICS FOR MEDICINE, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO	7 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • RENDIMIENTO MÍNIMO DE 86 PRUEBAS POR HORA. • CON DISCO DE REACTIVOS CON TEMPERATURA CONTROLADA A 20 +/- 3 °C. EN EL ENTENDIDO DE QUE SE CUMPLEN CON EL RESTO DE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS.	SI SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
9	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO PARTIDA 6. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE GASOMETRÍAS (GASES ARTERIALES) SOLICITAN: QUE INTEGRE EN UN SOLO CARTUCHO MULTIPRUEBAS REACTIVOS, CALIBRADORES, BIOSENSORES, GASES, AGUJA TOMA MUESTRA, PARA SU FUNCIONAMIENTO; ASÍ COMO BOLSA DE DESECHOS.	2.- REACTIVO PARA DETERMINACION DE GASOMETRIAS (GASES ARTERIALES)	PARA PODER ASEGURAR RESULTADOS DE BUENA CALIDAD Y EVITAR RIESGO EN EL PERSONAL DE LABORATORIO, ES NECESARIO QUE EL EQUIPO A PROPONER DEBE CUMPLIR CON ESTE REQUISITO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
10	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. PARTIDA 8.- REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II. SOLICITAN INCUBADORA PARA	3.-REACTIVOS PARA DETERMINACION DE INMUNOLOGIA II.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO INTEGRADO DE INCUBADOR Y AGITADOR DE PLAQUETAS. ¿SE ACEPTA?	SI SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES





SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

11	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	PLAQUETAS E INCUBADORA PARA PLAQUETAS ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. PARTIDA 8.- REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA II. SOLICITAN INCUBADORA PARA PLAQUETAS, CON ALARMA AUDIBLE Y VISUAL INTERVALO DE TEMP. DE 15 A 40° C	3.-REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA II.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR INCUBADORA DE PLAQUETAS, CON ALARMA AUDIBLE Y VISUAL CON INTERVALO DE TEMP. DE 22°C +/- 1°C. ¿SE ACEPTA?	SI, SE ACEPTA SU SOLICITUD, PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A LO QUE SEÑALA EN SU PROPUESTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES
12	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO. PARTIDA 8.- REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA II. SOLICITAN ETIQUETAS PARA IMPRESORAS EXTERNAS: 16 CAJAS CON 1000 CADA UNO.	3.-REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA II.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS INDIQUE: ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS DE LAS ETIQUETAS Y EN DONDE VAN A SER USADAS?	LAS MEDIDAS DE LA ETIQUETA SON 10.5CM ANCHO POR 8CM DE ALTO Y SE UTILIZA PARA LOS DATOS DE LAS BOLSAS DE SANGRE
13	ASENCO INTEGRAM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A	16. TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA	ENTENDEMOS QUE POR BENEFICIO DE LA CONVOCANTE Y EL RECURSO, LA TIRA DEBE SER ESTABLE HASTA LA FECHA DE CADUCIDAD MARCADA EN EL ENVASE DE LA TIRA, AÚN DESPUÉS DE ABIERTO EL MISMO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
14	ASENCO INTEGRAM, S.A. DE C.V.	ANEXO 1A	16. TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA	ENTENDEMOS QUE PARA PODER UTILIZAR LA TIRA EN TODA LA POBLACIÓN INCLUYENDO PACIENTES PEDIÁTRICOS LA TIRA DEBE TENER LA CAPACIDAD DE LEER, SANGRE VENOSA, CAPILAR, ARTERIAL Y NEONATAL, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
15	DICIPA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO"	7 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR UN PROPUESTA SOLVENTE, SE NOS PERMITA ENVIAR A UN LABORATORIO DE REFERENCIA CERTIFICADO AQUELLAS PRUEBAS QUE TENGAN UNA CANTIDAD DE 450 PRUEBAS ANUALES REFERIDAS EN EL ANEXO 1. EL TRASLADO DE LAS MUESTRAS SERÁ A CARGO DEL LICITANTE. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD





16	DICIPA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO"	7 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE SE COMPARTA LA PRODUCTIVIDAD ANUAL POR HOSPITAL, FAVOR DE PRONUNCIARSE.	NO SE ACEPTA, LAS CANTIDADES DE CADA UNIDAD SERAN SOLICITADAS AL PROVEEDOR QUE RESULTE ADJUDICADO, MEDIANTE ORDEN DE ENVÍO, EN BASE A SUS NECESIDADES OPERATIVAS
17	DICIPA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO" 7. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA PUNTO 3	7 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE, CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO ANALIZADOR CON UNA METODOLOGÍA QUE QUIMIOLUMINISCENCIA, FAVOR DE PRONUNCIARSE.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA OFERTAR CONFORME A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1A DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
18	DICIPA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO" 7. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA PUNTO 8	7 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO ANALIZADOR EL CUAL CONTENGA UNA CAPACIDAD DE 47 POSICIONES DE REACTIVO A UNA TEMPERATURA CONTROLADA DE INCUBACIÓN. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	SI SE ACEPTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES
19	DICIPA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO" 7. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA PUNTO 15	7 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO ANALIZADOR, EL CUAL CONTENGA UNA CAPACIDAD PARA 150 MUESTRAS A BORDO. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA OFERTAR CONFORME A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1A DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
20	DICIPA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO" 7. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA	7 REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE DADA LA BAJA PRODUCTIVIDAD DE LOS SIGUIENTES HOSPITALES: HOSPITAL GENERAL TIERRA Y LIBERTAD, H. GRAL. DE CERRALVO, UNEME PEDIÁTRICA, HOSPITAL GENERAL SABINAS HIDALGO, H. GRAL. DE MONTEMORELOS, H. GRAL. DE LINARES, H. GRAL. DE GALEANA, H. GRAL. DE DR. ARROYO, UNEME PESQUERÍA Y HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EN SALUD MENTAL Y CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR UNA PROPUESTA SOLVENTE, SE NOS PERMITA QUE SE CONCENTREN LAS MUESTRAS DE ESTOS HOSPITALES, EL LICITANTE SE HARÁ CARGO DEL TRASLADO DE LAS MUESTRAS AL HOSPITAL QUE LA CONVOCANTE ASIGNE COMO UNIDAD CONCENTRADORA. FAVOR DE PRONUNCIARSE.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD
21	DICIPA, S.A. DE C.V.	ANEXO 1 REACTIVOS PARA	7 REACTIVOS PARA	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE, CON LA FINALIDAD DE	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA OFERTAR CONFORME



SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

	<p>DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO" 7. REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA</p>	<p>DETERMINACIÓN DE INMUNOLOGÍA</p>	<p>PRESENTAR UNA PROPUESTA SOLVENTE Y UNA ,MEJORA TECNOLÓGICA AL EQUIPAMIENTO ACTUAL, SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO ANALIZADOR PARA LOS SIGUIENTES HOSPITALES:</p> <p>HOSPITAL GENERAL TIERRA Y LIBERTAD, H. GRAL. DE CERRALVO, UNEME PEDIÁTRICA, HOSPITAL GENERAL SABINAS HIDALGO, H. GRAL. DE MONTEMORELOS, H. GRAL. DE LINARES, H. GRAL. DE GALEANA, H. GRAL. DE DR. ARROYO, UNEME PESQUERÍA Y HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EN SALUD MENTAL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. EQUIPO DE MESA 2. TECNOLOGÍA DE ELFA Y/O FLUOROMETRÍA 3. QUE PROCESE MÍNIMO 30 PRUEBAS POR HORA 4. CONTROL DE TEMPERATURA DE INCUBACIÓN. 5. DISEÑO DE SOBREMESA APILABLE: 1-6 MÓDULOS 6. REACTIVOS EN PRESENTACIÓN UNIPRUEBA 7. REACTIVOS LISTOS PARA SU USO 8. ESTABILIDAD DE LAS CURVAS DE CALIBRACIÓN MÍNIMO A 14 DÍAS DEPENDIENDO DEL ANALITO. 9. CONTROL DE CALIDAD INTERNO 10. PUERTO DE COMUNICACIÓN PARA INTERFASE BIDIRECCIONAL 11. MONITOR O PANTALLA E IMPRESORA INTEGRADOS O ADICIONALES 12. REGULADOR DE VOLTAJE Y BATERÍA DE RESPALDO 13. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA 100-240 V, 50-60 HZ 	<p>A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1A DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.</p>
--	---	-------------------------------------	---	---

GENERALES

1.- Se informa a los licitantes interesados que aún no han realizado su pago de inscripción, que se modifican los siguientes datos de la cuenta de depósito de pago de inscripción a la licitación, como a continuación se indica:

DICE:	DEBE DECIR:
<p>1.2 PAGO DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN. 1.2.1 LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN, DEBERÁN CUBRIR UN COSTO DE INSCRIPCIÓN DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) EL CUAL DEBERÁN LLEVAR A CABO MEDIANTE DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA, TOMANDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES DATOS: BENEFICIARIO: SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN, O.P.D. CUENTA NO. 1254054432 CLABE INTERBANCARIA NO. 072580012540544326</p>	<p>1.2 PAGO DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN. 1.2.1 LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN, DEBERÁN CUBRIR UN COSTO DE INSCRIPCIÓN DE \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) EL CUAL DEBERÁN LLEVAR A CABO MEDIANTE DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA, TOMANDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES DATOS: BENEFICIARIO: SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN, O.P.D. CUENTA NO. 1298663744 CLABE INTERBANCARIA NO. 072580012986637444</p>





SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO LEÓN

BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE

BANCO: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE

2.- Se modifica el punto 1.1.1 de las bases de la presente licitación de acuerdo a lo siguiente:

DICE:	DEBE DECIR:
<p>1.1.1. EN EL ANEXO 1 DE ESTAS BASES, SE DESCRIBEN LAS PRUEBAS PARA LAS QUE SE REQUIEREN LOS REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DE LA CONVOCANTE. ASIMISMO, EN EL ANEXO 1A SE DESCRIBEN LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO PARA LA DETERMINACIÓN DE SUS RESULTADOS, LOS CUALES NO DEBERÁN TENER UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 3 AÑOS. CABE ACLARAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS CORRESPONDIENTES A DICHO EQUIPO, ASÍ COMO LAS CANTIDADES DE PRUEBAS DE ANÁLISIS, OBJETO DEL PRESENTE CONCURSO CORRESPONDEN A LO SOLICITADO POR LAS UNIDADES APLICATIVAS DE LA CONVOCANTE, DICHAS CANTIDADES PODRÁN VARIAR, SIN REBASAR LOS PRESUPUESTOS AUTORIZADOS.</p>	<p>1.1.1. EN EL ANEXO 1 DE ESTAS BASES, SE DESCRIBEN LAS PRUEBAS PARA LAS QUE SE REQUIEREN LOS REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DE LA CONVOCANTE. ASIMISMO, EN EL ANEXO 1A SE DESCRIBEN LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO PARA LA DETERMINACIÓN DE SUS RESULTADOS, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS. CABE ACLARAR QUE LAS CARACTERÍSTICAS CORRESPONDIENTES A DICHO EQUIPO, ASÍ COMO LAS CANTIDADES DE PRUEBAS DE ANÁLISIS, OBJETO DEL PRESENTE CONCURSO CORRESPONDEN A LO SOLICITADO POR LAS UNIDADES APLICATIVAS DE LA CONVOCANTE, DICHAS CANTIDADES PODRÁN VARIAR, SIN REBASAR LOS PRESUPUESTOS AUTORIZADOS.</p>

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas y generales se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las re preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 15 de enero del 2025, a las 13:00 horas, en esta misma sala, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de esa hora.

De esta manera se da por concluido el presente evento, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de la calle Matamoros oriente No 520, Zona Centro, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada esta primera y única junta de aclaraciones, siendo las 13:08 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.





SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	LIC. EDUARDO MEDINA CÁRDENAS	
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROBERTO CARLOS RODRÍGUEZ LASTRA	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	ARQ. DIANA LUISA MARTÍNEZ RIVERA	

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE CONCURSOS Y LICITACIONES DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	C.P. GILBERTO ALVARADO CISNEROS	
REPRESENTANTE DEL LABORATORIO ESTATAL (ÁREA USUARIA)	Q.C.B. JOSÉ GUADALUPE GARZA GARZA	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES (ÁREA USUARIA)	DR. DANIEL PINTOR RODRÍGUEZ,	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE JURISDICCIONES SANITARIAS (ÁREA USUARIA)	Q.F.B. LESLIE KORINA MARTÍNEZ SEGOVIA	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL





SERVICIOS DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

INVITADO PERMANENTE		
	NOMBRE	FIRMA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	LIC. RAÚL ÁNGEL MARTÍNEZ IBARRA	

LICITANTES		
	NOMBRE	FIRMA
DM LAB, S.A. DE C.V.	C. JOSÉ LUIS PAREDES MENDEZ	
COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	C. RENE GERARDO SALAZAR ROBLEDO	
ELECTRONICS FOR MEDICINE, S.A. DE C.V.	C. GENESIS CURA SALAZAR	
DICIPA, S.A. DE C.V.	C. JOSÉ ALFREDO SOTO ALONSO	

✓

